

Elbląg dnia 18.09.23 r.

Oznaczenie sprawy: SZP.274.74.Pu.2023

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania, prowadzonego w trybie art. 2 ust. 1 pkt. 1 *a contrario* ustawy z dnia 11.09.2013 r. Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu dostawę sprzętu do pozyskiwania mleka kobiecego na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu w ramach zadania pn.: Odżywianie mlekiem kobiecym noworodków i niemowląt - zakup sprzętu do pozyskiwania mleka kobiecego oraz jego przechowywania dla szpitali, w strukturze których funkcjonuje oddział neonatologiczny o III stopniu referencyjności w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Program polityki zdrowotnej służącego wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2022 – 2026.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146 informuje, że do dnia 14.09.2013r. od Wykonawców wpłynęły pytania o następującej treści:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści laktator z komunikatami w języku angielskim?

Ad. 1 Zamawiający nie dopuszcza takiego laktatora.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez możliwości zapisania programu na nośniku elektronicznym? Prosimy o wyjaśnienie w jakim celu program będzie przenoszony na nośnik?

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza takie urządzenie.

Pytanie nr 3

Prosimy o dopuszczenie laktatora dedykowanego do użytku w Bankach Mleka Kobiecego oraz placówkach medycznych, spełniającego wszystkie światowe wytyczne dotyczące bankowości mleka kobiecego. Oferowane urządzenia są dedykowane do użytkowania w placówkach medycznych, jednak nie posiadają wpisu do Rejestru Produktów Medycznych. Urządzenia posiadają Deklarację Zgodności CE.

Ad. 3 Zamawiający nie dopuszcza takiego urządzenia.

Pytanie nr 4

Czy zamawiający dopuści lodówkę z możliwością przesłania danych do komputera z wykorzystaniem karty SD, bez możliwości przesyłu danych za pomocą Wifi i USB?

Ad. 4 Zamawiający nie dopuszcza takiego urządzenia.

Pytanie nr 5

Prosimy o dopuszczenie lodówki dedykowanego do użytku w Bankach Mleka Kobiecego oraz placówkach medycznych, spełniającego wszystkie światowe wytyczne dotyczące bankowości mleka kobiecego. Oferowane urządzenia są dedykowane do użytkowania w placówkach medycznych, jednak nie posiadają wpisu do Rejestru Produktów Medycznych. Urządzenia posiadają Deklarację Zgodności CE.

Ad. 5 Zamawiający nie dopuszcza takiego urządzenia.

Pytanie nr 6

Prosimy o dopuszczenie termotorbę dedykowaną do użytku w Bankach Mleka Kobiecego oraz placówkach medycznych, spełniającą wszystkie światowe wytyczne dotyczące bankowości mleka kobiecego. Oferowane termotorby są dedykowane do użytkowania w placówkach medycznych, jednak nie posiadają wpisu do Rejestru Produktów Medycznych oraz Deklaracji zgodności CE.


Ad. 6 Zamawiający nie dopuszcza takiej termotorby.

Pytanie nr 7

Czy zamawiający dopuści 2022 rok produkcji urządzenia?

Ad. 7 Zamawiający dopuszcza takie urządzenie.

DYREKTOR NACZELNY


mgr Elżbieta Gelert