

Elbląg dnia 27.03.2024r.

Oznaczenie sprawy: 28.Pu.2024

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania, prowadzonego w trybie art. 2 ust. 1 pkt. 1 a contrario ustawy z dnia 11.09.2013 r. Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu na dostawę analizatora składu ciała.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146 informuje, że do dnia 26.03.2024r. od Wykonawców wpłynęły pytania o następującej treści:

Pytanie nr 1

Na pierwszej stronie opisu przedmiotu zamówienia znajduje się informacja, że analizator ma posiadać podwójny wyświetlacz LCD, natomiast na drugiej stronie znajduje się informacja: Wyświetlacz min 10".

Czy zamawiający wyrazi zgodę aby analizator składu ciała posiadał podwójny wyświetlacz LCD?

Ad. 1. Zamawiający wyraża zgodę.