

Do wszystkich uczestników postępowania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz Wykonawcy, którego oferta została odrzucona i unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu Nr 3.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146 informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne, prowadzonym trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na dostawę taśm do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet w **5 pakietach** dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu, zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2014-06-03, numer ogłoszenia 119559, dokonał w dniu 15.07.2014 r. wyboru ofert najkorzystniejszych.

Za ofertę najkorzystniejszą złożoną w zakresie **Pakietu Nr 1** Zamawiający wybrał:

Oferta Nr 4

POLHERNIA Beata Galos

ul. Jagiellońska 28 C/7

80- 366 Gdańsk

cena oferty netto: 56 102,00,-zł

cena oferty brutto: 60 590,16,-zł

Za ofertę najkorzystniejszą złożoną w zakresie **Pakietu Nr 2** Zamawiający wybrał:

Oferta Nr 4

POLHERNIA Beata Galos

ul. Jagiellońska 28 C/7

80- 366 Gdańsk

cena oferty netto: 16 680,00,-zł

cena oferty brutto: 18 014,40,-zł

Za ofertę najkorzystniejszą złożoną w zakresie **Pakietu Nr 3** Zamawiający wybrał:

Oferta Nr 1

INTERN CONSULT Sp.j., M.Sitek, D.Sitek

ul. Księdza Brzóska 94-18

91- 347 Łódź

cena oferty netto: 36 925,93,-zł

cena oferty brutto: 39 880,00,-zł

Za ofertę najkorzystniejszą złożoną w zakresie **Pakietu Nr 4** Zamawiający wybrał:

Oferta Nr 2

OPTIMED PRO - OFFICE Piotr Szewczyk

ul. Śliczna 36

31- 444 Kraków

cena oferty netto: 20 372,00,-zł

cena oferty brutto: 22 001,76,-zł

Za ofertę najkorzystniejszą złożoną w zakresie **Pakietu Nr 5** Zamawiający wybrał:

Oferta Nr 5

JOHNSON & JOHNSON Poland Sp. z o.o.

ul. Ilżecka 24

02-135 Warszawa

cena oferty netto: 15 500,00,-zł

cena oferty brutto: 16 740,00,-zł

Zamawiający dokonał wyboru ofert z największą liczbą punktów otrzymanych wg kryteriów określonych w SIWZ – cena 100%.

Zamawiający działając zgodnie z art. 92 ust.1 pkt.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych podaje nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert, wraz z punktacją przyznaną ofertom w kryterium ceny i łączną punktacją:

W zakresie Pakietu Nr 1

Oferta Nr 3

ALBIS MAZUR Sp. z o.o., ul. Stawiszyńska 10/2, 62- 800 Kalisz

Oferta niepodlegająca ocenie.

Oferta Nr 4

POLHERNIA Beata Galos, ul. Jagiellońska 28 C/7, 80- 366 Gdańsk

Cena 100 pkt. x 3 = 300 pkt. x 100% = 300 pkt.

W zakresie Pakietu Nr 2

Oferta Nr 3

ALBIS MAZUR Sp. z o.o., ul. Stawiszyńska 10/2, 62- 800 Kalisz

Oferta niepodlegająca ocenie.

Oferta Nr 4

POLHERNIA Beata Galos, ul. Jagiellońska 28 C/7, 80- 366 Gdańsk

Cena 100 pkt. x 3 = 300 pkt. x 100% = 300 pkt.

W zakresie Pakietu Nr 3

Oferta Nr 1

INTER CONSULT Sp. j., M. Sitek, D. Sitek, ul. Księdza Brzóska 94-18, 91-347 Łódź

Cena $100 \text{ pkt.} \times 3 = 300 \text{ pkt.} \times 100\% = 300 \text{ pkt.}$

Oferta Nr 3

ALBIS MAZUR Sp. z o.o., ul. Stawiszyńska 10/2, 62- 800 Kalisz

Oferta niepodlegająca ocenie.

W zakresie Pakietu Nr 4

Oferta Nr 2

OPTIMED PRO - OFFICE Piotr Szewczyk, ul. Śliczna 36, 31- 444 Kraków

Cena $100 \text{ pkt.} \times 3 = 300 \text{ pkt.} \times 100\% = 300 \text{ pkt.}$

Oferta Nr 3

ALBIS MAZUR Sp. z o.o., ul. Stawiszyńska 10/2, 62- 800 Kalisz

Oferta niepodlegająca ocenie.

Oferta Nr 5

JOHNSON & JOHNSON Poland Sp. z o.o., ul. Łżecka 24, 02-135 Warszawa

Cena $78,35 \text{ pkt.} \times 3 = 235,05 \times 100\% = 235,05 \text{ pkt.}$

W zakresie Pakietu Nr 5

Oferta Nr 5

JOHNSON & JOHNSON Poland Sp. z o.o., ul. Łżecka 24, 02-135 Warszawa

Cena $100 \text{ pkt.} \times 3 = 300 \text{ pkt.} \times 100\% = 300 \text{ pkt.}$

Zamawiający działając zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w dniu 15.07.2014r. w przedmiotowym postępowaniu **odrzuca ofertę Wykonawcy ALBIS MAZUR Sp. z o.o., ul. Stawiszyńska 10/2, 62- 800 Kalisz w Pakiecie Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4** na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Uzasadnienie:

W zakresie Pakietu Nr 1 - w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żądał zgodnie z pkt.6.5.1 opisu oferowanego przedmiotu zamówienia (dot. wszystkich pozycji) np. katalogi / foldery lub ulotki producenta, w wersji polskojęzycznej, które jednoznacznie potwierdzą, że zaoferowany przez Wykonawcę asortyment spełnia wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego.

Zamawiający żądał dla Pakietu Nr 1 poz.1 „taśmy do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. Materiał: polipropylen monofilamentowy z częścią rozpuszczalną po środku taśmy w osłonce”.

Załączony do oferty Wykonawcy opis zaoferowanego przedmiotu zamówienia nie potwierdzał, że taśma posiada część rozpuszczalną po środku. Wezwany do uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust.3 w wyznaczonym terminie tj. do 08.07.2014 r. wymaganych dokumentów nie uzupełnił, tym samym nie potwierdził, że zaoferowany przez Wykonawcę asortyment spełnia wymagane przez Zamawiającego parametry. W związku z powyższym oferta Wykonawcy dla Pakietu Nr 1 podlega odrzuceniu zgodnie z art. 89.ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

W zakresie Pakietu Nr 2 - opis przedmiotu zamówienia Zamawiającego zawarty w Załączniku Nr 2 do SIWZ dla Pakietu Nr 2 brzmi:

Jednorazowy zestaw składający się z siatki do korekcji wypadania tylnej ściany pochwy, siatka makroporowata powyżej 90%, niewchłaniająca, monofilamentowa, grubość nici 120 µm, o gramaturze 39g/m², grubość siatki 0,44mm, rozmiar korpusu 5x13cm, długości dwóch ramion 1,2x16,4cm, ramiona w plastikowych osłonkach, drugi element zestawu to jednorazowe narzędzie do zakładania siatki przez pośladki.

Zamawiający dopuścił – 20 szt jednorazowych zestawów do korekcji wypadania tylnej ściany pochwy, siatki jednorodne, niewchłaniające, o anatomicznym kształcie, dwa ramiona pokryte plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubości 0,33mm, grubości nici 0,08mm, gramatura 48g/m², porowatość średnia 1000 µm, porowatość max 1870 µm, długość ramiona 45cm, wysokość implantu 12cm, wypustka grubość 4cm, szerokość 3,5cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial – 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, do implantacji w/w zestawów.

Załączony do oferty Wykonawcy opis przedmiotu zamówienia w Pakiecie Nr 2 nie jest zgodny z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ dla Pakietu Nr 2 Wykonawcy. Zaoferowany produkt Firmy Albis Mazur Sp. z o.o. dla Pakietu Nr 2 posiada inne parametry w zakresie:

- grubość nici 100-110 µm – zgodnie z treścią SIWZ Zamawiający wymagał nici o grubości 120 µm lub 80 µm;
- gramatura 42/45 g/m² – zgodnie z treścią SIWZ Zamawiający wymagał gramatury 39g/m² lub 48g/m²;
- rozmiar korpusu 6,3 cm -10,3 cm - zgodnie z treścią SIWZ Zamawiający wymagał korpusu o parametrach 5 -13 cm lub 3,5 -12 cm.

Zgodnie z pkt. 10 ppkt.7 SIWZ Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty, nie może zmieniać treści wypełnianych Załączników – formularzy, jakie zostały przedstawione w SIWZ.

W związku z powyższym oferta Wykonawcy dla Pakietu Nr 2 podlega odrzuceniu zgodnie z art. 89.ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

W zakresie Pakietu Nr 3 - opis przedmiotu zamówienia Wykonawcy zawarty w Załączniku Nr 3 do SIWZ dla Pakietu Nr 3 poz.1 brzmi: Taśma do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu u kobiet wykonana z polipropylenu monofilamentowego o grubości nici 0,10mm, jednorodna, całkowicie niewchłaniająca, o wymiarach : długość 450mm, szerokość 12mm, grubość 0,5mm, o gramaturze 31g/m², brzegi taśmy zakończone pętelkami, taśma w plastikowej osłonce bez części rozpuszczalnej, z przedłużoną dolną częścią siatki pozwalającą na przyszywanie do szyjki macicy. Zamawiający dopuszcza, protezę do korekcji cystocele, wykonaną z polipropylenu monofilamentowego, o anatomicznym kształcie, o wymiarach 50 x 70 mm, z dwoma ramionami o długości ok. 17 cm (+/- 1 cm). Grubość siatki 0,34 mm, gramatura 28 g/m².

Załączony do oferty Wykonawcy opis przedmiotu zamówienia dla Pakietu Nr 3 poz.1 nie jest zgodny z treścią Załącznika Nr 3 do SIWZ dla Pakietu Nr 3 poz.1 Wykonawcy.

Zaoferowany produkt firmy Albis Mazur Sp. z o.o. posiada inne parametry w zakresie:

- grubość taśmy 0,33-0,38 mm – zgodnie z treścią SIWZ Zamawiający wymagał 0,5 mm;
- gramatura 42,25-45 g/m² – zgodnie z treścią SIWZ Zamawiający wymagał gramatury 31g/m².

Zgodnie z pkt. 10 ppkt.7 SIWZ Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty, nie może zmieniać treści wypełnianych Załączników – formularzy, jakie zostały przedstawione w SIWZ.

W związku z powyższym oferta Wykonawcy dla Pakietu Nr 3 podlega odrzuceniu zgodnie z art. 89.ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

W zakresie Pakietu Nr 4 - opis przedmiotu zamówienia Wykonawcy zawarty w Załączniku Nr 4 do SIWZ dla Pakietu Nr 4 brzmi: System do leczenia nietrzymania moczu: sterylny zestaw jednorazowego użytku. Metoda zakładania "inside-outside" Parametry taśmy: polipropylen/monofilament o wymiarach 1,2 x 12 cm cięta laserowo, nici pozycjonujące, wielkość porów powyżej 1200 µm; taśma i nici umieszczone w plastikowej osłonce.

Jednorazowa prowadnica ze stali nierdzewnej z rączką profilowaną do przejścia przez otwory zasłonięte metodą "inside-out" umieszczone w plastikowej ostro zakończonych osłonce, połączone na stałe z nićmi pozycjonującymi, Atraumatyczna prowadnica do prowadzenia właściwej prowadnicy. **Zamawiający dopuszcza** : system taśmowy do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu zakładany przez otwory zasłonięte metodą „outin”, składający się z :

a) dwóch jednorazowych igieł o średnicy 3 mm z uchwytami, o ostrzach wyprofilowanych heliakalnie z atraumatycznym zakończeniem umożliwiającym połączenie ze złączami taśmy. Igły niepołączone z taśmą.

b) taśmy polipropylenowej, monofilamentowej o długości 50 cm i szerokości 1,1 cm, zakończonej szybkozłączami. Taśma ma zawierać przeplecioną wzdłuż nić zapewniającą beznapięciowe założenie implantu. Taśma w koszulce foliowej

Załączony do oferty Wykonawcy opis przedmiotu zamówienia dla Pakietu Nr 4 nie jest zgodny z treścią Załącznika Nr 4 do SIWZ dla Pakietu Nr 4 Wykonawcy.

Zaoferowany produkt firmy Albis Mazur Sp z o. o. posiada:

- inny parametr w zakresie „długość taśmy 450 mm” – zgodnie z treścią SIWZ Zamawiający wymagał 12 cm lub 50 cm, zakończonej szybkozłączami,

- w ofercie Wykonawcy brak opisu dotyczącego wymagań Zamawiającego, co do „wielkości porów powyżej 1200 µm”,

- Wykonawca zaoferował „narzędzie wykonane ze stali chirurgicznej, wielokrotnego użytku, spiralne, do metody przezzasłoniętej, techniką „ out- in” i „in-out” - zgodnie z treścią SIWZ Zamawiający wymagał „ jednorazowej prowadnicy ze stali nierdzewnej z rączką profilowaną do przejścia przez otwory zasłonięte metodą "inside-out" umieszczone w plastikowej ostro zakończonych osłonce, połączone na stałe z nićmi pozycjonującymi. Atraumatyczna prowadnica do prowadzenia właściwej prowadnicy lub „dwóch jednorazowych igieł o średnicy 3 mm z uchwytami, o ostrzach wyprofilowanych heliakalnie z atraumatycznym zakończeniem umożliwiającym połączenie ze złączami taśmy. Igły niepołączone z taśmą”

Zgodnie z pkt. 10 ppkt.7 SIWZ Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty, nie może zmieniać treści wypełnianych Załączników – formularzy, jakie zostały przedstawione w SIWZ.

W związku z powyższym oferta Wykonawcy dla Pakietu Nr 4 podlega odrzuceniu zgodnie z art. 89.ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający działając zgodnie z art. 93 ust.1 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w dniu 15.07.2014r unieważnił postępowanie w zakresie Pakietu Nr 3.

Uzasadnienie:

Cena oferty najkorzystniejszej złożonej przez Wykonawcę **INTER CONSULT Sp. j., M. Sitek, D. Sitek, ul. Księdza Brzóska 94-18, 91- 347 Łódź** przewyższa możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 27 540,00-zł.

Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny najkorzystniejszej tj. do kwoty 39 880,00-zł. Mając powyższe na względzie uznać należy, że zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na w/w podstawie prawnej.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146 zawiadamia zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, że umowa w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art. 183 ustawy P.z.p może być zawarta po dniu **25.07.2014r.** - podstawa art. 94 ust. 1 pkt. 2 w/w ustawy.