

Elbląg, 04.03.2025

Oznaczenie sprawy: AS.4500.27.2025

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania, prowadzonego w trybie art. 2 ust. 1 pkt. 1 *a contrario* ustawy z dnia 11.09.2019 Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu na **sprzedaż i dostawę igieł do portu naczyniowego z samoprzylepnym silikonowym kołnierzem mocującym** dla potrzeb Oddziału Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Piersi WSZ w Elblągu.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu poniżej udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawców w dniach 27.02., 28.02. i 01.03.2025 pytania, o następującej treści:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający oczekuje :

Igły bezpiecznej do portów?

Igła ze szlifem atraumatycznym zakrzywiona pod kątem 90° – Hubera; sterylna, pakowana pojedynczo, mechanizm zabezpieczający przed zakłuciem podczas usuwania. Podstawa igły przezroczysta, przylegająca do skóry. 3 rozmiary (22G, 20G i 19G) oraz 6 długości (15, 17, 20, 25, 30, 35 mm). Dren przezroczysty z mechanizmem do przerwania w infuzji. Konstrukcja igły umożliwiająca wykonywanie dodatniego ciśnienia podczas usuwania igły jedną ręką- zapobieganie okluzjom cewnika

lub

Igła Hubera ze szlifem łyżeczkowym, specjalnie wyprofilowana igła do portów naczyniowych; zgięta pod kątem 90°, linią łączącą (około 25 cm) do wstrzyknięć o krótkim czasie trwania (do płukania); sterylna, pakowana pojedynczo/Kod barwny skrzydełek ułatwiający identyfikację rozmiaru igły. 3 rozmiary (22G, 20G i 19G) oraz 6 długości (15, 17, 20, 25, 30, 35 mm).

Odpowiedź 1

Zamawiający podtrzymuje zapisy i nie dopuszcza igły zakrzywione pod kątem 90°, dopuszcza tylko igły proste.

Pytanie nr 2 dot. Pakiet nr 1 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny o parametrach:

- Igła Hubera do portu naczyniowego zagięta pod kątem 90 stopni, z wężykiem, skrzydełkami oraz zaciskiem
- Dostępna w wersji standardowej oraz wersji bezpiecznej
- Igła z możliwością użycia do wykonywania wysokociśnieniowych wstrzyknięć środków kontrastowych
- Wąż wykonany z TPU bez zawartości PCV oraz DEHP o długości 23 cm, posiadający zacisk oraz zakończony łącznikiem Luer Lock
- Igła nie wyginająca się podczas iniekcji do portu (sztywna)
- Rozmiar i długość igły są podane na etykiecie produktu w celu dobrania odpowiedniego modelu igły, aby uniknąć uszkodzenia portu i / lub wykonania nieodpowiedniej infuzji
- Konstrukcja kaniuli umożliwia dostęp do portu, zmniejszając uszkodzenia przegrody oraz ograniczając ból pacjenta
- Skrzydełka oznaczone kolorystycznie dla łatwiejszej identyfikacji rozmiaru
- Rozmiary: 19G, 20G, 22G
- Długości: 15 mm, 19 mm, 25 mm, 38 mm
- Wyrób medyczny, sterylny, bez zawartości lateksu, jednorazowego użytku.

Odpowiedź 2.

Zamawiający dopuszcza tylko igły proste, nie dopuszcza igły zagięte pod kątem 90°.

Pytanie nr 3 dot. Pakiet nr 1 pozycja 1

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania igieł standardowych czy też bezpiecznych?

Odpowiedź 3.

Zamawiający potrzebuje tylko igieł standardowych.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści produkty, których nazwy i kody są odpowiednikami we Wspólnym Słowniku Zamówień są zgodnie z art. 99 ust. 1 i 3 ustawy (ang. Common Procurement Vocabulary), i które spełniają funkcje lecznicze i użytkowe dla pacjenta i dopuści zakresie infuzji igieł do portu naczyniowego:

Iglę typu Hubera do portów naczyniowych, zakrzywiona pod kątem 90 st ze skrzydełkami, z zaciskiem i złączem luer-lock, z osłoną zabezpieczającą przeciw samozakłuciu, atraumatyczny szlif łyżeczkowy przedłużający żywotność membrany portu. Kolorystyczne skrzydełka (3 kolory do wyboru charakteryzuje rozmiar igły) skrzydełka elastyczne umożliwiające obserwację miejsca wkłucia, karbowane skrzydełka gwarantujące pewny uchwyt w trakcie wkłuwania i usuwania igły, niesilikonowana igła ograniczająca ryzyko wysunięcia się igły podczas iniekcji, bezbarwny dren poliuretanowy o długości 18cm Produkt bez lateksu. Igły w rozmiarze 20G o długościach: 15, 20, 25, 32mm które spełniają określone normy jakościowe i użytkowe, ale różnią się od tradycyjnych produktów wskazanych w dokumentacji przetargowej.

Odpowiedź 4.

Nie dopuszczamy igieł zakrzywionych pod kątem 90°, wymagamy igieł prostych.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający jest otwarty na oferty od różnych producentów, które mogą w pełni zaspokoić potrzeby zadania, nawet jeśli ich rozwiązania nie są dokładnie zgodne z wcześniej opisanymi specyfikacjami?

Odpowiedź 5


Zamawiający dopuszcza oferty, które spełniają wymogi zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 6

Czy taka elastyczność w opisie może sprzyjać większej konkurencyjności w postępowaniu zgodnie z art. 29 ust. 2 i 7 ust. 1 ustawy Pzp?

Odpowiedź 6

Zamawiający nie ogranicza konkurencji a wymagana przez niego specyfikacja jest optymalna dla bezpieczeństwa pacjentów, zgodnie z doświadczeniem i opinią specjalisty w tym zakresie.


DIREKTOR
ds. ekonomiczno-finansowych
04 MAR. 2025
Piotr Timmermanski