

Elbląg, 24.04.2025

Oznaczenie sprawy: AS.4500.64.2025

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania, prowadzonego w trybie art. 2 ust. 1 pkt. 1 *a contrario* ustawy z dnia 11.09.2019 Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu na **sprzedaż i dostawę staplerów okrężnych i staplerów liniowych do zabiegów laparoskopowych w II pakietach** na potrzeby Oddziału Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Piersi WSZ w Elblągu.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu poniżej udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę w dniach 17. i 22.04.2025 pytania, o następującej treści:

Pytanie nr 1

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów w § 4 Ust. 1, 2 oraz § 6 Ust. 5:

§ 4 Ust. 1, 2:

1. Z tytułu nieterminowej dostawy Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości **0,5%** wartości brutto **opóźnionej części**, za każdy dzień zwłoki.

2. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości **10%** wartości brutto **niezrealizowanej części** umowy.

§ 6 Ust. 5:

5. W przypadku niezrealizowania reklamacji w terminie, o którym mowa w pkt. 1 Zamawiający będzie miał prawo żądać kary umownej w wysokości **0,5%** wartości reklamowanego przedmiotu za każdy dzień po tym terminie.

Odpowiedź 1

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy w projekcie umowy.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wprowadzi do umowy łączny maksymalny limit kar umownych na poziomie w granicach pomiędzy 10 a 30%? Zamawiający, ustalając górny limit kar umownych winien mieć na uwadze, że wysokość kary umownej nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia Zamawiającego czy naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 ustawy Pzp. Limit kar na poziomie 10-30% jest standardem rynkowym stosowanym w praktyce udzielania zamówień publicznych, a zasadność ustalenia limitu kar na takim poziomie potwierdza stanowisko Krajowej Izby odwoławczej w wyroku KIO 2327/23.

Brak limitu kar umownych uniemożliwia wykonawcom dokonanie rzetelnej oceny ryzyka, a co za tym idzie dokonania wyceny na poziomie zapewniającym należyta realizację kontraktu, jednocześnie naruszając równowagę kontraktową pomiędzy stronami umowy.

Odpowiedź 2

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy w projekcie umowy.


Pytanie nr 3 dot. Pakiet II, poz. 2, 3

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek do staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący, mocowany bezpośrednio do rękojeści staplera, bez potrzeby użycia trzonu,

z wbudowanym systemem zapewniającym kontrolę kompresji tkanki na całej długości zespolenia, 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), posiadający możliwość zginania w dwie strony do 45° non-stop. Wysokości zszywek przed zamknięciem 2.0 / 2.5 / 3.0 mm po zamknięciu 0.75 / 1.0 / 1.25 mm - kolor brązowy lub wysokość zszywek przed zamknięciem 3.0 / 3.5 / 4.0 mm, po zamknięciu 1.25 / 1.5 / 1.75 mm – kolor fioletowy. Kompatybilny z trokarem 12 mm. Długość linii zszywek 45 lub 60 mm. Do wyboru przez Zamawiającego. Ładunki pakowane w opakowania zbiorcze po 6 szt.?

Odpowiedź 3

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.


D Y R E K T O R
ds. ekonomiczno-finansowych
Polskie Towarzystwo Chirurgów

24 KWI. 2025