

24-04-2025

Elbląg

Oznaczenie sprawy: AS.4500.62.2025

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania, prowadzonego w trybie art. 2 ust. 1 pkt 1 *a contrario* ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony **na dostawę sterylnych, leczniczych środków technicznych do zabiegów radiologicznych w 3 pakietach dla potrzeb Pracowni Radiologii Zabiegowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.**

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu poniżej udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawców w dniu 18.04.2025 r. i 23.04.2025 r. pytania, o następującej treści:

Pytanie nr 1: Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 1 pakietu 2 spiral embolizacyjnych wypychanych platynowych w kształcie stożka uwalnianych tylko węższym końcem jako pierwszym. Pozostałe parametry (w tym dotyczące spiral helikalnych) zgodnie z wymogami przedstawionymi w zaproszeniu


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycja 1 dopuści spirale wykonane z platyny średnicy pierwotnej 0.018" i 0.035", pokryte „włoskami” z dakronu przyspieszającego embolizację. Kompatybilne z cewnikiem o minimalnym świetle wewnętrznym 0.038" oraz 0.021" w zależności od średnicy pierwotnej zwoju. Długość spirali w introducerze 10-85mm; wymiary spirali rozprężonej 2-11mm. Dostępne kształty: VortX, VortX Diamond, Multi Loop, Figure 8-18, Multi Loop 8-18, Complex Helical?

Odpowiedź: Pakiet Nr 2, zgodny w asortymencie oraz ilościach, które zostały zapisane w Formularzu asortymentowo-cenowym Załącznik Nr 2 do Zaproszenia do złożenia ostatecznej oferty.

Pytanie nr 3: Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycja 2 dopuści coile odczepialne w rozmiarze 0,018" i 0,035", Średnice 2-22 mm, długości 40-600 mm. Spirale wykonane ze stopu platyny. Pokrycie włóknami PET (Dacron). Prosty w obsłudze, zewnętrzny, mechaniczny system odczepiania bez konieczności użycia dodatkowych urządzeń (elektrycznych, gwintowanych itp.) do uwalniania spiral?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.


DIREKTOR
ds. ekonomiczno-finansowych
24 KWI. 2025