

Oznaczenie sprawy 37/2014

Wszyscy Uczestnicy postępowania

dot. postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku i sprzętu medycznego wielorazowego użytku w 261 pakietach dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Elblągu ogłoszonego w Dz.Urzędowym Unii Europejskiej 2014/S 131- 233844 z dnia 11.07.2014r.

Wojewódzki Szpital Zespólny w Elblągu, ul.Królewiecka 146, informuje, że w dniu 15.07.2014r. ; 16.07.2014r.; 17.07.2014r. i 18.07.2014r. od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 35 poz. 1 zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, dwukanałowego z powłoką antybakteryjną 20cm/7F/18; 16Ga. i strzykawką z otworem w tłoku zmniejszającą ryzyko zatorowości powietrza oraz igłą do kontroli ciśnienia.
2. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 125 precyzyjnego regulatora przepływu o długości 210 cm z zaciskiem typu Roberts oraz zakresem regulacji przepływu w zakresie: 0-250ml
3. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 144 mankietu do szybkich przetoczeń o poj. 500ml, wyposażonego w kieszeń wykonaną z przeźroczystego nylonu ułatwiającą kontrolę poziomu przetaczanego płynu, posiadającego ciśnieniomierz z widoczną obrotową oraz kolorową podziałką, prosty w użyciu zawór odcinający, zabezpieczony przed wypadaniem (kranik), rozmiar oznaczony kolorem, pozbawione lateksu i neopropenu.
4. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 165 zestawu do znieczulenia ZO rozszerzonego; skład zestawu : igła Tuohy, filtr przeciwbakteryjny płaski 0,2 urn, kateter epiduralny, strzykawka niskooporowa 10 ml, przewodnik, konektor, naklejki identyfikacyjne.
5. Zwracamy się z pytaniem o uszczegółowienie, czy w pakiecie 181 wymagane jest, aby infusor do podawania cytostatyków posiadał wbudowaną w drenie kapilarę zapobiegającą krystalizacji się leków a co za tym idzie spowolnieniu przepływu i wydłużeniu się czasu samego wlewu.
6. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 218 zestawu do kombinowanego znieczulenia podpajęczynówkowego i zewnątrzoponowego -igła do znieczuleń zewnątrzoponowych 18G z końcówką Tuohy posiadająca tylne okienko w osi igły dla igły podpajęcznej tulejka ułatwiająca wprowadzenie - igła Pencil point 27G - filtr zewnątrzoponowy paski 0,2um wytrzymujący ciśnienie min. 7 bar - strzykawka do identyfikacji spadku oporu 10ml, ze skalą odróżniającą ją od innych strzykawek - system mocowania filtra do skóry pacjenta (podłużny plaster z zapięciem z rzepy) - system blokowania igły podpajęczynówkowej w igle zewnątrzoponowej, pozwalający na swobodny obrót igły, nawet gdy ta jest zablokowana .
7. dot. Pakietu nr 12 Czy Zamawiający zgodzi się zmienić w pozycji 2 pakietu ilość papieru do EKG do defibrylatora LifePack 20, termoczułego, z siatką milimetrową, 50 mm x 23 m ze 145 na 144 lub 147 rolek? Oryginalny papier jest pakowany fabrycznie w niepodzielne opakowania a' 3 rolki.
8. Czy Zamawiający wymaga, by zaoferowane w pakietach. 12, 90, 129 i 136 akcesoria do LIFEPAK 20 - papier i elektrody samoprzylepne, były akcesoriami oryginalnymi,

przetestowanymi do użycia z defibrylatorami LIFEPAK? Firma Pytająca, producent defibrylatorów LIFEPAK, nie dysponuje informacjami dotyczącymi działania i skuteczności defibrylatorów LIFEPAK używanych łącznie z akumulatorami, kablami EKG, ładowarkami, elektrodami oraz częściami lub materiałami eksploatacyjnymi pochodzącymi od innych producentów oraz nie odpowiada za incydenty medyczne powstałe wskutek używania akcesoriów niewiadomego pochodzenia. Używanie akcesoriów i części nie zatwierdzonych przez firmę Pytającą może spowodować niewłaściwe działanie urządzenia .

9. dot. Pakiet nr 257, Poz. 3 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie tytanowych całkowitych implantów ucha środkowego w rozmiarach od 7,5mm do 3,5mm lub 7,0mm do 3,0mm - co 1mm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
10. dot. pakietu nr 95 Prosimy o dopuszczenie elektrody do czasowej stymulacji serca o długości użytkowej 110cm a długości całkowitej elektrody 134,5 cm, co daje Zamawiającemu zdecydowanie lepsze możliwości aplikacji elektrody oraz większy komfort przy podłączeniu elektrody do zewnętrznego stymulatora.
11. dot. pakietu nr 95 Jednocześnie prosimy o dopuszczenie introducera hemostatycznego 6F o długości koszulki 12 cm, zestaw wyposażony w koszulkę 6F, dialator 6F, przewodnik i igłę. Nazwę "braniula" traktujemy jako nazwę własną.
12. Czy Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych (worki stomijne pakowane po 30 sztuk w opakowaniu handlowym)? W przypadku naszej firmy nie ma możliwości sprzedawania w pojedynczych sztuk, gdyż magazyn znajduje się na Węgrzech skąd bezpośrednio wysyłany jest towar do Zamawiającego .
13. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie wysyłania faktury osobno nie wraz z towarem, gdyż w przypadku naszej firmy towary wysyłany jest z Magazynu na Węgrzech natomiast faktury z biura z Warszawy co uniemożliwia wysyłania towar i faktury razem. Do każdej dostawy dołączony jest dokument WZ, faktura dostarczana jest w ciągu 48 godzin. Czy Zamawiający dopuszcza taką możliwość? .
14. Pakiet nr 138 Czy Zamawiający wymaga by oferowane siatki były dostarczane w fabrycznych opakowaniach jako nie składane.
15. Pakiet nr 179 Czy Zamawiający w pozycji 1 Pakietu nr 179 dopuści złożenie oferty na worki o pojemności 215 ml lub 300 ml.
16. Pakiet nr 179 Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty osobno na pozycję 1 i 2 pakietu 179 w celu zwiększenia konkurencyjności ofert.
17. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 117 zestawu do cystostomii z cewnikiem pigtail o długości 65 cm. Pozostałe parametry bez zmian.
18. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 77 poz. 2 igieł do stymulatora nerwów w rozmiarze 23G, dł. 35 mm.
19. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 24 poz. 1 i 2 igieł do nakłuć mostka z zakresem regulacji 10-30/45 (długość maksymalna igły 45 mm).
20. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 24 poz. 3 igieł do trepanobiopsji z ostrzem ściętym w 3 płaszczyznach, co zapewnia sprawne wklucie się w tkankę kostną.
21. Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupu jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka)”.

22. dot. Projektu umowy: Dotyczy § 1 ust. 3

W związku z tym, iż umowa zawierana jest z wykonawcą na okres 18 miesięcy, a zamówienia Zamawiający będzie składał sukcesywnie, czyli według aktualnych potrzeb, czy

nie zasadne byłoby skrócenie terminu ważności sterylne go dostarczanego towaru do np. 9 m-cy?

23. Dotyczy § 2 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł. koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

24. Dotyczy § 2 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy z 4 do 5 dni roboczych od dnia wpłynięcia zamówienia częściowego?

Prośbę motywujemy faktem, iż dostarczany asortyment nie posiada bardzo krótkiego terminu ważności, przez co Zamawiający jest w stanie wcześniej określić wielkość zapotrzebowania i może wcześniej złożyć zamówienie, dzięki czemu Wykonawca będzie mógł terminowo zrealizować dostawę. Poza tym termin dostawy wynoszący.... dni jest nierealny, w przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług wynajętego przewoźnika. Zamówienie, które wpływa do wykonawcy jednego dnia najwcześniej może być zarejestrowane w dniu następnym, pod warunkiem, że będzie zawierało wszystkie niezbędne dane do prawidłowej realizacji zamówienia zgodnie z warunkami umowy. Wystawienie stosownych dokumentów WZ, spakowanie towaru następuje najczęściej trzeciego dnia po otrzymaniu zamówienia. Spedytor dostarcza towar w ciągu 48 godzin (kolejne dwa dni), a zatem termin 5 dni roboczych jest terminem minimalnym na zrealizowanie zamówienia.

Poza tym wnosimy o dopisanie do treści umowy sformułowania: „wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zwłokę w dostawie towaru w przypadku złożenia przez Zamawiającego zamówienia, które nie zawiera wszystkich niezbędnych danych pozwalających na prawidłową realizację zamówienia tj.: jednoznaczny opis przedmiotu zamówienia, numer katalogowy, ilość zgodna z opakowaniami handlowymi wykonawcy, cena obowiązująca w umowie, numer umowy, prawidłowe dane płatnika łącznie z numerem NIP-u, adres wysyłkowy, podpis osoby upoważnionej do składania zamówień”.

25. Dotyczy § 3 ust. 2

W związku z tym, iż data ważności znajduje się na każdym opakowaniu danego produktu czy Zamawiający wyrazi zgodę aby data ważności znajdowała się na opakowaniu produktu?

26. Dotyczy § 5 ust. 3

W związku z tym, iż Strony umowy nie mają wpływu na urzędowe zmiany stawek podatku VAT, czy Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany stawek podatku VAT, w przypadku zmian przepisów podatkowych i celnych w trakcie trwania umowy?

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy paragrafu z zapisem „W przypadku urzędowej zmiany stawki VAT, uwzględnienie nowej stawki nastąpi automatycznie w dacie

określonej przez przepisy wprowadzające zmianę stawki VAT, bez konieczności zawierania odrębnego aneksu. W tej sytuacji ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian.”

27. Dotyczy § 7 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 0,1 % wartości niezrealizowanej części zamówienia częściowego brutto za każdy dzień opóźnienia, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Wprawdzie nie istnieją przepisy ściśle regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności, a nadto czynić zadość zasadom współżycia społecznego. Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej przekracza wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. Nadto liczenie kary umownej od wartości całej umowy jest wysoce niesprawiedliwe i narusza w/w zasady z uwagi na fakt, iż wartość ta jest wartością czysto teoretyczną i bardzo często różni się od faktycznej wartości wykonanej umowy. W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana. Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar umownych w momencie gdy będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów.

Liczenie kar od wartości całego ZAMÓWIENIA jest w stosunku do wykonawcy działaniem niesprawiedliwym i na jego szkodę, gdyż wykonawca, który spóźnił się z dostawą o wartości np. 500 zł., będzie obciążony karą liczoną od wartości np. 50000 zł., a zatem niewspółmierną do przewinienia. To tak, jakby wykonawca liczył Zamawiającemu odsetki za nieterminowe płatności od wartości całej umowy, a nie od wartości nieuregulowanej w terminie faktury. Na taką sytuację Zamawiający nie wyraziłby zgody, dlatego więc Wykonawca ma być obciążany karami liczonymi od całej wartości umowy tj. od wartości towarów dostarczonych w terminie + od towarów, na które jeszcze Zamawiający nie złożył zamówienia?

28. Dotyczy § 8 ust. 1.1 oraz 1.3

Czy Zamawiający dopuści zmianę terminu „14/ 10 dni” na „14/ 10 dni roboczych”?

Proponowany zapis ma na celu zagwarantowanie możliwości spełnienia świadczenia w przypadku wystąpienia większej ilości dni wolnych od pracy, czy też sytuacji złożenia przez Zamawiającego zamówienia bezpośrednio przed dniami wolnymi.

29. Dotyczy § 8 ust. 1.4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 0,1 % wartości reklamowanego przedmiotu za każdy dzień opóźnienia, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar.

Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej może przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. Nadto liczenie kary umownej w wysokości 2% wartości reklamowanego przedmiotu jest wysoce niesprawiedliwe i na gruncie prawa cywilnego obecna wysokość odsetek, którą Zamawiający narzuca, może zostać uznana za świadczenie nienależne, dające w skali roku odpowiednio, 720, wartości zamówionej dostawy. W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana. Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar umownych w momencie gdy będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów.

30. Dotyczy § 12

Czy Zamawiający rozważy wprowadzenie w powyższym paragrafie ustępu mówiącego, że:

1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za 1 miesięcznym wypowiedzeniem,
2. Rozwiązanie, o którym mowa w pkt. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności,
3. Każda ze stron może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy.

31. Dotyczy: Pakiet nr 28, pozycja 1 Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na igły motylkowe w rozmiarach 6-8 w jednej uśrednionej cenie? *W przypadku zgody na powyższe umożliwia to złożenie ważnych i konkurencyjnych ofert większej liczbie wykonawców.*

32. Dotyczy: Pakiet nr 28 Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na igły motylkowe pakowane po 1 szt. w opakowaniu zbiorczym zawierającym 100 sztuk igieł?

33. Dotyczy: Pakiet nr 158, pozycja 1 Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na pojemniki z zakrętką?

Pragniemy nadmienić, iż różnica w zamknięciu nie wpływa w większym stopniu na cech użytkowe produktu, a w tym przypadku uniemożliwia złożenie ważnych i konkurencyjnych ofert większej liczbie wykonawców.

34. Dotyczy: Pakiet nr 158 Czy z punktu widzenia Zamawiającego nie zasadne jest wymaganie pojemnika w całości autoklawowalnego?

35. Dotyczy: Pakiet nr 158 Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na pojemniki pakowane po 500 szt.?

36. Dotyczy: Pakiet nr 162, pozycje 1-10

Prosimy o wyjaśnienie czy ze względu na różny sposób konfekcjonowania wyrobów w różnych firmach, Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie innych wielkości opakowań, niż te podane w formularzu cenowym?

W powyższym przypadku dla pozycji 1, 5, 10 proponowane opakowanie - 500 szt., dla pozycji 2, 3, 4 opakowanie - 100 szt., dla pozycji 6, 7 opakowanie - 50 szt., dla pozycji 8 opakowanie - 20 szt., a dla pozycji 9 opakowanie - 10 szt.

Oczywiście wszelkie przeliczenia pozostaną zgodne z Państwa wymaganiami w formularzu cenowym lub w formularzu cenowym zostaną odpowiednio naniesione poprawki w wielkości opakowań i ilości zamawianych sztuk, w taki sposób, aby całkowita ilość sztuk była zgodna z określonym w SIWZ zapotrzebowaniem na dany produkt.

37. Dotyczy Pakietu nr 55, POZYCJA I. Ze względu na możliwość zaoferowania produktu najwyższej jakości od europejskiego producenta, Z PEWNA KORZYŚCIĄ EKONOMICZNĄ DLA SZPITALA, KTÓRY DOKONA WYBORU SPOŚRÓD WIĘKSZEJ ILOŚCI OFERT, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrod powrotnych REM, z pętlą sprzężenia zwrotnego, kompatybilnych z aparatami posiadanymi przez Zamawiającego i posiadające wszystkie certyfikaty kompatybilności i bezpieczeństwa użytkowania, których powierzchnia aktywna wynosi 107cm² oraz wymiar całkowity wynosi 150x108mm. ELEKTRODA HYDROŻELOWA, WOLNĄ OD LATEKSU, UNIWERSALNĄ, TZN, ŻE MOŻE BYĆ STOSOWANA NA PACJENTACH DOROSŁYCH JAK I U DZIECI (DODATKOWA ZAŁĘTA). Pragniemy podkreślić, że elektrody te są zakupywane w Europie w ilości ponad MILIONA sztuk rocznie i cieszą się dużym uznaniem wśród Zespołów Operacyjnych wykonujących zabiegi na aparatach wymienionych przez Państwa w wymogach SIWZ.

38. PAKIET NR 139 Prosimy o zgodę na zaoferowanie uchwytu spełniającego wszystkie wymagania techniczne SIWZ o długości jednorazowego kabla DO WYBORU ZAMAWIAJĄCEGO: 3.0m lub 5m (wymagane 3.2m); Wymiar ten nie wpłynie na sposób użytkowania ani komfort pracy Zespołu Operacyjnego.

39. dot. Załącznika nr 208 do SIWZ Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie z pakietu 208 jednorazowych pozycjonerów, ochraniaczy stóp i pięt oraz półwałków, a także na zamianę opisanego asortymentu na wymóg zaoferowania pozycjonerów, ochraniaczy i półwałków przeznaczonych do wielokrotnego użytku, hypoalergicznym (wyprodukowanych na bazie soi), przeznaczonych do bezpośredniego kontaktu ze skórą? Oferowane pozycjonery, ochraniacze oraz podkłady przeznaczone do wielokrotnego użytku mogą być w łatwy i szybki sposób dezynfekowane środkami ogólnie stosowanymi w szpitalach, posiadają antybakteryjną powłokę odporną na mikroorganizmy, nie rozlewają się w razie przecięcia. Rozwiązanie takie pozwoli na zdecydowanie korzystniejszą ofertę cenową i asortymentową, nie dość, że każdy pozycjoner może być stosowany wielokrotnie (posiada 24 miesiące gwarancji), może służyć dodatkowo ogrzewaniu lub schładzaniu pacjenta, jako produkt hypoalergiczny

(pozbawiony lateksu i silikonu) oparty na soi jest całkowicie bezpieczny dla pacjenta to wybór pozycjonerów, podkładów i ochraniaczy odbywa się z niezwykle szerokiej gamy kształtów i modeli (ponad 300 produktów), co pozwala na precyzyjne ułożenie pacjenta niezależnie od jego wagi, wzrostu i wieku a także uwarunkowań zdrowotnych. Niezaprzeczalną zaletą takich podkładów i pozycjonerów jest fakt, że nie absorbują one płynów i wydzielin, redukują tarcie, w prosty sposób zapewniają redystrybucję ciepła (można je podgrzewać nawet za pomocą mikrofal, koców grzewczych i gorącej wody lub schładzać w zimnej wodzie lub lodówce i zamrażarce) oraz fakt że są przeziernie dla promieniowania RTG i doskonale nadają się do stosowania w diagnostyce MRI.

40. dotyczy: Pakiet 206, Pozycja 2 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie Jednorazowego, wysokochłonnego, nie uczulającego podkładu higienicznego na stół operacyjny wykonanego z 2 scalonych powłok: mocnego, nieprzemakalnego 3 warstwowego laminatu i chłonnego rdzenia na całej długości prześcieradła. Wymiary prześcieradła 100 cm (+/-2cm) x 225cm (+/- 4cm) O gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć i przeszyc) - nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. Wchłanianość co najmniej 4l W zestawie z prześcieradłem transportowym o udźwigu minimum 250kg.
 41. dotyczy: Pakiet 206, pozycja 1-2 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie czy wymaga aby zaproponowane podkłady posiadały rdzeń chłonny na całej długości co maksymalnie zwiększy ich chłonność ?
 42. Dotyczy: Pakiet nr 2 poz. 2 Czy Zamawiający wymaga papieru oryginalnego? Prosimy o dopuszczenie papieru kompatybilnego.
 43. Dotyczy: Pakiet nr 5 poz. 4 Czy Zamawiający wymaga papieru oryginalnego? Prosimy o dopuszczenie papierów kompatybilnych.
 44. Dotyczy: Pakiet nr 8 poz. 1 Prosimy o sprawdzenie parametrów wymaganego papieru. Według naszej wiedzy papierem właściwym do autoklawu Statim 5000 jest papier 57 mm x 25 metrów. Prosimy o zmianę SIWZ.
 45. Dotyczy: pakiet nr 55 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści elektrodę o wymiarach 200x112 mm, spełniającą pozostałe wymogi SIWZ?
 46. Dotyczy: Pakiet nr 247 poz. 6 Prosimy o podanie typu wymaganego czujnika. Czy ma to być Masimo, LNOP czy LNCS? Prosimy również o podanie czy chodzi o czujnik wielorazowy czy jednorazowy? Oras czy ma on być dla dorosłych czy dla dzieci?
 47. Dotyczy: pakiet nr 252 poz. 1 Prosimy o doprecyzowanie rozmiaru papieru.
 48. PAKIET nr. 29 Prosimy o dopuszczenie igieł typ Quinckie w rozmi. 22G dł. 150mm .
 49. PAKIET nr. 34 Prosimy o dopuszczenie zestawu w skład którego wchodzi :
 - poliuretanowy - 3 światłowy cewnik 7,5F (14/18/18G) dł. 20cm inkorporowany aktywnym srebrem, widoczny w RTG
 - igła do nakłucia, 18G dł. 70mm
 - krótka LV. kaniula 18G dł.70mm
 - przewodnik typu J dł. 58cm
 - dylatator
 - 1 podwójne skrzydełka mocujące
 - 3 zatyczki z membraną
 - ostrze typ skalpel
 - 1 strzykawka 5 ml.
- Opakowanie - sztywny , szczelny blister-pack / taca
50. PAKIET nr. 77 poz. 1 Prosimy o dopuszczenie igieł w pełni kompatybilnych ze stymulatorem znajdującym się na wyposażeniu Szpitala (igły obecnie używane w Szpitalu Zamawiającego) ,w rozmiarze z zakresu 22G dł. 50 mm i/lub 85 mm. - jak dotychczas .
 51. PAKIET nr. 77 poz. 2. Prosimy o dopuszczenie igieł w pełni kompatybilnych ze stymulatorem znajdującym się na wyposażeniu Szpitala (igły obecnie używane w Szpitalu Zamawiającego), w rozmiarze z zakresu 23G dł. 35 mm i/ lub 22G dł. 50 mm

- jak dotychczas.
- 52. PAKIET nr. 104 Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający miał na myśli neonatologiczne filtry infuzyjne (możliwość zabezpieczenia cewników pępkowych oraz wkłuć centralnych i obwodowych)? . Czy filtry mają posiadać przedłużenia po obu stronach? Czy filtry mają umożliwiać podaż żywienia?
- 53. PAKIET nr. 141 Prosimy o doprecyzowanie czy zestaw ma zawierać materiały zapewniające możliwość natychmiastowego - jałowego nakłucia jamy opłucnej i podłączenie zastawki typ Heimlich t.j np. obłożenie zabezpieczające miejsce nakłucia, rękawiczki, kompresy gazowe, etc. ?
- 54. PAKIET nr. 141. Prosimy o dopuszczenie zestawu do drenażu opłucnej z zastawką typ Heimlich i trokarem 28F w zestawie (zgodnie z SIWZ) . Zestaw zapewnia możliwość pełnej terapii podczas transportu jak również w sytuacji konieczności przeprowadzenia procedury nakłucia opłucnej i zastosowania drenażu. Zestaw występuje w postaci KOMPLETNEJ - w pełni wyposażonej do jałowego zabezpieczenia i przeprowadzenia procedury drenażu - TACY .
- 55. PAKIET nr. 151.poz. 1-5 Czy wszystkie pozycje mają pochodzić od jednego Producenta ?
- 56. PAKIET nr. 151 poz 1-5 :
 - poz.1 Prosimy o dopuszczenie systemów bezigłowych na opakowania typ fiolka - 14mm , jak obecnie stosowane w Szpitalu Zamawiającego t.j do użycia przez 7 dni lub 360 użyć w tym czasie, z mechanizmem wew. Zapewniającym wyjątkową szczelność
 - poz. 2 Prosimy o dopuszczenie systemów bezigłowych na opakowania typ fiolka - 20mm , jak obecnie stosowane w Szpitalu Zamawiającego
 - poz.3 Prosimy o dopuszczenie systemów bezigłowych do pobierania płynów i leków z worków (Bag Spike) znanych i obecnie stosowanych w Szpitalu Zamawiającego
 - poz.4 Prosimy o dopuszczenie systemów bezigłowychjak obecnie stosowane w Szpitalu Zamawiającego
 - poz.5 Prosimy o dopuszczenie systemów bezigłowych 2 zaworowych typ Octopus - jak obecnie stosowane w Szpitalu Zamawiającego
- 57. PAKIET nr. 165 . Prosimy o dopuszczenie zestawu do znieczuleń zewnątrzoponowych zawierającego:
 - cewnik 20G (śr. 0,4-0,8mm) dł. 90 cm , cieniujący w Rtg, z końcówką dystalną zamkniętą
 - z 3 bocznymi oczkami oraz z łącznikiem easylock
 - igła Touhy 18G dl. 80 mm
 - filtr 0,22μ
 - strzykawka niskooporowa 10 ml
- 58. PAKIET nr. 173 Czy przyrządy Chemo Spike mają posiadać filtr p/bakteryjny 0,2 mikrona i cząsteczkowy 5 mikronów?
- 59. PAKIET nr. 174 Prosimy o dopuszczenie przyrządu typu Chemo Spike z filtrem p/bakteryjnym 0,2 mikrona i cząsteczkowym 5 mikronów (taki jak obecnie stosowany w Szpitalu Zamawiającego) .
- 60. PAKIET nr. 214 Czy Zamawiający miał na uwadze rurki neonatologiczne takie jak obecnie używane w Szpitalu Zamawiającego? Zielone.
- 61. PAKIET nr. 217 Prosimy o dopuszczenie igieł w pełni kompatybilnych ze stymulatorem znajdującym się na wyposażeniu Szpitala - takich jak obecnie stosowane w Szpitalu Zamawiającego t.j :
 - poz. 1 - 23G dł. 35mm
 - poz. 2 - 22G dł. 50mm
 - poz. 3 - 21G dł. 85mm
 - poz. 4 - 21G dl. 100mm
- 62. PAKIET nr. 218 Prosimy o dopuszczenie zestawu do kombinowanego znieczulenia w skład którego wchodzi:

- cewnik 200 dl. 90 cm , cieniujący w Rtg ,
z końcówką dystalną zamkniętą - z 3 otworami bocznymi i
łącznikiem easylock - Igła Pencil Point 270 dl. 118mm
- igła Touhy 180 dl.80mm z tylnym oczkiem
- filtr 0,22μ
- strzykawka niskooporowa 10 ml

63. PAKIET nr. 245 Prosimy o dopuszczenie 3 warstwowej termo folii dla wcześniaków - roz. 35cm x 31 cm (każda 3 warstw).
64. PAKIET nr. 245 .Czy termo folia ma umożliwiać wyprowadzenie cewników i lub drenów zapewniając jednocześnie zabezpieczenie przed utratą ciepła?
65. PAKIET nr. 246 Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający opisał noworodkowy zestaw do drenażu opłucnej (kompletna taca umożliwiająca przeprowadzenie procedury drenażu) w skład którego wchodzi trokar rozm. 8F dł. 8cm czy Zamawiający ma na myśli - sam trokar 8F dł. 8cm.
66. dot. Pakiet 91 : Poz. 1- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie okularów ochronnych zakwalifikowanych jako sprzęt ochrony indywidualnej (PPE - personal protective equipment) zgodny z normą europejską EN 166 "Ochrona indywidualna oczu", posiadających stawkę VAT 23% - inną niż wyroby medyczne?
67. dot. Pakiet 112 : Poz. 1 - Czy można zaoferować pojemnik plastikowy 22 x 9 cm z podziałką w kolorze niebieskim?
68. dot. Pakiet 260 : Poz. 1 - Czy można zaoferować piankę o właściwościach czyszczących i pielęgnujących bez składników przeciwbakteryjnych i przeciwgrzybiczych, posiadające pH 5,5 ?
69. Pakiet 76 Czy Zamawiający wymieniając dwukrotnie maskę dla noworodka, miał na myśli maskę O-dla noworodków oraz maskę 1- dla niemowląt? Jeśli w obu przypadkach Zamawiający miał na myśli pacjenta noworodkowego, prosimy o dopuszczenie maski 00- noworodek-w wcześniak oraz 0- noworodek.
70. Pakiet 86 Prosimy Zamawiającego o określenie, czy oczekuje łączników wielorazowych czy może jednak jednorazowych, co mogłaby sugerować określona ilość w SIWZ.
71. Pakiet 199 Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci do tracheostomii o wyższej skuteczności nawilżania -33,2mg H2O, który jest lekki 4,5g oraz o małej przestrzeni martwej 8ml ?
72. Pakiet 220 Czy Zamawiający dopuści filtr mechaniczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci, mikrobiologicznie czysty, z przestrzeni martwą 55ml o masie 40g o wysokiej wartości nawilżenia 34,2mg H2O ?
73. Pakiet 227, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy elektrostatyczny, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, z portem luer-lock zabezpieczonym kapturkiem, o przestrzeni martwej 8ml, masie 9g, o zakresie objętości 30-200ml?
74. Pakiet 55 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę bierną jednorazową, dwudzielną, niekierunkową, pokrytą hydrożelem o wysokich właściwościach klejących, która ściśle przylega całą powierzchnią do skóry i zapobiega przypadkowemu zalaniu w polu operacyjnym, współpracującą z systemem monitorowania jakości przylegania elektrody neutralnej, z etykietą samoprzylepną z datą ważności, kształt owalny, powierzchnia czynna 110cm², powierzchnia całkowita 170cm², wymiary 176x122mm, elektroda z wypustką do mocowania w kablach ogólnie dostępnych na rynku?
75. Pakiet 55 Punkt 2. Czy Zamawiający ma na myśli kable elektrod neutralnych jednorazowych z wtykiem 1- bolcowym 6.3mm standard EU (EMED, ERBE) czy wtyk płaski standard USA (Excalibur, FORCE TRIAD)? Prosimy o określenie ilości kabli typ USA i typ EU.

76. Pakiet 55 Punkt 3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę neutralną jednorazową dla dzieci, dzieloną, o powierzchni 37cm² i wymiarach 181x76mm, z wypustką do mocowania w kablach ogólnie dostępnych na rynku?
77. Pakiet 139 Punkt 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania jednorazowy uchwyt z przyciskami do aktywacji cięcia i koagulacji, w zestawie z nożem, pojemnikiem i czyścikiem, sterylny, z kablem dł. 3m?
78. Pakiet 169 Punkt nr 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania przewod wielorazowego użytku do szczypiec bipolarnych z wtykiem wg standardu ERBE ICC, dł. 4?
79. Pakiet 194 Punkt nr 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania przewod wielorazowego użytku do szczypiec bipolarnych z wtykiem wg standardu ERBE ICC, dł. 4?
80. Pakiet 197 Punkt nr 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania uchwyt monopolarny wielorazowego użytku, niesterylny z przyciskami cięcia i koagulacji z kablem dł. 3m z wtykiem 3-pinowym płaskim, kompatybilny z diatermiami EMED? Jaką ilość uchwytów kompatybilnych z diatermiami EMED Zamawiający ma na myśli? .
81. Pakiet 197 Punkt 3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę nożową wielorazowego użytku, dł. całkowita 55mm, z trzonkiem o średnicy 2,4mm?
82. Pakiet 197 Punkt.2 i 4. Prosimy o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu. Są to adaptory oferowane przez firmę ERBE, zawarcie ich we wspólnym pakiecie z uchwytami (poz. 1) oraz elektrodami (poz. 3) uniemożliwia nam złożenie oferty na wyposażenie do aparatów EMED ES-350 .
83. Umowa Paragraf 2 Niniejszym wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie w § 2 zapisu o następującej treści: "Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów" Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy ponieważ nieczytelne znacznie opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia.
84. Umowa Paragraf 3 ustęp 2 Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na "Sprzedający do dostawy towaru zobowiązany jest dołączyć fakturę VAT, która zawiera: nazwę, ilość, cenę, serię oraz datę ważności dla poszczególnych pozycji oraz numer umowy lub numer " zamówienia. Dopuszcza się aby seria , data ważności, numer umowy i numer zamówienia zamiast na fakturze były umieszczane na załączniku do faktury, np. na dokumencie WZ."
85. Umowa Paragraf 5 ustęp 2 Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na "Ceny jednostkowe netto dla poszczególnych pozycji będących przedmiotem niniejszej umowy przedstawione w ofercie przetargowej z dnia 2013r. nie ulegną zmianie przez cały okres trwania niniejszej umowy licząc od daty jej podpisania z zastrzeżeniem postanowień pkt. 3 i pkt. 4 ."
86. Umowa Paragraf 7 ustęp 1 Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na "Kary umowne: W przypadku nieterminowej dostawy przez Sprzedającego, Kupujący będzie miał prawo żądać kary umownej w wysokości 1 % wartości brutto niedostarczonego towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia".
87. Umowa Paragraf 8 ustęp 1.3. Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie niniejszego punktu z umowy.
88. Umowa Paragraf 8 ustęp 1.4 Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na "W przypadku niezrealizowania reklamacji w terminie, o którym mowa w punkcie 1.1 Kupujący będzie miał prawo żądać kary umownej w wysokości 1 % wartości reklamowanego przedmiotu za każdy dzień po tym terminie"
89. Umowa Paragraf 9 ustęp 3 i 4 Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie niniejszych punktów z umowy. W chwili obecnej konieczna byłaby bardzo poważna zmiana w naszym oprogramowaniu aby ten zapis mógł funkcjonować. Na dzień dzisiejszy wprowadzenie tych zmian nie jest możliwe (stąd wniosek o wykreślenie). Taka zmiana. wymaga czasu oraz nakładów finansowych ale nie wykluczamy definitywnie ich wprowadzenia.
90. Pakiet 73 Pozycja 1,2,3 Prosimy o dopuszczenie masek silikonowych firmy

- Intersurgical w rozmiarach 1,2,3, zgodnych z rozmiarówką firmy Draeger
91. Pakiet 74 Pozycja 4 .Prosimy o dopuszczenie aparatu tlenowo-nosowego zakładanego za uszami z końcówkami prostymi zapewniającymi rozproszenie tlenu.
 92. Pakiet 78 Prosimy o dopuszczenie resuscytatorów z maską 3 i workiem 550ml, maską 4 i workiem 1 L, maską 5 i workiem 1,5 L firmy Intersurgical-zestawy z maską w rozmiarze 3 i 4 wyposażone są w zastawki nadmiarowe 40 cm H2O .
 93. Pakiet 79 Pozycja 1 i 2 Prosimy o dopuszczenie zestawów wyposażonych w przezroczyste maski wykonane z polipropylenu, konstrukcja na nieruchomym łączniku, reszta zgodna z SIWZ .
 94. Pakiet 79 Pozycja 1 Prosimy o dopuszczenie zestawu, w którym maska wyposażona jest w podwójny podbródek, co umożliwi precyzyjne dopasowanie do twarzy małego i dużego dorosłego, a tym samym zmniejsza koszty użytkowania produktu-reszta zgodna z SIWZ .
 95. Pakiet 86 Pozycja Prosimy o dopuszczenie szczelnego łącznika kąowego podwójnie obrotowego firmy Intersurgical wielorazowego z unikalnym podwójnym portem 7,6 oraz 9,5 dostępnym z jednego zabezpieczonego otworu - złącza 15M i 22M/15F .
 96. Pakiet 87 Pozycja 2 Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga portu zatraskowego czy też portu Luer Lock.
 97. Pakiet 101 Pozycja 1 Prosimy o dopuszczenie rur o długości 80 cm spełniających pozostałe wymogi SIWZ .
 98. Pakiet 150 Prosimy o dopuszczenie samorozprężalnych resuscytatorów dla dzieci brytyjskiej firmy Intersurgical wyposażonych w maski 1 dla niemowląt, worki 280 ml i zastawki nadmiarowe 40 cm H2O oraz worki 550ml, maski 1 lub 3 na życzenie zamawiającego oraz zastawki nadmiarowe 40 cm H2O, spełniające pozostałe wymagania SIWZ .
 99. Pakiet 73 Pozycja 1,2 3 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje łyżek do laryngoskopów z zieloną rękojeścią zgodne , z ISO 7376/3, w rozmiarach 2-4 Macintosh z możliwością zastosowania ich również w środowisku MRI? .
 100. Pakiet 199 Prosimy o dopuszczenie lekkiego 8gramowego wymiennika ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania 26 mg H2O/L i oporze jedynie 0,2 cm przy 30 l/min Dwa piankowe elementy HME są pewnie zamocowane, zapewniając integralność produktu, nawet gdy pacjent zakasze. Pomiędzy tymi elementami znajduje się otwarta przestrzeń, dzięki której możliwa jest identyfikacja płwociny przez przeźroczystą obudowę, jest też standardowo wyposażony w port służący do odsysania. Jest on wyjątkowo prosty w obsłudze. Port ten jest zakryty klapką w związku z czym można go otworzyć bez potrzeby rozłączania produktu od rurki dotchawiczej. Rozwiązanie takie zmniejsza urazowość zabiegu i zapobiega skażeniu.
 101. Pakiet 222 Pozycja 1 Czy Zamawiający wymaga układu złożonego z 1 czy z 2 rur?
 102. Pakiet 222 Pozycja 2 Czy Zamawiający wymaga układu wyposażonego w zastawkę czy też nie?
 103. Pakiet 226 Pozycja 1 Pozycja 1 Prosimy o dopuszczenie filtra o kształcie prostopadłościanu o skuteczności 99,999% dla bakterii i wirusów, opór 1,3 cm przy 30 L/min, przestrzeń martwa 63ml, waga 30g, skuteczność nawilżania 23mg H2O/L przy VT 500ml .
 104. Pakiet 226 Pozycja 2 Prosimy o dopuszczenie: Filtr oddechowy antybakteryjno- wirusowy, mikrobiologicznie czysty dla dorosłych i starszych dzieci od objętości oddechowej 100ml z wymiennikiem, skuteczność filtracji >99,9%, skuteczność nawilżania 23mg H2O/L przy VT 500ml, przestrzeń martwa 34ml, opór 2,2cm, waga 19g.
 105. Pakiet 226 Pozycja 3 Prosimy o dopuszczenie: filtr oddechowy antybakteryjno- wirusowy, mikrobiologicznie czysty dla dorosłych i starszych dzieci od objętości oddechowej 100ml z wymiennikiem, skuteczność filtracji >99,9%, skuteczność nawilżania 23mg H2O/L przy VT 500ml, przestrzeń martwa 34ml, opór 2,2cm, waga

- 19g.
106. Pakiet 226 Pozycja 4 Prosimy o dopuszczenie filtra Intersurgical z portem kapno zamkniętym koreczkiem na lince, wadze 12 gr i minimalnej objętości oddechowej już od 25 ml, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ .
107. Pakiet 227 Pozycja 1 Prosimy o dopuszczenie filtra dziecięcego o przestrzeni martwej 28 ml spełniającego pozostałe wymagania SIWZ .
108. Pakiet 227 Pozycja 2 Prosimy o dopuszczenie filtra Intersurgical z portem kapno zamkniętym koreczkiem na lince, wadze 12 gr i minimalnej objętości oddechowej już od 25 ml, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ .
109. Dot. Pakiet 5 poz. 5 Czy zamawiający wydzieli z pak.5 poz.5- papier do EKG i zgodzi się na umieszczenie go w oddzielnym pakiecie?
110. dot. pakietu 33, poz. 1,2 i 3 Pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści zestawy wyposażone w cewniki jednoświatłowe o długości 20 cm o średnicy wyrażonej w Ga i dostępnych w rozmiarach 14,16 i 18 Ga?
111. dot. pakietu 33, pozycja 2 i 3 : Czy Zamawiający dopuści zestawy wyposażone w cienkościenną igłę punkcyjną w rozmiarze 18 Ga o długości 6,35 cm, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ?
112. Dot. Pakietu 34 Czy Zamawiający dopuści zestaw wyposażony w 3-kanalowy cewnik wykonany z apirogennego i nietrombogenicznego poliuretanu z powłoką antybakteryjną z chlorheksydydny i sulfadiazyny, z przewodnikiem o długości 60 cm umieszczonej w pochewce w kształcie koła ułatwiającej wprowadzenie go jedną ręką i odpowiednio ostrym, dopasowanym do zestawu rozszerzadłem, jednak bez wyspecyfikowanej średnicy podanej we Fr, pozostałe parametry bez zmian?
113. Dot. Pakietu 34 Czy Zamawiający dopuści zestaw wyposażony w 3-kanalowy cewnik wykonany z apirogennego i nietrombogenicznego poliuretanu z powłoką antybakteryjną z chlorheksydydny i sulfadiazyny, z przewodnikiem o długości 60 cm umieszczonej w pochewce w kształcie koła ułatwiającej wprowadzenie go jedną ręką i odpowiednio ostrym, dopasowanym do zestawu rozszerzadłem, jednak bez wyspecyfikowanej średnicy podanej we Fr, możliwość lokalizacji położenia cewnika w RTG?
114. DOTYCZY SIWZ I WZORU UMOWY Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie na stronie Szpitala SIWZ w formie edytowalnej (załączniki nr 262-Formularz oferty oraz załączniki numer: 263, 264, 265). Zgoda na powyższe niezwykle ułatwi sporządzenie oferty przetargowej.
115. Prosimy Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy zastrzeżenia, iż wszelkie terminy wynikające z niniejszej umowy (terminy dostawy, wymiany towaru, zwłoki, etc.) naliczane będą w dniach roboczych, rozumianych jako: od poniedziałku do piątku.
116. Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu §6 ust. 2 na: *"Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości odsetek za zwłokę określonej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku - do dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności. "* Zapis taki jest zgodny z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r.
117. Prosimy Zamawiającego o obniżenie kary umownej za nieterminową realizację reklamacji do 0,2% wartości reklamowanego towaru za każdy dzień zwłoki. - dot. par. 7 ust. 1 wzoru umowy .
118. Prosimy Zamawiającego o zmianę §7 ust. 2 wzoru umowy w następujący sposób: *"Strony mogą żądać kary umownej w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn spoczywających wyłącznie na drugiej stronie umowy."*
119. Prosimy Zamawiającego o zmianę §7 ust. 3 wzoru umowy w następujący sposób: *"Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych. "*

120. Prosimy o modyfikację zapisu par. 7 ust. 4 wzoru umowy na następujący:
"Kupujący zastrzega, że na wypadek opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy przekraczającego 48 godzin w dni robocze będzie miał prawo dokonania zakupu uzupełniającego niezrealizowanej części zamówienia u innego dostawcy. Różnica w cenie zostanie obciążony Sprzedawca.
121. Prosimy o zmniejszenie kary umownej za zwłokę w realizacji reklamacji określonej w par. 8 ust. 1.4 wzoru umowy do 0,2% wartości reklamowanego przedmiotu za każdy dzień po tym terminie określonym w pkt. 1.1 niniejszego paragrafu.
122. Prosimy Zamawiającego o zmianę treści § 9 wzoru umowy w następujący sposób: *"Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące. "*
123. Prosimy Zamawiającego o modyfikację par.12 wzoru umowy w następujący sposób: *"W przypadku powtarzającej się, przynajmniej czterokrotnie, nieterminowej realizacji zamówień, Kupujący zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. "*
124. Prosimy o wydłużenie czasu realizacji zamówienia z 4 na 5 dni roboczych.
125. Prosimy o zmianę istniejącego zapisu umowy na następujący
„ W przypadku nieterminowej dostawy przez Sprzedawcę, Kupujący będzie miał prawo żądać kary umownej w wysokości 0,2% wartości danego zamówienia częściowego brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia".
126. Prosimy o zmianę istniejącego zapisu umowy na następujący:
„ W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy Kupujący ma prawo żądać kary umownej w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy".
127. Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 113 poz. 1 wymaga aby opakowanie ze szczotką zawierało pilniczek do czyszczenia paznokci?
128. Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 113 poz. 1 dopuści szczoteczki do rąk o wymiarach: długość: 8,50 cm, szerokość: 5,00 cm, wysokość: 3,60 cm ? Oferowane przez nas szczoteczki są wykonane z wysokiej jakości materiału a pojedyncze włoski ułożone są w specjalny system. Dzięki temu szczoteczki nie tylko bardzo dobrze myją ale są także przyjazne dla naskórka . Nasz produkt został dopuszczony do obrotu już w 1993 r. Jest produkowany zgodnie z system jakości ISO 9001 i wymaganiami dyrektywy rady 93/42/EEC.
129. Czy w § 6 ust 1 Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie terminu płatności za fakturę liczonego od daty wystawienia faktury?
130. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1:
- Kary umowne:
1. W przypadku nieterminowej dostawy przez Sprzedawcę, Kupujący będzie miał prawo żądać kary umownej w wysokości .]3 wartości danego zamówienia częściowego brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto danego zamówienia częściowego.
131. Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 2% do 1%?
132. Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% do 5%?
133. Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„Kupujący zastrzega, że w przypadku opóźnienia w dostawie, przekraczającego 5 dni roboczych przysługuje mu prawo zakupu towaru zastępczego u innego Dostawcy po ówczesnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji Zamówienia.”

134. Dotyczy zapisów umowy § 8 ust. 1.1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym: (...), „na swój koszt i ryzyko, o ile Wykonawca reklamację rozpatrzy pozytywnie.”?
135. Dotyczy zapisów umowy § 8 ust. 1.4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 2% do 0,5%?
136. Dotyczy zapisów umowy § 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do § 6 ustępu o poniższej treści: „Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymaganych) powyżej 14 dni od terminu płatności/ wymagalności wskazanego na fakturze”.
137. Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 120 dopuści złożenie oferty z systemem, wyposażonym we wkłady workowe o pojemności 2000ml, z zastawką hydrofobową automatycznie uszczelniającą się po napełnieniu pojemnika oraz dwa króćce (ssania i pacjenta), z datą ważności umieszczoną na każdym wkładzie?
138. Czy Zamawiający, w z zakresie pakietu nr 130, dopuści złożenie oferty z portami naczyniowymi z tunelizatorem pakowanym w osobne sterylne opakowanie, spełniającymi wszystkie pozostałe wymagania z SIWZ?
139. Pakiet nr 63, poz. 1 - Czy Zamawiający w pakiecie nr 63, poz.1 dopuści rurki ustno-gardłowe Guedela w rozmiarze 6, 7, 8 odpowiadające kolejno rozmiarom 0, 1, 2 wymienionym przez Zamawiającego, mikrobiologicznie czyste, pakowane pojedynczo?
140. Pakiet nr 75, poz.1 - Czy Zamawiający w pakiecie nr 75, poz.1 dopuści resuscytator dla noworodków wielorazowy, ręczny z maską twarzą nr 0 i rezerwuarem tlenu 600 ml, worek silikonowy 280ml, wszystkie elementy zastawki wdechowo-wydechowej mogą być sterylizowane?
141. Pakiet nr 78, poz. 1 - Czy Zamawiający w pakiecie nr 78, poz. 1 dopuści resuscytator ręczny z maską twarzą i rezerwuarem tlenowym dla dorosłych wielorazowego użytku, z zakresem przestrzeni martwej bez maski 7 ml, łącznie z maską nr 3 maksymalnie 95ml, łącznie z maską nr 4 maksymalnie 150ml, objętość oddechowa resuscytatora 1500 ml, objętość worka tlenowego 2500ml?
142. Pakiet nr 150, poz.1 - Czy Zamawiający w pakiecie nr 150, poz. 1 dopuści resuscytator oddechowy dla dzieci, ręczny, wielorazowy, z maską twarzą nr 1 i 2, z zastawką bezzwrotną i PEEP, z możliwością podawania tlenu?
143. Pakiet nr 199, poz. 1 - Czy Zamawiający w pakiecie nr 199, poz.1 dopuści wymiennik ciepła i wilgoci HME do tracheostomii z portem do podawania tlenu, waga 6g, zakres objętości oddechowej 60-1000 ml, wydajność nawilżania dla TV 500ml=24mg?
144. Pakiet nr 220, poz.1 - Czy Zamawiający w pakiecie nr 220, poz.1 dopuści filtr mechaniczny, o wadze 27g, martwej przestrzeni 54ml, skuteczności filtracji wirusowej i bakteryjnej 99,9999%, oporze przepływu 30L/min.=1,4 cmH₂O, z portem do próbkowania gazu?
145. Pakiet nr 226, poz. 1 - Czy Zamawiający w pakiecie nr 226, poz. 1 dopuści filtr mechaniczny o oporze przepływu 30L/min.=1,4 cmH₂O, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
146. Pakiet nr 226, poz. 2 - Czy Zamawiający w pakiecie nr 226, poz. 2 dopuści filtr elektrostatyczny, oddechowy z wymiennikiem ciepła i wilgoci, okrągły, waga 15g, zakres objętości oddechowej 120- 500 ml, martwa przestrzeń 30 ml, wydajność filtracji bakteryjnej 99,999%, opór przepływu 30 L/min=1,5 cmH₂O, 60 L/min=3,3 cmH₂O, wydajność nawilżania dla TV 250ml=31 mg, dla TV 500 =30mg, utrata wilgoci dla TV250 ml= 6,5mg, dla TV 500ml= 7,5mg z portem do próbkowania gazu, łączniki zgodne z BS EN1 281-1 „ dla dorosłych i dla dzieci, mikrobiologicznie czyste?
147. Pakiet nr 226, poz. 3 - Czy Zamawiający w pakiecie nr 226, poz.3 dopuści filtr

- elektrostatyczny, oddechowy, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, okrągły, waga 17g, zakres objętości oddechowej 120- 750 ml, martwa przestrzeń 34 ml, skuteczności bakteryjnej 99,9999%, opór przepływu dla 30L/min=0,9cmH₂O, dla 60L/min= 2,2 cmH₂O, wydajność nawilżenia dla TV250ml=32mg, utrata wilgoci dla TV250ml=5,5mg, dla TV750 ml=10,5mg, łączniki zgodne z BS EN 1281-1, z portem do próbkowania gazu, dla dorosłych i dzieci, mikrobiologicznie czyste?
148. Pakiet nr 226, poz. 4 - Czy Zamawiający w pakiecie nr 226, poz. 4, dopuści dziecięcy filtr oddechowy, antybakteryjny, antywirusowy, mikrobiologicznie czysty, z portem do próbkowania gazu, o zakresie objętości oddechowej 60ml, przestrzeni martwej 22 ml, masie 14g, 15mm/22mm?
149. Pakiet 226 - Zwracamy się z prośbą o wyłączenie z pakietu nr 226 poz. 4 i utworzenie dla niej odrębnego pakietu np. 226a. Poprzez wydzielenie tej pozycji zamawiający umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów, a co za tym idzie uzyska bardziej konkurencyjną cenę.
150. Pakiet nr 227, poz. 1 - Czy Zamawiający w pakiecie nr 227, poz.1 dopuści filtr oddechowy dla dzieci HME z wymiennikiem ciepła i wilgoci, waga 14g, zakres objętości oddechowej 60-500ml, przestrzeni martwej 21 ml, skuteczność bakteryjna 99,999%, opór przepływu 30L/min=1,4cmH₂O, wydajność nawilżania H₂O/L dla TV 500ml=27mg?
151. Pakiet nr 227, poz. 2 - Czy Zamawiający w pakiecie nr 227, poz. 2 dopuści dziecięcy filtr oddechowy, antybakteryjny, antywirusowy, mikrobiologicznie czysty, z portem do próbkowania gazu, o zakresie objętości oddechowej 60ml, przestrzeni martwej 22 ml, masie 14g, 15mm/22mm?
152. §7.ust 1 umowy - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,2%?
153. § 3 ust. 2 umowy - Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby na fakturze lub załączniku do faktury znajdował się nr umowy i numer zamówienia, a nr serii i data ważności (w przypadku produktów, których dotyczy) znajdowały się na opakowaniu produktu?
154. § 6 ust. 1 umowy - Zwracamy się z prośbą o określenie terminu zapłaty za dostarczony towar w następujący sposób: „Zapłata za dostarczony towar nastąpi przelewem na konto sprzedającego w terminie (co najmniej 30 dni, maksymalnie 60 dni).... dni od daty dostarczenia partii towaru i faktury.
155. dot. pakietu nr 137 Czy Zamawiający ma na myśli protezy dziane wykonane z przędzy polipropylenowo —poliestrowej?
156. dot. pakietu nr 260 Czy Zamawiający dopuści piankę o pojemności 500 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości o PH 5,0-6,0?
157. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
158. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust 2 wzoru umowy zostało dodany podpunkt o następującej (lub podobnej) treści zmiany cen w razie przekraczającej 3% zmiany Średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy bądź w razie gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%."?Dodanie powyższego podpunktu nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.
159. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust I wzoru umowy słowo opóźnienia zostało zastąpione słowem zwłoki? Uzasadnione jest aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę) nie zaś za wszelkie opóźnienia czyli także niezawinione przez wykonawcę Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie

- terminu Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 września 2011 r KIO 1910111 wykonawca może być obciążony karą umowną za wystąpienie tylko takich czynników, za które jest odpowiedzialny.
160. Czy Zamawiający zgadza się aby w§ 7 ust 4 wzoru umowy po słowach w ciągu 48 godzin zostały dodane słowa „przypadających w dni robocze”? Jeżeli krótki liczony w godzinach termin załatwiania reklamacji miałby obejmować również dni wolne od pracy, zwiększałoby to koszty logistyczne związane z obsługą dostaw. Miałoby to niekorzystny dla Zamawiającego wpływ na wysokość oferowanej ceny.
161. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust 3 wzoru umowy słowo „musi” zostało zastąpione słowem „może”. Informacja o zakazie cesji wierzytelności nie musi być zamieszczana na fakturze według art. 106e ustawy o podatku od towarów i usług. Dlatego wiele informatycznych systemów wystawiania faktur nie przewiduje zamieszczania takich informacji na fakturach W tej sytuacji w przypadku wykonawców korzystających z takich systemów wystawiania faktur, zamieszczanie powyższych informacji bezpośrednio na fakturze może być znacznie utrudnione i wiązać się z dodatkowymi kosztami a tym samym niekorzystnie dla Zamawiającego wpłynąć na wysokość oferowanej ceny. Jednocześnie zamieszczanie powyższych informacji na fakturze nie jest konieczne do ochrony interesów Zamawiającego. Należy podkreślić że bezskuteczność czynności prawnej powodującej zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej a dokonanej bez zgody podmiotu tworzącego wynika wyraźnie z mocy art. 54 ust 5 i 6 ustawy o działalności leczniczej jest zatem zupełnie niezależna od ewentualnej wzmianki na fakturze. Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania proszę wziąć pod uwagę bieżące orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące umów. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r KIO/UZP 767109 mimo iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak aby te interesy były jak najbardziej zrównoważone Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r KIO/UZP 97108 w wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r KIO 2649111, w wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r KIO 2631112, KIO 2655112 oraz ,w wielu innych orzeczeniach.
162. Czy Zamawiający zgodzi się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?
163. Pakiet nr 1 poz.1 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie papieru w rozmiarze 111 mm x 125mm x 200 sztuk?
164. Pakiet nr 2 poz.2 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie papieru w rozmiarze 110mm x 20m?
165. Pakiet nr 6 poz.1 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie papieru w rozmiarze 112x120x150?
166. Pakiet nr 10 poz.1 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie papieru w rozmiarze 150x100x150?
167. Pakiet nr 12 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie papieru w rozmiarze 108mm x 25m?
168. Pakiet nr 12 poz.2 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie papieru w rozmiarze 50mm x 30m?
169. Pakiet nr 16 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji butelek redona z możliwością podłączenia do drenów 6-18F?
170. Pakiet nr 16 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie butelki typ płaski – nieharmonijkowa?
171. Pakiet nr 16 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie drenu skalowanego co 2cm do długości 20cm?
172. Pakiet nr 16 poz. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji drenów redona o długości 50cm z trokarem?
173. Pakiet nr 22 poz.1 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły 0,45 x 12?

174. Pakiet nr 24 poz. 1, 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tych pozycjach z regulacją 5-30 (długość całkowita 43)?
175. Pakiet nr 24 poz. 1, 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tych pozycjach z regulacją 22-47 (długość całkowita 60)?
176. Pakiet nr 24 poz. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji igły ściętej w 3 płaszczyznach?
177. Pakiet nr 26 poz.2 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 90mm? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.
178. Pakiet nr 26 poz 3 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 90mm? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.
179. Pakiet nr 30 poz.2 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły w rozm. 0,9x90 (3,5")?
180. Pakiet nr 44 poz. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji cewnika do odsysania nr 10 o dł. 400 mm, pozostałe rozmiary zgodnie z SIWZ?
181. Pakiet nr 44 poz. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji cewnika do odsysania nieskalowane?
182. Pakiet nr 55 poz.1 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie elektrody o powierzchni całkowitej 204cm², powierzchni aktywnej 118cm² , rozmiar 202 x 101 mm?
183. Pakiet nr 56 poz.1 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przewodnic do rurek intubacyjnych w rozmiarach 6Fr (2,04,5mm), 10 Fr (4,5-6,5mm), 14Fr (7,0-10,0mm).
184. Pakiet nr 63 poz.1 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rurek Guedela w 0-60mm, 1-70mm, 2-80mm, 3-90mm?
185. Pakiet nr 68 poz.1-2 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stabilizatorów do rurek intubacyjnych wykonanych z wysokiej jakości materiałów, z uniwersalnymi rzepami umożliwiającymi szybkie i skuteczne umocowanie stabilizatora wokół głowy. Regulowany uchwyt pozwala na łatwe i szybkie zamontowanie każdego rozmiaru rurki intubacyjnej. Specjalnie zaprojektowany gryzak zapobiega traumatyzacji pacjenta i uszkodzeniu (nadgryzieniu rurki) Dodatkowy otwór umożliwiający odsysanie treści pokarmowej i krwi z jamy ustnej.
186. Pakiet nr 70 poz. 1-8 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie masek krtaniowych z oznaczeniem maksymalnej objętości na korpusie maski, dren balonika kontrolny połączony z mankietem?
187. Pakiet nr 70 poz. 8 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie maski krtaniowej dla pacjenta o wadze 50-70kg?
188. Pakiet nr 70 poz.8 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie maski krtaniowej dla pacjenta o wadze 70-100kg?
189. Pakiet nr 83 poz.1 Czy Zamawiający dopuści martwą przestrzeń o łącznej długości 15cm?
190. Pakiet nr 85 poz.1 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zamkniętego systemu do pobierania próbek z drzewa oskrzelowego z cewnikiem o długości min. 20cm?
191. Pakiet nr 99 poz. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji końcówki o średnicy wew. 3,8 i zew. 7,59?
192. Pakiet nr 99 poz 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie końcówki o średnicy wew. 4,45 i zew. 6,50?
193. Pakiet nr 99 poz.5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie końcówki o średnicy wew. 3,8 i zew. 7 59?
194. Pakiet nr 99 poz. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie końcówki o średnicy wew. 4,45 i zew. 6,50?.
195. Pakiet nr 99 poz. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej

- pozycji końcówki o długości 16 cm, średnicy wew. 1,9mm i zew. 3,0 mm?
196. Pakiet nr 99 poz. 6-7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji końcówki o długości 16 cm i średnicy wew. 1,9 mm , zewnętrznej 3,0 mm?
197. Pakiet nr 99 poz 6-7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tych pozycjach końcówek giętkich, elastycznych?
198. Pakiet nr 99 poz. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji końcówki bez otworów bocznych?
199. Pakiet nr 99 poz. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji końcówki z kontrolą ssania?
200. Pakiet nr 99 poz. 9 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie łączników sterylnych?
201. Pakiet nr 103 poz.8 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kieliszków pakowanych a 75szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
202. Pakiet nr 103 poz. 25 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji pojemników plastikowych lub usunięcie tej pozycji z pakietu, gdyż z wiedzy posiadanej przez naszą firmę wynika iż na rynku nie ma już pojemników szklanych.
203. Pakiet nr 108 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie w tej pozycji ceny za opakowanie a 30 listków z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem do pełnej ilości opakowań?
204. Pakiet nr 109 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji znaczników w rozmiarze 2,5mm x 1,2mm, długość 2 x 45cm?
205. Pakiet nr 109 poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji znaczników w rozmiarze 2,5 mm x 1,2 mm lub 5,0 mm x 1,5mm, długość 2 x 45cm?
206. Pakiet nr 109 poz.1-2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie oznaczników silikonowych?
207. Pakiet nr 113 poz.1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji szczotek niesterylnych?
208. Pakiet nr 113 poz.1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby szczoteczka, gąbka, czyścik były wykonane z polietylenu?
209. Pakiet nr 115 poz.1 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczoteczek ginekologicznych o długości 205mm?
210. Pakiet nr 115 poz.1 Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.
211. Pakiet nr 115 poz.2 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szkiełek pakowanych a 50szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
212. Pakiet nr 116 poz. 1, 2 Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu.
213. Pakiet nr 120 poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji wkładów workowych z datą ważności umieszczoną na opakowaniu jednostkowym?
214. Pakiet nr 120 poz. 2 Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby na każdym wkładzie workowym znajdowała się data ważności.
215. Pakiet nr 124 poz.1 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ortopedycznej końcówki z jedną końcówką ssącą z dodatkowym filtrem?
216. Pakiet nr 125 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji przyrządu do precyzyjnego przetaczania płynów infuzyjnych wykonanego z PCV, komora kroplowa o długości min 7cm, filtr 15µm, regulator przepływu z miejscem do podwieszenia drenu oraz pochewką na igłę biórczą, precyzyjny regulator przepływu w formie beczki w regulacją w zakresie 5-250ml/godz, dren o długości 150cm z przeźroczystym, obrotowym łącznikiem luer-lock na jego końcu oraz dodatkowym portem do iniekcji w kształcie litery Y. Opakowanie folia-papier. Wolny od DEHP?
217. Pakiet nr 135 poz.1 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie myjek do mycia pacjenta wykonane z włókna 90g w rozmiarze 12 x 20cm x 1 cm pakowane a 20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

218. Pakiet nr 136 poz.1 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rolki termoczulej w rozmiarze 50mm x 30m?
219. Pakiet nr 138 poz.1-2 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie siatek chirurgicznych wykonanych z tkanych nitek poliestrowych?
220. Pakiet nr 142 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji końcówki o średnicy zewnętrznej 4,5 mm?
221. Pakiet nr 162 poz.3 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojemnika o pojemności 60ml z zakrętką?
222. Pakiet nr 162 poz.3 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojemnika o pojemności 70ml z pokrywką i zakrętką?
223. Pakiet nr 162 poz.9 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojemnika z pokrywką na wcisk?
224. Pakiet nr 162 poz.19 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojemników z polipropylenu?
225. Pakiet nr 193 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jednorazowego czepek do bezwodnego mycia głowy nasączonego substancjami myjącymi oraz odżywką. Nie wymagający namoczenia oraz splukiwania. Zawierający w składzie m.in. kokamidopropylobetainę oraz dioctan glutaminianu tetrasodowego. Pakowany pojedynczo, z możliwością podgrzania w mikrofalówce (20 sek. w 650W). Zapachowy. Zarejestrowany jako wyrób medyczny.
226. Pakiet nr 205 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji szczotek do rurek tchawiczych w dwóch rozmiarach: małe o dł. 22 cm, dł. włosa 9,5cm i średnicy ok. 12 mm oraz dużych o długości 22 cm, dł. włosa 11 cm średnicy ok. 17 mm?
227. Pakiet nr 220 poz.1 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie filtra elektostatycznie — mechanicznego?
228. Pakiet nr 224 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drenu o średnicy wewnętrznej 5,6, zewnętrznej 8,0, długość 210cm, bez zamocowanego kapturka?
229. Pakiet nr 225 poz.1 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie drenu Redona z perforacją o stałej średnicy otworów?
230. Pakiet nr 232 poz. 1-2 Czy Zamawiający dopuści torbę na wymiociny przeźroczystą, wyposażoną w kartonowy uchwyt dostosowującą się do kształtu twarzy, z zastawką jednokierunkową uniemożliwiającą wydostanie się treści i zapachu?
231. Pakiet nr 242 poz.1 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojemnika o pojemności 1500ml?
232. Pakiet nr 242 poz.2 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wkładu workowego o pojemności 1500ml? Data ważności umieszczona na opakowaniu jednostkowym?
233. Pakiet nr 31 Czy zamawiający dopuści Iglę do znieczulenia przy nefrostomii 17,5G zamiast 18G? Reszta parametrów bez zmian.
234. Pakiet nr 73 Czy zamawiający dopuści maski twarzowe wyprofilowane silikonowe maska twarzowa z mankietem samouszczelniającym. Maska wzmocniona jest wtopionym usztywnieniem w kolorach oznaczających rozmiar maski.

- nie zawiera lateksu
 - wielorazowego użytku
 - sterylizacja w autoklawie do 134 °C
 - szczelnie przylegająca
- | Numer Pacjent | Kolor |
|---------------|-------------------------|
| 3 | dorosły mały żółty |
| 4 | dorosły średni czerwony |
| 5/6 | dorosły duży purpurowy |

235. Pakiet nr 75 Czy zamawiający dopuści Resuscytator o pojemności mieszczącej się w przedziale podanym przez zamawiającego o pojemności 250ml reszta parametrów bez zmian.
236. Pakiet nr 75 Proszę o sprecyzowanie czy w zestawie mają być trzy maski czy jedna do wyboru przez zamawiającego?
237. Pakiet nr 117 Czy zamawiający dopuści zestaw do cystostomii z kaniulą rozrywalną 15Ch, reszta jak w opisie?
238. Pakiet nr 144 Czy zamawiający dopuści mankiet do szybkich przetoczeń posiadający wysuwany wskaźnik ciśnienia oznaczony kolorem? Reszta parametrów bez zmian.
239. Pakiet nr 155 Czy zamawiający wyłączy pierwszą pozycję do oddzielnego pakietu co umożliwi złożenie oferty konkurencyjnej cenowo?
240. Pakiet Nr 70 Prosimy o wyjaśnienie, czy rurka maski krtaniowej ma być wygięta z godnie z budową anatomiczną (kątem 70 stopni) i usztywniona, co zapewnia dobrą sprężystość rurki.
241. Pakiet Nr 72 Prosimy o wyjaśnienie, czy rurka maski ma być wygięta z godnie z budową anatomiczną (kątem 70 stopni) i usztywniona, co zapewnia dobrą sprężystość rurki.
242. Prosimy o rezygnację z wymogu „mankiet o potwierdzonej klinicznie obniżonej przenikalności dla podtlenu azotu”.
243. Pakiet Nr 73 Prosimy o wskazanie rozmiarów masek według numeracji stosowanej przez inne firmy niż Dräger np:
nr 6 - maska duża dla dorosłych
nr 5 - maska standardowa dla dorosłych
nr 3/4 - maska mała dla dorosłych
nr 2 - maska dla dzieci
nr O - maska dla niemowląt
244. Pakiet Nr 75 Prosimy o dopuszczenie resuscytatora Ambu dla noworodków z workiem silikonowym o pojemności 200 ml (objętości oddechowej 150 ml) i tak zwanym otwartym rezerwuarem tlenu o objętości 100 ml, umożliwiającym uzyskanie do 100% tlenu w mieszaninie oddechowej.
245. Prosimy o dopuszczenie resuscytatora Ambu dla noworodków z workiem wykonanym z tworzywa SEBS, o pojemności 200 ml (objętości oddechowej 150 ml) i rezerwuarem tlenu o objętości 100 - 600 ml, umożliwiającym uzyskanie do 100% tlenu w mieszaninie oddechowej.
246. Pakiet Nr 78 W związku z tym, że żaden komitet normalizacyjny (np.: TUV, ISO) nie określa normy, według której mierzy się przestrzeń martwą w maskach twarzowych prosimy o rezygnację z wymogu oferowania resuscytatorów, w których przestrzeń martwa łącznie z maską musi mieć określoną wartość np. 70 lub 80 ml.
247. Prosimy o dopuszczenie resuscytatora dla dorosłych o objętości oddechowej 1100 ml (objętości worka 1475 ml).
248. PAKIET NR 178 Ostrza do piły kompatybilne z wiertarką firmy Stryker S6 (6208) pozycja nr 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę do piły do cięcia kości, sterylne kompatybilne z wiertarką akumulatorową firmy Stryker szer 25,4mm (w SIWZ 25mm) gr. 1,27mm (w SIWZ 1,24mm) dł. 90mm (w SIWZ 79,5mm)? Reprezentujemy niemiecką firmę, która produkuje tylko ostrza do wielu renomowanych firm na świecie. Pozytywna odpowiedź zwiększy konkurencyjność oferty, a nie wpłynie na jakość użytkowania przez operatora i dla dobra pacjenta.
249. PAKIET NR 178 Ostrza do piły kompatybilne z wiertarką firmy Stryker S6 (6208) pozycja nr 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę do piły do cięcia kości, sterylne kompatybilne z wiertarką akumulatorową firmy Stryker szer 25,4mm (w SIWZ 25mm) gr. 1,27mm (w SIWZ 1,24mm) dł. 100 mm (w SIWZ 98,5mm)? Reprezentujemy niemiecką firmę, która produkuje tylko ostrza do wielu renomowanych firm na świecie. Pozytywna odpowiedź zwiększy konkurencyjność oferty, a nie wpłynie na jakość użytkowania przez operatora i dla dobra pacjenta.

250. PAKIET NR 178 Ostrza do piły kompatybilne z wiertarką firmy Stryker S6 (6208) pozycja nr 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę do piły do cięcia kości, sterylne kompatybilne z wiertarką akumulatorową firmy Stryker szer 19,05mm (w SIWZ 1 8,5mm) gr. 1,27mm (w SIWZ 1,24mm) dł. 90mm (w SIWZ 83,5mm)? Reprezentujemy niemiecką firmę, która produkuje tylko ostrza do wielu renomowanych firm na świecie. Pozytywna odpowiedź zwiększy konkurencyjność oferty, a nie wpłynie na jakość użytkowania przez operatora i dla dobra pacjenta.
251. PAKIET NR 178 Ostrza do piły kompatybilne z wiertarką firmy Stryker S6 (6208) pozycja nr 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę do piły do cięcia kości, sterylne kompatybilne z wiertarką akumulatorową firmy Stryker szer 19,05mm (w SIWZ 18,5mm) gr. 1,27mm (w SIWZ 1,24mm) dł. 100mm (w SIWZ 104,0mm)? Reprezentujemy niemiecką firmę, która produkuje tylko ostrza do wielu renomowanych firm na świecie. Pozytywna odpowiedź zwiększy konkurencyjność oferty, a nie wpłynie na jakość użytkowania przez operatora i dla dobra pacjenta.
252. PAKIET NR 178 Ostrza do piły kompatybilne z wiertarką firmy Stryker S6 (6208) pozycja nr 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę do piły do cięcia kości, sterylne kompatybilne z wiertarką akumulatorową firmy Stryker szer 19,05mm (w SIWZ 18mm) gr. 0,89mm (w SIWZ 0,89mm) dł. 90mm (w SIWZ 90,0mm)? Reprezentujemy niemiecką firmę, która produkuje tylko ostrza do wielu renomowanych firm na świecie. Pozytywna odpowiedź zwiększy konkurencyjność oferty, a nie wpłynie na jakość użytkowania przez operatora i dla dobra pacjenta.
253. PAKIET NR 178 Ostrza do piły kompatybilne z wiertarką firmy Stryker S6 (6208) pozycja nr 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę do piły do cięcia kości, sterylne kompatybilne z wiertarką akumulatorową firmy Stryker szer 13mm (w SIWZ 12,5mm) gr. 1, 19mm (w SIWZ 1,19mm) dł. 70mm (w SIWZ 61,5mm)? Reprezentujemy niemiecką firmę, która produkuje tylko ostrza do wielu renomowanych firm na świecie. Pozytywna odpowiedź zwiększy konkurencyjność oferty, a nie wpłynie na jakość użytkowania przez operatora i dla dobra pacjenta.
254. PAKIET NR 178 Ostrza do piły kompatybilne z wiertarką firmy Stryker S6 (6208) pozycja nr 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę do piły do cięcia kości, sterylne kompatybilne z wiertarką akumulatorową firmy Stryker szer 19mm (w SIWZ 18,5mm) gr. 0,6mm (w SIWZ 0,76mm) dł. 60,5mm (w SIWZ 73mm)? Reprezentujemy niemiecką firmę, która produkuje tylko ostrza do wielu renomowanych firm na świecie. Pozytywna odpowiedź zwiększy konkurencyjność oferty, a nie wpłynie na jakość użytkowania przez operatora i dla dobra pacjenta.
255. PAKIET NR 178 Ostrza do piły kompatybilne z wiertarką firmy Stryker S6 (6208) pozycja nr 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę do piły do cięcia kości, sterylne kompatybilne z wiertarką akumulatorową firmy Stryker szer 10,5mm (w SIWZ 9mm) gr. 0,60mm (w SIWZ 0,64mm) dł. 24mm (w SIWZ 24mm)? Reprezentujemy niemiecką firmę, która produkuje tylko ostrza do wielu renomowanych firm na świecie. Pozytywna odpowiedź zwiększy konkurencyjność oferty, a nie wpłynie na jakość użytkowania przez operatora i dla dobra pacjenta.
256. PAKIET NR 178 Ostrza do piły kompatybilne z wiertarką firmy Stryker S6 (6208) pozycja nr 7 i 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę do piły do cięcia kości, nie sterylne (w SIWZ sterylne)? Reprezentujemy niemiecką firmę, która produkuje tylko ostrza do wielu renomowanych firm na świecie. Pozytywna odpowiedź zwiększy konkurencyjność oferty, a nie wpłynie na jakość użytkowania przez operatora i dla dobra pacjenta.
257. Pytanie nr 10: PAKIET NR 178 Ostrza do piły kompatybilne z wiertarką firmy Stryker S6 (6208) pozycja nr 7 i 8 Czy Zamawiający wymaga na dostawę do piły do cięcia kości nie sterylne z możliwością kilkakrotnego używania co zmniejszy koszty użytkowania (nawet do 10 - 12 razy)? Reprezentujemy niemiecką firmę, która produkuje tylko ostrza do wielu renomowanych firm na świecie. Pozytywna odpowiedź zwiększy konkurencyjność i zmniejszy koszty, a nie wpłynie na jakość użytkowania przez operatora i dla dobra pacjenta.

258. Pakiet 5 poz. 4 Czy Zamawiający wymaga aby papiery do videoprintera były wysokiej rozdzielczości, pozwalające uzyskać wydruki o wysokim kontraście i dużej skali szarości oraz były oryginalne zalecane przez producentów Videoprinterów?
259. Pakiet 7 poz.1 Czy Zamawiający dopuści system do zbiórki stolca posiadający atesty, dopuszczenia do obrotu w UE, czysty biologicznie, używany w szpitalach klinicznych w Polsce, posiadający niskociśnieniowy balonik retencyjny, 3 worki w zestawie i dodatkową ochronę przed przedostawaniem się przykrych zapachów w postaci powleczonego specjalną substancją cewnika odprowadzającego stolec.
260. Pakiet 7 poz. 2 Czy Zamawiający ma na myśli pisząc jednostkę miary - 1 szt. worki wymienne pakowane a 10 czy 1 worek wymienny?
261. Pakiet 22 poz.1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki z igłą 0,5 x 16.
262. Pakiet 90 poz.1 Czy Zamawiający wymaga oryginalnych elektrod, zalecanych przez producentów elektrod?
263. Pakiet 93 poz.1 Czy Zamawiający ma na myśli okularki do fototerapii w kształcie literki Y czy tradycyjne? Okularki zapewniają całkowitą ochronę przed światłem wykorzystywanym do fototerapii. Specjalna osłona na oczy chroni je przed szkodliwym działaniem światła, podczas gdy opaska okularów na głowę przepuszcza lecznicze promienie. Wykonane z materiału, które nie posiada latexu, co zmniejsza podrażnienie skóry. Idealnie dopasowane dzięki unikalnej konstrukcji w kształcie litery Y. Pasujące i wygodne dla główki i twarzy dziecka na rzep, który się samoistnie nie odpina i opaska dobrze przylega do główki dziecka.
264. Pakiet 103 poz. 31 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie żelu do EEG a 0,26 kg z przeliczeniem ilości.
265. Pakiet 103 poz. 32 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie żelu do EKG a 0,26 kg z przeliczeniem ilości.
266. Pakiet 113 poz.1 Czy Zamawiający dopuści jałową szczotkę do mycia i dezynfekcji rak nasączona 4% roztworem chlorheksydyny, wyposażoną w czyścik do paznokci.
267. Pakiet 146 poz.1 Czy Zamawiający ma na myśli ostrza chirurgiczne ze stali węglowej z wygrawerowaną na pojedynczym ostrzu nazwą producenta i numerem ostrza?
268. Pakiet 146 poz.2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemników do pobierania próbek moczu z podziałem na chłopcy i dziewczynki.
269. Dotyczy pakietu nr 250, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 250, pozycja 1: szczoteczki cytologicznej jednorazowego użytku bronchoskopowej; maksymalna średnica części roboczej 1,8mm; długość robocza 1150 mm; długość szczoteczki 10mm; średnica szczoteczki 2,0mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm; 10 sztuk w opakowaniu?
270. Dotyczy pakietu nr 250, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 250, pozycja 2: szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach; zielona, teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 1150 mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 1,9mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm; w opakowaniu 20 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec jak również wyrazi zgodę na zwiększenie wymaganej ilości do 80szt? Co umożliwiłoby złożenie konkurencyjnej oferty?
271. Dotyczy wzoru umowy, paragraf 7, ustęp 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej w przypadku nieterminowej dostawy do 0,5% wartości danego zamówienia częściowego brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, gdyż kara umowna w wysokości 2% jest niewspółmiernie wysoka i nie przystaje do ogólnie obowiązujących wysokości kar umownych?

272. Dotyczy wzoru umowy, paragraf 8, ustęp 1.1 i 1.3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby terminy o których mowa w ustępie 1.1 i 1.3 były liczone w dniach roboczych?
273. Dotyczy wzoru umowy, paragraf 8, ustęp 1.4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 0,5% wartości reklamowanego przedmiotu za każdy dzień, gdyż kara umowna w wysokości 2% jest niewspółmiernie wysoka i nie przystaje do ogólnie obowiązujących wysokości kar umownych?
274. Prosimy o udzielenie informacji: Czy Zamawiający znajduje się w trakcie przekształcania w spółkę kapitałową?
275. Czy Zamawiający w Pakiecie 42 w pozycji 1 i 2 dopuści zgłębniki mikrobiologicznie czyste spełniające : pozostałe wymagania SIWZ?
276. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 42 w pozycji 3 dopuści poliuretanowy zgłębnik z prowadnicą do żywienia dojelitowego jałowy o rozmiarze 6Fr /50cm?
277. Czy Zamawiający w Pakiecie 56.w pozycji 1 dopuści sterylną prowadnicę wykonaną z plastycznego aluminium z gładką powłoką z tworzywa sztucznego z miękkim końcem dalszym, pakowaną pojedynczo w opakowanie folia-papier, w trzech rozmiarach : dla rurek 2,5-4,5 prowadnica o długości 280mm , rurek 4,0-6,0 prowadnica o długości 350mm i rurek > 5,0 prowadnica o długości 350mm?
278. Czy Zamawiający w Pakiecie 56 dopuści rurki intubacyjne zbrojone z mankietem w rozmiarach od 5,0 do 9,5?
279. Czy Zamawiający w Pakiecie 59 dopuści rurkę tracheostomijną sterylną z mankietem niskociśnieniowym wysokoobjętościowym, z niebieskim łącznikiem 15mm, z odsysaniem z nad mankietu „, z przewodnik umożliwiającą wymianę rurki, oznaczenie rozmiaru rurki na przezroczystym szyldzie „, naklejka na opakowaniu z identyfikacją rurki* (typ, rozmiar, data ważności)?
280. Czy Zamawiający w Pakiecie 63 dopuści rurki ustno-gardłowe Guedela w rozmiarach: 1- 60mm; 2 - 70mm; 3 - 80mm; 4 -90mm „, sterylne, pakowane pojedynczo?
281. Czy rurki w Pakiecie 64 mają ograniczać mikroaspirację przeciętnie o 90% w porównaniu do klasycznego mankieta baryłkowego niskociśnieniowego wysokoobjętościowego?
282. Czy Zamawiający w Pakiecie 65 dopuści rurkę intubacyjną nosowo-tchawiczą polarna północna (wygięta do góry), wykonaną z bardzo miękkiego materiału typu lyory - nieprzezroczysta, z mankietem niskociśnieniowym wysokoobjętościowym (taka konstrukcja mankieta zapewnia szczelność przy niskich ciśnieniach wypełnienia spowodowany dyfuzją gazów z zachowaniem zewnętrznej kontroli tego ciśnienia) , z opisem rozmiaru rurki na korpusie i łączniku Rozmiar od 6,0 do 8,0 mm co 0,5 mm (ilość w poszczególnych rozmiarach wg bieżących potrzeb Zamawiającego)?
283. Czy Zamawiający w Pakiecie 79 dopuści produkty z drenem o długości 213cm spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?
284. Czy zamawiający w Pakiecie 82 dopuści układ oddechowy z rur karbowanych zestaw składający się m.in. z dwóch gałęzi o dł. 1,5 m, zakończone łącznikami 22F od strony aparatury, dodatkowa gałąź o długości 92cm, łącznik Y zintegrowany z gałęziami „ kapturek zabezpieczający na zakończeniu 22M/15F od strony pacjenta?
285. Czy zamawiający w Pakiecie 82 w pozycji 2 dopuści układ oddechowy, okrężny o śr. 22 mm, wykonany z rur rozciąganych z pamięcią kształtu zestaw dwie rury 1,8 m (po rozciągnięciu) z łącznikami sztywnymi 22F od strony aparatu oraz zintegrowanym łącznikiem Y od strony pacjenta przy łączniku Y odłączalny łącznik kolankowy 221VI/15F z portem luer wyposażonym w zintegrowany kapturek zabezpieczający, dodatkowa gałąź 1,2 m (po rozciągnięciu) z łącznikiem sztywnym 22F po obu stronach, prosty łącznik 22M/19F, bezlateksowy worek oddechowy o pojemności 2 L?

286. Czy Zamawiający w Pakiecie 82 w pozycji 3 dopuści układ oddechowy do respiratora o gładkiej powierzchni wewnętrznej ułatwiającej odprowadzanie kondensatu, zmniejszając ryzyko rozwoju bakterii?
287. Czy Zamawiający w Pakiecie 83 w pozycji 1 dopuści łącznik (rurka) karbowany tzw. martwa przestrzeń o dł. 15 cm, końcówki 22F i 22M/15F, z łącznikiem kątowym z portem do kapno sterylny?
288. Czy Zamawiający w Pakiecie 86 w pozycji 1 dopuści łączniki spełniające wymagania SIWZ a pakowane po 50 sztuk w dwa worki po 25 sztuk każdy?
289. Czy Zamawiający w Pakiecie 100 w pozycji 1 dopuści pojemniki na odpady po flebotomii (również ostre) z wlotem obrotowym z możliwością czasowego i stałego zamknięcia, o pojemności 2L wymiarach wys. 18,4cm x głęb. 12cm x szer. 16,5cm w kolorze czerwonym?
290. Czy Zamawiający w Pakiecie 100 w pozycji 2 dopuści pojemniki uniwersalny na odpady po ostre z wlotem obrotowym z możliwością czasowego i stałego zamknięcia, o pojemności 7,4L „ wymiarach wys. 25,4cm x głęb 18,4cm x szer. 26,6cm dostępne w kolorze czerwonym i żółtym?
291. Czy Zamawiający w Pakiecie 122 w pozycji 1 dopuści sondę w rozmiarze 20CH spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?
292. Czy Zamawiający w Pakiecie 226 w pozycji 1 dopuści filtr mechaniczny, waga 24g, martwa przestrzeń (objętość wewnętrzna) 42ml, skuteczność filtracji bakterii 99,9999%, wirusów 99,999%, opór przepływu 30L/min=1,2 cm H₂O, z portem do próbkowania gazu - żeńskie złącze Luer Lock, sterylny?
293. Czy Zamawiający w Pakiecie 226 w pozycji 2 dopuści filtr elektrostatyczny „oddechowy z wymiennikiem ciepła i wilgoci, okrągły, waga ok 21g, zakres objętości oddechowej 75-300 ml, martwa przestrzeń (objętość wewnętrzna) ok 29ml, wydajność filtracji bakteryjnej 99,999%, opór przepływu 15L/min=3cmH₂O, wydajność nawilżania dla TV 250ml=31mg, utrata wilgoci dla TV250= 8mg, z portem do próbkowania gazu, dla dzieci, sterylny?
294. Czy Zamawiający w Pakiecie 226 w pozycji 3 dopuści filtr elektrostatyczny, oddechowy z wymiennikiem ciepła i wilgoci, okrągły, waga ok 28g, zakres objętości oddechowej 150-1200 ml, martwa przestrzeń (objętość wewnętrzna) ok. 51ml, wydajność filtracji bakteryjnej 99,9998%, opór przepływu 30L/min=1,2cmH₂O, wydajność nawilżania dla TV 500ml=33mg, utrata wilgoci dla TV 500= 6mg, z portem do próbkowania gazu, dla dorosłych i dzieci, sterylny?
295. Czy Zamawiający w Pakiecie 227 w pozycji 1 dopuści filtr oddechowy elektrostatyczny dla dzieci z wymiennikiem ciepła i wilgoci, zakres objętości oddechowych V_t=30 -100ml , mały opór dla przepływu gazów, mała przestrzeń martwa (objętość wewnętrzna) 10 ml, częściowo przezroczysty, kompatybilny do większości systemów oddechowych i masek, tj. przyłącza 22 M i 15M,. na poziomie nawilżania 28mgH₂O przyV_T=50ml, sterylny?
296. Czy w Pakiecie 228 w pozycji 1 Zamawiający dopuści rurki intubacyjne w rozmiarze 2.5 – 7.0 co 0.5 spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
297. Czy Zamawiający w Pakiecie 229 dopuści rurki intubacyjne w rozmiarach od 5.0 do 9.5 co 0.5 spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
298. Dotyczy pakietu nr 55 poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bezpiecznej elektrody neutralnej z klejem elektroprzewodzącym, jednorazowej, z dzielonym stykiem szerokości 4cm, kompatybilnej z systemem kontroli jakości przylegania do ciała pacjenta zapobiegającym poparzeniu pacjenta w miejscu jej przylegania, zawierająca grubą warstwę żelu co doskonale wypełnia wszelkie nierówności skóry dopasowując się całą swoją powierzchnią do ciała pacjenta i zapewniającą prawidłowe przyleganie do skóry pacjenta, wymiary płytki wysokość 12,00 cm, szerokość 18,50 cm, duża powierzchnia przylegania o wysokim wskaźniku rozpraszania ciepła 222,00 cm²? Elektroda jest kompatybilna z generatorami ERBE, EMED, EXCALIBUR, FORCE TRIADE.

299. Dotyczy pakietu nr 55 poz. 3 Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 3 do oddzielnego pakietu.

300. Dotyczy pakietu nr 55 poz. 3 W przypadku braku zgody na wydzielenie pozycji 3 z pakietu nr 55 do oddzielnego pakietu to czy wówczas Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie elektrod neutralnych dla dzieci opisanych poniżej, które są kompatybilne tylko z generatorami Force Triad i Excalibur:

Parametry urządzenia	Ilość sztuk w opakowaniu	Numer katalogowy
Elektroda powrotna dla niemowląt (2,72 - 13,6 kg) z klejem elektroprzewodzącym oraz przewodem o dł. 4,6 m., wyposażona w system kontroli jakości styku kompatybilny z systemem REM generatora Valleylab oraz żelem zapewniającym prawidłowe przyleganie do skóry pacjenta (sprzedaż w opakowaniach po 25 szt.)	25	E7510-251DB
Elektroda powrotna dla noworodków (0,45 - 2,7 kg) z klejem elektroprzewodzącym oraz żelem zapewniającym prawidłowe przyleganie do skóry pacjenta, przewodem o dł. 2,7 m., kompatybilna z systemem monitorowania jakości kontaktu elektrody powrotnej generatora Valleylab (sprzedaż w opakowaniach po 12 szt.)	12	E7512

301. Pakiet 7 poz.1 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy system do kontrolowanej zbiórki stolca płynnego i półpłynnego z balonikiem retencyjnym ma posiadać niebieską kieszonkę dla umieszczenia palca wiodącego? Kieszonka ta umożliwia bezpieczną, precyzyjną i atraumatyczną aplikację systemu w ciało pacjenta.

302. Pakiet 7 poz.1 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy port do napełniania balonika retencyjnego ma posiadać system sygnalizacji poziomu wypełnienia balonika? Sygnalizacja ta zapobiega przed nadmiernym wypełnieniem balonika co zabezpiecza przed uszkodzeniem tkanki miękkiej.

303. Pakiet 7 poz.1 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy system do kontrolowanej zbiórki stolca powinien posiadać badania kliniczne świadczące o bezpieczeństwie i skuteczności do 29 dni.

304. Pakiet 7 Poz.2 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zestaw worków do kontrolowanej zbiórki stolca płynnego i półpłynnego o pojemności 1000 ml?

305. Pakiet 13 Ponieważ kable do połączenia cewników z monitorem są wielorazowe prosimy Zamawiającego o określenie ilości stanowisk monitorowych, które należy w nie wyposażać.

306. Pakiet 13 Prosimy o wyjaśnianie czy cewnik z czujnikiem temperatury ma być transparentny.

307. Pakiet 13 Prosimy o wyjaśnienie czy cewnik z czujnikiem ma posiadać w zestawie strzykawkę z roztworem 10% gliceryny gwarantującym pewne i bezrewizyjne uszczelnienie? Woda destylowana używana do wypełniania balonów cewnikowych ulega dyfuzji poprzez ścianę balonu, skutkiem czego cewnik może tracić szczelność przy dłuższym użytkowaniu, do czego nie dochodzi po zastosowaniu wypełnienia 10% roztworem gliceryny.

308. Pakiet 25 Prosimy o dopuszczenie tępej igły do pobierania i rozpuszczania leków, ściętej pod kątem 450 co zapobiega zatykaniu światła igły i zakłuciom, w rozm. 18G x 40mm.

309. Pakiet 24, poz.1- 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do nakłuć mostka ze śrubowym ogranicznikiem głębokości wkłucia, uchwyt ergonomiczny, inny niż motylkowy.

310. Pakiet 26 Poz.1 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie zaszła omyłka i Zamawiający określił wymiary podkładu/rdzenia w niejednoznaczny sposób. Prosimy o doprecyzowanie czy chodziło o podkład o wymiarach 100 x 229cm ±5 cm z

- rdzeniem ograniczonym marginesami ze wszystkich stron podkładu o wymiarach 51 x206 cm $\pm$ 5cm.
311. Pakiet 26 Poz. 2 Prosimy o wyjaśnienie czy serweta do repozycjonowania pacjenta ma być wytrzymała i jej siła udźwigu ma wynosić 220-230 kg.
 312. Pakiet 27 poz. 8 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 8 strzykawek pakowanych max po 100szt.
 313. Pakiet 27 poz. 13/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 120szt. tak jak dotychczas stosowane.
 314. Pakiet 27 poz. 15-17/ Prosimy o dopuszczenie strzykawek do pomp z gumowym tłokiem z końcówką Luer-Lock.
 315. Pakiet 29 oraz 30 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy igły mają być pakowane pojedynczo w sterylne opakowanie wielowarstwowe, nierozrywane Tyvec co gwarantuje bezpieczeństwo produktu zapobiegając przypadkowej kontaminacji poprzez np.: uszkodzenie opakowania, rozerwanie lub mikrorozszczelnienia?
 316. Pakiet 39 poz. 1-8 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy kaniule mają być pakowane w sztywne opakowanie Tyvec zabezpieczające przed utratą jałowości?
 317. Pakiet 39 poz 10 Prosimy o dopuszczenie korków do kaniul dwustronnych typu Combi producenta innego niż kaniule w poz. 1-8. Pragniemy nadmienić, iż producentem tychże korków jest firma J. Soliner, która przejęła ich produkcję od wytwórcy kaniul, ale pozostając pod jego kontrolą i działając wedle identycznych standardów (co wynika z Deklaracji Zgodności i CE), gwarantuje pełną kompatybilność z kaniulami z poz. 1-8.
 318. Pakiet 44 poz. 2 Czy cewnik w poz. 2 mają dawać możliwość utrzymania przez 4 tygodnie poświadczoną przez producenta?
 319. Pakiet 44 poz.4 Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy cewniki do kontrolowanego odsysania mają posiadać przeźroczysty łącznik ułatwiający wizualizację odsysanej wydzieliny, tak jak obecnie stosowane przez Zamawiającego?
 320. Pakiet 44 poz. 11 Prosimy o wyjaśnienie czy cewniki Pezzera mają być sterylizowane metodą radiacyjną, która eliminuje kancerogenność produktu?
 321. Pakiet 44 poz. 18 Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje cewników z kontrolą odsysania typu Vacutip. Nadmieniamy, iż tego rodzaju kontrola ssania eliminuje całkowicie zjawisko podkradania powietrza z płuc pacjenta w trakcie wprowadzania cewnika a jednocześnie gwarantuje max. wydajność odsysania w momencie kiedy jest to konieczne, tj. w trakcie wycofywania cewnika?
 322. Pakiet 47 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu ze stentem moczowodowym JJ o/c wykonanym z biokompatybilnego poliuretanu, 4,8Ch z popychaczem dł. 90 cm i teflonowaną prowadnicą 0,028" dł.150 cm do URS, którego producent zaleca czas utrzymania wedle uznania operatora.
 323. Pakiet 48 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje aby cewniki Dufour wykonane z półtwardego lateksu silikonowanego miały balon 50ml 80ml lub 120ml do wyboru przez Zamawiającego, co zapewnia dostosowanie do potrzeb w zależności od rozmiarów anatomicznych łoży po gruczole krokowym, tak jak w obecnie stosowanych przez Zamawiającego?
 324. Pakiet 56 poz. 3 Czy Zamawiający oczekuje, by rurka posiadała marker pozycji śródgłównowej w postaci jednolicie czarnej min 2 cm końcówki?
 325. Pakiet 56 poz. 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki intubacyjnej z miękkiego, delikatnego PVC, bez mankietu, skalowanej jednostronnie co 1 cm, do intubacji przez usta i nos?
 326. Pakiet 56 poz. 4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki intubacyjnej wykonana z medycznego PCV, z dodatkowym portem luer-lock do podawania leków (surfaktantu), z czarnym, minimum 2 cm znacznikiem głębokości intubacji na zakończeniu rurki minimum 2 oznaczeniami rozmiaru na korpusie rurki i dodatkowo na łączniku 15 mm, o gładkich atraumatycznych krawędziach, z linią RTG na całej długości, skalowaną jednostronnie co 1cm, w rozmiarach od 2,5 do nr 6,0 co 0,5.
 327. Pakiet 56 poz. 5 Prosimy o wyłączenie poz. 5 w osobne zadanie.

328. Pakiet 56 poz. 6 Czy Zamawiający oczekuje rurki intubacyjnej z jednolicie czarnym zakończeniem grubości min. 2cm wskaźnika pozycji śródgłośniowej?
329. Pakiet 56 poz. 7-10 Czy rurki intubacyjne w poz 7-10 mają posiadać znacznik pozycji śródgłośniowej w postaci jednolicie czarnego ringu nad balonem o pewnej widoczności w standardowej laryngoskopii?
330. Pakiet 61 Czy w poz. 3-5 Zamawiający dopuści rurki cienkościenne z zestawem dwóch wymiennych kaniul wewnętrznych oraz łączników, z zastawką fenestracyjną i barwnym markerem rozmiaru.
331. Pakiet 56 Prosimy o dopuszczenie przewodnic do rurek intubacyjnych w rozmiarach - średnica zewnętrzna: 1,95mm, 3,28mm, 3,93mm i 4,60mm - zabezpieczające pełen zakres rozmiarów rurek intubacyjnych.
332. Pakiet 57 Prosimy o dopuszczenie rurki intubacyjnej profilowanej, północnej, wykonanej w wysokiej jakości medycznego z PVC, z mankietem niskociśnieniowym, z dwoma oznaczeniami rozmiaru w tym na łączniku 15 mm, z niebieskim balonik kontrolny, gładkie atraumatyczne krawędzie, linia RTG na całej długości rurki, skalowana jednostronnie, z otworem Murphy, sterylna.
333. Pakiet 58 Czy Zamawiający dopuści rurki tracheostomijne bez naklejki samoprzylepnej, bez mankieta, o zmniejszonej grubości ścianki rurki z zestawem dwóch kaniul wewnętrznych oraz łączników, z zastawką fenestracyjną oraz kolorowym oznaczeniem rozmiaru?
334. Pakiet 64 Czy rurka ma posiadać znacznik głębokości intubacji w postaci grubego, czarnego oringu?
335. Pakiet 64 Czy rurka ma posiadać zintegrowane, zamykane złącze/port do odsysania typu męskiego umożliwiające podłączenie dodatkowej, sterylnej linii do odsysania ze złączem typu żeńskiego?
336. Pakiet 70 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek z luźnym niewbudowanym na całej długości rurki oddechowej drenem do napełniania mankieta.
337. Pakiet 70 Czy zamawiający wymaga masek krtaniowych z zabezpieczeniem w postaci uźebrowania chroniącego przed możliwością wkliniwania nagłośni?
338. Pakiet 64 poz. 1-4 Czy Zamawiający przez dodatkowy port dający łatwy dostęp do przestrzeni podgłośniowej, umożliwiający ciągłe odsysanie zalegającej tam treści, rozumie dodatkowy dren z konektorem umożliwiającym podłączenie linii systemu próżniowego?
339. Pakiet 64 poz. 1-4 Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania rurek posiadających mankiet cylindryczny oraz rurek z mankietem stożkowym do wyboru Zamawiającego?
340. Pakiet 72 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski krtaniowej o przenikalności podtlenu azotu właściwej dla wszystkich masek wielorazowych wykonanych z silikonu. Zgoda Zamawiającego pozwoli na złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty.
341. Pakiet 74 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu tlenowo-nosowego o długości 4 lub 7m.
342. Pakiet 99 poz. 5/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie końcówki do odsysania o śr wew. 2,6 mm
343. Pakiet 99 Poz. 7/ Prosimy zamawiającego o dopuszczenie końcówki do odsysania pola operacyjnego, która zamiast otworów bocznych posiada atraumatyczną osłonkę silikonową.
344. Pakiet 99 Poz. 8 / Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie końcówki o śr. wewnętrznej 2,6mm.
345. Pakiet 99 Poz.9 / Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łącznika do drenów o średnicy 4-10 lub 6-15-6.
346. Pakiet 104 Czy oczekiwany filtr ma posiadać przepływ o prostym torze i zgodny z normą ISO 10555-5 dla cewników naczyniowych?
347. Pakiet 104 Czy filtr ma posiadać podzielną membranę typu Split Septum stanowiącą jednolitą, zewnętrzną powierzchnię styku z końcówkami Luer przy połączeniu z systemem dostępu naczyniowego?

348. Pakiet 113 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk wykonanej z poliestrowej gąbki spełniającej pozostałe wymagania SIWZ.
349. Pakiet 117 Czy Zamawiający oczekuje standardowego worka do zbiorki moczu w zintegrowanym zestawie do cystostomii?
350. Pakiet 117 Czy cewnik cystostomijny ma posiadać dedykowany adhezyjny fiksator do skóry pacjenta w zestawie?
351. Pakiet 135 Prosimy o dopuszczenie myjki do toalety pacjenta o naturalnym pH nawilżone o wymiarach 20x 20 cm, nie wymagającej splukiwania co znacznie zmniejsza koszty procedury toalety pacjenta.
352. Pakiet 135 Czy Zamawiający oczekuje myjek hypoalergiczných?
353. Pakiet 135 Czy środek myjący myjki ma zawierać wodę tak by nie wymagane było namaczanie myjki w wodzie wodociągowej?
354. Pakiet 135 Czy myjka ma realizować równocześnie zmywanie oraz nawilżanie skóry poprzez zawarte w niej substancje pielęgnacyjne takie jak aloes, witamina E oraz simetikon, bez konieczności dodatkowego splukiwania i wycierania po jej użyciu?
355. Pakiet 166 Prosimy o dopuszczenie łącznika bezigłowego posiadającego zastawkę w postaci jednoelementowej, silikonowej podzielnej membrany nie sprzyjającej kolonizacji bakterii, o łatwej do dezynfekcji jednorodnej powierzchni, osadzonej na plastikowym - przezroczystym konektorze, wewnątrz pozbawione części mechanicznych.
356. Pakiet 167 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie termometru z zakresem odległości od mierzonego obiektu 5-8 cm.
357. Pakiet 167 Prosimy o wyjaśnienie czy termometr ma być wyposażony w beznarzędziową wymianę baterii?
358. Pytanie do pak. Nr 173 Czy zamawiający dopuści CHEMOPROTECT MICROSPIKE SWAN -bezigłowy aparat do przygotowywania i wielokrotnego pobierania leków cytostytycznych z fiolki lub butelki umożliwiający wielokrotne, aseptyczne pobieranie z pojemnika zbiorczego, wolny od lateksu i PCV, z mikrokolcem do pobierania z ampulek o małej średnicy, wyposażony w bakteryjny, hydrofobowy filtr 0,2 µ, który zapewnia skuteczną wentylację i zatrzymuje toksyczne aerozole, oraz filtr cząsteczkowy 5 µ, który zatrzymuje zanieczyszczenia, fragmenty gumy czy drobiny szkła oraz w samouszczelniający się i samodomykający zawór bezigłowy SWAN, zapobiegający wyciekowi leku .Czas stosowania do 7 dni lub 140 aktywacji przy zachowaniu zasad prawidłowej dezynfekcji, mający takie samo zastosowanie co opisany przedmiot zamówienia?
359. Pakiet 171 Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji 4 do osobnego pakietu oraz dopuszczenie końcówki o długości 32 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ, Zgoda Zamawiającego pozwoli na złożenie ważnej konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców.
360. Pytanie do pak. 174 Czy zamawiający dopuści CHEMOPROTECT SPIKE SWAN - bezigłowy aparat do przygotowywania i wielokrotnego pobierania leków cytostytycznych z fiolki lub butelki umożliwiający wielokrotne, aseptyczne pobieranie z pojemnika zbiorczego, wolny od lateksu i PCV, kolec standardowy, wyposażony w bakteryjny, hydrofobowy filtr 0,2 µ, który zapewnia skuteczną wentylację i zatrzymuje toksyczne aerozole filtr cząsteczkowy 5µ, który zatrzymuje zanieczyszczenia, fragmenty gumy czy drobiny szkła oraz w samouszczelniający się i samodomykający zawór bezigłowy SWAN, zapobiegający wyciekowi leku . Czas stosowania do 7 dni lub 140 aktywacji przy zachowaniu zasad prawidłowej dezynfekcji, mający takie samo zastosowanie co opisany przedmiot zamówienia?
361. Pakiet nr 219 Prosimy o wydzielenie pozycji nr 4. Pozwoli to na uzyskanie korzystniejszej oferty przez zamawiającego. Prosimy zamawiającego o dopuszczenie o dł. 210 cm i śr. wew. 5,6 mm.
362. Pakiet 222 Czy zamawiający wymaga obwodu oddechowego dla dorosłych z PCV, dwie rury karbowane w środku długości 180cm, łącznik Y z kolankiem i czerwonym

- kapturkiem zabezpieczającym, biologicznie czysty.
363. Pakiet 204 Poz. 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek 3ml niskooporowych z końcówką luer lock.
364. Pakiet 231 Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje aby strzykawki do insuliny trzyczęściowa były wyposażone w igłę 0,3 x 13 mm.
365. Pakiet 236 poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rampy - rozdzielacza z portami bezigłowymi, system 2-4 kraników, kolorystycznie kodowane pokrętła oznaczone kierunki przepływu. Bez imadła mocującego z przezierną obudową suche i szczelne połączenia i całkowicie zamknięty system zabezpieczający przed zatorami oraz zakażeniami. Mała przestrzeń martwa; łatwe do dezynfekcji membrany portu. Ciągła praca przez 7 dni lub 140 aktywacji.
366. Pakiet 236 poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rampy - rozdzielacza z portami bezigłowymi, system 2-4 kraników, kolorystycznie kodowane pokrętła, oznaczone kierunki przepływu. Przezierna obudowa, suche i szczelne połączenia i całkowicie zamknięty system zabezpieczający przed zatorami oraz zakażeniami. Mała przestrzeń martwa ; łatwe do dezynfekcji membrany portu. Ciągła praca przez 7 dni lub 140 aktywacji. Bez imadła mocującego.
367. Czy Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do złożenia próbek w celu weryfikacji zaoferowanego asortymentu?
368. Pytania do umowy Kary umowne: Prosimy Zamawiającego o zmianę w zapisie § 7, 1. Na: w przypadku nieterminowej dostawy przez Sprzedającego, Kupujący będzie miał prawo żądać kary umownej w wysokości 2% wartości niezrealizowanej części danego zamówienia częściowego brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
369. Pakiet 238 Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby dreny z kranikiem o długości 10cm, 25cm, 50cm, sterylne, przeznaczone do podłączania wkłuc z zestawem lub strzykawką, nie zawierały DEHP?
370. Pakiet 238 Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby kraniki z drenem o długości 10cm, 25cm, 50cm, sterylne, przeznaczone do podłączania wkłuc z zestawem lub strzykawką, wyposażone były w podwójny: optyczny i wyczuwalny wskaźnik otwarty/zamknięty i wykonane były z poliwęglanu - materiału odpornego na lipidy?
371. Pakiet nr 162 Prosimy o dopuszczenie w pozycji 1 pojemnika na próbki biologiczne z PP z zakrętką.
372. Pakiet nr 162 Prosimy o dopuszczenie w pozycji 3 pojemnika na próbki histopatologiczne z pokrywką i zakrętką lub z zakrętką o pojemności 35-60ml.
373. Pakiet nr 162 Prosimy o dopuszczenie w pozycji 6 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie w kształcie wiaderka, posiadającego deklarację IVD, wykonanych z PP z umieszczoną na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy o pojemności 366ml.
374. Pakiet nr 162 Prosimy o dopuszczenie w pozycji 7 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie w kształcie wiaderka, posiadającego deklarację IVD, wykonanych z PP z umieszczoną na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem nadane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy o pojemności 520ml.
375. Pakiet nr 162 Prosimy o dopuszczenie w pozycji 8 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie w kształcie wiaderka, posiadającego deklarację IVD, wykonanych z PP z umieszczoną na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy o pojemności 850ml.
376. Pakiet nr 162 Prosimy o dopuszczenie w pozycji 8 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie w kształcie wiaderka, posiadającego

- deklarację IVD, wykonanych z PP z umieszczona na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy o pojemności 1200ml.
377. Pakiet nr 162 Prosimy o dopuszczenie w pozycji 9 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie w kształcie wiaderka, posiadającego deklarację IVD, wykonanych z PP z umieszczona na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy pojemności 2300ml.
378. Pakiet nr 162 Prosimy o dopuszczenie w pozycji 10, pojemnika z polipropylenu, niejałowego, zakręcanego, o pojemności 25-30 ml.
379. Dotyczy pakietu nr 116, poz. 2 - koce termicznie dla noworodków . Czy Zamawiający oczekuje koca termicznego aktywno - grzewczego Ready Heat, jednorazowego, stosowanego do ogrzewania poszkodowanego dziecka? Składa się z sześciu paneli grzewczych aktywowanych przy kontakcie z powietrzem. Utrzymuje temperaturę 38st. C przez osiem godzin.
380. Dotyczy przedmiotu zamówienia -pakiet nr 35 (załącznik nr 35 do siwz) Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji I pakietu nr 35 zestawu do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, trzyświatłowego, sterylnego, z powłoką antybakteryjną o długości 20cm i średnicy 7F 18/18/16Ga, 6ml strzykawką, igłą 18Ga, przewodnikiem 0.032" 60cm, poszerzadłem
- cewnik z miękkim końcem, wykonany z poliuretanu
 - obecność na cewniku znaczników długości (podziałka centymetrowa co 1 cm);
 - cewnik widoczny w promieniach Rtg;
 - ogranicznik cewników z końcówką Luer Lock;
 - cewnik impregnowany na całej długości od wewnętrznej i zewnętrznej strony antybiotykami Minocycline+Rifampin
- lub
381. Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 1 pakietu nr 35 zestawu do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, dwuświatłowego, sterylnego, z powłoką antybakteryjną o długości 15cm i średnicy 5F 20/20Ga, 6ml strzykawką, igłą 21 Ga, przewodnikiem, poszerzadłem
- cewnik z miękkim końcem, wykonany z poliuretanu
 - obecność na cewniku znaczników długości (podziałka centymetrowa co 1 cm);
 - cewnik widoczny w promieniach Rtg;
 - ogranicznik cewników z końcówką Luer Lock;
 - cewnik impregnowany na całej długości od wewnętrznej i zewnętrznej strony antybiotykami Minocycline+Rifampin
382. Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 2 pakietu nr 35 zestawu do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, trzyświatłowego, sterylnego, z powłoką antybakteryjną o długości 15cm i średnicy 7F 18/18/16Ga, 6ml strzykawką, igłą 18Ga, przewodnikiem 0.032" 60cm, poszerzadłem
- cewnik z miękkim końcem, wykonany z poliuretanu
 - obecność na cewniku znaczników długości (podziałka centymetrowa co 1 cm);
 - cewnik widoczny w promieniach Rtg;
 - ogranicznik cewników z końcówką Luer Lock;
- cewnik impregnowany na całej długości od wewnętrznej i zewnętrznej strony antybiotykami Minocycline+ Rifampin.
383. Dotyczy przedmiotu zamówienia -pakiet nr 61 (załącznik nr 61 do siwz) Prosimy o wydzielenie pozycji 3, 4 i 5 z pakietu nr 61 i utworzenie nich osobnego pakietu.
384. Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 3 pakietu nr 61 rurki tracheostomijnej jednorazowego użytku z miękkim mankietem niskociśnieniowym i giętką jednorazową kaniulą wewnętrzną, wygiętą, kodowane kolorem, w rozmiarze 7.0 długości 78mm.

385. Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 4 pakietu nr 61 rurki tracheostomijnej jednorazowego użytku z miękkim mankietem niskociśnieniowym i giętką jednorazową kaniulą wewnętrzną, wygiętą kodowane kolorem, w rozmiarze 8.0 długości 86mm.
386. Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 5 pakietu nr 61 rurki tracheostomijnej jednorazowego użytku z miękkim mankietem niskociśnieniowym i giętką jednorazową kaniulą wewnętrzną, wygiętą kodowane kolorem, w rozmiarze 8.0 długości 86mm lub
387. Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 5 pakietu nr 61 rurki tracheostomijnej jednorazowego użytku z miękkim mankietem niskociśnieniowym i giętką jednorazową kaniulą wewnętrzną wygiętą kodowane kolorem, w rozmiarze 9.0 długości 98mm.
388. Dotyczy przedmiotu zamówienia - pakiet nr 160 (załącznik nr 160 do siwz) Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 1 pakietu nr 160 zestawu do drenażu worka osierdziowego zawierający w swoim składzie:
- cewnik typu pigtail o średnicy 8.3 Fr i długości 40cm. Na odcinku dystalnym cewnika jest 6 bocznych otworów umożliwiających szybki drenaż. Cewnik jest wykonany z nieprzepuszczalnego dla promieni RTG materiału ulepszającego rendgenowską widoczność.
 - przewodnik o średnicy 0,038 i długości 70cm
 - igły 18gage o dł. 7i 12 cm.
 - rozszerzacz
 - adapter rurki wielozadaniowej.
389. Pakiet 185 Pozycja 1,2 3 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje łyżek do laryngoskopów z zieloną rękojeścią zgodne z ISO 7376/3, w rozmiarach 2-4 Macintosh z możliwością zastosowania ich również w środowisku MRI?
390. Pakiet 220 Prosimy o dopuszczenie filtr mechaniczno-elektrostatyczny, bakteryjno-wirusowy z nawilżaniem i zmniejszoną objętością zalegania —57 ml.
391. Pakiet 226 Pozycja 2 Prosimy o dopuszczenie: Filtr elektrostatyczny „oddechowy z wymiennikiem ciepła i wilgoci, okrągły, waga 22g, zakres objętości oddechowej od 75 ml, martwa przestrzeń 28 ml, wydajność filtracji bakteryjnej i wirusowej powyżej 99,99%, opór przepływu przy 30L/min=1,6 cmH2O, wydajność nawilżania 32 mg, z portem do próbkowania gazu, dla dorosłych i dzieci, mikrobiologicznie czyste.
392. Czy Zamawiający w pakiecie 181 wymaga, aby port do napełniania był wbudowany w kapturek zabezpieczający, a zawartość infuzji podawana przez filtr cząstek stałych wbudowany wewnątrz balonu elastomerowego oraz przez ogranicznik przepływu a podaż cytotatyku odbywała się w systemie zamkniętym bez filtrów na przebiegu linii?
393. Pakiet nr 135, poz.1 Czy Zamawiający dopuści preparat równoważny, hipoalergiczny, łatwy i szybki w użyciu dzięki postaci rękawiczek nie wymagających aktywacji wodą, przeznaczonych do mycia i pielęgnacji skóry i włosów osób unieruchomionych, leżących oraz pacjentów na oddziałach intensywnej opieki medycznej i oddziałach chorób zakaźnych (również dzieci), o pH ok. 5,5, do antyseptycznego mycia całego ciała przy zakażeniach MRSNORSA i przed zabiegami, bez zawartości barwników i substancji zapachowych, utrzymujących naturalne /kwaśne/ pH skóry, co utrudnia kolonizację pacjenta florą szpitalną, zawierających w składzie dichlorowodorek octenidyny, zarejestrowanego jako kosmetyk, o terminie ważności minimum 12 miesięcy, o wymiarach 21 cm x 16 cm i gramaturze 75g1m2, w opakowaniu po 10 szt. rękawiczek po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań?
394. Pakiet nr 135, poz. 1 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w związku z przeznaczeniem myjek dla pacjentów skolonizowanych wieloopornymi szczepami szpitalnymi wymaga, aby produkt zaoferowany w tej pozycji posiadał potwierdzoną skuteczność przeciw szczepom izolatom MRSA, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli (w tym MRSAIORS, ESBL+, VRE), Candida albicans.
395. Pakiet nr 193, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści preparat równoważny, hipoalergiczny, łatwy i szybki w użyciu czepek nie wymagających aktywacji wodą,

- przeznaczonych do mycia skóry głowy i włosów osób unieruchomionych, leżących oraz pacjentów na oddziałach intensywnej opieki medycznej i oddziałach chorób zakaźnych, o pH ok. 5,5, do antyseptycznego mycia skóry głowy i włosów przy zakażeniach MRSA/ORSA i przed zabiegami, bez zawartości barwników i substancji zapachowych, utrzymujących naturalne /kwaśne/ pH skóry, co utrudnia kolonizację pacjenta florą szpitalną, zawierający w składzie dichlorowodorek octenidyny oraz wodę, zarejestrowanego jako kosmetyk, o terminie ważności minimum 12 miesięcy, w opakowaniu po 1 szt.?
396. Pakiet nr 193, poz. 1 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w związku z przeznaczeniem myjek dla pacjentów skolonizowanych wieloopornymi szczepami szpitalnymi wymaga, aby produkt zaoferowany w tej pozycji posiadał potwierdzoną skuteczność przeciw szczepom izolatom MRSA, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli (W tym MRSA/ORSA, ESBL+, VRE) Candida albicans).
 397. Czy Zamawiający wymaga dokumentów producenta potwierdzających opis wymaganych parametrów ? Jeśli nie to prosimy o podanie w jaki sposób Zamawiający będzie weryfikował zgodność zaoferowanych produktów z wymogami SIWZ?
 398. Pakiet nr 46 - pozycja 1, 2, 3 Czy Zamawiający wymaga kołderki do użytku u jednego pacjenta, bezlateksowe, 3 warstwowe, wykonane z materiału nietkanego oraz folii, Kołderki 2 - kolorowe, pozwalające na szybką orientację, która powierzchnia bezpośrednio okrywa ciało pacjenta. Konstrukcja kołderki zapewniająca dodatkowe filtrowanie nadmuchiwanego powietrza minimalizująca prądy powietrzne mogące przenosić zakażenia na pacjentów?
 399. Pakiet nr 135 Czy Zamawiający dopuści myjki do mycia pacjenta o wymiarach 15x23cm zawierające wodę, witaminę E, provitaminę B5, wyciągi ziołowe?
 400. Pakiet nr 135 Czy Zamawiający wymaga myjek wolnych od: alkoholu, lateksu, lanoliny?
 401. Pakiet nr 135 Czy Zamawiający wymaga myjek w formie prostokątnej rękawiczki czy szmatki?
 402. Czy Zamawiający wymaga aby myjki zawierały środek antybakteryjny np. Polyaminopropyl Biguanide?
 403. Pakiet nr 135 Czy Zamawiający wymaga opakowania myjek z możliwością podgrzania go w kuchence mikrofalowej?
 404. Pakiet nr 191 Czy Zamawiający wymaga ślinociągu ze specjalną atraumatyczną końcówką z tworzywa sztucznego osadzoną na końcówce drenu w celu zmniejszenia ryzyka traumatyzacji błony śluzowej w jamie ustnej?
 405. Pakiet nr 193 Czy Zamawiający wymaga aby czepek był wolny od: alkoholu, lateksu, lanoliny?
 406. Pakiet nr 193 Czy Zamawiający wymaga aby czepek do mycia głowy zawierał środek antybakteryjny np. Polyaminopropyl Biguanide?
 407. Pakiet nr 193 Czy Zamawiający wymaga opakowania czepku z możliwością podgrzania go w kuchence mikrofalowej?
 408. Pakiet nr 24 poz. 3 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania igły do trepanobiopsji z mandrynem ściętym w trzech płaszczyznach jako równoważnej do wymaganej ze ścięciem w dwóch płaszczyznach. Wszystkie pozostałe wymagane parametry bez zmian. Igła z trzema krawędziami skrawającymi jest doskonalszym rozwiązaniem, ponieważ umożliwia skuteczniejszą penetrację w kości.
 409. Pakiet nr 88 poz. 5 Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu pozycji nr 5 (zestawy drenów do systemu zamkniętego) i utworzenie dla tych produktów odrębnego zadania. Utworzenie samodzielnego zadania dla tych produktów z pewnością umożliwi Państwu dokonanie zakupu po konkurencyjnych cenach.
 410. Pakiet nr 99 poz. 1 i 2 Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga drenów o wskazanych długościach plus 10 cm, czy należy rozumieć, że jest to tolerancja w zakresie plus/minus 10 cm?

411. Pakiet nr 120 Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na możliwość zaoferowania systemu ssaków znacznie nowocześniejszego od wymaganego przez Zamawiającego w SIWZ. System, który chcemy zaoferować Państwu posiada tylko jeden port przyłączeniowy we wkładzie workowym (port w kierunku pacjenta). Rozwiązanie takie w 100 procentach eliminuje prawdopodobieństwo błędnych podłączeń, ponieważ czynności personelu związane z wymianą wkładu ograniczają się tylko do jednego drenu. Króciec przyłączeniowy do źródła ssania zainstalowany jest w kanistrze i to połączenie nie wymaga obsługi przy każdorazowej zmianie wkładu.
412. Pakiet nr 133 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania wkładów workowych o średnicy 13 cm przy zobowiązaniu się wykonawcy, że na czas związania umową dostarczy nieodpłatnie kompatybilny osprzęt tzn. kanistry i mocowanie.
413. Pakiet nr 175 poz. 2 Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, co należy rozumieć przez określenie „możliwość dokładnej kontroli przepływu”. Według nas zapis taki daje możliwość różnej interpretacji. Czy Zamawiający w tej pozycji dopuszcza standardowy regulator rolkowy, który można zinterpretować jako dający możliwość ustawienia dokładnej regulacji przepływu (taki produkt domyślamy się, że jest wyspecyfikowany w poz. 1), czy ma to być zestaw wyposażony w skalowany regulator przepływu umożliwiający precyzyjne ustawienie wielkości przepływu w mililitrach na godzinę?
414. Pakiet nr 186 Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy nie zaistniała omyłka w opisie produktu Zamawiający wymaga zestawu jednorazowego z butlami szklanymi. Powszechnie butle szklane używane są wielorazowo i do nich stosuje się zestawy drenów łączących jednorazowego użytku, które montowane są za pomocą uniwersalnych nakrętek. W związku z tym, jeśli zaistniała omyłka, prosimy o podanie ilości sztuk butli szklanych oraz ilości drenów łączących, a jeśli opis jest poprawny, to prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania alternatywnego dwubutlowego zestawu do drenażu jamy opłucnowej jednorazowego użytku plastikowego. Zestaw który chcemy Państwu zaoferować charakteryzuje się m.in. następującymi cechami:
- posiada butlę kolekcijną o pojemności 3000 ml.
 - obie butle połączone są szerokim mostkiem stabilizującym zestaw
 - butle wyposażone w skalę pojemnościową i centymetrową
 - zestaw drenów łączących połączony z butlami uniwersalnymi nakrętkami co daje możliwość wymiany samej butli kolekcyjnej po jej napełnieniu.
 - kompletny zestaw jest surowcowo jednorodny, co ułatwia przekazanie do utylizacji.
415. Pakiet nr 232 poz. 1 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania torby na wymiociny zabarwionej jako równoważnej do wymaganej matowej.
416. Pakiet nr 242 Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na możliwość zaoferowania wkładów workowych konstrukcyjnie znacznie nowocześniejszych od wymaganych przez Zamawiającego w SIWZ. System, który chcemy zaoferować Państwu posiada tylko jeden port przyłączeniowy we wkładzie workowym (port w kierunku pacjenta). Rozwiązanie takie w 100 procentach eliminuje prawdopodobieństwo błędnych podłączeń, ponieważ czynności personelu związane z wymianą wkładu ograniczają się tylko do jednego drenu. Króciec przyłączeniowy do źródła ssania zainstalowany jest w kanistrze i to połączenie nie wymaga obsługi przy każdorazowej zmianie wkładu.
417. Pakiet 167 Prosimy o doprecyzowanie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem „duża ilość pomiarów realizowana w krótkich przedziałach czasowych”?
418. Pakiet 167 Prosimy o doprecyzowanie, jakich certyfikatów w zadaniu 167 oczekuje Zamawiający?
419. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 167 termometry bezdotykowe na podczerwień do mierzenia temperatury o następujących parametrach:
- czas pomiaru 1 s
 - termometr do pomiaru temp. ciała (czoło) i otoczenia

- zakres temperatury ciała od 34°C do 43°C
- zasilanie bateryjne typ AAA —2 baterie
- odległość dla pomiarów 5-10 cm
- automatyczne wyłączanie po 30 sek.
- dokładność pomiarów zgodna z normą ASTM E1965-1998(2003) od 32°C do 42,5°C = $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$
- zgodnie z wynikami badań spełniający normę EN 12470-5: 2003 dotyczącą termometrów na podczerwień
- posiada certyfikat CE, który dotyczy oceny zgodności dla wyrobów medycznych wg dyrektywy 93/42/EEC dot. wyrobów medycznych oraz deklarację zgodności CE - ww dokumenty są zgodne z ustawą o wyrobach medycznych
- podświetlany monitor LCD
- sygnał dźwiękowy jeśli temperatura jest przekroczona
- pamięć do 12 ostatnich pomiarów
- Gwarancja 24 miesiące
- w komplecie termometr, baterie, pokrowiec

Zamawiający odpowiada:

Ad.1. Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 35 poz. 1 zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, dwukanałowy z powłoką antybakteryjną 20cm/7F18; 16Ga. i strzykawką z otworem w tłoku zmniejszającą ryzyko zatorowości powietrza oraz igłą do kontroli ciśnienia.

Ad.2. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.3. Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 144 mankiet do szybkich przetoczeń o poj. 500ml, wyposażony w kieszeń wykonaną z przeźroczystego nylonu ułatwiającą kontrolę poziomu przetaczanego płynu, posiadającego ciśnieniomierz z widoczną obrotową oraz kolorową podziałką, prosty w użyciu zawór odcinający, zabezpieczony przed wypadaniem (kranik), rozmiar oznaczony kolorem, pozbawione lateksu i neopropenu.

Ad.4. Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 165 zestaw do znieczulenia ZO rozszerzonego; skład zestawu : igła Tuohy, filtr przeciwbakteryjny płaski 0,2 urn, kateter epiduralny, strzykawka niskooporowa 10 ml, przewodnik, konektor, naklejki identyfikacyjne.

Ad.5. Zamawiający nie wymaga.

Ad.6. Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 218 zestaw do kombinowanego znieczulenia podpajęczynówkowego i zewnątrzoponowego -igła do znieczuleń zewnątrzoponowych 18G z końcówką Tuohy posiadającą tylne okienko w osi igły dla igły podpajęczniczowej tulejka ułatwiająca wprowadzenie - igła Pencil point 27G - filtr zewnątrzoponowy paski 0,2um wytrzymujący ciśnienie min. 7 bar - strzykawka do identyfikacji spadku oporu 10ml, ze skalą odróżniającą ją od innych strzykawk - system mocowania filtra do skóry pacjenta (podłużny plaster z zapięciem z rzepy) - system blokowania igły podpajęczniczowej w igle zewnątrzoponowej, pozwalający na swobodny obrót igły, nawet gdy ta jest zablokowana .

Ad.7. Zamawiający zmienia w Pakiecie nr 12 w pozycji 2 ilość papieru do EKG do defibrylatora LifePack 20, termoczułego, z siatką milimetrową, 50 mm x 23 m ze 145 na 147 rolek.

Ad.8. Zamawiający wymaga by zaoferowane w pakietach. 12, 90, 129 i 136 akcesoria do LIFEPAK 20 - papier i elektrody samoprzylepne, były akcesoriami oryginalnymi, przetestowanymi do użycia z defibrylatorami LIFEPAK.

Ad.9. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 257 poz. 3 tytanowych

całkowitych implantów ucha środkowego w rozmiarach od 7,5mm do 3,5mm lub 7,0mm do 3,0mm - co 1mm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Ad.10. Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 95 elektrodę do czasowej stymulacji serca o długości użytkowej 110cm a długości całkowitej elektrody 134,5 cm.

Ad.11. Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 95 introducer hemostatyczny 6F o długości koszulki 12 cm, zestaw wyposażony w koszulkę 6F, dialator 6F, przewodnik i igłę.

Ad.12. Zamawiający w Pakiecie nr 241 dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych (worki stomijne pakowane po 30 sztuk w opakowaniu handlowym).

Ad.13. Zamawiający dopuszcza wysyłanie faktury osobno nie wraz z towarem jednak do każdej dostawy dołączony musi być dokument WZ. Faktura dostarczona musi być niezwłocznie.

Ad.14. Zamawiający nie wymaga

Ad.15. Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 179 w poz. 1 złożenie oferty na worki o pojemności 215ml.

Ad.16. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.17. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.18. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.19. Zamawiający dopuści w pakiecie nr 24 poz. 1 i 2 igły do nakłuć mostka z zakresem regulacji 10-30/45 (długość maksymalna igły 45 mm).

Ad.20. Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 24 poz. 3 zaoferowanie igieł do trepanobiopsji z ostrzem ściętym w 3 płaszczyznach.

Ad.21. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.22. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.23. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.24. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.25. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.26. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.27. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.28. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.29. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.30. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.31. Zamawiający wyraża zgodę w Pakiecie nr 28, pozycja 1 na igły motylkowe w rozmiarach 6-8 w jednej uśrednionej cenie.

Ad.32. Zamawiający w Pakiecie nr 28 wyraża zgodę na igły motylkowe pakowane po 1 szt. w opakowaniu zbiorczym zawierającym 100 sztuk igieł. W związku z czym zmienia się ilość sztuk na 7100.

Ad.33. Zamawiający wyraża zgodę w Pakiecie nr 158 poz.1 na pojemniki z zakrętką.

Ad.34. Zamawiający wyraża zgodę w Pakiecie nr 158 poz. 1 na pojemnik w całości autoklawowalny.

Ad.35. Zamawiający wyraża zgodę w Pakiecie nr 158 poz. 1 na pojemniki pakowane po

500szt.

Ad.36. Zamawiający wyraża zgodę w Pakiecie nr 162 poz. 1-10 na zaoferowanie innych wielkości opakowań, niż te podane w formularzu cenowym. I tak : dla pozycji 1, 5, 10 opakowanie - 500 szt., dla pozycji 2, 3, 4 opakowanie - 100 szt., dla pozycji 6, 7 opakowanie - 50 szt., dla pozycji 8 opakowanie - 20 szt., a dla pozycji 9 opakowanie - 10 szt. W związku z czym zmieniają się ilości szt. w celu umożliwienia zaoferowania pełnych opakowań. I tak w poz. 1 z ilości 4860szt. na 5000szt. ; w poz. 5 z ilości 4320szt. na 4500szt. ; w poz. 10 z 8100szt. na 8500szt. ; w poz. 2 z 8820szt. na 8900szt. ; w poz. 3 z 8280szt. na 8300szt. ; w poz. 4 z 1250szt. na 1300szt.; w poz. 6 z 1836szt. na 1850szt. ; w poz. 7 z 1890szt. na 1900szt.

Ad.37. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.38. Zamawiający wyraża zgodę w Pakiecie 139 na zaoferowanie uchwytu spełniającego wszystkie wymagania techniczne SIWZ o długości jednorazowego kabla do wyboru Zamawiającego: 3.0m lub 5m .

Ad.39. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.40. Zamawiający wyraża zgodę w Pakiecie 206 poz. 2 na zaoferowanie jednorazowego, wysokochłonnego, nie uczulającego podkładu higienicznego na stół operacyjny wykonanego z 2 scalonych powłok: mocnego, nieprzemakalnego 3 warstwowego laminatu i chłonnego rdzenia na całej długości prześcieradła. Wymiary prześcieradła 100 cm (+/-2cm) x 225cm (+/- 4cm) O gładkiej, jednolitej powierzchni (bez zagięć i przeszyć) - nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. Wchłaniałość co najmniej 4l W zestawie z prześcieradłem transportowym o udźwigu minimum 250kg.

Ad.41. Zamawiający nie wymaga.

Ad.42. Zamawiający wymaga papieru oryginalnego.

Ad.43. Zamawiający wymaga papieru oryginalnego.

Ad.44. Zamawiający w Pakiecie nr 8 poz. 1 wprowadza zmianę rozmiaru papieru do autoklawu Statim 5000 na 57 mm x 25 metrów.

Ad.45. Zamawiający w Pakiecie nr 55 poz. 1 dopuści elektrodę o wymiarach 200x112 mm, spełniającą pozostałe wymogi SIWZ.

Ad.46. W Pakiecie nr 247 poz.6 Zamawiający wymaga czujnika jednorazowego Masimo, LNCS dla dorosłych, dzieci i noworodków .

Ad.47. W Pakiecie nr 252 poz.1 rozmiar papieru wynosi 110mm/20m.

Ad.48. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.49. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.50. Zamawiający w Pakiecie nr 77 poz. 1 dopuszcza igły w pełni kompatybilne ze

stymulatorem znajdującym się na wyposażeniu Szpitala (igły obecnie używane w Szpitalu Zamawiającego) , w rozmiarze z zakresu 22G dł. 50 mm i/lub 85 mm. - jak dotychczas .

Ad.51. Zamawiający w Pakiecie nr 77 poz. 2 dopuszcza igły w pełni kompatybilnych ze stymulatorem znajdującym się na wyposażeniu Szpitala (igły obecnie używane w Szpitalu Zamawiającego), w rozmiarze z zakresu 23G dł. 35 mm i /lub 22G dł. 50 mm - jak dotychczas.

Ad.52. Zamawiający ma na myśli filtry do zabezpieczenia cewników pępkowych wkluć centralnych, obwodowych – wielocelowe , zamknięte, bez igły, połączenie akcesoriów do pobierania krwi, strzykawkę do podawania leków , aparatów do ciągłego wlewu. Filtry nie mają umożliwiać podaż żywienia oraz nie mają posiadać przedłużenia po obu stronach.

Ad.53. Zamawiający nie wymaga.

Ad.54. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.55. Nie ma takiego wymogu.

Ad.56. Zamawiający w Pakiecie nr 151 dopuszcza :

W poz.1 system bezigłowy na opakowania typ fiolka - 14mm , tj. do użycia przez 7 dni lub 360 użyc w tym czasie, z mechanizmem wew. zapewniającym wyjątkową szczelność;

W poz. 2 system bezigłowy na opakowania typ fiolka - 20mm ;

W poz.3 system bezigłowy do pobierania płynów i leków z worków (Bag Spike) ;

W poz.4 system bezigłowy

W poz.5 system bezigłowy 2 zaworowy typ Octopus

Ad.57. Zamawiający w Pakiecie nr 165 dopuszcza zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych zawierający:

- cewnik 20G (śr. 0,4-0,8mm) dł. 90 cm , cieniujący w Rtg, z końcówką dystalną zamkniętą
- z 3 bocznymi oczkami oraz z łącznikiem easylock
- igła Touhy 18G dl. 80 mm
- filtr 0,22μ
- strzykawka niskooporowa 10 ml

Ad.58. Zamawiający w Pakiecie nr 173 dopuszcza przyrządy Chemo Spike posiadające filtr p/bakteryjny 0,2 mikrona i cząsteczkowy 5 mikronów.

Ad.59. Zamawiający w Pakiecie nr 174 dopuszcza przyrządy typu Chemo Spike z filtrem p/bakteryjnym 0,2 mikrona i cząsteczkowym 5 mikronów .

Ad.60. Zamawiający w Pakiecie nr 214 miał na uwadze rurki neonatologiczne.

Ad.61. Zamawiający w Pakiecie nr 217 dopuszcza igły w pełni kompatybilne ze stymulatorem znajdującym się na wyposażeniu Szpitala - t.j :

poz. 1 - 23G dł. 35mm

poz. 2 - 22G dł. 50mm

poz. 3 - 21G dł. 85mm

poz. 4 - 21G dl. 100mm

Ad.62. Zamawiający w Pakiecie nr 218 dopuszcza zestaw do kombinowanego znieczulenia

w skład którego wchodzi:

- cewnik 200 dl. 90 cm , cieniujący w Rtg ,
z końcówką dystalną zamkniętą - z 3 otworami bocznymi i ł
łącznikiem easylock - Igła Pencil Point 270 dl. 118mm
- igła Touhy 180 dl.80mm z tylnym oczkiem
- filtr 0,22μ
- strzykawka niskooporowa 10 ml

Ad.63. Zamawiający w Pakiecie nr 245 dopuszcza 3 warstwową termo folię dla wcześniaków - roz. 35cm x 31 cm (każda 3 warstw).

Ad.64. Zamawiający w Pakiecie nr 245 dopuszcza termo folię, która może umożliwiać wyprowadzenie cewników i/lub drenów zapewniając jednocześnie zabezpieczenie przed utratą ciepła.

Ad.65. Zamawiający w Pakiecie nr 246 opisał noworodkowy zestaw do drenażu opłucnej (kompletna taca umożliwiająca przeprowadzenie procedury drenażu) w skład którego wchodzi trokar rozm. 8F dł. 8cm .

Ad.66. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.67. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 112 pojemnika plastikowego 22 x 9 cm z podziałką w kolorze niebieskim. .

Ad.68. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.69. W pakiecie 76 Zamawiający wymieniając dwukrotnie maskę dla noworodka, miał na myśli maskę 0-dla noworodków oraz maskę 1- dla niemowląt. Zamawiający dopuszcza maski 00- noworodek-wcześnieśnik oraz 0- noworodek.

Ad.70. W Pakiecie nr 86 Zamawiającego wymaga łączników jednorazowych.

Ad.71. W Pakiecie nr 199 Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wymiennik ciepła i wilgoci do tracheostomii o wyższej skuteczności nawilżania -33,2mg H₂O, który jest lekki 4,5g oraz o małej przestrzeni martwej 8ml.

Ad.72. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.73. W Pakiecie nr 227, poz. 2 Zamawiający dopuszcza do zaoferowania filtr oddechowy elektrostatyczny, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, z portem luer-lock zabezpieczonym kapturkiem, o przestrzeni martwej 8ml, masie 9g, o zakresie objętości 30-200ml.

Ad.74. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.75. W Pakiecie nr 55 poz. 2 Zamawiający ma na myśli kable z dwoma rodzajami wtyków . Zamawiający nie jest w stanie określić ilości kabli danego typu, w związku z czym są one wpisane w jednej pozycji i będą zamawiane w zależności od potrzeb Zamawiającego.

Ad.76. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.77. Zamawiający w Pakiecie nr 139 dopuści do zaoferowania jednorazowy uchwyt z

przyciskami do aktywacji cięcia i koagulacji, w zestawie z nożem, pojemnikiem i czyścikiem, sterylne, z kablem dł. 3m

Ad.78. Zamawiający w Pakiecie nr 169 poz. 2 dopuści do zaoferowania przewodów wielorazowego użytku do szczypiec bipolarnych z wtykiem wg standardu ERBE ICC, dł. 4.

Ad.79. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.80. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.81. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.82. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.83. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.84. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.85. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.86. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.87. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.88. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.89. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.90. W Pakiecie nr 73 w pozycjach 1,2,3 Zamawiający dopuszcza maski silikonowe firmy Intersurgical w rozmiarach 1,2,3, zgodne z rozmiarówką firmy Dräger .

Ad.91. W Pakiecie nr 74 pozycja 4 Zamawiający dopuszcza aparat tlenowo-nosowy zakładany za uszami z końcówkami prostymi zapewniającymi rozproszenie tlenu.

Ad.92. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.93. W Pakiecie nr 79 Pozycja 1 i 2 Zamawiający dopuszcza zestawy wyposażone w przezroczyste maski wykonane z polipropylenu, konstrukcja na nieruchomym łączniku, reszta zgodna z SIWZ .

Ad.94. W Pakiecie nr 79 Pozycja 1 Zamawiający dopuszcza zestaw, w którym maska wyposażona jest w podwójny podbródek, co umożliwia precyzyjne dopasowanie do twarzy małego i dużego dorosłego-reszta zgodna z SIWZ .

Ad.95. W Pakiecie nr 86 Pozycja 1 Zamawiający dopuszcza szczelny łącznik kątowy podwójnie obrotowy firmy Intersurgical wielorazowy z unikalnym podwójnym portem 7,6 oraz 9,5 dostępnym z jednego zabezpieczonego otworu - złącza 15M i 22M/15F .

Ad.96. W Pakiecie nr 87 Pozycja 2 Zamawiający wymaga portu Luer Lock.

Ad.97. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.98. W Pakiecie nr 150 Zamawiający dopuszcza samorozprężalne resuscytatory dla dzieci brytyjskiej firmy Intersurgical wyposażone w maski 1 dla niemowląt, worki 280 ml.

Ad.99. Pakiet nr 73 dotyczy masek twarzowych a nie łyżek do laryngoskopów.

Ad.100. W Pakiecie nr 199 Zamawiający dopuszcza lekki 8 gramowy wymiennik ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania 26 mg H₂O/L i oporze jedynie 0,2 cm przy 30 l/min Dwa piankowe elementy HME są pewnie zamocowane, zapewniając integralność produktu, nawet gdy pacjent zakasze. Pomiędzy tymi elementami znajduje się otwarta przestrzeń, dzięki której możliwa jest identyfikacja płwociny przez przeźroczystą obudowę, jest też standardowo wyposażony w port służący do odsysania. Port zakryty klapką w związku z czym można go otworzyć bez potrzeby rozłączania produktu od rurki dotchawiczej.

Ad.101. W Pakiecie nr 222 poz. 1 Zamawiający wymaga układu złożonego z dwóch rur.

Ad.102. W Pakiecie nr 222 nie ma pozycji nr 2 .

Ad.103. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.104. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.105. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.106. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.107. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.108. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.109. Zamawiający wydziela z Pakietu nr 5 poz.5 - papier do EKG i umieszcza go w oddzielnym pakiecie – nowym o numerze 267.

Ad.110. W Pakiecie nr 33, Pozycja 1 Zamawiający dopuszcza zestawy wyposażone w cewniki jednoświatłowe o długości 20 cm o średnicy wyrażonej w Ga i dostępnych w rozmiarach 14,16 i 18 Ga.

Ad.111. W Pakiecie nr 33, pozycja 2 i 3 Zamawiający dopuszcza zestawy wyposażone w cienkościenną igłę punkcyjną w rozmiarze 18 Ga o długości 6,35 cm, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Ad.112. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.113. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.114. Zamawiający zamieścił na stronie załączniki w formie edytowalnej.

Ad.115. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.116. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.117. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.118. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.119. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.120. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.121. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.122. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.123. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.124. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.125. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.126. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.127. Zamawiający w Pakiecie Nr 113 poz. 1 nie wymaga aby opakowanie ze szczotką zawierało pilniczek do czyszczenia paznokci.

Ad.128. Zamawiający w Pakiecie 113 poz. 1 dopuści szczoteczki do rąk o wymiarach: długość: 8,50 cm, szerokość: 5,00 cm, wysokość: 3,60 cm pod warunkiem , że wypełniają warunki SIWZ w części dot. środka dezynfekcyjnego.

Ad.129. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.130. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.131. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.132. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.132. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.133. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.134. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów umowy § 8 ust. 1.1 poprzez doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym: (...),, na swój koszt i ryzyko, o ile Wykonawca reklamację rozpatrzy pozytywnie."

Ad.135. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.136. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.137. Zamawiający w Pakiecie nr 120 dopuści złożenie oferty z systemem, wyposażonym we wkłady workowe o pojemności 2000ml, z zastawką hydrofobową automatycznie uszczelniają się po napełnieniu pojemnika oraz dwa króćce (ssania i pacjenta), z datą ważności umieszczoną na każdym wkładzie.

Ad.138. Zamawiający w Pakiecie nr 130, dopuści złożenie oferty z portami naczyniowymi z tunelizatorem pakowanym w osobne sterylne opakowanie, spełniającymi wszystkie pozostałe wymagania z SIWZ.

Ad.139. W Pakiecie nr 63, poz. 1 - Zamawiający dopuszcza rurki ustno-gardłowe Guedela w rozmiarze 6, 7, 8 odpowiadające kolejno rozmiarom 0, 1, 2 wymienionym przez Zamawiającego, mikrobiologicznie czyste, pakowane pojedynczo.

Ad.140. W Pakiecie nr 75, poz.1 - Zamawiający dopuszcza resuscytator dla noworodków wielorazowy, ręczny z maską twarzą nr 0 i rezerwuarem tlenu 600 ml, worek silikonowy

280ml, wszystkie elementy zastawki wdechowo-wydechowej mogą być sterylizowane.

Ad.141. W Pakiecie nr 78, poz. 1 - Zamawiający dopuści resuscytator ręczny z maską twarzą i rezerwuarem tlenowym dla dorosłych wielorazowego użytku, z zakresem przestrzeni martwej bez maski 7 ml, łącznie z maską nr 3 maksymalnie 95ml, łącznie z maską nr 4 maksymalnie 150ml, objętość oddechowa resuscytatora 1500 ml, objętość worka tlenowego 2500ml.

Ad.142. W Pakiecie nr 150, poz.1 - Zamawiający dopuści resuscytator oddechowy dla dzieci, ręczny, wielorazowy, z maską twarzą nr 1 i 2, z zastawką bezzwrotną i PEEP, z możliwością podawania tlenu.

Ad.143. W Pakiecie nr 199, poz. 1 - Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci HME do tracheostomii z portem do podawania tlenu, waga 6g, zakres objętości oddechowej 60-1000 ml, wydajność nawilżania dla TV 500ml=24mg.

Ad.144. W Pakiecie nr 220, poz.1 - Zamawiający dopuści filtr mechaniczny, o wadze 27g, martwej przestrzeni 54ml, skuteczności filtracji wirusowej i bakteryjnej 99,9999%, oporze przepływu 30L/min.=1,4 cmH₂O, z portem do próbkowania gazu.

Ad.145. W Pakiecie nr 226, poz. 1 - Zamawiający dopuści filtr mechaniczny o oporze przepływu 30L/min=1,4 cmH₂O, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Ad.146. W Pakiecie nr 226, poz. 2 - Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny, oddechowy z wymiennikiem ciepła i wilgoci, okrągły, waga 15g „ zakres objętości oddechowej 120- 500 ml, martwa przestrzeń 30 ml, wydajność filtracji bakteryjnej 99,999%, opór przepływu 30 L/min=1,5 cmH₂O, 60 L/min=3,3 cmH₂O, wydajność nawilżania dla TV 250ml=31 mg, dla TV 500 =30mg, utrata wilgoci dla TV250 ml= 6,5mg, dla TV 500ml= 7,5mg z portem do próbkowania gazu, łączniki zgodne z BS EN1 281-1 „ dla dorosłych i dla dzieci, mikrobiologicznie czyste.

Ad.147. W Pakiecie nr 226, poz. 3 - Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny, oddechowy, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, okrągły, waga 17g, zakres objętości oddechowej 120- 750 ml, martwa przestrzeń 34 ml, skuteczności bakteryjnej 99,9999%, opór przepływu dla 30L/min=0,9cmH₂O, dla 60L/min= 2,2 cmH₂O, wydajność nawilżenia dla TV250ml=32mg, utrata wilgoci dla TV250ml=5,5mg, dla TV750 ml=10,5mg, łączniki zgodne z BS EN 1281-1, z portem do próbkowania gazu, dla dorosłych i dzieci, mikrobiologicznie czyste.

Ad.148. W Pakiecie nr 226, poz. 4 - Zamawiający dopuści dziecięcy filtr oddechowy, antybakteryjny, antywirusowy, mikrobiologicznie czysty, z portem do próbkowania gazu, o zakresie objętości oddechowej 60ml, przestrzeni martwej 22 ml, masie 14g, 15mm/22mm.

Ad.149. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.150. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.151. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.152. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.153. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.154. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.155. Tak. Zamawiający ma na myśli protezy dziane wykonane z przędzy polipropylenowo

—poliestrowej.

Ad.156. W Pakiecie nr 260 Zamawiający dopuszcza piankę o pojemności 500ml z odpowiednim przeliczeniem ilości o pH 5,0 -6,0.

Ad.157. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.158. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.159. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.160. Zamawiający zgadza się aby w§ 7 ust 4 wzoru umowy po słowach w ciągu 48 godzin zostały dodane słowa „przypadających w dni robocze”.

Ad.161. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.162. Taki zapis widnieje w § 5 ust.3 tiret 3 wzoru umowy.

Ad.163. Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz.1 dopuści zaoferowanie papieru w rozmiarze 111 mm x 125mm x 200 sztuk.

Ad.164. Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz.2 dopuści zaoferowanie papieru w rozmiarze 110mm x 20m.

Ad.165. Zamawiający w Pakiecie nr 6 poz.1 dopuści zaoferowanie papieru w rozmiarze 112x120x150.

Ad.166. Zamawiający w Pakiecie nr 10 poz.1 dopuści zaoferowanie papieru w rozmiarze 150x100x150.

Ad.167. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.168. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.169. Zamawiający w Pakiecie nr 16 poz. 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji butelek redona z możliwością podłączenia do drenów 6-18F.

Ad.170. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.171. Zamawiający w Pakiecie nr 16 poz. 2 dopuści zaoferowanie drenu skalowanego co 2cm do długości 20cm.

Ad.172. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.173. Zamawiający w Pakiecie nr 22 poz.1 dopuści zaoferowanie igły 0,45 x 12.

Ad.174. Zamawiający w Pakiecie nr 24 poz. 1, 2 wyraża zgodę na zaoferowanie w tych pozycjach z regulacją 5-30 (długość całkowita 43).

Ad.175. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.176. Zamawiający w Pakiecie nr 24 poz. 3 wyraża zgodę na zaoferowanie w tej pozycji igły ściętej w 3 płaszczyznach.

Ad.177. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.178. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.179. Zamawiający w Pakiecie nr 30 poz.2 dopuści zaoferowanie igły w rozm. 0,9x90 (3,5").

Ad.180. Zamawiający w Pakiecie nr 44 poz. 3 wyraża zgodę na zaoferowanie w tej pozycji cewnika do odsysania nr 10 o dł. 400 mm, pozostałe rozmiary zgodnie z SIWZ.

Ad.181. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.182. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.183. Zamawiający w Pakiecie nr 56 poz.1 dopuści zaoferowanie przewodnic do rurek intubacyjnych w rozmiarach 6Fr (2,04,5mm), 10 Fr (4,5-6,5mm), 14Fr (7,0-10,0mm).

Ad.184. Zamawiający w Pakiecie nr 63 poz.1 dopuści zaoferowanie rurek Guedela w 0-60mm, 1-70mm, 2-80mm, 3-90mm.

Ad.185. Zamawiający w Pakiecie nr 68 poz.1-2 dopuści zaoferowanie stabilizatorów do rurek intubacyjnych wykonanych z wysokiej jakości materiałów, z uniwersalnymi rzepami umożliwiającymi szybkie i skuteczne umocowanie stabilizatora wokół głowy. Regulowany uchwyt pozwala na łatwe i szybkie zamontowanie każdego rozmiaru rurki intubacyjnej. Specjalnie zaprojektowany gryzak zapobiega traumatyzacji pacjenta i uszkodzeniu (nadgryzieniu rurki) Dodatkowy otwór umożliwiający odsysanie treści pokarmowej i krwi z jamy ustnej.

Ad.186. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.187. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.188. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.189. Zamawiający w Pakiecie nr 83 poz.1 dopuści martwą przestrzeń o łącznej długości 15cm.

Ad.190. Zamawiający w Pakiecie nr 85 poz.1 dopuści zaoferowanie zamkniętego systemu do pobierania próbek z drzewa oskrzelowego z cewnikiem o długości min. 20cm.

Ad.191. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.192. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.193. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.194. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.195. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.196. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.197. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.198. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.199. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.200. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.201. Zamawiający w Pakiecie nr 103 poz.8 dopuści zaoferowanie kieliszków pakowanych a 75szt. W związku z czym Zamawiający w celu umożliwienia przeliczenia pełnych opakowań zwiększa ilość w poz. 8 do 264.000 szt. lub 3520 op. (po 75szt.) .

Ad.202. Zamawiający w Pakiecie nr 103 poz. 25 wyraża zgodę na zaoferowanie w tej pozycji pojemników plastikowych

Ad.203. Zamawiający w Pakiecie nr 108 dopuszcza podanie ceny za 1 opakowanie =30 listków i podanie wartości za 233 opakowania .

Ad.204. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.205. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.206. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.207. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.208. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.209. Zamawiający rezygnuje z zamówienia asortymentu w pakiecie nr 115.

Ad.210. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.211. Zamawiający rezygnuje z zamówienia asortymentu w pakiecie nr 115.

Ad.212. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.213. Zamawiający zgodnie z zapisami SIWZ wymaga aby data ważności umieszczona na każdym wkładzie workowym.

Ad.214. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.215. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.216. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.217. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.218. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.219. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.220. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.221. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.222. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.223. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.224. W Pakiecie nr 162 brak poz. 19.

Ad.225. Zamawiający w Pakiecie nr 193 dopuści zaoferowanie jednorazowego czepek do bezwodnego mycia głowy nasączonego substancjami myjącymi oraz odżywką. Nie wymagający namoczenia oraz splukiwania. Zawierający w składzie m.in. kokamidopropylobetainę oraz dioctan glutaminianu tetrasodowego. Pakowany pojedynczo, z możliwością podgrzania w mikrofalówce (20 sek. w 650W). Zapachowy. Zarejestrowany jako wyrób medyczny.

Ad.226. Zamawiający w Pakiecie nr 205 wyraża zgodę na zaoferowanie w tej pozycji szczotek do rurek tchawiczych w dwóch rozmiarach: małe o dł. 22 cm, dł. włosa 9,5cm i średnicy ok. 12 mm oraz dużych o długości 22 cm, dł. włosa 11 cm średnicy ok. 17 mm.

Ad.227. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.228. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.229. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.230. Zamawiający w Pakiecie nr 232 poz. 1-2 dopuści torbę na wymiociny przeźroczystą, wyposażoną w kartonowy uchwyt dostosowującą się do kształtu twarzy, z zastawką jednokierunkową uniemożliwiającą wydostanie się treści i zapachu.

Ad.231. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.232. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.233. W Pakiecie nr 31 Zamawiający dopuści Iglę do znieczulenia przy nefrostomii 17,5G zamiast 18G. Reszta parametrów bez zmian.

Ad.234. W Pakiecie nr 73 zamawiający dopuści maski twarzowe wyprofilowane silikonowe maska twarzowa z mankietem samouszczelniającym. Maska wzmocniona jest wtopionym usztywnieniem w kolorach oznaczających rozmiar maski.

- nie zawiera lateksu
- wielorazowego użytku
- sterylizacja w autoklawie do 134 °C
- szczelnie przylegająca

Numer	Pacjent	Kolor
3	dorosły mały	żółty
4	dorosły średni	czerwony
5/6	dorosły duży	purpurowy

Ad.235. W Pakiecie nr 75 zamawiający dopuści resuscytator o pojemności mieszczącej się w przedziale podanym przez zamawiającego o pojemności 250ml reszta parametrów bez zmian.

Ad.236. Zamawiający wymaga w zestawie trzy maski .

Ad.237. Zamawiający w Pakiecie nr 117 dopuści zestaw do cystostomii z kaniulą rozrywalną 15Ch, reszta jak w opisie.

Ad.238. W Pakiecie nr 144 zamawiający dopuści mankiet do szybkich przetoczeń posiadający wysuwany wskaźnik ciśnienia oznaczony kolorem. Reszta parametrów bez zmian.

Ad.239. W Pakiecie nr 155 zamawiający wyłączy pierwszą pozycję do oddzielnego pakietu nr 268.

Ad.240. W Pakiecie nr 70 Zamawiający dopuszcza rurkę maski krtaniowej wygiętą zgodnie z budową anatomiczną (kąt 70 stopni) i usztywnioną, co zapewnia dobrą sprężystość rurki.

Ad.241. W Pakiecie Nr 72 Zamawiający dopuszcza rurkę maski wygiętą zgodnie z budową anatomiczną (kąt 70 stopni) i usztywnioną, co zapewnia dobrą sprężystość rurki.

Ad.242. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.243. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.244. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.245. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.246. W Pakiecie Nr 78 Zamawiający nie wymaga oferowania resuscytatorów, w których przestrzeń martwa łącznie z maską musi mieć określoną wartość np. 70 lub 80 ml.

Ad.247. W Pakiecie nr 78 resuscytator dla dorosłych o objętości oddechowej 1100 ml (objętości worka 1475 ml) jest dopuszczony .

Ad.248. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami w Pakiecie nr 178 (załącznik nr 178 do SIWZ) .

Ad.249. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami w Pakiecie nr 178 (załącznik nr 178 do SIWZ) .

Ad.250. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami w Pakiecie nr 178 (załącznik nr 178 do SIWZ) .

Ad.251. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami w Pakiecie nr 178 (załącznik nr 178 do SIWZ) .

Ad.252. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami w Pakiecie nr 178 (załącznik nr 178 do SIWZ) .

Ad.253. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami w Pakiecie nr 178 (załącznik nr 178 do SIWZ) .

Ad.254. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami w Pakiecie nr 178 (załącznik nr 178 do SIWZ) .

Ad.255. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami w Pakiecie nr 178 (załącznik nr 178 do SIWZ) .

Ad.256. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami w Pakiecie nr 178 (załącznik nr 178 do SIWZ) .

Ad.257. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami w Pakiecie nr 178 (załącznik nr 178 do SIWZ) .

Ad.258. Zamawiający nie wymaga, ale Wykonawca może takie zaoferować.

Ad.259. Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz.1 dopuści system do zbiórki stolca posiadający atesty, dopuszczenia do obrotu w UE, czysty biologicznie, używany w szpitalach klinicznych w Polsce, posiadający niskociśnieniowy balonik retencyjny, 3 worki w zestawie i dodatkową ochronę przed przedostawaniem się przykrych zapachów w postaci powleczonego specjalną substancją cewnika odprowadzającego stolec.

Ad.260. Zamawiający ma na myśli 1 szt. – tak jak podano w kolumnie jednostka miary.

Ad.261. Zamawiającego w Pakiecie nr 22 poz.1 dopuszcza strzykawkę z igłą 0,5 x 16.

Ad.262. Zamawiający w Pakiecie nr 90 poz.1 wymaga oryginalnych elektrod, zalecanych przez producentów elektrod.

Ad.263. Zamawiający nie wymaga, ale Wykonawca może takie zaoferować.

Ad.264. Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 103 poz.31 żel do EEG o poj. 0,26kg z przeliczeniem ilości.

Ad.265. Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 103 poz.32 żel do EKG o poj. 0,26kg z przeliczeniem ilości.

Ad.266. Zamawiający w Pakiecie nr 113 poz.1 dopuści jałową szczotkę do mycia i dezynfekcji rak nasączona 4% roztworem chlorheksydyny, wyposażoną w czyścik do paznokci.

Ad.267. Zamawiający nie wymaga, ale Wykonawca może takie zaoferować.

Ad.268. Zamawiający w Pakiecie nr 146 poz.2 dopuszcza pojemniki do pobierania próbek moczu z podziałem na chłopcy i dziewczynki.

Ad.269. W Pakiecie nr 250, pozycja 1 Zamawiający dopuści zaoferowanie szczoteczki cytologicznej jednorazowego użytku bronchoskopowej; maksymalna średnica części roboczej 1,8mm; długość robocza 1150 mm; długość szczoteczki 10mm; średnica szczoteczki 2,0mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm; 10 sztuk w opakowaniu.

Ad.270. W Pakiecie nr 250, pozycja 2 Zamawiający dopuści zaoferowanie: szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach; zielona, teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 1150 mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 1,9mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm; w opakowaniu 20 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec jak również wyraża zgodę na zwiększenie wymaganej ilości do 80szt.

Ad.271. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.272. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.273. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.274. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.275. Zamawiający w Pakiecie 42 w pozycji 1 i 2 dopuści zgłębniki mikrobiologicznie czyste spełniające : pozostałe wymagania SIWZ.

Ad.276. Zamawiający w Pakiecie nr 42 w pozycji 3 dopuści poliuretanowy zgłębnik z prowadnicą do żywienia dojelitowego jałowy o rozmiarze 6Fr /50cm.

Ad.277. Zamawiający w Pakiecie nr 56 w pozycji 1 dopuści sterylną prowadnicę wykonaną z plastycznego aluminium z gładką powłoką z tworzywa sztucznego z miękkim końcem dalszym, pakowaną pojedynczo w opakowanie folia-papier, w trzech rozmiarach : dla rurek 2,5-4,5 prowadnica o długości 280mm , rurek 4,0-6,0 prowadnica o długości 350mm i rurek > 5,0 prowadnica o długości 350mm.

Ad.278. Zamawiający w Pakiecie nr 56 dopuści rurki intubacyjne zbrojone z mankietem w rozmiarach od 5,0 do 9,5.

Ad.279. Zamawiający w Pakiecie nr 59 dopuści rurkę tracheostomijną sterylną z mankietem niskociśnieniowym wysokoobjętościowym, z niebieskim łącznikiem 15mm, z odsysaniem z nad mankietu „ z prowadnik umożliwiający wymianę rurki, oznaczenie rozmiaru rurki na przezroczystym szyldzie „ naklejka na opakowaniu z identyfikacją rurki* (typ, rozmiar, data ważności).

Ad.280. Zamawiający w Pakiecie nr 63 dopuści rurki ustno-gardłowe Guedela w rozmiarach: 1- 60mm; 2 - 70mm; 3 - 80mm; 4 -90mm „ sterylne, pakowane pojedynczo.

Ad.281. Zamawiający nie wymaga.

Ad.282. Zamawiający w Pakiecie nr 65 dopuści rurkę intubacyjną nosowo-tchawiczą polarną północną (wygięta do góry), wykonaną z bardzo miękkiego materiału typu lyory - nieprzezroczysta, z mankietem niskociśnieniowym wysokoobjętościowym (taka konstrukcja mankieta zapewnia szczelność przy niskich ciśnieniach wypełnienia mankieta, co daje pewien margines bezpieczeństwa na wzrost ciśnienia spowodowany dyfuzją gazów z zachowaniem zewnętrznej kontroli tego ciśnienia), z opisem rozmiaru rurki na korpusie i łączniku Rozmiar od 6,0 do 8,0 mm co 0,5 mm (ilość w poszczególnych rozmiarach wg bieżących potrzeb Zamawiającego).

Ad.283. Zamawiający w Pakiecie nr 79 dopuści produkty z drenem o długości 213cm spełniający pozostałe wymagania SIWZ.

Ad.284. Zamawiający w Pakiecie nr 82 w poz.1 dopuści układ oddechowy z rur karbowanych zestaw składający się m.in. z dwóch gałęzi o dł. 1,5 m, zakończone łącznikami 22F od strony aparatury, dodatkowa gałąź o długości 92cm, łącznik Y zintegrowany z gałęziami „ kapturek zabezpieczający na zakończeniu 22M/15F od strony pacjenta.

Ad.285.Zamawiający w Pakiecie nr 82 w pozycji 2 dopuści układ oddechowy, okrężny o śr. 22 mm, wykonany z rur rozciąganych z pamięcią kształtu zestaw dwie rury 1,8 m (po rozciągnięciu) z łącznikami sztywnymi 22F od strony aparatu oraz zintegrowanym łącznikiem Y od strony pacjenta przy łączniku Y odłączalny łącznik kolankowy 221VI/15F z portem luer wyposażonym w zintegrowany kapturek zabezpieczający, dodatkowa gałąź 1,2 m (po rozciągnięciu) z łącznikiem sztywnym 22F po obu stronach, prosty łącznik 22M/19F, bezłateksowy worek oddechowy o pojemności 2 L.

Ad.286. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.287. Zamawiający w Pakiecie nr 83 w pozycji 1 dopuści łącznik (rurka) karbowany tzw. martwa przestrzeń o dł. 15 cm, końcówki 22F i 22M/15F, z łącznikiem kątowym z portem do kapno sterylny.

Ad.288. Zamawiający w Pakiecie nr 86 w pozycji 1 dopuści łączniki spełniające wymagania SIWZ a pakowane po 50 sztuk w dwa worki po 25 sztuk każdy w związku z czym zmienia ilość sztuk w celu umożliwienia zaoferowania pełnych opakowań .

Ad.289. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.290. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.291. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.292. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.293. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.294. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.295. Zamawiający w Pakiecie nr 227 w pozycji 1 dopuści filtr oddechowy elektrostatyczny dla dzieci z wymiennikiem ciepła i wilgoci, zakres objętości oddechowych $V_t=30-100\text{ml}$, mały opór dla przepływu gazów, mała przestrzeń martwa (objętość wewnętrzna) 10 ml, częściowo przezroczysty, kompatybilny do większości systemów oddechowych i masek, tj. przyłącza 22 M i 15M, na poziomie nawilżania 28mgH₂O przy $V_T=50\text{ml}$, sterylny.

Ad.296. Zamawiający w Pakiecie nr 228 w pozycji 1 dopuści rurki intubacyjne w rozmiarze 2.5 – 7.0 co 0.5 spełniające pozostałe wymagania SIWZ.

Ad.297. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.298. Zamawiający w Pakiecie nr 55 poz. 1 dopuszcza bezpieczną elektrodę neutralną z klejem elektroprowadzącym, jednorazową, z dzielonym stykiem szerokości 4cm, kompatybilną z systemem kontroli jakości przylegania do ciała pacjenta zapobiegającym poparzeniu pacjenta w miejscu jej przylegania, zawierająca grubą warstwę żelu co doskonale wypełnia wszelkie nierówności skóry dopasowując się całą swoją powierzchnią do ciała pacjenta i zapewniającą prawidłowe przyleganie do skóry pacjenta, wymiary płytki wysokość 12,00 cm, szerokość 18,50 cm, duża powierzchnia przylegania o wysokim wskaźniku rozpraszania ciepła 222,00 cm². Elektroda kompatybilna z generatorami ERBE, EMED, EXCALIBUR, FORCE TRIADE.

Ad.299. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.300. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.301. W Pakiecie nr 7 poz.1 system do kontrolowanej zbiórki stolca płynnego i półpłynnego z balonikiem retencyjnym nie ma posiadać niebieskiej kieszonki dla umieszczenia palca wiodącego.

Ad.302. Nie wymaga się.

Ad.303. Może posiadać , ale nie wymaga się .

Ad.304. W Pakiecie nr 7 poz.2 Zamawiający wymaga zestaw worków do kontrolowanej zbiórki stolca płynnego i półpłynnego o pojemności 1000 ml.

Ad.305. Ilość stanowisk monitorowych wynosi 20szt.

Ad.306.W Pakiecie nr 13 cewnik z czujnikiem temperatury ma być transparentny.

Ad.307. Nie wymaga się .

Ad.308. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.309. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.310. Pakiet nr 26 dot. asortymentu takiego jak igły.

Ad.311. Pakiet nr 26 dot. asortymentu takiego jak igły.

Ad.312. Zamawiający w Pakiecie nr 27 poz. 8 określił wielkość jednego opakowania jako 100szt.

Ad.313. Zamawiający w Pakiecie nr 27 poz. 13 określił wielkość jednego opakowania jako 100szt. lub 120szt.

Ad.314. Zamawiający w Pakiecie nr 27 poz. 15-17 dopuszcza strzykawki do pomp z gumowym tłokiem z końcówką Luer-Lock.

Ad.315. Zamawiający nie wymaga .

Ad.316. Zamawiający nie wymaga.

Ad.317. Zamawiający w Pakiecie nr 39 poz. 10 dopuszcza korki do kaniul dwustronnych typu Combi producenta innego niż kaniule w poz. 1-8 , kompatybilne z kaniulami z poz. 1-8.

Ad.318. Zamawiający nie wymaga.

Ad.319. Zamawiający w Pakiecie 44 poz.4 dopuszcza cewniki do kontrolowanego odsysania posiadające przeźroczysty łącznik ułatwiający wizualizację odsysanej wydzieliny.

Ad.320. Taki zapis widnieje w Pakiecie nr 44 poz.11 .

Ad.321. Zamawiający nie wymaga.

Ad.322. Zamawiający w Pakiecie nr 47 dopuszcza zestaw ze stentem moczowodowym JJ o/c wykonanym z biokompatybilnego poliuretanu, 4,8Ch z popychaczem dł. 90 cm i teflonowaną prowadnicą 0,028" dł.150 cm do URS, którego producent zaleca czas utrzymania wedle uznania operatora.

Ad.323. Zamawiający nie dopuszcza.

Ad.324. do 329 . Pakiet nr 56 zawiera tylko 2 pozycje w związku z czym Zamawiający nie może udzielić odpowiedzi na pytanie dot.poz. 3,4,5,6,7-10.

Ad.330. Zamawiający nie dopuszcza.

Ad.331. Zamawiający w Pakiecie nr 56 dopuszcza prowadnice do rurek intubacyjnych w rozmiarach - średnica zewnętrzna: 1,95mm, 3,28mm, 3,93mm i 4,60mm - zabezpieczające pełen zakres rozmiarów rurek intubacyjnych.

Ad.332. Zamawiający wymaga rurek wykonanych z IVORY PVC

Ad.333. Zamawiający nie dopuszcza.

Ad.334. Zamawiający nie wymaga.

Ad.335. Zamawiający nie wymaga.

Ad.336. Zamawiający nie dopuszcza.

Ad.337. Zamawiający nie wymaga.

Ad.338. Nie

Ad.339. Nie

Ad.340. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami w SIWZ.

Ad.341. Zamawiający w Pakiecie nr 74 dopuszcza aparat tlenowo-nosowy o dł. 4 lub 7 m.

Ad.342. Zamawiający w Pakiecie nr 99 poz.5 dopuszcza końcówki do odsysania o śr wew. 2,6 mm.

Ad.343. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami w SIWZ.

Ad.344. Zamawiający w Pakiecie nr 99 poz.8 dopuszcza końcówki o śr wew. 2,6 mm.

Ad.345. Zamawiający w Pakiecie nr 99 poz.9 dopuszcza łącznik do drenów o średnicy 4-10 lub 6-15-6.

Ad.346. Zamawiający nie wymaga.

Ad.347. Zamawiający nie wymaga.

Ad.348. Zamawiający w Pakiecie nr 113 dopuszcza zaoferowanie szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk wykonanej z poliestrowej gąbki spełniającej pozostałe wymagania SIWZ – taki zapis widnieje w załączniku nr 113 do SIWZ (Pakiet nr 113).

Ad.349. Zamawiający nie oczekuje.

Ad.350. Zamawiający nie dopuszcza.

Ad.351. Zamawiający w Pakiecie nr 135 dopuszcza myjki do toalety pacjenta o naturalnym pH nawilżone o wymiarach 20x 20 cm, nie wymagającej spłukiwania .

Ad.352. Zamawiający w Pakiecie nr 135 nie wymaga, ale dopuszcza myjki hypoalergiczne.

Ad.353. Zamawiający nie wymaga.

Ad.354. Dopuszczenie takie widnieje w Załączniku nr 135 do SIWZ.

Ad.355. Zamawiający nie dopuszcza.

Ad.356. Zapis taki widnieje w Pakiecie nr 167 .

Ad.357. Zamawiający w Pakiecie nr 167 dopuszcza termometr wyposażony w beznarzędziową wymianę baterii.

Ad.358. Zamawiający w Pakiecie nr 173 dopuści CHEMOPROTECT MICROSPIKE SWAN - bezigłowy aparat do przygotowywania i wielokrotnego pobierania leków cytostytycznych z fiolki lub butelki umożliwiający wielokrotne, aseptyczne pobieranie z pojemnika zbiorczego, wolny od lateksu i PCV, z mikrokolcem do pobierania z ampulek o małej średnicy, wyposażony w bakteryjny, hydrofobowy filtr 0,2 μ , który zapewnia skuteczną wentylację i zatrzymuje toksyczne aerozole, oraz filtr cząsteczkowy 5 li, który zatrzymuje zanieczyszczenia, fragmenty gumy czy drobiny szkła oraz w samouszczelniający się i samodomykający zawór bezigłowy SWAN, zapobiegający wyciekowi leku .Czas stosowania do 7 dni lub 140 aktywacji przy zachowaniu zasad prawidłowej dezynfekcji, mający takie samo zastosowanie co opisany przedmiot zamówienia.

Ad.359. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.360. Zamawiający w Pakiecie nr 174 dopuści CHEMOPROTECT SPIKE SWAN - bezigłowy aparat do przygotowywania i wielokrotnego pobierania leków cytostytycznych z fiolki lub butelki umożliwiający wielokrotne, aseptyczne pobieranie z pojemnika zbiorczego, wolny od lateksu i PCV, kolec standardowy, wyposażony w bakteryjny, hydrofobowy filtr 0,2 μ , który zapewnia skuteczną wentylację i zatrzymuje toksyczne aerozole filtr cząsteczkowy 5 μ , który zatrzymuje zanieczyszczenia, fragmenty gumy czy drobiny szkła oraz w samouszczelniający się i samodomykający zawór bezigłowy SWAN, zapobiegający wyciekowi leku . Czas stosowania do 7 dni lub 140 aktywacji przy zachowaniu zasad prawidłowej dezynfekcji, mający takie samo zastosowanie co opisany przedmiot zamówienia.

Ad.361. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.362. Zamawiający nie wymaga.

Ad.363. Zamawiający w Pakiecie nr 204 poz. 3 dopuszcza strzykawki 3ml nieskooporowe z końcówką luer lock.

Ad.364. Zamawiający nie wymaga.

Ad.365. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.366. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.367. Zamawiający nie zastrzegł takiego prawa.

Ad.368. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.369. Zamawiający nie wymaga.

Ad.370. Zamawiający w Pakiecie nr 238 wymaga aby kraniki z drenem o długości 10cm, 25cm, 50cm, sterylne, przeznaczone do podłączania wkłuć z zestawem lub strzykawką, wyposażone były w podwójny: optyczny i wyczuwalny wskaźnik otwarty/zamknięty i wykonane były z materiału odpornego na lipidy.

Ad.371. Zamawiający w Pakiecie nr 162 w poz. 1 dopuszcza pojemnik na próbki biologiczne z PP z zakrętką.

Ad.372. Zamawiający w Pakiecie nr 162 w pozycji 3 dopuszcza pojemnik na próbki histopatologiczne z pokrywką i zakrętką lub z zakrętką o pojemności 35-60ml.

Ad.373. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.374. Zamawiający w Pakiecie nr 162 w poz. 7 dopuszcza pojemnik przeznaczony do transportu materiału chirurgicznego w formalinie w kształcie wiaderka, posiadający deklarację IVD, wykonany z PP z umieszczoną na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem nadane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy o pojemności 520ml

Ad.375. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.376. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.377. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.378. Zamawiający w Pakiecie nr 162 w poz. 10 dopuszcza pojemnik z polipropylenu, niejałowy, zakręcany, o pojemności 25-30 ml.

Ad.379. Zamawiający nie oczekuje takiego koca.

Ad.380. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.381. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.382. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.383. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.384. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.385. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.386. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.387. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.388. Zamawiający w Pakiecie nr 160 poz. 1 dopuszcza zestaw do drenażu worka osierdziowego zawierający w swoim składzie:

- cewnik typu pigtail o średnicy 8.3 Fr i długości 40cm. Na odcinku dystalnym cewnika jest 6 bocznych otworów umożliwiających szybki drenaż. Cewnik jest wykonany z nieprzepuszczalnego dla promieni RTG materiału ulepszającego rendgenowską widoczność.
- przewodnik o średnicy 0,038 i długości 70cm
- igły 18gage o dł. 7 i 12 cm.
- rozszerzacz
- adapter rurki wielozadaniowej

Ad.389. Zamawiający nie wymaga.

Ad.390. Zamawiający w Pakiecie nr 220 dopuszcza filtr mechaniczno-elektrostatyczny,

bakteryjno-wirusowy z nawilżaniem i zmniejszoną objętością zalegania —57 ml.

Ad.391. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.392. Zamawiający nie wymaga, ale Wykonawca może takie zaoferować.

Ad.393. Zamawiający w Pakiecie nr 135, poz.1 dopuści preparat równoważny, hipoalergiczny, łatwy i szybki w użyciu dzięki postaci rękawiczek nie wymagających aktywacji wodą, przeznaczonych do mycia i pielęgnacji skóry i włosów osób unieruchomionych, leżących oraz pacjentów na oddziałach intensywnej opieki medycznej i oddziałach chorób zakaźnych (również dzieci), o pH ok. 5,5, do antyseptycznego mycia całego ciała przy zakażeniach MRSNORSA i przed zabiegami, bez zawartości barwników i substancji zapachowych, utrzymujących naturalne /kwaśne/ pH skóry, co utrudnia kolonizację pacjenta florą szpitalną, zawierających w składzie dichlorowodorek octenidyny, zarejestrowanego jako kosmetyk, o terminie ważności minimum 12 miesięcy, o wymiarach 21 cm x 16 cm i gramaturze 75g1m2, w opakowaniu po 10 szt. rękawiczek po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań.

Ad.394. Zamawiający w Pakiecie nr 135, poz. 1 dopuszcza aby produkt zaoferowany w tej pozycji posiadał potwierdzoną skuteczność przeciw szczepom izolatom MRSA, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli (w tym MRSA/ORSAs, ESBL+, VRE), Candida albicans.

Ad.395. Zamawiający w Pakiecie nr 193, poz. 1 dopuści preparat równoważny, hipoalergiczny, łatwy i szybki w użyciu czepek nie wymagających aktywacji wodą, przeznaczonych do mycia skóry głowy i włosów osób unieruchomionych, leżących oraz pacjentów na oddziałach intensywnej opieki medycznej i oddziałach chorób zakaźnych, o pH ok. 5,5, do antyseptycznego mycia skóry głowy i włosów przy zakażeniach MRSA/ORSAs i przed zabiegami, bez zawartości barwników i substancji zapachowych, utrzymujących naturalne /kwaśne/ pH skóry, co utrudnia kolonizację pacjenta florą szpitalną, zawierający w składzie dichlorowodorek octenidyny oraz wodę, zarejestrowanego jako kosmetyk, o terminie ważności minimum 12 miesięcy, w opakowaniu po 1szt.

Ad.396. Zamawiający w Pakiecie nr 193, poz. 1 dopuszcza , aby produkt zaoferowany w tej pozycji posiadał potwierdzoną skuteczność przeciw szczepom izolatom MRSA, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli (W tym MRSA/ORSAs, ESBL+, VRE) Candida albicans).

Ad.397. Zamawiający nie wymaga opisów producenta, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa RM z dnia 19.02.2013r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy ,oraz form , w jakich te dokumenty mogą być składane, prawo takie przysługuje Zamawiającemu ale nie jest to zapis obligatoryjny. Zgodność weryfikowana będzie przez Zamawiającego na etapie każdej dostawy.

Ad.398. Zamawiający w Pakiecie nr 46 - pozycja 1, 2, 3 dopuszcza do zaoferowania kołderki do użytku u jednego pacjenta, bezlateksowe, 3 warstwowe, wykonane z materiału nietkanego oraz folii, Kołderki 2 - kolorowe, pozwalające na szybką orientację, która powierzchnia bezpośrednio okrywa ciało pacjenta. Konstrukcja kołderki zapewniająca dodatkowe filtrowanie nadmuchiwanego powietrza minimalizująca prądy powietrzne mogące przenosić zakażenia na pacjentów, także do urządzenia Mistral lub z zaworem łączącym.

Ad.399. Zamawiający w Pakiecie nr 135 dopuści myjki do mycia pacjenta o wymiarach 15x23cm zawierające wodę, witaminę E, provitaminę B5, wyciągi ziołowe.

Ad.400. Zamawiający w Pakiecie nr 135 dopuszcza myjki wolne od: alkoholu, lateksu, lanoliny.

Ad.401. Zamawiający w Pakiecie nr 135 dopuszcza do zaoferowania myjki w formie prostokątnej rękawiczki czy szmatki.

Ad.402. Zamawiający w Pakiecie nr 135 dopuszcza aby myjki zawierały środek antybakteryjny np. Polyaminopropyl Biguanide.

Ad.403. Zamawiający w Pakiecie nr 135 dopuszcza opakowania myjek z możliwością podgrzania go w kuchence mikrofalowej.

Ad.404. Zamawiający w Pakiecie nr 191 dopuszcza ślinociąg ze specjalną atraumatyczną końcówką z tworzywa sztucznego osadzoną na końcówce drenu w celu zmniejszenia ryzyka traumatyzacji błony śluzowej w jamie ustnej.

Ad.405. Zamawiający w Pakiecie nr 193 dopuszcza czepek wolny od: alkoholu, lateksu, lanoliny.

Ad.406. Zamawiający w Pakiecie nr 193 dopuszcza aby czepek do mycia głowy zawierał środek antybakteryjny np. Polyaminopropyl Biguanide.

Ad.407. Zamawiający w Pakiecie nr 193 dopuszcza opakowania czepku z możliwością podgrzania go w kuchence mikrofalowej.

Ad.408. Zamawiający w Pakiecie nr 24 poz. 3 dopuszcza zaoferowanie igły do trepanobiopsji z mandrynem ściętym w trzech płaszczyznach jako równoważnej do wymaganej ze ścięciem w dwóch płaszczyznach. Wszystkie pozostałe wymagane parametry bez zmian. W związku z powyższym Zamawiający wymaga załączenia do oferty próbki.

Ad.409. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.410. Zamawiający informuje, że w Pakiecie nr 99 poz. 1 i 2 wymaga drenów o wskazanych długościach plus /minus 10 cm tolerancją.

Ad.411. Zamawiający w Pakiecie nr 120 dopuszcza możliwość zaoferowania systemu ssaków znacznie nowocześniejszego od wymaganego przez Zamawiającego w SIWZ. System, który chcemy zaoferować Państwu posiada tylko jeden port przyłączeniowy we wkładzie workowym (port w kierunku pacjenta). Rozwiązanie takie w 100 procentach eliminuje prawdopodobieństwo błędnych podłączeń, ponieważ czynności personelu związane z wymianą wkładu ograniczają się tylko do jednego drenu. Króciec przyłączeniowy do źródła ssania zainstalowany jest w kanistrze i to połączenie nie wymaga obsługi przy każdorazowej zmianie wkładu.

Ad.412. Zamawiający w Pakiecie nr 133 dopuszcza możliwość zaoferowania wkładów workowych o średnicy 13 cm przy zobowiązaniu się wykonawcy, że na czas związania umową dostarczy nieodpłatnie kompatybilny osprzęt tzn. kanistry i mocowanie.

Ad.413. Zamawiający wyjaśnia, że w Pakiecie Pakiet nr 175 poz. 2 przez określenie „możliwość dokładnej kontroli przepływu” należy rozumieć zestaw wyposażony w skalowany regulator przepływu umożliwiający precyzyjne ustawienie wielkości przepływu w mililitrach na godzinę.

Ad.414. Zamawiający w Pakiecie nr 186 dopuszcza zaoferowanie alternatywnego

dwubutlowego zestawu do drenażu jamy opłucnowej jednorazowego użytku plastikowego.
Zestaw:

- posiada butlę kolekcyjną o pojemności 3000 ml.
- obie butle połączone są szerokim mostkiem stabilizującym zestaw
- butle wyposażone w skalę pojemnościową i centymetrową
- zestaw drenów łączących połączony z butlami uniwersalnymi nakrętkami co daje możliwość wymiany samej butli kolekcyjnej po jej napełnieniu.
- kompletny zestaw jest surowcowo jednorodny, co ułatwia przekazanie do utylizacji.

Ad.415. Zamawiający w Pakiecie nr 232 poz. 1 dopuszcza zaoferowanie torby na wymiociny zabarwionej jako równoważnej do wymaganej matowej.

Ad.416. Zamawiający w Pakiecie nr 242 dopuszcza zaoferowanie wkładów workowych konstrukcyjnie znacznie nowocześniejszych od wymaganych przez Zamawiającego w SIWZ. System posiadający tylko jeden port przyłączeniowy we wkładzie workowym (port w kierunku pacjenta). Króciec przyłączeniowy do źródła ssania zainstalowany jest w kanistrze i to połączenie nie wymaga obsługi przy każdorazowej zmianie wkładu.

Ad.417. Poprzez dużą ilość pomiarów realizowaną w krótkich przedziałach czasowych Zamawiający rozumie pomiary co 15 sekund.

Ad.418. W Pakiecie 167 Zamawiający wymaga certyfikatu CE oraz świadectwa wzorcowania z akredytowanego laboratorium.

Ad.419. Zamawiający dopuści w pakiecie nr 167 termometry bezdotykowe na podczerwień do mierzenia temperatury o następujących parametrach:

- czas pomiaru 1 s
- termometr do pomiaru temp. ciała (czoło) i otoczenia
- zakres temperatury ciała od 34°C do 43°C
- zasilanie bateryjne typ AAA —2 baterie
- odległość dla pomiarów 5-10 cm
- automatyczne wyłączanie po 30 sek.
- dokładność pomiarów zgodna z normą ASTM E1965-1998(2003) od 32°C do 42,5°C = $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$
- zgodnie z wynikami badań spełniający normę EN 12470-5: 2003 dotyczącą termometrów na podczerwień
- posiada certyfikat CE, który dotyczy oceny zgodności dla wyrobów medycznych wg dyrektywy 93/42/EEC dot. wyrobów medycznych oraz deklarację zgodności CE - ww dokumenty są zgodne z ustawą o wyrobach medycznych
- podświetlany monitor LCD
- sygnał dźwiękowy jeśli temperatura jest przekroczona
- pamięć do 12 ostatnich pomiarów
- Gwarancja 24 miesiące
- w komplecie termometr, baterie, pokrowiec.

