

Elbląg, dnia 30.09.2014r.

Oznaczenie sprawy 54/2014

Wszyscy Uczestnicy postępowania

dot. postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę automatycznych nieinwazyjnych urządzeń do masażu serca - 7szt
Numer ogłoszenia: 316668 - 2014; data zamieszczenia: 24.09.2014

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul.Królewiecka 146, informuje, że w dniu 29.09.2014r.. od Wykonawcy wpłynęły zapytania następującej treści:

1. Czy Zamawiający będzie wymagał aby automatyczne nieinwazyjne urządzenie do masażu serca zapewniało możliwość nieprzerwanej pracy w trakcie całego postępowania resuscytacyjnego:

- w trakcie przenoszenia pacjenta na dostępne urządzenia transportowe (nosze, deska ortopedyczna płachta ratownicza, ...itp.),
- w trakcie transportu pacjenta na dostępnych urządzeniach transportowych (nosze, deska ortopedyczna płachta ratownicza, ...itp.) po schodach, w windach itp. ciasnych miejscach, bez konieczności utrzymywania pacjenta w pozycji horyzontalnej, przy dopuszczalnym przechyleniu pacjenta do 45 stopni w każdym kierunku?

2. Czy Zamawiający wymaga, aby w trakcie prowadzenia RICO oraz podczas transportu pacjenta urządzenie automatycznie - bez jakiegokolwiek ingerencji personelu - zatrzymywało uciski i emitowało sygnały alarmowe w przypadku wykrycia niebezpiecznej pozycji pacjenta, w tym przesunięcia klatki piersiowej pacjenta względem elementu prowadzącego uciski?

3. Czy Zamawiający będzie wymagał aby urządzenie do pośredniego masażu serca było wyposażone w funkcję transferu raportu z interwencji do komputera umożliwiające archiwizację

„Ta publikacja została wydana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013.

Odpowiedzialność za zawartość tej publikacji leży wyłącznie po stronie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu i nie może być w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej”



**Wojewódzki Szpital
Zespolony w Elblągu**
ul. Królewiecka 146
82- 300 Elbląg

tel. (55) 234 41 11
fax (55) 234 56 12
www.szpital.elblag.pl
wszz@szpital.elblag.pl

raportów medycznych w celu dokumentacji interwencji medycznej oraz analizę prawidłowości prowadzonej resuscytacji?

4. Czy Zamawiający będzie wymagał zaoferowania urządzenia automatycznie dopasowującego się do rozmiarów klatki piersiowej pacjenta, bez konieczności dokonywania wstępnych ustawień?

Automatyczne dopasowanie urządzenia do pacjenta prowadzi do skrócenia czasu instalacji i szybszego rozpoczęcia Resuscytacji Krążeniowo- Oddechowej, co w świetle wytycznych 2010 ERC ma istotne znaczenie dla skuteczności resuscytacji.

5. Czy Zamawiający. będzie wymagał aby urządzenie do mechanicznego ucisku klatki piersiowej posiadało funkcję automatycznej synchronizacji z defibrylatorem, umożliwiającą wyzwolenie impulsu defibrylacyjnego synchronicznie w fazie relaksacji klatki piersiowej, bez przerywania kompresji?

Synchronizacja defibrylatora z urządzeniem do mechanicznego uciskania klatki piersiowej zapewnia wyzwolenie wyładowania w fazie relaksacji klatki piersiowej, bez przerywania uciśnięć, co radykalnie zwiększa prawdopodobieństwo skutecznej defibrylacji i przewrócenia krążenia spontanicznego.

Zamawiający odpowiada:

Ad. 1. Nie, zamawiający nie będzie wymagał.

Ad. 2. Nie, zamawiający nie wymaga.

Ad. 3. Nie, zamawiający nie będzie wymagał.

Ad. 4. Nie, zamawiający nie będzie wymagał.

Ad. 5. Nie, zamawiający nie będzie wymagał.