

Oznaczenie postępowania 55/2014

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.10.2014 r. pod numerem 329414-2014 na dostawę w 4 pakietach: preparatów do higienicznego i chirurgicznego mycia, odkażania i pielęgnacji rąk z nieodpłatnym użyczeniem dozowników łokciowych z ramieniem dozującym lub dozowników bezdotykowych; zestawów do zawieszenia na łóżkach pacjentów butelek z pompką do dozowania preparatu do dezynfekcji rąk dla personelu oraz preparatów do dezynfekcji rąk personelu; preparatów myjących do maszynowego mycia wózków transportowych i kontenerów sterylizacyjnych w myjni - dezynfektorze; preparatów myjących do maszynowego mycia instrumentarium w myjni dezynfektorze dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Elblągu.

Wojewódzki Szpital Zespólny w Elblągu, ul. Królewiecka 146 informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w wymaganym terminie tj. do dnia 11.10.2014 r. i wymaganej formie pisemnej od jednego Wykonawcy wpłynęły zapytania następującej treści:

Pytanie 1

Dotyczy Pakietu nr 3: Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu przeznaczonego do maszynowego mycia narzędzi, endoskopów, wyrobów jak np. kontenery, itp. o pH roztworu użytkowego ok. 10,5. Minimalne stężenie użytkowe 0,3%. Preparat posiada informację producenta, wytwórcy o możliwości stosowania środka do wyrobów z elementami wykonanymi z wszelkiego rodzaju aluminium.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

W przypadku przeliczania ilości opakowań i uzyskania ułamkowej liczby prosimy o potwierdzenie czy należy przeliczyć ilość opakowań zaokrąglając zgodnie z zasadami matematyki, zaokrąglić w górę czy wycenić ilość ułamkową?

Zamawiający odpowiada

Należy zaokrąglić ilość opakowań w górę.