

Oznaczenie sprawy 40/2014

Do wszystkich uczestników postępowania

***ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT, OFERCIE
ODRZUCONEJ***

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 21.08.2014 r. pod numerem 2014/S 159-285520 na dostawę w 3 pakietach:

Pakiet nr 1 – mikrokarty żelowe, odczynniki i krwinki do manualnej metody mikrokolumnowej wraz z dzierżawą 4 wirówek przeznaczonych do wirowania mikrokart żelowych i 1 inkubatora do mikrokart żelowych dla Pracowni Serologii Grup Krwi i Banku Krwi w okresie 24 miesięcy oraz przeprowadzenie szkolenia personelu Pracowni Serologii Grup Krwi i Banku Krwi i pracowników personelu obsługi technicznej (pracowników Sekcji Sprzętu Medycznego) w zakresie obsługi dzierżawionych wirówek i inkubatora;

Pakiet nr 2 – odczynniki do identyfikacji i oznaczenia lekowrażliwości wraz z dzierżawą aparatu dla potrzeb Laboratorium Bakteriologicznego w okresie 36 miesięcy oraz przeprowadzenie szkolenia personelu Laboratorium Bakteriologicznego oraz pracowników personelu obsługi technicznej (pracowników Sekcji Sprzętu Medycznego) w zakresie obsługi dzierżawionego aparatu;

Pakiet nr 3 – podłoża płynne do diagnostyki mikrobiologicznej płynów ustrojowych wraz z dzierżawą aparatu dla potrzeb Laboratorium Bakteriologicznego w okresie 36 miesięcy oraz przeprowadzenie szkolenia personelu Laboratorium Bakteriologicznego oraz pracowników personelu obsługi technicznej (pracowników Sekcji Sprzętu Medycznego) w zakresie obsługi dzierżawionego aparatu, Zamawiający dokonał w dniu 13.11.2014 r. wyboru ofert najkorzystniejszych:

Za najkorzystniejsze oferty w zakresie poszczególnych pakietów Zamawiający wybrał:

w zakresie Pakietu nr 1

Oferta nr 3

DiaHem AG Diagnostic Products

Schlosserstrasse 4

CH-8180 Bülach, Kanton Zurych, Szwajcaria

Termin płatności za dostarczone mikrokarty żelowe, odczynniki i krwinki – 30 dni kalendarzowych

Termin płatności za czynsz dzierżawny – 30 dni kalendarzowych

Termin dostawy mikrokart żelowych, odczynników i krwinek – zgodnie z harmonogramem dostaw

Termin dostawy wirówek i inkubatora – max. 2 tygodnie

Cena netto: 211.960,53 zł, Cena brutto: 229.817,38 zł

w zakresie Pakietu nr 2

Oferta nr 2

bioMérieux Polska Sp. z o.o.

ul. Generała Józefa Zajączka 9

01-518 Warszawa

Termin płatności za dostarczone odczynniki – 30 dni kalendarzowych

Termin płatności za czynsz dzierżawny – 30 dni kalendarzowych

Termin dostawy odczynników – 2 dni robocze

Termin dostawy analizatora – max. 4 tygodnie

Cena netto: 382.729,80 zł, Cena brutto: 423.566,18 zł

w zakresie Pakietu nr 3

Oferta nr 1

DIAG-MED.

ul. Ryżowa 51

02-495 Warszawa

Termin płatności za dostarczone odczynniki – 30 dni kalendarzowych

Termin płatności za czynsz dzierżawny – 30 dni kalendarzowych

Termin dostawy odczynników – 2 dni robocze

Termin dostawy analizatora – max. 4 tygodnie

Cena netto: 221.092,30 zł, Cena brutto: 241.566,43 zł

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, że oferty w/w Wykonawców zawierały największą ilość punktów przyznanych na podstawie kryteriów określonych w SIWZ.

Zamawiający działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. podaje nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w kryterium cena oraz łączną punktację.

Pakiet nr 1

1. DiaHem AG Diagnostic Products, Schlosserstrasse 4, CH-8180 Bülach, Kanton Zurych, Szwajcaria

Kryterium cena – 100 pkt x 5 = **500 pkt łącznie**

2. QUALISS Sp. z o.o., ul. Marsa 56B, 04-242 Warszawa - odrzucony

Pakiet nr 2

1. DIAG-MED., ul. Ryżowa 51, 02-495 Warszawa

Kryterium cena – 62,45 pkt x 5 = 312,25 pkt,

Kryterium parametry techniczne – 2,72 pkt x 5 = 13,60 pkt

Łącznie – 325,85 pkt

2. bioMérieux Polska Sp. z o.o., ul. Generała Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa

Kryterium cena – 90 pkt x 5 = 450 pkt,

Kryterium parametry techniczne – 10 pkt x 5 = 50 pkt

Łącznie – 500 pkt

Pakiet nr 3

1. DIAG-MED., ul. Ryżowa 51, 02-495 Warszawa

Kryterium cena – 100 pkt x 5 = **500 pkt łącznie**

Zamawiający działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. informuje, że w dniu 13.11.2014 r. w przedmiotowym postępowaniu odrzucił:

- **Ofertę nr 4 QUALISS Sp. z o.o., ul. Marsa 56B, 04-242 Warszawa** na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 (Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3).

Uzasadnienie:

Wykonawca w Załączniku nr 1D do SIWZ (Parametry wymagane, graniczne, wyposażenie, warunki serwisu oraz szkoleń dla inkubatora – Pakiet nr 1) w pkt 8 potwierdził słowem TAK, że zaoferowany w ofercie przetargowej inkubator posiada pobór mocy 50-70W, natomiast na 125 stronie oferty przetargowej w specyfikacji inkubatora w pkt 3.1 widnieje informacja, że inkubator posiada moc wejściową 270W. Zamawiający wymagał, aby inkubator posiadał pobór mocy 50-70W oraz dopuszczono pobór mocy 85W.

Wykonawca został wezwany do wyjaśnienia odnośnie ww. poboru mocy. Wykonawca przesłał do Zamawiającego wyjaśnienie, jednak nie potwierdza ono, że zaoferowany inkubator posiada pobór

mocy 50-70W. Wykonawca także nie dosłał żadnych innych dokumentów na potwierdzenie jaki pobór mocy ma zaoferowany inkubator. Z oferty wynika, że inkubator DG Therm posiada moc 270W. W związku z tym inkubator nie spełnia wymagań Zamawiającego oraz oferta Wykonawcy jest niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuje, że umowy w sprawie zamówienia publicznego z wyłonionymi Wykonawcami mogą być zawarte po dniu 28.11.2014 r.