

Elbląg , dnia 01.07.2015r.

Oznaczenie sprawy 27/2015

Wszyscy Uczestnicy postępowania

dot. postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę: sterylnych, leczniczych środków technicznych do angiografii i angioplastyki w 4 pakietach dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Inwazyjnej Chorób Układu Krążenia Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Elblągu wraz z utworzeniem magazynu depozytowego dla asortymentu wyszczególnionego w pakietach nr: 1 i 2 Numer ogłoszenia: 153856 - 2015; data zamieszczenia: 24.06.2015

Wojewódzki Szpital Zespołowy w Elblągu, ul.Królewiecka 146, informuje, że w dniu 01.07.2015r. od Wykonawcy wpłynęło zapytanie następującej treści:

1. Dot. Pakiet 3 . W celu zachowania zasad uczciwej konkurencji (obecnie wystartować może wyłącznie jedna firma na rynku polskim) prosimy o dopuszczenie również strzykawki wysokociśnieniowej od producenta z Australii z ergonomiczną rękojeścią pół-pistoletową, przedstawionej na poniższej grafice i dokładności pomiaru  $\pm 1$ ATM, wszystkie pozostałe parametry są zgodne z SIWZ. Pragniemy podkreślić, że produkt jest najwyższej jakości i jest obecnie używany w kilkudziesięciu Klinikach na terenie Polski.

Zamawiający odpowiada:

Ad.1 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w/wym.