

Elbląg , dnia 03.07.2015r.

Oznaczenie sprawy 27/2015

Wszyscy Uczestnicy postępowania

dot. postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę: sterylnych, leczniczych środków technicznych do angiografii i angioplastyki w 4 pakietach dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Inwazyjnej Chorób Układu Krążenia Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Elblągu wraz z utworzeniem magazynu depozytowego dla asortymentu wyszczególnionego w pakietach nr: 1 i 2 Numer ogłoszenia: 153856 - 2015; data zamieszczenia:24.06.2015

Wojewódzki Szpital Zespołowy w Elblągu, ul.Królewiecka 146, informuje, że w dniu 03.07.2015r. od Wykonawcy wpłynęło zapytanie następującej treści:

1. Dot. Pakiet 2 . Czy Zamawiający dopuści stent wieńcowy kobaltowo-chromowy pokrywany sirolimusem lub jego pochodną na podłożu z nieulegającego biodegradacji polimeru o minimalnie zmienionych parametrach: profil przejścia 0,042” dla średnicy 3,0mm, oraz spełniający pozostałe wymogi Zamawiającego?

Zamawiający odpowiada:

Ad.1. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 2 stentu wieńcowego kobaltowo-chromowego pokrywanego sirolimusem lub jego pochodną na podłożu z nieulegającego biodegradacji polimeru o minimalnie zmienionych parametrach: profil przejścia 0,042” dla średnicy 3,0mm, oraz spełniającego pozostałe wymogi Zamawiającego.