

Oznaczenie sprawy 34/2015

Wszyscy Uczestnicy postępowania

dot. postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę soczewek wewnątrzgałkowych oraz mikroimplantu do chirurgicznego leczenia jaskry w 9 pakietach z jednoczesnym utworzeniem magazynu depozytowego w Pakietach Nr 7 i 8 wraz z bezpłatnym użyczeniem na czas trwania umowy sprzedaży lub bezpłatnym przekazaniem na własność Zamawiającemu – 2 szt. iniektorów wielokrotnego użytku dla Pakietów: nr 4 i nr 5 dla potrzeb Oddz. Okulistycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Elblągu ogłoszonego w Dz.Urzędowym Unii Europejskiej 2015/S 166 - 302688 dnia 28.08.2015r. z póź. zm.

Wojewódzki Szpital Zespołowy w Elblągu, ul.Królewiecka 146, 82-300 Elbląg, informuje, że w dniach 03.09.2015r.i 04.09.2015r. od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

1. Pytanie 1, dot. Pakietu nr 1:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w tym pakiecie soczewki wewnątrzgałkowej amerykańskiej firmy Rafi Systems Inc.: zwijalnej, jednoczęściowej, akrylowej, hydrofilnej, asferycznej z zestawem do implantacji; średnica optyczna 6,0 mm; długość całkowita 12,5 mm; stopień uwodnienia 26%; angulacja hapterów 0°, dioptra ż od - 10.0 D do +40.0 D (w zakresie od + 6.0 do +30.0 co 0.5 D). Implantacja przez cięcie 2,2 mm. Dwie części haptyczne typu Closed Loop, w każdym pojedynczy otwór, umożliwiające w razie potrzeby podszycie soczewki. Podwójne ostre krawędzie 360° zapobiegające migracji komórek. Indeks refrakcji 1.46, stała A dla biometrii ultradźwiękowej 118,0 (jednakowa dla wszystkich dioptraży). Kąt zwilżania materiału soczewki 52 stopnie. Liczba Abbego 58. Filtr UV: benzofenon. Jednorazowy system do implantacji składający się z injektora typu „push” wraz z kartridżem – zapakowane razem z soczewką. Kartridż typu „motylkowego” nie zatrzasujący się. Ścięcie końcówki kartridża 37 stopni. Soczewka sterylizowana parowo, system implantacyjny sterylizowany tlenkiem etylenu.

2. Pytanie 2, dot. Pakietu nr 3:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w tym pakiecie soczewki wewnątrzgałkowej amerykańskiej firmy Rafi Systems Inc.: zwijalnej, jednoczęściowej, akrylowej, hydrofilnej, asferycznej z zestawem do implantacji; średnica optyczna 6,0 mm; długość całkowita 12,5 mm; stopień uwodnienia 26%; angulacja hapterów 0°, dioptra ż od - 10.0 D do +40.0 D (w zakresie od + 6.0 do +30.0 co 0.5 D). Implantacja przez cięcie 2,2 mm. Dwie części haptyczne typu Closed Loop, w każdym pojedynczy otwór, umożliwiające w razie potrzeby podszycie soczewki. Podwójne ostre krawędzie 360° zapobiegające migracji komórek. Indeks refrakcji 1.46, stała A dla biometrii ultradźwiękowej 118,0 (jednakowa dla wszystkich dioptraży). Kąt zwilżania materiału soczewki 52 stopnie. Liczba Abbego 58. Filtr UV: benzofenon. Jednorazowy system do implantacji składający się z injektora typu „push” wraz z kartridżem – zapakowane razem z soczewką. Kartridż typu „motylkowego” nie

zatrzaszkujący się. Ścięcie końcówki kartridża 37 stopni. Soczewka sterylizowana parowo, system implantacyjny sterylizowany tlenkiem etylenu.

3. Pytanie 3, dot. Pakietu nr 8:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w tym pakiecie soczewki wewnątrzgałkowej amerykańskiej firmy Rafi Systems Inc.: zwijalnej, jednoczęściowej, akrylowej, hydrofilnej, asferycznej z zestawem do implantacji; średnica optyczna 6,0 mm; długość całkowita 12,5 mm; stopień uwodnienia 26%; angulacja hapterów 0°, dioptra ż od -10.0 D do +40.0 D (w zakresie od + 6.0 do +30.0 co 0.5 D). Implantacja przez cięcie 2,2 mm. Dwie części haptyczne typu Closed Loop, w każdym pojedynczy otwór, umożliwiające w razie potrzeby podszyć soczewki. Podwójne ostre krawędzie 360° zapobiegające migracji komórek. Indeks refrakcji 1.46, stała A dla biometrii ultradźwiękowej 118,0 (jednakowa dla wszystkich dioptry). Kąt zwilżania materiału soczewki 52 stopnie. Liczba Abbego 58. Filtr UV: benzofenon. Jednorazowy system do implantacji składający się z injektora typu „push” wraz z kartridżem – zapakowane razem z soczewką. Kartridż typu „motylkowego” nie zatrzaszkujący się. Ścięcie końcówki kartridża 37 stopni. Soczewka sterylizowana parowo, system implantacyjny sterylizowany tlenkiem etylenu.

4. Pytanie 4, dot. Rozdziału 3 SIWZ: Opis przedmiotu zamówienia:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie właściwych pakietów, dla których Zamawiający wymaga utworzenia depozytu. Wskazany przez Zamawiającego Pakiet 6 nie obejmuje swym asortymentem soczewek wewnątrzgałkowych a mikroimplant do chirurgicznego leczenia jaskry. W związku z powyższym wnosimy jak we wstępie.

5. Pytanie 5, dot. § 6 ust. 1 projektu umowy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie wymagalnego terminu płatności. Czy Zamawiający wymaga aby termin ten wynosił minimum 30 dni kalendarzowych od dostarczenia danej partii towaru? Tym samym wnosimy o zmianę brzmienia ww. paragrafu oraz zapisu pkt. 2 2.1 Załącznika nr 10 do SIWZ z: „Zapłata za towar nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie (co najmniej 30 dni kalendarzowych)...”, na: „**Zapłata za towar nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie (minimum 30 dni kalendarzowych)...**”.

6. Pytanie 6, dot. pkt. 3.17 SIWZ: Opis przedmiotu zamówienia:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie ww. punktu. Roszczenie Wykonawcy wynikające z zapisu pkt. 3 ppkt. 3.15 a) nie może wygasnąć. Wykonawca jest zobowiązany do naliczenia właściwej stawki podatku VAT zgodnie z obowiązującymi w tej kwestii przepisami. Wykonawca postara się w jak najkrótszym czasie od wejścia w życie odpowiednich przepisów poinformować Zamawiającego o zmianach i przedstawi wszystkie zmiany mające wpływ na koszty wykonania zamówienia.

7. dot. Zadania nr 5

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie soczewki hydrofobowej do implantacji za pomocą jednorazowego kartridża z wielorazowym injektorem do cięcia powyżej 3,0 mm, przy czym wartości cięć są traktowane jedynie jako wartości sugerowane. Wielkość cięcia stosowanego do implantacji soczewki zależy od dodatkowych czynników, bezpośrednio niepowiązanych z implantem i stosowanych narzędzi tj. preferencji operatora, zastosowanej techniki operacyjnej (wszczep przez cięcie tunelowe lub przez tzw. przyłożenie), przebiegu zabiegu.

8. dot. Pakietu nr 5:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w tym pakiecie soczewki o zakresie mocy od +6,0D do +30,0D w krokach co 0,5D, przy zachowaniu pozostałych parametrów soczewki?

9. dot. Umowy depozytowej;

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o sprecyzowanie, którego pakietu ma dotyczyć depozyt soczewek, gdyż wymieniony pakiet nr 6 zawiera mikroimplant do leczenia jaskry.

10. dot. § 5 ust. 3 pkt. a) projektu umowy wg zał. Nr 14:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie celowości podawania, w przypadku wzrostu stawki VAT, wpływu zmiany na koszty wykonania zamówienia.

Zmiana stawki VAT jest sprawą odgórną, regulowaną przepisami prawa, na którą Wykonawca nie ma żadnego wpływu.

11. dot. Pakietu nr 4 i 5:

Czy z uwagi na fakt, że nie istnieje inna forma sprzedaży ww soczewek wewnątrzgałkowych jak w stosunku 1:1 (soczewka + kartridż), Zamawiający potwierdzi, że oczekuje zaoferowanie ilości kartridży adekwatnie do wymaganej liczby soczewek?

12. dot. Pakietu nr 4:

Zwracamy się o zmniejszenie ilości wymaganych sztuk wielorazowych injektorów z 2 sztuk do 1 sztuki.

13. dot. Pakietu nr 5:

Zwracamy się o zmniejszenie ilości wymaganych sztuk wielorazowych injektorów z 2 sztuk do 1 sztuki.

14. Czy w Pakiecie nr 1 Zamawiający dopuści soczewkę o dł. Całk. 12,5mm i angulacji  $0^{\circ}$ , przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań?

15. Czy w Pakiecie nr 7 Zamawiający dopuści soczewkę o śr. Optycznej 5,75mm i dł. Całk. 12,00 mm, implantowaną jednorazowym systemem implantacyjnym (injector + kartridż nie wbudowany w injector) zapakowanym sterylnie oddzielnie?

16. Czy w Pakiecie nr 8 Zamawiający dopuści soczewkę sferyczną implantowaną jednorazowym systemem implantacyjnym (injector + kartridż nie wbudowany w injector) zapakowanym sterylnie oddzielnie?

17. Czy w Pakiecie nr 9 Zamawiający dopuści soczewkę hydrofilną z powłoką hydrofobową, o śr. 12,5mm, ze stałą  $A=118,0$  dla całego mocy, implantowaną przez cięcie 2,2mm?

18. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4 soczewkę hydrofobową z filtrem światła niebieskiego o współczynniku refrakcji 1,52 i zakresie dioptrażu od +1D do +10D w krokach co 1 D, od +10D do +27D w krokach co 0,5D i od +27D do +30D w krokach co 1 D, w komplecie z jednorazowym zestawem do implantacji złożonym z jednorazowego injektora i kartridza? W przypadku zgody uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu bezpłatnego użyczenia lub bezpłatnego przekazania na własność Zamawiającemu 2 szt iniektora wielorazowego użytku wciskowo-tłokowego (nie wkręcane), z kartridżem jednorazowego użytku w ilości 100szt.?

19. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4 soczewkę hydrofobową z filtrem światła niebieskiego o współczynniku refrakcji 1,52 i zakresie dioptrażu: od +11D do +27D w krokach co 0,5D i od +27D do +30D w krokach co 1 D, fabrycznie załadowaną do jednorazowego injektora? W przypadku zgody uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu bezpłatnego użyczenia lub bezpłatnego przekazania na własność Zamawiającemu 2 szt iniektora wielorazowego użytku wciskowo-tłokowego (nie wkręcane), z kartridżem jednorazowego użytku w ilości 100 szt.?

20. dotyczy § 7 ust. 1 Wzoru Umowy - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych z tytułu nieterminowych dostaw z 0,25% do 0,1% wartości brutto danego zamówienia za każdy dzień opóźnienia?

21. dotyczy § 7 ust. 2 Wzoru Umowy - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego z 10% do 5% wartości umowy brutto?

22. Uprzejmie prosimy o wprowadzenie we wzorze umowy następujących zapisów:  
„Zmniejszenie ilości przedmiotu Umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonych w niniejszej umowie”.

**Zamawiający odpowiada:**

**Ad.1.** Zamawiający w Pakiecie Nr 1 dopuści możliwość zaoferowania w tym pakiecie soczewki wewnątrzgałkowej: zwijalnej, jednoczęściowej, akrylowej, hydrofilnej, asferycznej z zestawem do implantacji; średnica optyczna 6,0 mm; długość całkowita 12,5 mm; stopień uwodnienia 26%; angulacja haptenów 0°, dioptraż od -10.0 D do +40.0 D (w zakresie od +6.0 do +30.0 co 0.5 D). Implantacja przez cięcie 2,2 mm. Dwie części haptyczne typu Closed Loop, w każdym pojedynczy otwór, umożliwiające w razie potrzeby podszycie soczewki. Podwójne ostre krawędzie 360° zapobiegające migracji komórek. Indeks refrakcji 1.46, stała A dla biometrii ultradźwiękowej 118,0 (jednakowa dla wszystkich dioptraży). Kąt zwilżania materiału soczewki 52 stopnie. Liczba Abbego 58. Filtr UV: benzofenon. Jednorazowy system do implantacji składający się z injectora typu „push” wraz z kartridżem – zapakowane razem z soczewką. Kartridż typu „motylkowego” nie zatrząskujący się. Ścięcie końcówki kartridża 37 stopni. Soczewka sterylizowana parowo, system implantacyjny sterylizowany tlenkiem etylenu.

**Ad.2.** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Ad.3.** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Ad.4.** Zamawiający w dniu 02.09.2015r.dokonał zmiany SIWZ w tym zakresie.

**Ad.5.** Wymagalny termin płatności jest podany precyzyjnie, gdyż synonim wyrażenia „co najmniej” to „minimum” .

**Ad.6.** Zapis taki jest wprowadzony zgodnie z wymogiem art.142 ust. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

**Ad.7.** Zamawiający w Pakiecie Nr 5 dopuści zaoferowanie soczewki hydrofobowej do implantacji za pomocą jednorazowego kartridża z wielorazowym injektorem do cięcia powyżej 3,0 mm, przy czym wartości cięć są traktowane jedynie jako wartości sugerowane. Wielkość cięcia stosowanego do implantacji soczewki zależy od dodatkowych czynników, bezpośrednio niepowiązanych z implantem i stosowanych narzędzi tj. preferencji operatora, zastosowanej techniki operacyjnej (wszczep przez cięcie tunelowe lub przez tzw. przyłożenie), przebiegu zabiegu.

**Ad.8.** Zamawiający w Pakiecie Nr 5 dopuści zaoferowanie soczewki o zakresie mocy od +6,0D do +30,0D w krokach co 0,5D, przy zachowaniu pozostałych parametrów soczewki.

**Ad.9.** Zamawiający w dniu 02.09.2015r.dokonał zmiany SIWZ w tym zakresie.

**Ad.10.** Zapis taki jest wprowadzony zgodnie z wymogiem art.142 ust. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

**Ad.11.** Zamawiający potwierdza, że w Pakiecie nr 4 i 5 oczekuje zaoferowanie ilości kartridży adekwatnie do wymaganej liczby soczewek.

**Ad.12.** Zamawiający w Pakiecie nr 4 wyraża zgodę na zmniejszenie ilości wymaganych sztuk wielorazowych injectorów z 2 sztuk do 1 sztuki.

**Ad.13.** Zamawiający w Pakiecie nr 5 wyraża zgodę na zmniejszenie ilości wymaganych sztuk wielorazowych injectorów z 2 sztuk do 1 sztuki.

**Ad.14.** Zamawiający w Pakiecie Nr 1 dopuści soczewkę o dł. całkow. 12,5mm i angulacji  $0^{\circ}$ , przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań.

**Ad.15.** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Ad.16.** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Ad.17.** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Ad.18.** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Ad.19.** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Ad.20.** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Ad.21.** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Ad.22.** Zamawiający nie wyraża zgody.