

Oznaczenie sprawy 100/2015

Do wszystkich uczestników postępowania

dot. postępowania w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - na dostawę pakietu jednorazowych kleszczyków biopsyjnych (łyżeczki owalne bez igły oraz z igłą do wyboru Zamawiającego – o objętości po zamknięciu min. 9 mm<sup>3</sup>, szerokość rozwarcia szczęk min. 6,5mm, długość szczęk min. 4mm, średnica maks. szczęk po zamknięciu do 2,3mm, wymagane mechaniczne połączenie szczęk, zawiasowe, zlokalizowane w obrębie części roboczej kleszczyków, oferowane w dwóch wersjach do wyboru Zamawiającego w tej samej cenie z możliwością określenia typu w momencie zamawiania danej partii dostawy- w całości pokrywane z obecnością znaczników odległości – min. 2 – oraz niepowlekane) obejmującego:

- a) kleszczyki biopsyjne jednorazowe rozmiar gastroscopowy o średnicy maksymalnej do 2,3mm oraz długości roboczej min. 1600mm w ilości 1250szt.;
- b) kleszczyki biopsyjne jednorazowe rozmiar kolonoskopowy o średnicy maksymalnej do 2,3mm oraz długości roboczej min. 2300mm w ilości 1250szt.

dla potrzeb Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146 informuje, że w dniach od 09.09.2015 r. do dnia 14.09.2015r. od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania:

1. Dotyczy projektu umowy § 4 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu: W przypadku zakończenia produkcji, wycofania z rynku lub gdy wyrób będący przedmiotem Zamówienia jest przejściowo niedostępny, Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego zamienić dotychczasowy wyrób na nowy produkt o tych samych właściwościach i parametrach lub lepszych po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie, chyba że Wykonawca wykaże, że brak jest wyrobu zamiennego."

**Ad. 1.** Tak Zamawiający wyraża zgodę.

2. Dotyczy projektu umowy § 6 ust. 1

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kary umownej z 1% na 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części danego zamówienia za każdy dzień opóźnienia,

**Ad. 2.** Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Dotyczy projektu umowy § 6 ust. 2

Uprzejmie prosimy o zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% na 5%.

**Ad. 3.** Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Dotyczy projektu umowy § 7 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą zmianę istniejącego zapisu; Wykonawca w terminie 14 dni od daty pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Zamawiającego dostarczy zamienną partię takiego samego towaru bez wad, na swój koszt i ryzyko."

**Ad. 4.** Zamawiający wyraża zgodę.

5. Dotyczy projektu umowy § 7 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej 1% na 0,5%.

**Ad. 5.** Zamawiający nie wyraża zgody.

6. Dotyczy projektu umowy § 7 ust. 4

Prosimy o następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu; W przypadku nie uznania reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo zlecenia ekspertyzy w autoryzowanym serwisie Producenta, przy czym koszty ekspertyzy ponosi strona, dla której wynik jest niekorzystny."

**Ad. 6.** Zamawiający nie wyraża zgody.

7. Dotyczy projektu umowy § 9

Zwracamy się z prośbą o następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu: „W przypadku powtarzającej się nieterminowej realizacji zamówienia, w tym zamówienia częściowego, a także w przypadku świadczenia niezgodnego z umową co do przedmiotu lub jakości Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym. Prawo to Zamawiający wykonuje przez pisemne oświadczenie złożone drugiej stronie w terminie 30 dni od zaistnienia podstawy odstąpienia, przy czym dla zachowania tego terminu Strony uznają datę nadania oświadczenia pocztą poleconą lub kurierem na adres wskazany w umowie."

**Ad. 7.** Zamawiający nie wyraża zgody

8. Dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do zapisów umowy ustępu o poniższej treści; „Wykonawcy przysługuje prawo do wstrzymania dostawy w przypadku zwłoki w płatnościach (za zrealizowane zamówienia) powyżej 30 dni od momentu wymagalności faktury."?

**Ad. 8.** Zamawiający nie wyraża zgody

9. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja bądź czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego.

**Ad. 9.** Nie zostało

10. Prosimy o dopuszczenie w punkcie 1 i 2 załącznika Nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty ostatecznej w miejsce pierwotnych parametrów, kleszczy biopsyjnych o średnicy 2,4 mm

**Ad. 10.** Tak Zamawiający wyraża zgodę.

11. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści kleszcze biopsyjne bez znaczników, pozostałe parametry zgodne z wymaganiami zawartymi w zaproszeniu?

Dopuszczenie powyższego rozwiązania pozwoli na złożenie ofert większej liczbie firm, a zgodnie z art. 7 ustawy PZP Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody prosimy o merytoryczne uzasadnienie.

**Ad. 11.** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie kleszczyków bez znaczników

12. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści kleszcze biopsyjne ze znacznikiem o wymaganych długościach, jednak jedynie owalne bez igły?

**Ad. 12.** Zamawiający nie wyraża zgody

13. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczypiec biopsyjnych jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem; z igłą lub bez igły (do Wyboru) łyżeczki uchylne do biopsji statycznych; łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach; szara lub niebieska ( w zależności od długości narzędzia) teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 1 550mm, 2300mm (do wyboru) maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; w opakowaniu 20 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec; sterylizowane metodą napromieniowania promieniami gamma?

**Ad. 13.** Zamawiający nie wyraża zgody (brak wzmianki/informacji czy oferowany produkt zawiera znaczniki)

14. Czy z uwagi na niepodzielne opakowania handlowe 1 op.= 20 szt. Zamawiający wyrazi zgodę na, zaoferowanie w jednej pozycji 1260 szt., a w drugiej 1240 szt., (łącznie 2500 szt.)?

**Ad. 14.** Zamawiający nie wyraża zgody z uwagi, że może dojść do sytuacji, w której złożone oferty staną się nieporównywalne.

15. Dot. wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżanie kary umownej z § 6 ust. 1 z 1% na 0,5%?

**Ad. 15.** Zamawiający nie wyraża zgody