

Oznaczenie sprawy 49/2013

Wszyscy Uczestnicy postępowania

dot. postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę soczewek wewnątrzgałkowych oraz mikroimplantu do chirurgicznego leczenia jaskry w 9 pakietach dla potrzeb Oddz.Okulistycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Elblągu ogłoszonego w Dz.Urzędowym Unii Europejskiej 2013/S 163-283768 dnia 23.08.2013r.

Wojewódzki Szpital Zespołowy w Elblągu, ul.Królewiecka 146, informuje, że w dniu 09.09.2013r. od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

1. –dot. **Pakietu nr 1:** Czy z uwagi na fakt, że nie istnieje inna forma sprzedaży w/w soczewek wewnątrzgałkowych jak w stosunku 1:1(soczewka + kartridż), Zamawiający dopasuje liczbę wymaganych kartridży do podanej liczby soczewek, tj. 200 sztuk?
2. –dot. **Pakietu nr 1:** Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie ilości wymaganych iniektorów iniektorów 3 do 2 sztuk. Pragniemy zaznaczyć, że dostarczone przez nas iniektory – ze względu na możliwość wielokrotnego użycia mogą być stosowane przez Zamawiającego wielokrotnie, przez długi okres czasu. Proponowana ilość iniektorów jest wystarczająca do przeprowadzenia wszczepów z użyciem asortymentu przewidzianego w w/w pakiecie.
3. –dot. **Pakietu nr 2:** Czy z uwagi na fakt, że nie istnieje inna forma sprzedaży w/w soczewek wewnątrzgałkowych jak w stosunku 1:1 (soczewka + kartridż), Zamawiający dopasuje liczbę wymaganych kartridży do podanej liczby soczewek, tj. 250 sztuk?
4. –dot. **Pakietu nr 3:** Czy z uwagi na fakt, że nie istnieje inna forma sprzedaży w/w soczewek wewnątrzgałkowych jak w stosunku 1:1 (soczewka + kartridż), Zamawiający dopasuje liczbę wymaganych kartridży do podanej liczby soczewek, tj. 20 sztuk?
5. –dot. **Pakietu nr 3:** Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie ilości wymaganych iniektorów iniektorów 3 do 1 sztuki. Pragniemy zaznaczyć, że dostarczone przez nas iniektory – ze względu na możliwość wielokrotnego użycia mogą być stosowane przez Zamawiającego wielokrotnie, przez długi okres czasu.

Proponowana ilość iniektorów jest wystarczająca do przeprowadzenia wszczepów z użyciem asortymentu przewidzianego w w/w pakiecie.

6. –dot. **Pakietu nr 3:** Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga, aby oferowane soczewki posiadały **ekwiwalent sferyczny** : 1,00 cylindra, 1,50 cylindra, 2,25 cylindra, 3,0 cylindra, 3,75 cylindra, 4,50 cylindra, 5,25 cylindra, 6,00 cylindra?
7. –dot. **umowy depozytowej:** Zwracamy się o dodanie do umowy depozytowej poniższego zapisu regulującego zasady funkcjonowania depozytu: „Przechowawca może wystąpić do Składającego o wymianę materiału na równorzędny o dłuższej dacie ważności najpóźniej na rok przed upłynięciem daty ważności materiału wytypowanego do wymiany. W przypadku nie zgłoszenia chęci wymiany, Składający wystawi fakturę na materiały, które przeterminowały się w siedzibie Przechowawcy, bądź w chwili likwidacji depozytu okres ich przydatności do użycia jest krótszy niż 12 miesięcy.”
8. –dot. § 1 ust. 1 pkt. 1.1 umowy depozytowej: Mając na uwadze, że Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w pakiecie 1 soczewek różnych, wskazanych w SIWZ, zakresach mocy soczewki, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę ilości, zwiększenie wymaganego zabezpieczenia depozytu wg poniższej propozycji:
 - po jednej soczewce o mocy: +6,0D;+8,0D;+10,0D;+12,0D;+14,0D;+16,0D
 - po dwie soczewki o mocy:
+18,0D;+20,0D;+21,0D;+22,0D;+23,0D;+24,0D;+25,0D;+26,0D;+27,0D;+28,0D;+29,0D;+30,0D?
9. –dot. Pakietu nr 5: Czy Zamawiający dopuści soczewki hydrofilne o stopniu uwodnienia 26%, sferyczne, posiadające zabezpieczenie przeciw PCO-podwójna ostra krawędź na części optycznej oraz dodatkowe zabezpieczenie w postaci bariery-wyraźnego progu przeciw PCO 360° na części optycznej (próg zapobiegający migracji komórek, wyprofilowany na całej części optycznej soczewki), dioptra od- 10,0D do 40,0D, pozostałe parametry bez zmian?
10. –dot. Pakietu nr 6: Czy Zamawiający dopuści soczewki hydrofilne o konstrukcji jednoczęściowej, z zamkniętymi haptkami podpierającymi soczewkę w 4 punktach, średnica optyczna 6,15mm, średnica całkowita 10,75 mm, dioptra od 10-30D (co 0,5D), dwuwypukła, anulacja 5°, soczewki zapakowane fabrycznie do catridga, który łączy się z iniektorem, pozostałe parametry bez zmian?
11. –dot. Pakiet nr 7: Czy Zamawiający dopuści soczewki hydrofilne o stopniu uwodnienia 25%, konstrukcja-jednoczęściowa, z zamkniętymi haptkami

podpierającymi soczewkę w 4 punktach, średnica optyczna 6,15 mm, średnica całkowita 10,75 mm, dioptraż od 10-30D (co 0,5D), anulacja 5^o, pozostałe parametry bez zmian?

12. –dot. Pakietu nr 9: Czy Zamawiający dopuści soczewki hydrofilne o stopniu uwodnienia 26%, sferyczne, konstrukcja-jednoczęściowa, 2 pełne haptyki, średnica całkowita 12,50 mm - dioptraż od 10-30D (co 0,5D)-optyka dwuwypukła oraz od -10,0D do 9 D, (co 1 D) i 31,0D do 40,0D optyka wklęsło-wypukła, cięcie< 2,5, implantacja – injector jednorazowy z cardrijem 2.2, pozostałe parametry bez zmian?

Zamawiający odpowiada:

Ad.1. Zamawiający zmienia liczbę wymaganych kartridży do podanej liczby soczewek , tj.200szt.

Ad.2. Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie w Pakiecie nr 1 ilości wymaganych iniektorów z 3 do 2 sztuk.

Ad.3. Zamawiający zmienia w Pakiecie nr 2 liczbę kartridży do podanej liczby soczewek , tj.250szt.

Ad.4. Zamawiający zmienia w Pakiecie nr 3 liczbę kartridży do podanej liczby soczewek , tj.20szt.

Ad.5. Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie w Pakiecie nr 3 ilości wymaganych iniektorów z 3 do 1 sztuki.

Ad.6. Zamawiający wymaga w Pakiecie nr 3 aby oferowane soczewki posiadały ekwiwalent sferyczny : 1,00 cylindra, 1,50 cylindra, 2,25 cylindra, 3,0 cylindra, 3,75 cylindra, 4,50 cylindra, 5,25 cylindra, 6,00 cylindra.

Ad.7. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.8. Zamawiający wyraża zgodę w Pakiecie nr 1 na zwiększenie wymaganego zabezpieczenia depozytu wg poniższego:

po dwie soczewki o moc: +18,0 D; +20,0D; +21,0D; +22,0D; +23,0D; +24,0D; +25,0D; +26,0D; +27,0D; +28,0D; +29,0D; +30,0D.

Ad.9. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.10. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.11. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.12. Zamawiający nie wyraża zgody.