

**Do wszystkich uczestników postępowania**

**dotyczy:** postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209 000 euro, na dostawę taśm załonowych do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, w okresie 24 miesięcy dla potrzeb Oddziału Urologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Elblągu, zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu **15.04.2016r.**, numer ogłoszenia: **91032 – 2016**.

Wojewódzki Szpital Zespołony w Elblągu, ul. Królewiecka 146, informuje, że do dnia 22.04.2016 r. od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

**1. Pytanie nr 1 do pakietu nr 1.**

Czy Zamawiający dopuści produkt o następujących właściwościach ?:

Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą załonową wykonana z niewchłaniałnego polipropylenu monofilamentowego. Parametry:

- szerokość: 1,3 cm
- długość: 45 cm
- grubość: 0,45 mm
- gramatura: 57 g/m<sup>2</sup>
- wielkość porów: 0,90 mm

Taśma w plastikowej osłonce, brzegi taśmy zakończone pętelkami. W zestawie znajdują się dwa narzędzia jezdnorazowego użytku wykonane z niekorodującego chromu. Ergonomiczne uchwyty zapewniają optymalną kontrolę podczas wprowadzania igły.

**Zamawiający odpowiada:**

**Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**2. Czy Zamawiający dopuści w opisie przedmiotu zamówienia:**

- 250 szt. taśm do nietrzymania moczu, monofilamentowych, polipropylenowych, z plastikową osłonką na taśmie, jednorodnych, niewchłaniających, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości średniej 1000 µm, porowatości max 1870 µm, grubości taśmy 0,33 mm, gramaturze 48 g/m<sup>2</sup>, wytrzymałości na rozciąganie od 68 do 70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial ( geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), bez łącznika blokującego osłonę w igle, oraz

- 2 szt. igieł wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, o średnicy 4 mm, do implantacji metodą załonową?

**Zamawiający odpowiada:**

**Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.**

3. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie taśmy podcewkowej, jednorazowej, sterylnej, o dł. 45 cm, szer.1,1 cm, w foliowej, dwuczęściowej osłonce, na końcach długie pętle do mocowania do narzędzi.

**Zamawiający odpowiada:**

**Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.**

4. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie narzędzi wielokrotnego użytku: dwie igły odpowiednio wyprofilowane do bezpiecznego i łatwego przejścia metodą załonową, o średnicy 3,5 mm.

**Zamawiający odpowiada:**

**Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.**