

Oznaczenie postępowania 27/2016

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.05.2016 r. pod numerem 136826-2016 na dostawę miękkich opakowań sterylizacyjnych do sterylizacji parowej, plazmowej i gazowej w 4 pakietach dla potrzeb Działu Dezynfekcji i Centralnej Sterylizacji Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Elblągu w okresie 18 miesięcy.

Wojewódzki Szpital Zespołowy w Elblągu, ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od 3 Wykonawców, w wymaganym terminie tj. do 06.06.2016 r. wpłynęły zapytania następującej treści:

Pytanie 1

Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 5: Czy Zamawiający dopuści rękaw szerokości 420 mm?

Zamawiający odpowiada

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 5: Czy Zamawiający dopuści rękaw szerokości 350 mm?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3

Dotyczy ilości próbek: Czy Zamawiający mógłby odstąpić od wymogu „oryginalnych fabrycznie przygotowanych szpul, bez śladów przewijania”? Ponieważ Zamawiający żąda 10 mb, a rękawy konfekcjonowane są na szpulach 100 mb lub 200 mb.

Zamawiający odpowiada

Tak, Zamawiający odstępuje od powyższego wymogu.

Pytanie 4

Dotyczy treści umowy: Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wplnych od pracy?

Zamawiający odpowiada

Tak, za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku.

Pytanie 5

Dotyczy treści umowy: Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie Wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Zamawiający odpowiada

Tylko i wyłącznie w przypadkach określonych w § 4 pkt 9 i 10 umowy (Załącznik nr 9 do SIWZ).

Pytanie 6

Dotyczy treści umowy: Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie zgadza się.

Pytanie 7

Dotyczy treści umowy: Jaką minimalną ilość towarów (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez Zamawiającego ilości zamawianych produktów; Zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający ma zamiar zamówić taką ilość towaru jaka jest określona w SIWZ (Załączniki nr 1-4 do SIWZ w kolumnie D). Istnieje możliwość przedłużenia aneksem terminu obowiązywania umowy w przypadku nie wykorzystania ilości określonych w umowie (§ 4 pkt 11 umowy – Załącznik nr 9 do SIWZ).

Pytanie 8

Dotyczy treści umowy: Czy Zamawiający zgadza się na zmniejszenie wymiaru kary z 2% wartości brutto danego zamówienia za każdy dzień opóźnienia na 0,2% wartości brutto danego zamówienia za każdy dzień opóźnienia?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie zgadza się.

Pytanie 9

Dotyczy treści umowy: Czy Zamawiający zgadza się aby w §6 ust. 1 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez Wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez Wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności Wykonawcy także za niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 września 2011 r. KIO 1910/11, Wykonawca może być obciążony karą umowną za wystąpienie tylko takich czynników, za które jest odpowiedzialny.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie zgadza się.

Pytanie 10

Dotyczy Pakietu nr 1: Czy Zamawiający w pozycji nr 1 pakietu dopuści rękaw o rozmiarze 55 mm?

Zamawiający odpowiada

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11

Dotyczy Pakietu nr 1: Czy w ramach próbek do pakietu – 4 pozycje rękawa po 10 mb w nawiniętych fabrycznie szpulach, można załączyć wymagane ilości w innej formie, np. złożonej w oddzielnych kopertach?

Zamawiający odpowiada

Tak można załączyć wymagane ilości złożone w oddzielnych kopertach.

Pytanie 12

Dotyczy Pakietu nr 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie próbek wskazanych pozycji w ilości 1 mb zamiast 10 mb?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 13

Dotyczy Pakietu nr 1: Czy Zamawiający dopuści do oceny próbki nie nawinięte na szpule, z uwagi na konfekcjonowanie rękawów w rolki 200-metrowe co w konsekwencji utrudnia dostarczenie 10-metrowych rolek?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający dopuszcza próbki nie nawinięte na szpule i rezygnuje całkowicie z zapisu "oryginalnych fabrycznie przygotowanych szpul, bez śladów przewijania".

Pytanie 14

Dotyczy Pakietu nr 1: Czy Zamawiający wymaga, aby rękawy papierowo-foliowe posiadały papier o gramaturze 70g/m², która korzystnie wpływa na wytrzymałość mechaniczną papieru?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie określił w SIWZ, że wymaga, w związku z tym dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 15

Dotyczy Pakietu nr 1: Czy w związku z brakiem partii próbnej do oceny jakości Zamawiający wymaga, aby zgodność z obowiązującymi normami PN EN 868-3 i 5 oraz PN EN ISO 11607 była potwierdzona przez niezależną jednostkę notyfikowaną? Opinia niezależnej jednostki gwarantuje, że oferowany produkt spełnia powyższe normy.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie określił w SIWZ, że wymaga, w związku z tym dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 16

Dotyczy Pakietu nr 1: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga oznakowania znakiem CE na etykiecie umieszczonej wewnątrz rolki oraz na opakowaniu zbiorczym, zgodnie z art. 6 ust. 3 Ustawy o Wyrobach Medycznych, który mówi, że zabronione jest umieszczanie na wyrobie medycznym, jego opakowaniu oraz instrukcji używania oznaczeń lub napisów, które mogłyby wprowadzić w błąd co do oznaczenia znakiem CE oraz co, do oznaczenia numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej. Kwestia jest związana z możliwością pomylenia, czy znak CE umieszczony na opakowaniu, którym jest rękaw, dotyczy jego samego, czy też wysterylizowanej zawartości. Na potwierdzenie powyższego załączamy pismo Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 31.08.2009 r. wyjaśniające w sposób wyczerpujący kwestię oznakowania znakiem CE opakowań do sterylizacji narzędzi. (Załącznik do zapytania w załączeniu).

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie określił w SIWZ, że wymaga, w związku z tym dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 17

Dotyczy Pakietu nr 1: Czy Zamawiający wymaga zgodnie z pkt.4.6 normy PN EN 868-5, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczona była nazwa wytwórcy?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie określił w SIWZ, że wymaga, w związku z tym dopuszcza ale nie wymaga.