

Oznaczenie postępowania 27/2016

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.05.2016 r. pod numerem 136826-2016 na dostawę miękkich opakowań sterylizacyjnych do sterylizacji parowej, plazmowej i gazowej w 4 pakietach dla potrzeb Działu Dezynfekcji i Centralnej Sterylizacji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu w okresie 18 miesięcy.

Zamawiający informuje, że w wyniku udzielonych odpowiedzi na zapytania oraz w celu doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. – Zamawiający zmienia w dniu 07.06.2016 r. treść SIWZ wraz z Załącznikami.

Uwaga!!! Termin składania i otwarcia ofert pozostaje na dzień 10.06.2016 r.

Zamawiający zmienia zapis SIWZ w następujących punktach i załącznikach:

- pkt 4 ppkt 3 SIWZ (str. 4) otrzymuje nowe brzmienie:

3. Termin dostaw częściowych nie dłuższy niż **5 dni roboczych** (od poniedziałku do piątku) od złożenia zamówienia częściowego, w dni powszednie w godzinach od 8⁰⁰ do 14⁰⁰ do Działu Dezynfekcji i Centralnej Sterylizacji W.Sz.W. w Elblągu.

- pkt 6.6 ppkt 4 SIWZ (str. 8) otrzymuje nowe brzmienie:

4. Nieodpłatnych próbek, załączonych do oferty Wykonawcy (dotyczy Pakietu nr 1 poz. 5, 6, 13, 14), załączonych w dowolnej formie np. złożone w oddzielnych kopertach, w następującym asortymencie i ilościach:

- rękaw papier-folia płaski o szer. 200 mm – 10 mb
- rękaw papier-folia płaski o szer. 250 mm – 10 mb
- rękaw papier-folia z fałdą o szer. 300 mm – 10 mb
- rękaw papier-folia z fałdą o szer. 350-380 mm – 10 mb,

których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego.

W przypadku złożenia oferty na rękawy różnych producentów i marek, Wykonawca musi załączyć próbki rękawów wszystkich oferowanych producentów i marek.

- Załącznik nr 1 do SIWZ, Pakiet nr 1 (str. 16 SIWZ) poz. nr 1 otrzymuje nowe brzmienie:

1. Rękaw płaski szerokość 50 mm, dopuszcza się 55 mm.

- Załącznik nr 2 do SIWZ, Pakiet nr 2 (str. 18 SIWZ) poz. nr 5 otrzymuje nowe brzmienie:

5. Rękaw szerokość 400 mm, dopuszcza się 420 mm.

- Załącznik nr 5 do SIWZ, Formularz ofertowy (str. 24 SIWZ) pkt 3 otrzymuje nowe brzmienie:

3. Termin realizacji dostawy: **dni roboczych** licząc od dnia złożenia zamówienia częściowego. Za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku. W przypadku, gdy dostawa wypada w dniu wolnym od pracy dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.

UWAGA! Niewpisanie terminu dostawy lub wpisanie innego niż był dozwolony (patrz tabela w pkt 13 ppkt b) SIWZ – str. 12) spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

- Załącznik nr 9 do SIWZ, Wzór umowy (str. 30 SIWZ) § 2 pkt 5 otrzymuje nowe brzmienie:

5. Termin dostawy:**dni roboczych** od złożenia zamówienia częściowego.

Za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku. W przypadku, gdy dostawy przypadną w dzień ustawowo wolny od pracy dostawy odbywać się będą w dzień bezpośrednio go poprzedzający.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4a pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w załączeniu na stronie internetowej Zamawiającego odpowiednio w zakładce dla niniejszego postępowania.

Zamawiający załącza treść SIWZ wraz z załącznikami po wprowadzonych w/w zmianach.

Aktualne zmiany na dzień 07.06.2016 r. w SIWZ oraz w Załącznikach zaznaczone są kolorem czerwonym.

Pozostałe warunki SIWZ na dzień 07.06.2016 r. pozostają bez zmian.