

Oznaczenie postępowania 52/2016

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.12.2016 r. pod numerem 360811-2016 na dostawę odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Elblągu w okresie 36 miesięcy.

Wojewódzki Szpital Zespołony w Elblągu, ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od 1 Wykonawcy, w wymaganym terminie tj. do 12.12.2016 r. wpłynęły zapytania następującej treści:

Pytanie 1

Dot. Załącznika 1D do SIWZ pkt. 4 parametrów wymaganych:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaset na 600 oznaczeń z terminem ważności na pokładzie analizatora 21 dni zawierających zarówno elektrody, odczynniki oraz pojemnik na ścieki?

Oferujemy analizator pracujący w technologii bezobsługowej, gdzie w jednej kasecie znajdują się zarówno elektrody, odczynniki, pojemnik na ścieki jak również płyny kalibracyjne, kontrolne i myjące.

Analizator taki nie wymaga naprzemiennej wymiany kasety sensorowej i odczynnikowej, nie wymaga także żadnych czynności obsługowych ani konserwacyjnych.

Jedyną czynnością wykonywaną przez Operatora jest wymiana jednej kasety raz na 21 dni.

Opcja ta jest uzasadniona praktycznie wzięwszy pod uwagę przewidywaną ilość wykonywanych oznaczeń jak również system pracy na Oddziale Intensywnej Terapii, gdzie istotne jest minimalizowanie wszelkich czynności wykonywanych przy aparacie.

Zamawiający odpowiada

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2

Dot. Załącznika 1D do SIWZ pkt. 5 parametrów wymaganych:

Czy w związku z tym, że Zamawiający wymaga tylko jednego analizatora parametrów krytycznych, zrezygnuje on z wymogu "możliwości ponownego użycia zestawu odczynnikowego po wyjęciu go z analizatora i przełożeniu do innego analizatora tego samego typu"?

Użytkowanie analizatora, w którym wykorzystujemy od początku do końca kasetę na jednym analizatorze i nie ma możliwości ponownego użycia zestawu odczynnikowego na innym analizatorze pozwala na uzyskanie pełnej, ciągłej dokumentacji medycznej.

Przełożenie zestawu odczynnikowego w trakcie jego pracy do innego analizatora skutkuje utratą tej właśnie dokumentacji, która w przypadku parametrów krytycznych wydaje się być niezwykle istotna.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie zrezygnuje, ponieważ możliwe że w nieodległym czasie zostanie zakupiony drugi analizator.

Pytanie 3

Dot. Załącznika 1D do SIWZ pkt. 8 parametrów wymaganych:

Czy Zamawiający zaakceptuje analizator wyposażony w unikalny, opatentowany przez producenta System Inteligentnego Zarządzania Jakością (iQM), który w sposób całkowicie automatyczny przeprowadza bez dodatkowych kosztów badania kontroli jakości po każdym wykonanym oznaczeniu a wyniki prezentowane są w postaci wykresu Delta? W przypadku tak skonstruowanego systemu nie ma potrzeby ani możliwości programowania częstości oznaczeń. Prezentacja wyników dokonywana jest w postaci wykresu Delta będącego odpowiednikiem wykresu Levey-Jenningsa. Wykres Delta został opracowany przez profesora Westgarda specjalnie dla systemu Inteligentnego Zarządzania Jakością(iQM). Dodatkowo - iQM w sposób całkowicie automatyczny wykrywa błędy systemu, dokonuje automatycznie czynności naprawczych oraz dokumentuje wszystkie powyższe. Inteligentny System Zarządzania Jakością został uznany za nowoczesny standard w kontroli jakości i posiada certyfikat FDA.

Zamawiający odpowiada

Tak, Zamawiający zaakceptuje.

Pytanie 4

Dot. Załącznika 1D do SIWZ pkt. 16 parametrów wymaganych:

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu "graficznego wykresu trendów u pacjenta oraz mapy równowagi kwasowo-zasadowej"?

Oferujemy zestawienia wyników poszczególnych pacjentów w postaci tabeli, pozwalającej na śledzenie trendów u danego pacjenta.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie zrezygnuje z ww. wymogu.