

Oznaczenie postępowania 52/2016

**Do wszystkich uczestników postępowania**

**dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.12.2016 r. pod numerem 360811-2016 na dostawę odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Elblągu w okresie 36 miesięcy.**

Zamawiający informuje, że w wyniku udzielonych odpowiedzi na zapytania, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. – Zamawiający zmienia w dniu 13.12.2016 r. treść Załącznika nr 1D do SIWZ.

**Zamawiający zmienia zapis w Załączniku nr 1D do SIWZ:**

**- pkt 4 Parametry techniczne wymagane (str. 22) otrzymuje nowe brzmienie:**

4. System pracujący w oparciu o maksymalnie trzy elementy wymienne.  
Zestawy odczynników na co najmniej 700 oznaczeń, w zamkniętym pojemniku wymiennym niezależnie od czujników pomiarowych, stabilne minimum 30 dni, zawierającym pojemnik na ścieki. Czujniki pomiarowe wymieniane oddzielnie od kasety odczynnikowej. Zamawiający dopuszcza kasety na 600 oznaczeń z terminem ważności na pokładzie analizatora 21 dni zawierających zarówno elektrody, odczynniki oraz pojemnik na ścieki.

**- pkt 8 Parametry techniczne wymagane (str. 23) otrzymuje nowe brzmienie:**

8. Wbudowany, w pełni automatyczny system kontroli jakości umożliwiający zaprogramowanie częstotliwości oznaczeń. Kontrola jakości wykonywana codziennie na 3 poziomach. Prezentacja wyników w postaci wykresów levey-jenningsa. Zamawiający dopuszcza System Inteligentnego Zarządzania Jakością (iQM), który w sposób całkowicie automatyczny przeprowadza bez dodatkowych kosztów badania kontroli jakości po każdym wykonanym oznaczeniu a wyniki prezentowane są w postaci wykresu Delta.

**Zamawiający załącza treść SIWZ wraz z Załącznikiem nr 1D do SIWZ po wprowadzonych w/w zmianach.**

**Aktualne zmiany na dzień 13.12.2016 r. w Załączniku nr 1D do SIWZ zaznaczone są kolorem czerwonym.**

**Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian, tj. na dzień 16.12.2016 r.**

**Pozostałe warunki SIWZ na dzień 13.12.2016 r. pozostają bez zmian.**