

**Do wszystkich uczestników postępowania**

**dotyczy:** postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 euro, na dostawę gazów medycznych wraz z dzierżawą butli stalowych, aluminiowych i zbiornika kriogenicznego tlenu medycznego ciekłego dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Elblągu w okresie 36 miesięcy, zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu **06.06.2017r.**, numer ogłoszenia 525196-N-2017.

Wojewódzki Szpital Zespołowy w Elblągu, ul. Królewiecka 146, informuje, że dnia 08.06.2017 r. od Wykonawcy wpłynęły zapytania następującej treści:

1) Pytanie nr 1. Czy Zamawiający mając na uwadze równe traktowanie oferentów i możliwość uzyskania korzystnych cenowo ofert zgodzi się na wydzielenie oddzielnego pakietu zawierającego mieszaninę gazów 50%tlen i 50% podtlenek azotu oraz ustniki i stojaki (poz.13,14,15)?

**Zamawiający odpowiada:**

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

2) Pytanie nr 2. Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie brzmi tak, to czy Zamawiający dokona stosownego przeliczenia w formularzu cenowym mając na uwadze różną pojemność butli ( butla 10l – zawiera 2,8m3 gazu, a butla 11l- zawiera 3,23 m3 gazu)?

**Zamawiający odpowiada:**

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.