

Oznaczenie postępowania 19/2017

**Do wszystkich uczestników postępowania**

**dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 24.05.2017 r. pod numerem 2017/S 099-195753 na dostawę:**

**Pakiet nr 1: odczynników do biochemii wraz z dzierżawą dwóch analizatorów;**

**Pakiet nr 2: odczynników do analizy moczu wraz z dzierżawą analizatora;**

**Pakiet nr 3: odczynników do badań metodą chemiluminescencji wraz z dzierżawą analizatora immunodiagnostycznego;**

**Pakiet nr 4: odczynników do immunodiagnostyki wraz z dzierżawą dwóch analizatorów w okresie 36 miesięcy dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz przeprowadzenie szkolenia personelu Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i pracowników personelu obsługi technicznej (pracowników Sekcji Sprzętu Medycznego) w zakresie obsługi dzierżawionych analizatorów.**

Zamawiający informuje, że w wyniku udzielonych odpowiedzi na zapytania oraz w celu doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. – Zamawiający zmienia w dniu 20.06.2017 r. treść SIWZ oraz Załączników do SIWZ.

**Uwaga!!! Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie i pozostaje na dzień 04.07.2017 r.**

**Zamawiający zmienia zapis w następujących punktach i Załącznikach do SIWZ:**

**- pkt 6 ppkt c) SIWZ (str. 10) zmienia zapis na następujący:**

6. c) Na każdy oferowany odczynnik deklaracji zgodności CE lub kopię rejestracji wyrobu medycznego bądź kopii powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu do obrotu - jeśli dotyczy, w odniesieniu do Art. 58 p. 3 Ustawy o wyrobach medycznych (dotyczy wszystkich Pakietów).

**- pkt 6 ppkt d) SIWZ (str. 10) zmienia zapis na następujący:**

6. d) Ulotki, metodyki lub metryki dla zaoferowanych odczynników i kontroli (dotyczy wszystkich Pakietów).

**- pkt 6 SIWZ (str. 11) do Uwag dodaje się jeszcze jeden punkt, który brzmi:**

2. Zamawiający zezwala, aby dokumenty wymienione w ppkt od a) do e) były osobno zbindowane a poświadczenie za zgodność i podpis będzie widniał tylko na pierwszej stronie.

- pkt XIV ppkt 1.2. SIWZ, Kryterium nr 2 – parametry techniczne dla Pakietu nr 1 (str. 17-18) zmieniają się zapisy na następujące:

Lp	Parametry aparatu podlegające ocenie	Zasady oceniania i punktacja
1.	Kuwety jednorazowe.	TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt
2.	Uzupełnianie odczynników bez zatrzymywania aparatu.	TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt
3.	Elektrody jonoselektywne, metoda bezpośrednia.	TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt
4.	Identyfikacja wszystkich dostarczonych odczynników po kodach kreskowych.	TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt
5.	Odczynniki gotowe do użycia bez rozcieńczania i rozpuszczania.	TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt
6.	Uniknięcie kontaminacji przez bezkontaktowe przygotowanie mieszniny reakcyjnej w aparacie.	TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt
7.	Spięcie aparatów wspólnym zewnętrznym podajnikiem.	TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt
8.	Serwis zabezpieczający pracę aparatu w granicach 100 km od Elbląga.	TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt
9.	Kuwety wielorazowe kwarcowe, wymieniane pojedynczo.	TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt
10.	Chłodzenie kalibratorów i materiałów kontrolnych na pokładzie aparatu	TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt
11.	Wydajność większa niż 600 dla każdego aparatu	TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt

- Załącznik nr 1A do SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 26 i 27 zostają połączone w jedną, która przyjmuje nowe brzmienie:

26. Glukoza, 1.Met.: heksokinazowa 2.Odczynniki ciekłe – 300 000

- Załącznik nr 1B do SIWZ, Pakiet nr 1, pkt 1, 2, 3 i 5 przyjmują nowe brzmienie:

1. Kontrola o znanych wartościach nominalnych, na dwóch poziomach parametrów oznaczanych w moczu: białko, glukoza, kreatynina, Ca, P, Mg, kwas moczowy, albumina, Na, K
2. Kontrola o znanych wartościach nominalnych, codzienna w surowicy na dwóch poziomach: Na, K, Cl, Mg, Ca, P, Fe, Białko całkowite, albumina, glukoza, mocznik, kreatynina, kwas moczowy, cholesterol całkowity, TG, HDL, LDL, LDH, AST, ALT, ALP, GGTP, CK, Lipaza, Amylaza, Bilirubina bezpośrednia.
3. Kontrola o znanych wartościach nominalnych, na dwóch poziomach dla oznaczeń nie ujętych w kontroli codziennej. Kontrola wykonywana raz w tygodniu, chyba że producent odczynnika wymaga inaczej: •Białka specyficzne - CRP, IgA, IgM, IgG, Transferyna, ASO, RF oraz •wankomycyna, gentamycyna, homocysteina, B2mikroglobulina, alkohol etylowy, CK-MB, kwasy żółciowe, HbA1c, •IgG, białko i albumina w płynie mózgowo-rdzeniowym
5. Kontrola o znanych wartościach nominalnych, niezależna od producenta aparatów i oferowanych odczynników. Kontrola na poziomie normalnym do parametrów oznaczanych w surowicy w kontroli codziennej (pkt. 2).

- Załącznik nr 1E do SIWZ, Pakiet nr 1, nagłówek tabeli przyjmuje nowe brzmienie:

Parametr Wymagany (wymagane funkcje) dla każdego analizatora indywidualnie

- **Załącznik nr 1E do SIWZ, Pakiet nr 1, Warunki graniczne pkt 15, 30 przyjmują nowe brzmienie:**
  - 15. Uzupełnianie próbek badanych bez konieczności przerw w pracy analizatora z wykorzystaniem podajnika do statywów.
  - 30. Czas reakcji serwisu na awarię 24 godziny w dni robocze (przyjazd serwisu)
  
- **Załącznik nr 1E do SIWZ, Pakiet nr 1, pkt 3 Warunki serwisu i szkoleń przyjmuje nowe brzmienie:**
  - 3. Reakcja serwisu w okresie dzierżawy do 24 godzin w dni robocze
  
- **Załącznik nr 1F do SIWZ, Pakiet nr 1, Parametry podlegające ocenie dla analizatora, dodaje się pkt 11, który brzmi:**
  - 11. Wydajność większa niż 600 dla każdego aparatu.
  
- **Załącznik nr 2A do SIWZ, Pakiet nr 2, kolumna C przyjmuje nowe brzmienie:**
  - C. Graniczne warunki odczytnika - Paski 10 parametrowe/ 11 parametrowe\*
  
- **Załącznik nr 2D do SIWZ, Pakiet nr 2, pkt 3 Warunki serwisu i szkoleń przyjmuje nowe brzmienie:**
  - 3. Reakcja serwisu w okresie dzierżawy do 24 godzin w dni robocze
  
- **Załącznik nr 3D do SIWZ, Pakiet nr 3, pkt 3 Warunki serwisu i szkoleń przyjmuje nowe brzmienie:**
  - 3. Reakcja serwisu w okresie dzierżawy do 24 godzin w dni robocze
  
- **Załącznik nr 4D do SIWZ, Pakiet nr 4, pkt 3 Warunki serwisu i szkoleń przyjmuje nowe brzmienie:**
  - 3. Reakcja serwisu w okresie dzierżawy do 24 godzin w dni robocze

**Zamawiający załącza treść SIWZ wraz z Załącznikami do SIWZ po wprowadzonych w/w zmianach.**

**Aktualne zmiany na dzień 20.06.2017 r. w SIWZ i w Załącznikach do SIWZ zaznaczone są kolorem czerwonym.**

**Pozostałe warunki SIWZ na dzień 20.06.2017 r. pozostają bez zmian.**