

Oznaczenie sprawy 39/2017

Wszyscy Uczestnicy postępowania

dot. postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sterylnych, leczniczych środków technicznych do zabiegów radiologicznych w 12 pakietach dla potrzeb Pracowni Radiologii Zabiegowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu zamieszczonego w BZP Ogłoszenie nr 586833-N-2017 z dnia 2017-09-12

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146, informuje, że w dniach 18.09.2017r. od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

1. Dotyczy przedmiotu zamówienia - pakiet nr 3

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 3 graftów obwodowych (stentów obwodowych) rozprężalnych na balonie, do tętnic biodrowych o dostępnych długościach stentgraftu od 15 do 60mm (+/- 3mm), w tym wartości skrajne.

Pozostałe parametry zgodnie z wymogami siwz.

2. Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 10

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 1 pakietu nr 10 koszulek wprowadzających diagnostycznych o następujących parametrach:

- dostępne średnice 4-12F
- długość koszulki 10cm (+/- 3cm),
- akceptujące przewodnik do 0,038",
- z uchem do szwu chirurgicznego
- dostępne zestawy z miniprowadnikiem o kształcie "J" w rozmiarze 4-6F

3. Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 10

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 3 pakietu nr 10 cewników diagnostycznych do badań naczyniowych obwodowych, mózgowych i trzewnych o dostępnej średnicy 5F.

4. Prosimy zamawiającego o odpowiedź na następujące pytanie do SIWZ: „Czy Zamawiający dopuści z zadaniu nr 2 cewniki balonowe niskoprofilowe o dostępnych średnicach 2-9 mm, ciśnieniu RBP 11-16 atm, długości systemów roboczych 75,90,130, 150,180 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ”.

Zamawiający odpowiada:

Ad.1. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 3 graftów obwodowych (stentów obwodowych) rozprężalnych na balonie, do tętnic biodrowych o dostępnych długościach stentgraftu od 15 do 60mm (+/- 3mm), w tym wartości skrajne. Pozostałe parametry zgodnie z wymogami siwz.

Ad.2. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.3. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.4. Zamawiający nie wyraża zgody.

DYREKTOR NACZELNY

mgr Elżbieta Gelert