

Do wszystkich uczestników  
postępowania

Dotyczy: Oferta dotyczy postępowania do 30.000 euro w trybie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu na **dostawę chłodziarki laboratoryjnej dla potrzeb Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej ,Bank Krwi Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.**

WSZ w Elblągu informuje, że w dniu 29.09.2017r od wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

1. Czy chłodziarka ma być produktem medycznym przeznaczonym do przechowywania krwi, wpisanym do rejestru produktów medycznych, zgodnym z dyrektywą medyczną 93/42/EWG i Ustawy z dn. 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych oraz oznaczonym stawką VAT 8%?

Ad 1. Zamawiający podtrzymuje wymagania dotyczące w/w postępowania.

2. Zamawiający pisze: „głębokość urządzenia nie większa niż 65 +/- 3 cm”. Czy oznacza to, że dopuści urządzenie o głębokości 60 cm, czyli wymiaru mniejszego niż 65 cm?

Ad 2. Zamawiający podtrzymuje wymagania dotyczące w/w postępowania.

3. Czy Zamawiający dopuści maksymalny czas dostawy: 5 tygodni od podpisania umowy?

Ad 3. Zamawiający podtrzymuje wymagania dotyczące w/w postępowania.

4. Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez wewnętrznych drzwiczek szklanych, ale z szufladami z przezroczystymi frontami szuflad wypełniającymi całą komorę chłodniczą? Takie rozwiązanie zabezpiecza przed stratami chłodu i dostawianiem się ciepłego powietrza do komory.

Ad 4. Zamawiający podtrzymuje wymagania dotyczące w/w postępowania.

5. Czy Zamawiający wymaga, aby dokładność wyświetlania temperatury wynosiła 0,1° C?

Ad 5. Zamawiający podtrzymuje wymagania dotyczące w/w postępowania.

6. Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało filtr RFI (przeciwzakłóceńowy), dzięki któremu chłodziarka nie zakłóca pracy innych urządzeń elektronicznych?

Ad 6. Zamawiający podtrzymuje wymagania dotyczące w/w postępowania.

7. Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało sterownik elektroniczny wyświetlający komunikaty w języku polskim?

Ad 7. Zamawiający podtrzymuje wymagania dotyczące w/w postępowania.

8. Czy Zamawiający wymaga, aby chłodziarka wyposażona była w elektroniczny panel sterowniczy z cyfrowym wyświetlaczem temperatury pokazującym menu, wewnętrzną temperaturę, temperaturę zadaną, datę i godzinę?

Ad 8. Zamawiający podtrzymuje wymagania dotyczące w/w postępowania.

9. Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie było wyposażone w optyczny i dźwiękowy system alarmowy ostrzegający o przekroczeniu zadanej temperatury, nie zamknięciu drzwi, braku zasilania oraz uszkodzeniu czujników?

Ad 9. Zamawiający podtrzymuje wymagania dotyczące w/w postępowania.

10. Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie wyposażone było w bateryjne podtrzymanie pracy sterownika i alarmów (do 24h w razie awarii zasilania)?

Ad 10. Zamawiający podtrzymuje wymagania dotyczące w/w postępowania.

11. Czy Zamawiający wymaga, aby na panelu sterowniczym dało się odczytać godzinę i datę zaistniałego zdarzenia (np. alarmu przekroczenia temperatury)?

Ad 11. Zamawiający podtrzymuje wymagania dotyczące w/w postępowania.

12. Czy Zamawiający wymaga, aby sterownik chłodziarki był blokowany hasłem uniemożliwiającym przypadkową zmianę parametrów pracy i wyłączenie urządzenia oraz przed dostępem osób niepowołanych?

Ad 12. Zamawiający podtrzymuje wymagania dotyczące w/w postępowania.

13. Czy Zamawiający wymaga, aby chłodziarka wyposażona była w rejestrator danych o temperaturze i alarmach z ostatnich 30 dni oraz port USB umożliwiający zgranie danych temperaturowych na komputer?

Ad 13. Zamawiający podtrzymuje wymagania dotyczące w/w postępowania.

14. Czy z uwagi na bezpieczeństwo przechowywanego materiału Zamawiający wymaga, aby drzwi chłodziarki wyposażone były w zamek, system automatycznego domykania i uszczelkę magnetyczną?

Ad 14. Zamawiający podtrzymuje wymagania dotyczące w/w postępowania.

15. Czy Zamawiający wymaga, aby zamrażarka wyposażona była w wewnętrzne oświetlenie LED? Brak tego zapisu w specyfikacji oznaczać będzie, że Zamawiający dopuszcza urządzenie, w środku którego będzie ciemno.

Ad 15. Zamawiający podtrzymuje wymagania dotyczące w/w postępowania.

16. *Proszę o przesłanie „medycznych zasad opracowanych przez IHIT dot. 5-dniowej walidacji pracy chłodziarki”.*

Ad 16. Zamawiający podtrzymuje wymagania dotyczące w/w postępowania.