

Załącznik Nr 11 C do SIWZ **zmiana dnia 23.10.2017 r.**

Pakiet nr 11 Parametry podlegające ocenie aparatu **do automatycznego odczytu lekowrażliwości metodą krążkową.**

Lp.	Parametry oceniane	Wartość punktowa parametru	Odpowiedź Wykonawcy Tak/Nie lub Wartość oferowanego parametru, opis
1.	Aparat samodzielnie rozpoznaje rodzaj krążka - to znaczy, rozpoznaje w oparciu o kod napisany na krążku, rodzaj i ilość antybiotyku w nim zawartego.	TAK – 40 pkt. NIE – 0 pkt.	
2.	Aparat ma możliwość odczytu lekowrażliwości pasków plastikowych i bibułowych MIC i Etestów	TAK – 40 pkt. NIE – 0 pkt.	
3.	Pamięć aparatu pozwala na przechowywanie wyników testów i zdjęć płytek	TAK – 20 pkt. NIE – 0 pkt.	

.....
data , podpis Wykonawcy lub
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy