

Wszyscy Uczestnicy postępowania

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 209 000 euro, na dostawę odczynników w 11 pakietach wraz z dzierżawą 4 aparatów dla potrzeb Laboratorium Bakteriologicznego w okresie 36 miesięcy oraz przeprowadzenie szkolenia personelu Laboratorium Bakteriologicznego i pracowników personelu obsługi technicznej (pracowników Sekcji Sprzętu Medycznego) w zakresie obsługi dzierżawionych aparatów, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 19.10.2017 r., numer ogłoszenia: 2017/S 201-413101.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146, informuje, że do dnia 07.11.2017 r. od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

Pakiet Nr 10 – Testy do szybkiej diagnostyki biegunek.

1) Poz. 4 - 6 – Czy Zamawiający zaakceptuje testy gdzie wielkość opakowania wynosi 10 sztuk?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza zmianę.

2) Poz. 7 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania test do oznaczania indolu w formie ciekłego roztworu do 140 oznaczeń i czy w związku z tym należy zaoferować 2 takie opakowania?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Dot. wymagań

3) Pkt 3 – prosimy o wykreślenie tego punktu, gdyż w pakiecie w poz. 1 jest test do wykrywania dehydrogenazy glutaminianowej (GDH), natomiast opis odnosi się to testu do wykrywania laktoferyny, a takiego testu nie ma w pakiecie.

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę i punkt wykreśla.

4) Pkt 4 – prosimy o wyjaśnienie czy nie zaszła omyłka i czy podane wymagania nie powinny odnosić się do poz. 1?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający potwierdza zajście omyłki i ją poprawia.

5) Pkt 5 – prosimy o wyjaśnienie czy nie zaszła omyłka i czy podane wymagania nie powinny odnosić się do poz. 2?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający potwierdza zajście omyłki i ją poprawia.

6) Pkt 6 – prosimy o wyjaśnienie czy nie zaszła omyłka i czy podane wymagania nie powinny odnosić się do poz. 3?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający potwierdza zajście omyłki i ją poprawia.

7) Załącznik nr 16 do SIWZ (wzór dla Pakietów nr 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10)

(§ 4 ust. 8) Czy Zamawiający dopuści zmiany numeru katalogowego, wielkości opakowania, nazwy testu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy? W przypadku zmiany wielkości opakowania dla nowego produktu, czy Zamawiający dopuści przeliczenie ceny za oznaczenie?

Zamawiający odpowiada:

Zgodnie z zapisami § 4 ust. 8 Załącznika nr 16 do SIWZ.

8) (§ 4 ust. 8) Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zamiennika o parametrach nie gorszych od proponowanego w umowie po powiadomieniu Zamawiającego w wypadku wystąpienia przejściowego braku produktu?

Zamawiający odpowiada:

Zgodnie z zapisami § 4 ust. 8 Załącznika nr 16 do SIWZ.

9) (§ 4 ust. 3 pkt 1) Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT?

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający podtrzymuje zapis umowy w § 4 ust. 3 pkt 1.

10) (§ 4 ust. 3 pkt 1) Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto?

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający podtrzymuje zapis umowy § 4 ust. 3 pkt 1.

11) (§ 6 ust. 1 oraz 4) Czy Zamawiający dopuści zmianę określenia "opóźnienie" na "zwłoka"?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

12) (§ 6 ust. 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO danego zamówienia?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

13) (§ 6 ust. 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO niezrealizowanej części umowy?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

14) (§ 6 ust. 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 10% wartości niezrealizowanej części umowy?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

15) (§ 6 ust. 1 oraz §7 ust. 4(2)) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu kar umownych, których suma nie przekroczy 10% wartości netto przedmiotu Umowy?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

16) (§ 2 ust. 6) Czy Zamawiający po podpisaniu umowy, w trakcie jej realizacji dopuści możliwość dostarczania dokumentacji produktowej w formie elektronicznej?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

17) (§ 2 ust. 7) Czy Zamawiający dopuści możliwość samodzielnego pobierania certyfikatów kontroli jakości ze strony internetowej?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Załącznik nr 17 do SIWZ (wzór dla Pakietów nr 1, 2, 4 i 11)

18) (§ 4 ust. 8) Czy Zamawiający dopuści zmiany numeru katalogowego, wielkości opakowania, nazwy testu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy? W przypadku zmiany wielkości opakowania dla nowego produktu, czy Zamawiający dopuści przeliczenie ceny za oznaczenie?

Zamawiający odpowiada:

Zgodnie z zapisami § 4 ust. 8 Załącznika nr 17 do SIWZ.

19) (§ 4 ust. 8) Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zamiennika o parametrach nie gorszych od proponowanego w umowie po powiadomieniu Zamawiającego w wypadku wystąpienia przejściowego braku produktu?

Zamawiający odpowiada:

Zgodnie z zapisami § 4 ust. 8 Załącznika nr 17 do SIWZ.

20) (§ 4 ust. 3 pkt 1) Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT?

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający podtrzymuje zapis umowy w § 4 ust. 3 pkt 1.

21) (§ 4 ust. 3 pkt 1) Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto?

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający podtrzymuje zapis umowy w § 4 ust. 3 pkt 1.

22) (§ 6 ust. 1 oraz 4) Czy Zamawiający dopuści zmianę określenia "opóźnienie" na "zwłoka"?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

23) (§ 6 ust. 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO danego zamówienia?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

24) (§ 6 ust. 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO niezrealizowanej części umowy?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

25) (§ 6 ust. 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 10% wartości niezrealizowanej części umowy?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

26) (§ 6 ust. 1 oraz §7 ust. 4(2)) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu kar umownych, których suma nie przekroczy 10% wartości netto przedmiotu Umowy?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

27) (§ 2 ust. 6) Czy Zamawiający po podpisaniu umowy, w trakcie jej realizacji dopuści możliwość dostarczania dokumentacji produktowej w formie elektronicznej?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

28) (§ 2 ust. 7 oraz 8) Czy Zamawiający dopuści możliwość samodzielnego pobierania certyfikatów kontroli jakości ze strony internetowej?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Załącznik nr 18 do SIWZ (wzór dla Pakietów nr 1, 2, 4, 11)

29) (§ 3 ust. 4) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ubezpieczeniu aparatu na czas trwania umowy przez Zamawiającego? W naszej opinii to po stronie Zamawiającego powinno leżeć ubezpieczenie aparatu, ponieważ Wykonawca nie posiada wiedzy, m.in. o warunkach lokalowych Zamawiającego, alarmach i innych zabezpieczeniach w pracowni, do której przeznaczony jest oferowany aparat.

W związku z powyższym zwracamy się z wnioskiem o wprowadzenie zapisu, że Zamawiający zobowiązuje się w terminie 7 dni roboczych do ubezpieczenia aparatu od kradzieży i pożaru oraz do dostarczenia Wykonawcy kopii polisy wraz z potwierdzeniem zapłaty składki. Przedmiotowa polisa będzie zawierała cesję praw z polisy na wykonawcę.

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający podtrzymuje zapis umowy w § 3 ust. 4.

30) (§ 3) Czy Zamawiający wprowadzi zapis o odpowiedzialności Zamawiającego za wszelkie uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania aparatu?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

SIWZ

31) (Rozdział 6 ust. 6.6. pkt 1-7) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie dokumentów w postaci elektronicznej na płycie CD wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność kopii na płycie z elektronicznymi pierwowzorami?

Zamawiający odpowiada:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

32) (Rozdział 6 ust. 6.6. pkt 1-7) W przypadku konieczności dostarczenia dokumentów w postaci papierowej, czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie ich w postaci zbindowanych tomów, gdzie **poświadczenie za zgodność będzie widniało tylko na pierwszej stronie** tomu dla jego pozostałych stron?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Załącznik nr 1 do SIWZ

33) Czy Zamawiający w pakiecie 3 pozycji 15 dopuści konfekcje 80 sztuk w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem na wymaganą ilość?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

34) Czy Zamawiający w pakiecie 3 dopuści szczepy wzorcowe z 3-4 pasażu?

Zamawiający odpowiada:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

35) Czy Zamawiający w pakiecie 4 pozycji 2 dopuści podłoże bez dodatku 0,2% agaru?

Zamawiający odpowiada:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

36) Czy Zamawiający w pakiecie 4 pozycji 7 dopuści podłoże, które zamiast kwasu nalidyksowego w składzie zawiera aztreonam hamujący wzrost *Proteus* sp. oraz *Morganella* sp. ?

Zamawiający odpowiada:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

37) Czy Zamawiający w pakiecie 4 pozycji 10 Zamawiający dopuści płytki odciskowe o średnicy 55 mm?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

38) Czy Zamawiający w pakiecie 4 pozycji 26 dopuści podłoże chromogenne z wysoce selektywnymi chromogenami z terminem ważności 4 tyg.?

Zamawiający odpowiada:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

39) Czy Zamawiający w pakiecie 4 dopuści podłoża pakowane tylko w folię?

Zamawiający odpowiada:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

40) Czy Zamawiający w pakiecie 4 dopuści podłoża bez krwi z terminem ważności 6-8 tyg.?

Zamawiający odpowiada:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

41) Czy Zamawiający w pakiecie 4 pozycji 6 dopuści podłoże z terminem ważności 6 tyg.?

Zamawiający odpowiada:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

42) Czy Zamawiający w pakiecie 4 pozycjach 16 oraz 32 dopuści podłoże z terminem 2-3 tyg.?

Zamawiający odpowiada:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

43) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 4 automatyczny aparat do barwienia preparatów mikrobiologicznych metodą Grama wraz z wszystkimi niezbędnymi odczynnikami i utworzenie dla nich osobnego pakietu ? Takie wydzielenie umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów a Zamawiającemu wybór najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający odpowiada:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

44) Czy Zamawiający w pakiecie 4 dopuści aparat bez rotora?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

45) Czy Zamawiający w pakiecie 4 dopuści aparat bez utrwalania preparatu w aparacie ?

Zamawiający odpowiada:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

46) Czy Zamawiający w pakiecie 4 dopuści aparat do automatycznego barwienia metodą zanurzeniową?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zgodnie z zapisami SIWZ.

47) Czy Zamawiający w pakiecie 4 dopuści zaoferowanie odczynników nieobejmujących etanolu?

Zamawiający odpowiada:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

48) Czy Zamawiający w pakiecie 6 wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 6 pozycji 4 i utworzenie dla niej oddzielnego pakietu ? Takie wydzielenie umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów a Zamawiającemu wybór najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający odpowiada:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

49) Czy Zamawiający dopuści dla pakietu 6 pozycji 8 możliwość wstawienia dodatkowych wierszy w celu wyceny odpowiedniej ilości niezbędnych odczynników i elementów dodatkowych, niezbędnych dla użytkowania oferowanych produktów. Pozwoli to na przygotowanie kalkulacji z optymalną ilością niezbędnych produktów dodatkowych, co przełoży się na uniknięcia zawyżenia wartości pakietu i będzie miało tym samym pozytywny wpływ na racjonalizację potencjalnego wydatkowania środków publicznych w niniejszym zakresie.

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

50) Czy Zamawiający w pakiecie 7 pozycji 12 dopuści konfekcje 30 testów w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem na wymaganą ilość?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

51) Czy Zamawiający w pakiecie 7 pozycjach 13-15 dopuści konfekcje 10 testów w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem na wymaganą ilość?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

52) Czy Zamawiający w pakiecie 7 pozycji 18 dopuści konfekcje 18 testów z odpowiednim przeliczeniem na wymaganą ilość ?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

53) Czy Zamawiający w pakiecie 11 dopuści podłoża pakowane tylko w folię?

Zamawiający odpowiada:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

54) Czy Zamawiający w pakiecie 11 w pozycji 4 dopuści podłoże z terminem 2-3 tyg. z możliwością częstszych dostaw częściowych ? Rzeczywiste terminy ważności podłoża ze względu na kontrolę jakości jak i transport od producenta a następnie do klienta może być krótszy niż 4 tyg. w związku z tym oferujemy te dostawy częściowe bądź ustalenie harmonogramu dostaw.

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

55) Czy Zamawiający w pakiecie 11 pozycji 5 dopuści podłoże z terminem ważności 6-8 tyg.?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

56) Czy Zamawiający dopuści aparat z systemem eksperckim bazujący na regułach EUAST wersja 5.0 ?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

57) Czy Zamawiający dopuści aparat, w którym koszty aktualizacji oprogramowania ponosi Zamawiający?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

DOTYCZY PAKIETU NR 1

58) Czy Zamawiający może sprostować zapis w części 3 SIWZ (str 2) w punkcie 1.1 podpunkt c: „...aparat nowy rok produkcji 2015” - Czy nie powinno być: aparat nowy, rok produkcji 2017?

Zamawiający odpowiada:

Tak, powinno być: aparat nowy, rok produkcji 2017, **Zamawiający zmienia zapis.**

59) Czy Zamawiający wyraża zgodę na pominięcie i nie wycenianie w pakiecie 1 w Załączniku 1A „Części zużywalne i elementy niezbędne do bieżącej pracy i konserwacji oraz w punkcie 5 Załącznik 1C „Warunki graniczne” - pozycji dotyczących wymaganego wyposażenia, które nie mają zastosowania w pracy z oferowanym aparatem? Wykonawca wszystkie potrzebne akcesoria, sprzęt, odczynniki i inne materiały wyspecyfikuje oraz wyceni w punkcie 1.8 i 1.9 Załącznika 1A natomiast punkt 5 Załącznika 1C – odpowiednio zmodyfikuje.

Zamawiający odpowiada:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

DOTYCZY PAKIETU NR 2

60) Czy z uwagi na różne konfekcjonowanie odczynników, Zamawiający może podać w przeliczeniu na mililitry zapotrzebowanie na suplement wymieniony w pozycji 5? Jeżeli tak, to czy Wykonawca może dokonać modyfikacji wyspecyfikowanej ilości opakowań tak, aby była zgodna z zapotrzebowaniem Zamawiającego?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

61) Czy Zamawiający wyraża zgodę na pominięcie i nie wycenianie w pakiecie 2 w Załączniku 2B „Pozostałe odczynniki, części zużywalne i elementy niezbędne do bieżącej pracy i konserwacji” – pozycji dotyczącej zaoferowania płynów myjących i dezynfekujących analizator jeśli oferowany aparat nie wymaga stosowania specjalnych środków?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

62) Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie aparatu, w którym kontrola pracy odbywa się automatycznie, natomiast kalibracja cel pomiarowych wykonywana jest przez użytkownika jedynie w przypadku, gdy aparat sygnalizuje taką konieczność?

Zamawiający odpowiada:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

63) Czy Zamawiający w pkt 7 Załącznika 2C dopuści aparat, który umożliwi w pełni rejestrację badań za pomocą kodów kreskowych poprzez jeden czytnik kodów kreskowych wpięty do aparatu poprzez dostosowane do niego gniazdo, a dodatkowo posiada jedno gniazdo USB?

Zamawiający odpowiada:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

DOTYCZY PAKIETU NR 4

64) Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie aparatu wyprodukowanego w roku 2015, z aktualnym oprogramowaniem, w pełni sprawnego, objętego całkowitą gwarancją w okresie dzierżawy?

Zamawiający odpowiada:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

65) Czy Zamawiający wyraża zgodę aby niektóre podłoża oferowane w pakiecie 4 pakowane były wieczkiem do góry?

Zamawiający odpowiada:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

DOTYCZY PAKIETU NR 8

66) Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pozycji 5 podłoża w probówkach przeznaczonego do namnażania paciorkowców?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

67) Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, to czy wyraża zgodę na wyłączenie pozycji 5 z pakietu?

Zamawiający odpowiada:

Zgodnie z zapisem SIWZ.

68) Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pasków do oznaczania wartości MIC pakowanych pojedynczo lub po 3 sztuki w blistrach – obie formy konfekcjonowania pakowane po 30 sztuk w opakowaniu zbiorczym?

Zamawiający odpowiada:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Dotyczy pakietu 1, 2, 4; 6 i 8

69) Czy Zamawiający wyraża zgodę na niedostarczanie wraz z każdą dostawą certyfikatów kontroli jakości w przypadku, gdy są one dostępne w Bibliotece Technicznej na stronie internetowej oferenta, do której Zamawiający ma całodobowy, bezpłatny dostęp?

Zamawiający odpowiada:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

70) Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia w wersji drukowanej dla wszystkich produktów objętych umową w powyższych pakietach, metodyk i kart charakterystyki preparatu niebezpiecznego, w języku polskim i wyrazi zgodę na udostępnienie adresu strony internetowej, na której będą się znajdowały aktualne dokumenty oraz odpowiednio zmodyfikuje zapisy SIWZ? Uzasadnienie: W ofercie Wykonawca przedstawi adres strony internetowej, na której będą znajdowały się instrukcje wykonania testów/ulotki informacyjne oraz karty charakterystyk substancji niebezpiecznych w języku polskim, deklaracje zgodności oraz aktualne certyfikaty kontroli jakości do danych serii odczytników, dostępne dla Zamawiającego całodobowo.

Zamawiający odpowiada:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

71) Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby materiały metodyczne, polskojęzyczne ulotki zawierające opis oferowanych produktów, zostały załączone w wersji elektronicznej na płycie CD lub w formie książkowej podpisaną tylko na pierwszej tytułowej stronie?

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający dopuszcza formę książkową podpisaną za zgodność tylko na pierwszej stronie.

72) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na czas reakcji serwisu na 24 godziny w dni robocze – dotyczy pakietu 1, 2 i 4?

Zamawiający odpowiada:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

73) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na odczynniki z następującymi terminami ważności:

- a. Pakiet 1 – min. 4-7 miesięcy?
- b. Pakiet 4 podłoża gotowe z dodatkiem krwi min. 4-6 tygodni?
- c. Pakiet 4 podłoża gotowe bez dodatku krwi min. 4-8 tygodni?
- d. Pakiet 4 barwniki min. 6 miesięcy?
- e. Pakiet 4 podłoża płynne min. 6-12 miesięcy?
- f. Pakiet 6 min. 7 miesięcy?
- g. Pakiet 8 podłoża gotowe z dodatkiem krwi min. 4-6 tygodni?
- h. Pakiet 8 podłoża gotowe bez dodatku krwi min. 4-8 tygodni?
- i. Pakiet 8 pozostałe odczynniki min. 7 miesięcy?

Uzasadnienie: ze względu na skład i komponenty nie można określić terminu ważności odczynników na minimum określone przez Zamawiającego. Wykonawca nie ma prawa gwarantować okresu ważności dłuższego niż zalecany przez producenta.

Zamawiający odpowiada:

W zakresie pkt. a-i zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytania do umowy (zał. nr 16):

74) §2 ust. 1 – Czy Zamawiający wyrażą zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do Laboratorium Bakteriologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Elblągu własnym lub wynajętym środkiem transportu, na swój koszt i ryzyko w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach 7:30 - 11:00, każdorazowo na podstawie zamówienia częściowego składanego faksem, emailem lub pisemnie przez Kierownika Laboratorium Bakteriologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego.”?

Uzasadnienie: Wykonawca prosi o modyfikację postanowienia umownego, ze względu na fakt, iż nie ma możliwości weryfikacji tożsamości osoby upoważnionej do składania zamówień (dot. Formy telefonicznej)

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający dopuszcza składanie zamówień e-mailem.

75) §2 ust. 3 – Czy Zamawiający wyrażą zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Zapłata należności następować będzie na podstawie prawidłowo wystawianych przez Wykonawcę faktur VAT. Faktury VAT będą każdorazowo wystawiane w dniu wyjścia towaru z magazynu Wykonawcy i przesyłane do Zamawiającego na adres email: lub pocztą na adres siedziby Zamawiającego. Wystawiona faktura powinna zawierać m.in. następujące informacje: nazwę odczynnika, nazwę producenta, ilość, cenę dla poszczególnych pozycji oraz numer umowy lub nr zamówienia ”?

Uzasadnienie: Wykonawca prosi o modyfikację postanowienia umownego ze względu na wewnętrzne zmiany procedur firmowych, zgodnie z którymi Wykonawca nie będzie już dołączał faktur do paczki z realizowanym zamówieniem. Wykonawca wystawi fakturę w dniu realizacji zamówienia i zobowiązuje się do jej przysłania bądź na adres siedziby Zamawiającego (za pośrednictwem poczty/ kuriera) bądź za pośrednictwem e-maila. Wykonawca dołączy do zamówienia specyfikację wysyłkową określającą w sposób szczegółowy rodzaj i ilość dostarczonego towaru.

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający dopuszcza dostarczenie faktury VAT bez dostawy towaru, kurierem na adres Laboratorium Bakteriologicznego WSZ w Elblągu. Do dostawy towaru należy wówczas bezwzględnie dołączyć specyfikację dostarczonego towaru.

76) §6 ust. 1 – Czy Zamawiający wyrażą zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Z tytułu nieterminowych dostaw Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,5% wartości brutto zamówionego a niedostarczonego w terminie towaru, za każdy dzień opóźnienia.”?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

77) §6 ust. 2 – Czy Zamawiający wyrażą zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.”?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

78) §7 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na poprawienie numeracji zawartej w §7?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający poprawia numerację z §7 ust. 2 na §7 ust. 4.

79) §7 ust. 2 (winno być 4) – Czy Zamawiający wyrażą zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 30 zł?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytania do umowy (zał. nr 17):

80) §2 ust. 3 – Czy Zamawiający wyrażą zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Zapłata należności następować będzie na podstawie prawidłowo wystawianych przez Wykonawcę faktur VAT. Faktury VAT będą każdorazowo wystawiane w dniu wyjścia towaru z magazynu Wykonawcy i przesyłane do Zamawiającego na adres email: lub pocztą na adres siedziby Zamawiającego. Wystawiona faktura powinna zawierać m.in. następujące informacje: nazwę odczynnika, nazwę producenta, ilość, cenę dla poszczególnych pozycji oraz numer umowy lub nr zamówienia ”?

Uzasadnienie: Wykonawca prosi o modyfikację postanowienia umownego ze względu na wewnętrzne zmiany procedur firmowych, zgodnie z którymi Wykonawca nie będzie już dołączał faktur do paczki z realizowanym zamówieniem. Wykonawca wystawi fakturę w dniu realizacji zamówienia i zobowiązuje się do jej przysłania bądź na adres siedziby Zamawiającego (za pośrednictwem poczty/ kuriera) bądź za pośrednictwem e-maila. Wykonawca dołączy do zamówienia specyfikację wysyłkową określającą w sposób szczegółowy rodzaj i ilość dostarczonego towaru.

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający dopuszcza dostarczenie faktury VAT bez dostawy towaru, kurierem na adres Laboratorium Bakteriologicznego WSZ w Elblągu. Do dostawy towaru należy wówczas bezwzględnie dołączyć specyfikację dostarczonego towaru.

81) §6 ust. 1 – Czy Zamawiający wyrażą zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Z tytułu nieterminowych dostaw Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,5% wartości brutto zamówionego a niedostarczonego w terminie towaru, za każdy dzień opóźnienia.”?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

82) §6 ust. 2 – Czy Zamawiający wyrażą zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.”?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

83) §7 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na poprawienie numeracji zawartej w §7?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający poprawia numerację.

84) §7 ust. 2 (winno być 4) – Czy Zamawiający wyrażą zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 30 zł?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

85) **Dotyczy: pakiet nr 1, załącznik nr 1 - Arkusz asortymentowo-cenowy -Odczynniki do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości.** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania dla pozycji nr 1 i 2 testów łączonych, na których jednocześnie wykonuje się identyfikację i ocenę lekowrażliwości mikroorganizmów Gram dodatnich w ilości 2 400 testów combo.

Zamawiający odpowiada:

Zgodnie z zapisem SIWZ.

86) **Dotyczy: pakiet nr 1, załącznik nr 1 - Arkusz asortymentowo-cenowy -Odczynniki do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości.**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania dla pozycji nr 3 i 4 testów łączonych, na których jednocześnie wykonuje się identyfikację i ocenę lekowrażliwości mikroorganizmów Gram ujemnych w ilości 15 000 testów combo.

Zamawiający odpowiada:

Zgodnie z zapisem SIWZ.

87) **Dotyczy: pakiet nr 1, załącznik nr 1 - Arkusz asortymentowo-cenowy -Odczynniki do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości.**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania w pozycji nr 5 „testy do automatycznej identyfikacji biochemicznej bakterii beztlenowych”, szybkich, 4 godzinnych - wystandaryzowanych testów manualnych.

Zamawiający odpowiada:

Zgodnie z zapisem SIWZ.

88) Dotyczy: pakiet nr 1, załącznik nr 1 - Arkusz asortymentowo-cenowy -Odczynniki do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości.

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania w pozycji nr 8 „testy do automatycznego oznaczania lekowrażliwości drożdżaków”, alternatywnej metody w postaci wystandaryzowanych gotowych testów manualnych (płytkowych) umożliwiających ocenę lekowrażliwości grzybów na wskazane leki z określeniem wartości MIC w oparciu o min 8- stężeń dla wskazanych leków, dodatkowo umożliwiające również wykonanie badania na inne nowe leki przeciwgrzybicze jak: Anidulafungina, 5-Flucytosine, Itraconazole, Ketoconazole, Micafungin, Posaconazole. Taka metoda oceny lekowrażliwości zapewni Zamawiającemu możliwość znacznie szybszego wykonania badania lekowrażliwości grzybów w oparciu o szerokie spektrum rozcieńczeń badanych leków.

Zamawiający odpowiada:

Zgodnie z zapisem SIWZ.

89) Dotyczy: pakiet nr 1, załącznik nr 1 A - Arkusz asortymentowo-cenowy - Części zużywalne i elementy niezbędne do bieżącej pracy i konserwacji

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania analizatora, który w procedurze identyfikacji i lekowrażliwości nie wymaga stosowania wyspecyfikowanych w pozycjach 1.3 – 1.7 odczynników i akcesoriów. Jednocześnie prosimy o możliwość wyceny potrzebnych odczynników w procedurze oferowanego analizatora w pozycji nr 1.8 (np. pozycja 1.8 A, 1.8 B ...) „Odczynniki dodatkowe jeśli są wymagane w ilości wymaganej do wykonania wszystkich testów”.

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

90) Dotyczy: pakiet nr 1, załącznik nr 1 C - Analizator do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów - parametry wymagane (graniczne), wyposażenie, warunki serwisu oraz szkoleń - Pozycja nr 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania analizatora, który posiada 50 miejsc inkubacyjno – pomiarowych, co przy zakontraktowanej ilości testów oraz stosowaniu formy połączonego modułu testowego do jednoczesnej identyfikacji i lekowrażliwości, będzie wystarczający do wykonania wszystkich badań.

Zamawiający odpowiada:

Zgodnie z zapisem SIWZ.

91) Dotyczy: pakiet nr 2, załącznik nr 2 - Arkusz asortymentowo-cenowy Podłoża do hodowli drobnoustrojów w płynach ustrojowych.

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania w pozycji nr 1 podłoża do selektywnej hodowli grzybów drożdżopodobnych i pleśniowych z materiałów klinicznych, w butelkach wykonanych z grubościennego szkła hartowanego.

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

92) Dotyczy: pakiet nr 2, załącznik nr 2 C - Analizator do hodowli drobnoustrojów w płynach ustrojowych - parametry wymagane (graniczne), wyposażenie, warunki serwisu oraz szkoleń – WARUNKI GRANICZNE

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania analizatora pochodzącego z 2011 roku, który jest sprawny, po przeglądach technicznych i objęty pełną opieką serwisową podczas trwania umowy, gwarantowana raportami serwisowymi. Zaoferowanie analizatora z powyższą datą produkcji pozwoli Zamawiającemu nie ponosić wyższych kosztów dzierżawy, związanych również z wpięciem nowego analizatora w sieć laboratoryjna LIS.

Zamawiający odpowiada:

Zgodnie z zapisem SIWZ.

93) Dotyczy: pakiet nr 3, załącznik nr 3 – Krążki do oznaczania lekowrażliwości i szczepy wzorcowe

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podanie dla pozycji nr 1 listy krążków antybiotykowych z wyszczególnieniem ilości fiolek w celu realnej wyceny, ze względu na posiadanie w ofercie fiolek w różnej cenie jednostkowej.

Zamawiający odpowiada:

Zgodnie z zapisem SIWZ.

93) Dotyczy: pakiet nr 3, załącznik nr 3 – Krążki do oznaczania lekowrażliwości i szczepy wzorcowe

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania w pozycji nr 13 szczepu wzorcowego Escherichia coli z kolekcji ATCC 10536, stosowanego do kontroli jakości produktów i procedur mikrobiologicznych zgodnie z zaleceniami CLSI i EUCAST.

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

94) Dotyczy: pakiet nr 3, załącznik nr 3 – Krążki do oznaczania lekowrażliwości i szczepy wzorcowe

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania w pozycji nr 22 testu paskowego do określania mechanizmu oporności MBL, konfekcjonowanego po 30 sztuk w opakowaniu, z opcją przeliczenia na wymaganą przez Zamawiającego ilość 600 oznaczeń, czyli zaoferowanie 20 opakowań.

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

95) Dotyczy: pakiet nr 3, załącznik nr 3 – Krążki do oznaczania lekowrażliwości i szczepy wzorcowe- WYMAGANIA, CZĘŚĆ NR 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania szczepów wzorcowych z terminem ważności 7 miesięcy.

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

96) Dotyczy: pakiet nr 4, załącznik nr 4 – Podłoża i barwniki do diagnostyki mikrobiologicznej - WYMAGANIA, CZĘŚĆ NR 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania podłoży na płytkach Petriego zapakowanych w szczelną folię zabezpieczającą przed zanieczyszczeniami i uszkodzeniami oraz w kartonowe pudełko.

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

97) Dotyczy: pakiet nr 6, załącznik nr 6 – Bezwodne wkłady do uzyskiwania warunków beztlenowych i mikroaerofilnych

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość odstąpienia (niewyceniania) od pozycji nr 7 „klipsy do worka”, ponieważ oferowane przez nas w pozycji nr 1 i 8 bezwodne wkłady (do worka) z workiem zawierają w zestawie klipsy/zamknięcia wielorazowego użytku w ilości identycznej jak worki i generatory danego środowiska.

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

98) Dotyczy: pakiet nr 9, załącznik nr 9 - Barwniki i szybkie testy bibułowe do diagnostyki mikrobiologicznej - WYMAGANIA, CZĘŚĆ NR 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania podłoży na płytkach Petriego zapakowanych w szczelną folię zabezpieczającą przed zanieczyszczeniami i uszkodzeniami oraz w kartonowe pudełko.

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 16 i 18 do SIWZ.

99) Dotyczy ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w § 5 zapisu, żeby faktury za dostarczony towar przekazywane były Zamawiającemu razem z dostawą w formie papierowej, lub w formie elektronicznej na adres: _____@_____ nie później niż w dniu doręczenia towaru.

Zamawiający odpowiada:

Zgodnie z zapisem SIWZ.

100) Dotyczy ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów wzoru umowy w § 6 ust. 2 poprzez zapis o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 5 % wartości NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy ?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

101) Dotyczy ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY :

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej w poniżej przedstawiony sposób:

§ 6 ust. 1

Z tytułu nieterminowych dostaw Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,5 % wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości niezrealizowanej partii towaru.

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy: Załącznik nr 16

102) Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wykonawca dostarczał certyfikat kontroli jakości określający spełnienie wymagań wg EUCAST dla podłóży, które tego wymagają?

Zamawiający odpowiada:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

103) Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby producent nie załączał certyfikatów kontroli jakości podłóży mikrobiologicznych wraz z towarem, lecz udostępnił je na swojej stronie internetowej?

Zamawiający odpowiada:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

104) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę kary umownej o której mowa w § 6, pkt 2 z 20% wartości brutto niezrealizowanej części umowy na 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy: Załącznik nr 17

105) Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wykonawca dostarczał certyfikat kontroli jakości określający spełnienie wymagań wg EUCAST dla podłóży, które tego wymagają?

Zamawiający odpowiada:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

106) Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby producent nie załączał certyfikatów kontroli jakości podłóży mikrobiologicznych wraz z towarem, lecz udostępnił je na swojej stronie internetowej?

Zamawiający odpowiada:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

107) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę kary umownej, o której mowa w § 6, pkt 2 z 20% wartości brutto niezrealizowanej części umowy na 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy: Pakiet nr 4 - Załącznik nr 4 do SIWZ

108) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na umieszczeniu na płytce godziny rozlania, daty ważności, numer serii produkcji, skróconej nazwy podłoża, nr katalogowego oraz nazwy producenta?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

109) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 10 podłoża, gdzie nadruk umieszczony jest na pokrywce, a nie na denku?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

110) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na minimalny termin ważności dla podłóż gotowych z dodatkiem krwi wynoszący 5 tygodni od daty dostarczenia?

Zamawiający odpowiada:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

111) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na minimalny termin ważności dla podłóż gotowych bez dodatku krwi wynoszący 7 tygodni od daty dostarczenia?

Zamawiający odpowiada:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

112) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 4 podłoża z 5-miesięcznym terminem ważności?

Zamawiający odpowiada:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

113) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 27 podłoża z 5-tygodniowym terminem ważności?

Zamawiający odpowiada:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

114) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na minimalny termin ważności dla pozycji nr 29 wynoszący 18 dni od daty dostarczenia?

Zamawiający odpowiada:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

115) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na minimalny termin ważności dla pozycji nr 30 i 32 wynoszący 6 tygodni od daty dostarczenia?

Zamawiający odpowiada:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

116) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na minimalny termin ważności dla pozycji nr 38 (odczynniki do automatycznego barwienia metodą Grama) wynoszący 9 miesięcy od daty dostarczenia?

Zamawiający odpowiada:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

117) Czy Zamawiający wymaga zaoferowania podłoży w probówkach szklanych?

Zamawiający odpowiada:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

118) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoży w probówkach plastikowych okrągło dennych, zamykanych plastikowym wciskanym korkiem?

Zamawiający odpowiada:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

119) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoży w probówkach oznaczonych trwałym nadrukiem zawierającym: datę ważności, numer serii produkcji, skróconą nazwę podłoża, nr katalogowy oraz nazwę producenta?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

120) Czy Zamawiający w pozycji 36 wyrazi zgodę na zaoferowanie testu, gdzie jedno opakowanie wynosi 5 sztuk i pozwoli na zaoferowanie 40 takich opakowań?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

121) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawy towarów w dni robocze w godz. 7:30-12:00? Najszybsza dostawa towaru przez firmę kurierską mieści się w godz. 7:30-12:00.

Zamawiający odpowiada:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Dotyczy: Załącznik nr 4B-do SIWZ

122) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu do automatycznego barwienia preparatów mikrobiologicznych, który umożliwi barwienie do 10 preparatów jednocześnie?

Zamawiający odpowiada:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

123) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu do automatycznego barwienia preparatów mikrobiologicznych, w którym czas barwienia wynosi ok. 13 minut?

Zamawiający odpowiada:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

124) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie aparatu do barwienia w ciągu 45 dni od podpisania umowy?

Zamawiający odpowiada:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

125) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fabrycznie nowego aparatu, rok produkcji 2016?

Zamawiający odpowiada:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

126) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na reakcję serwisu w ciągu 48 godzin od daty zgłoszenia?

Zamawiający odpowiada:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Dotyczy: Pakiet nr 5 - Załącznik nr 5 do SIWZ

127) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 23 i 29 produktów, które nie są wyrobami medycznymi? Produkty nie są przeznaczone wyłącznie do diagnostyki in Vitro w związku z tym, nie istnieje obowiązek ich rejestracji w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Zamawiający odpowiada:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia pkt.3.ppkt.2 SIWZ.

128) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 26 produktu, który nie jest wyrobem medycznym? Produkt nie jest przeznaczony wyłącznie do diagnostyki in Vitro w związku z tym, nie istnieje obowiązek jego rejestracji w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Zamawiający odpowiada:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia pkt.3.ppkt.2 SIWZ.

129) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 6 podłoża, gdzie nadruk umieszczony jest na pokrywie, a nie na denku?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

130) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na umieszczeniu na płycie godziny rozlania, daty ważności, numer serii produkcji, skróconej nazwy podłoża, nr katalogowego oraz nazwy producenta?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

131) Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wykonawca dostarczał certyfikat kontroli jakości określający spełnienie wymagań wg EUCAST dla podłoży, które tego wymagają?

Zamawiający odpowiada:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

132) Czy Zamawiający wymaga zaoferowania podłoży w probówkach szklanych?

Zamawiający odpowiada:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

133) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoż w probówkach plastikowych okrągło dennych, zamykanych plastikowym wciskanym korkiem?

Zamawiający odpowiada:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

134) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 29 soli fizjologicznej w próbówce szklanej z zakręcanym korkiem, o wysokości 115 mm (wysokość bez korka 113 mm) i średnicy 15 mm?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

135) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoży w probówkach oznaczonych trwałym nadrukiem zawierającym: datę ważności, numer serii produkcji, skróconą nazwę podłoża, nr katalogowy oraz nazwę producenta?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

136) Czy Zamawiający w pozycji nr 5 wymaga podłoża chromogennego wykrywającego szczepy odporne na wankomycynę? Jeśli nie, prosimy podać skład.

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

137) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoży z dodatkiem krwi z 5-tygodniowym terminem ważności?

Zamawiający odpowiada:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

138) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na minimalny termin ważności dla pozycji nr 4 wynoszący 6 tygodni od daty dostarczenia?

Zamawiający odpowiada:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

139) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na minimalny termin ważności dla pozycji nr 7, 9 wynoszący 7 tygodni od daty dostarczenia?

Zamawiający odpowiada:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

140) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na minimalny termin ważności dla pozycji nr 18 wynoszący 18 dni od daty dostarczenia?

Zamawiający odpowiada:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

141) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na minimalny termin ważności dla pozycji nr 22 wynoszący 5 miesięcy od daty dostarczenia?

Zamawiający odpowiada:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

142) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawy towarów w dni robocze w godz. 7:30-12:00? Najszybsza dostawa towaru przez firmę kurierską mieści się w godz. 7:30-12:00.

Zamawiający odpowiada:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Dotyczy SIWZ i umowy.

143) Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia po podpisaniu umowy szczegółowej kalkulacji tj. koszty wynagrodzenia oraz wysokość składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne jeżeli Wykonawca zagwarantuje stałość cen przez cały okres związania umową?

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający nie wymaga dostarczenia po podpisaniu umowy szczegółowej kalkulacji dotyczącej kosztów wynagrodzenia oraz wysokości składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Wykonawca może, ale nie musi, nie jest to jego obowiązkiem. Zamawiający podtrzymuje zapis.

Dotyczy: SIWZ, 6.6, pkt.4

144) Czy przykładowy Certyfikat kontroli jakości ma zostać dołączony wraz z ofertą tylko dla podłoża Mueller Hinton 2?

Zamawiający odpowiada:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

145) Dotyczy: pakiet nr 1, załącznik nr 1 - Arkusz asortymentowo-cenowy - Odczynniki do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania dla pozycji nr 1 i 2 łączonych modułów testowych, na których jednocześnie wykonuje się identyfikację i lekowrażliwość drobnoustrojów Gram dodatnich w ilości 2 400 testów duo.

Zamawiający odpowiada:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

146) Dotyczy: pakiet nr 1, załącznik nr 1 - Arkusz asortymentowo-cenowy - Odczynniki do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania dla pozycji nr 3 i 4 łączonych modułów testowych, na których jednocześnie wykonuje się identyfikację i lekowrażliwość drobnoustrojów Gram ujemnych w ilości 15 000 testów duo.

Zamawiający odpowiada:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

147) Dotyczy: pakiet nr 1, załącznik nr 1 - Arkusz asortymentowo-cenowy -Odczynniki do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania w pozycji nr 8 „testy do automatycznego oznaczania lekowrażliwości drożdżaków”, alternatywnej metody w postaci gotowych płytkowych testów manualnych wystandaryzowanych i umożliwiających wykonanie oznaczenia lekowrażliwości grzybów na wskazane leki z określeniem wartości MIC w oparciu o min 8- stężeń leków wymaganych w SIWZ. Dodatkowo testy umożliwiają również wykonanie badania na inne nowe leki przeciwgrzybicze jak: Anidulafungina, 5-Flucytosine, Itraconazole, Ketoconazole, Micafungin, Posaconazole. Taka metoda oceny lekowrażliwości zapewni Zamawiającemu możliwość wykonania badania lekowrażliwości grzybów w oparciu o szerokie spektrum rozcieńczeń badanych leków.

Zamawiający odpowiada:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

148) Dotyczy: pakiet nr 1, załącznik nr 1 A - Arkusz asortymentowo-cenowy - Części zużywalne i elementy niezbędne do bieżącej pracy i konserwacji

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania systemu, który w procedurze identyfikacji i lekowrażliwości nie wymaga stosowania opisanych w pozycjach 1.3 – 1.7 odczynników i akcesoriów. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o możliwość wyceny potrzebnych odczynników w procedurze oferowanego systemu w pozycji nr 1.8 (np. pozycja 1.8 A, 1.8 B ...) opisanej przez Zamawiającego jako: „Odczynniki dodatkowe jeśli są wymagane w ilości wymaganej do wykonania wszystkich testów”.

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

149)Dotyczy: pakiet nr 1 – wymagania - Analizator do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów – pozycja nr 3

Czy Zamawiający dopuści testy bezpieczne dla operatora systemu, zabezpieczone po inokulacji nakrywkami przed włożeniem na pokład analizatora, nie wymagające dodawania żadnych dodatkowych odczynników bezpośrednio przez operatora systemu na pokładzie aparatu?

Zamawiający odpowiada:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

150) Dotyczy: pakiet nr 1 – wymagania - Analizator do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów – pozycja nr 4

Czy Zamawiający dopuści analizator, który pracuje na testach bez fabrycznych kodów kreskowych. Kody drukowane są po wprowadzeniu badania do systemu komputerowego i naklejane na poszczególne testy, co umożliwia unikanie błędów i czyni test/moduł testowy przypisanym do danego pacjenta, którego dane wprowadzane są do systemu ?

Zamawiający odpowiada:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

151) Dotyczy: pakiet nr 1 – wymagania - Analizator do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów – pozycja nr 5 i 7

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie testów do identyfikacji mikroorganizmów o 27 cechach biochemicznych, które służą do uzyskania wyniku identyfikacji do gatunku.

Zamawiający odpowiada:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

152) Dotyczy: pakiet nr 1 – wymagania - Analizator do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów – pozycja nr 7

Czy Zamawiający dopuści, aby czas oznaczania identyfikacji dla większości drobnoustrojów wynosił w ok. 16-18 godzin, co umożliwi precyzyjną oraz dokładną gatunkowo identyfikację drobnoustrojów?

Zamawiający odpowiada:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

153) Dotyczy: pakiet nr 1 – wymagania - Analizator do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów – pozycja nr 13

Czy Zamawiający dopuści, aby czas oznaczania lekowrażliwości większości drobnoustrojów wynosił w zakresie 16-24 godzin, co zapewnia uzyskanie precyzyjnych oraz wiarygodnych wyników oceny lekowrażliwości wraz z podaniem precyzyjnej wartości MIC dla poszczególnych leków ?

Zamawiający odpowiada:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

154) Dotyczy: Pakiet nr 1 Analizator do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów - parametry wymagane(graniczne), wyposażenie, warunki serwisu oraz szkoleń - warunki graniczne – parametr wymagany - pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania systemu, który umożliwia prostą jednoetapową inokulację jednocześnie całego modułu testowego za pomocą specjalnego urządzenia działającego podciśnieniowo ?

Zamawiający odpowiada:

Zgodnie z zapisami SIWZ.