

Do wszystkich uczestników  
postępowania

Dotyczy: Oferta dotyczy postępowania do 30.000 euro w trybie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu na dostawę videolaryngoskopu dla Działu Ratownictwa Medycznego -1 szt oraz videolaryngoskopu dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego- 1 szt. w 2 pakietach dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.

WSZ w Elblągu informuje, że w dniu 24.11.2017r od wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

Pytanie 1: Pakiet 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do trudnej intubacji składającego się z bezprzewodowego videolaryngoskopu, o budowie modułowej zasilanego akumulatorem z możliwością ładowania kolorowego monitora LCD 3,5 cala, ekran TFT, obrotowy w płaszczyźnie pionowej ze wskaźnikiem LED naładowania baterii, z wyjściem TV i video, z rękojeści wykonanej z medycznego termoplastycznego elastomeru z łożem dla 1 baterii AA oraz z modułu kamery wykonanej ze stali nierdzewnej, z kamerą CMOS, oraz źródłem światła (wysokowydajne diody LED). Gotowy do natychmiastowego użytku po włączeniu zasilania. W zestawie ładowarka. Całość urządzenia w przenośnym etui walizkowym. Do videolaryngoskopu dedykowane są łyżki jednorazowe typu MAC w rozm. 3 i 4 oraz łyżki jednorazowe do trudnej intubacji z kanałem na rurkę intubacyjną (DAB) i bez kanału na rurkę intubacyjną (U-DAB), posiadające powłokę zapobiegającą zaparowaniu, tzw. anti-fog, biologicznie czyste.

**Ad.1 Zamawiający nie dopuści do postępowania.**

Pytanie 2: Pakiet 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do trudnej intubacji składającego się z bezprzewodowego videolaryngoskopu, o budowie modułowej zasilanego akumulatorem z możliwością ładowania kolorowego monitora LCD 3,5 cala, ekran TFT, obrotowy w płaszczyźnie pionowej ze wskaźnikiem LED naładowania baterii, z wyjściem TV i video, z rękojeści wykonanej z medycznego termoplastycznego elastomeru z łożem dla 1 baterii AA oraz z modułu kamery wykonanej ze stali nierdzewnej, z kamerą CMOS, oraz źródłem światła (wysokowydajne diody LED). Gotowy do natychmiastowego użytku po włączeniu zasilania. W zestawie ładowarka. Całość urządzenia w przenośnym etui walizkowym. Do videolaryngoskopu dedykowane są łyżki jednorazowe typu MAC w rozm. 3 i 4 oraz łyżki jednorazowe do trudnej intubacji z kanałem na rurkę intubacyjną (DAB) i bez kanału na rurkę intubacyjną (U-DAB), posiadające powłokę zapobiegającą zaparowaniu, tzw. anti-fog, biologicznie czyste

**Ad.2 Zamawiający nie dopuści do postępowania.**