

Do wszystkich uczestników
postępowania

Dotyczy: Oferta dotyczy postępowania do 30.000 euro w trybie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu **na dostawę videolaryngoskopu dla Działu Ratownictwa Medycznego -1 szt oraz videolaryngoskopu dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego- 1 szt. w 2 pakietach dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.**

WSZ w Elblągu informuje, że w dniu 27.11.2017r od wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

Pytanie 1

Pakiet 1

„Czy Zamawiający wymaga aby pozostały czas pracy baterii wyświetlany był na ekranie ?”

Ad.1

Zamawiający wymaga aby na ekranie wyświetlany był pozostały czas pracy baterii lecz dopuszcza uzyskanie tej informacji np w postaci minutowego licznika stanu naładowania potwierdzający żywotność baterii (korekta opisu przedmiotu zamówienia załącznik nr 1).