



Elbląg, dnia 13.04.2018r.

Strona internetowa

Znak sprawy: 16/2018

do wszystkich uczestników postępowania

**DOT: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 221 000 euro zamieszczonego w BZP w dniu 26.03.2018r. pod numerem 533233-N-2018 na Dostawę i montaż wyposażenia medycznego do zakupu w ramach Projektu pn.,,Przebudowa i modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu”**

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu ul. Królewiecka 146 informuje, że ze względu na udzielone odpowiedzi w dniu 11.04.2018r. na pytania Wykonawców, Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz. U. z dnia 24.08.2017r. poz. 1579 z późn. zm.) wprowadza w dniu 13.04.2018r. zmianę treści SIWZ:

⇒ W pkt. 3.7 SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

Wykonawca dostarczy wyposażenie medyczne do Miejsca Dostawy i zamontuje/rozmieści zgodnie z miejscem przeznaczenia wskazanym w Załączniku nr 8 do SIWZ – Rozmieszczenie wyposażenia medycznego, chyba że Zamawiający wskaże inną lokalizację w Miejscu Dostawy. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy **dowolnym** środkiem transportu do siedziby Zamawiającego.

⇒ W Załączniku nr 6 do SIWZ – Projekt Umowy w §12 ust. 1 pkt. 2), który otrzymuje następujące brzmienie:

Z tytułu nieterminowej dostawy Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto niedostarczonego w terminie urzędzenia, w przypadku uchybienia terminowi określonemu w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (termin dostawy).

⇒ W Załączniku nr 9 do SIWZ Specyfikacja techniczne – **ŁÓŻKO SZPITALNE DO INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ Z MATERACEM PRZECIWO DLEŻYNOWYM**

Parametry techniczne przedmiotu zamówienia - w pkt. 2; 5;7;9;10;11;12;13;16;19;20;28;29;31;33;36 doprecyzowano treść

⇒ W Załączniku nr 10 do SIWZ Specyfikacja techniczne –**STOLIK ANESTEZJOLOGICZNY PRZEJEZDNY** Parametry techniczne przedmiotu zamówienia - w pkt. 5; 8; 10 doprecyzowano treść



Szkolenia – w pkt 1 doprecyzowano treść

⇒ W Załączniku nr 11 do SIWZ Specyfikacja techniczne – **LAMPA OPERACYJNA MOBILNA**

Parametry techniczne przedmiotu zamówienia - w pkt. 4; 6; 8; 10;11;12;13;14;15 doprecyzowano treść

Gwarancja i serwis – w pkt 3 doprecyzowano treść

⇒ W Załączniku nr 12 do SIWZ Specyfikacja techniczne – **KARDIOMONITOR Z FUNKCJĄ POMIARU CIŚNIENIA ORAZ PUSOKSYMETRU**

Parametry techniczne przedmiotu zamówienia - w pkt. 5; 12; 18; 20;30; doprecyzowano treść

⇒ W Załączniku nr 13 do SIWZ Specyfikacja techniczne – **ZESTAW REANIMACYJNY**

Szkolenia – w pkt 1 doprecyzowano treść

⇒ W Załączniku nr 14 do SIWZ Specyfikacja techniczne – **SSAK OPERACYJNY ELEKTRYCZNY**

Parametry techniczne przedmiotu zamówienia - w pkt. 1; 4; 7; 8; doprecyzowano treść

⇒ W Załączniku nr 15 do SIWZ Specyfikacja techniczne – **RESPIRATOR SZPITALNY**

Parametry techniczne przedmiotu zamówienia - w pkt. 40 doprecyzowano treść

⇒ W Załączniku nr 16 do SIWZ Specyfikacja techniczne – **POMPY INFUZYJNE STRZYKAWKOWE**

Parametry techniczne przedmiotu zamówienia - w pkt. 8; 24; 45; doprecyzowano treść

⇒ W Załączniku nr 18 do SIWZ Specyfikacja techniczne – **MYJKA DEZYNFEKTOR**

Parametry techniczne przedmiotu zamówienia - w pkt. 9; doprecyzowano treść

⇒ W Załączniku nr 20 do SIWZ Specyfikacja techniczne – **LAMPA OPERACYJNA BEZCIENIOWA SUFITOWA JEDNOREFLEKTOROWA**

Parametry techniczne przedmiotu zamówienia - w pkt. 2; 3; 4; 10; 12; 15; 20; 21; 22; 24; doprecyzowano treść

Gwarancja i serwis – w pkt 3 doprecyzowano treść

#### **UWAGA!**

Wyżej wymienioną treść należy traktować jako wskazanie miejsc, gdzie nastąpiły zmiany

**Zamawiający działając na podstawie art. 12a ust. 1 oraz art. 38 ust. 4a pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) dokonuje zmiany ogłoszenia zamieszczonego w BZP i przedłuża termin składania ofert na dzień 18.04.2018r.**



**godz. 10.00. Termin otwarcia ofert ulega równocześnie zmianie na dzień 18.04.2018r. na godz. 10.30.**

Treść informacji o zmianie terminu składania i otwarcia ofert – w załączeniu na stronie internetowej Zamawiającego odpowiednio w zakładkach dla niniejszego postępowania

**Nową treść SIWZ, wraz z poszczególnymi zmianami, które nastąpiły w Załączniku nr 6; 9,10,11,12,13,14,15,16,18,20 do SIWZ Zamawiający załącza na stronie internetowej.**

**W celu ułatwienia wprowadzone zmiany zostały oznaczone kolorem czerwonym**

**Pozostała treść SIWZ na dzień 13.04.2018r. pozostaje bez zmian.**