



ZP-48/2018

Elbląg 16.05.2018r

Zaproszenie do złożenia ostatecznej oferty cenowej

na

Dostawę i montaż wyposażenia medycznego

do zakupu w ramach Projektu pn.

„Przebudowa i modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu”

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146 , 82-300 Elbląg w związku z planowanym udzieleniem zamówienia – w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych na dostawę i montaż wyposażenia medycznego w podziale na następujące pakiety:

pakiet nr 1 – przepływowe urządzenie do podgrzewania płynów w ilości szt. 1 ;

pakiet nr 2 – łóżko szpitalne do intensywnej opieki medycznej z materacem przeciwodleżynowym w ilości szt. - 1;

pakiet nr 3 – parawan podwieszany w ilości szt. 13 ;

pakiet nr 4 – ssak operacyjny elektryczny w ilości szt. – 1 ;

pakiet nr 5 – zestaw reanimacyjny w ilości szt. 1

zaprasza do złożenia ostatecznej oferty cenowej.

Zakres inwestycji będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 –2020, Oś priorytetowa IX. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury zdrowia, Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego w zakresie wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie) dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem województwa mazowieckiego. Nr projektu POIS.09.01.00-00-0009/16-00. Wymagane funkcje i parametry techniczne oraz warunki gwarancji, serwisu i szkolenia przedstawiono odpowiednio w Załącznikach nr 2; 3; 4; 5; 6 do Zaproszenia .



1. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu

ul. Królewiecka 146, 82 – 300 Elbląg

określany dalej jako „Zamawiający”

NIP 578 25 17 492

REGON 170 745 930

Adres strony internetowej: www.szpital.elblag.pl

Adres poczty elektronicznej niezbędny do porozumiewania się drogą elektroniczną:
dserafin@szpital.elblag.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia

Tryb postępowania: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

3. Opis przedmiotu zamówienia/Warunki realizacji

- 3.1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa i montaż wyposażenia medycznego do zakupu realizowanego w ramach projektu pn. „Przebudowa i modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu” wraz z przeprowadzeniem szkolenia personelu medycznego i obsługi technicznej.
- 3.2. Parametry techniczne (graniczne) elementu wyposażenia medycznego będącego przedmiotem niniejszego zaproszenia do złożenia ostatecznej oferty cenowej szczegółowo opisane zostały w specyfikacjach technicznych wyposażenia dla danego elementu wyposażenia, która stanowią odpowiednio Załączniki od nr 2 do nr 6 do Zaproszenia, według poniższego wykazu:

| Nr części zamówienia | Załącznik nr .. do Zaproszenia | Nazwa załącznika do Zaproszenia |
|----------------------|--------------------------------|--|
| 1 | 2 | Specyfikacja – Przepływowe urządzenie do podgrzewania płynów |
| 2 | 3 | Specyfikacja – Łóżko szpitalne do intensywnej opieki medycznej z materacem przeciw odleżynowym |
| 3 | 4 | Specyfikacja – Parawan podwieszany |
| 4 | 5 | Specyfikacja – Ssak operacyjny elektryczny |
| 5 | 6 | Specyfikacja – Zestaw reanimacyjny |

- 3.3. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na 5 części. Parametry poszczególnych elementów wyposażenia medycznego opisane są odpowiednio w poszczególnych specyfikacjach technicznych, które stanowią Załączniki od nr 2 – do nr 6 do Zaproszenia, zgodnie z wykazem wskazanym w pkt. 3.2 niniejszego Zaproszenia. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część zamówienia. Zamawiający



nie ogranicza liczby części zamówienia, na które Wykonawca może złożyć ofertę, ani liczby części w zakresie w którym może zostać podpisana umowa z jednym Wykonawcą

3.4. Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg.

Wykonawca dostarczy wyposażenie medyczne do Miejsca Dostawy i zamontuje/rozmieści zgodnie z miejscem przeznaczenia wskazanym w Załączniku nr 8 do Zaproszenia – Rozmieszczenie wyposażenia medycznego, chyba że Zamawiający wskaże inną lokalizację w Miejscu Dostawy. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy dowolnym przez niego środkiem transportu do siedziby Zamawiającego.

Wyposażenie medyczne będące przedmiotem zamówienia stanowi element wyposażenia nowego stanowiska intensywnej terapii w obszarze Wstępnej Intensywnej Terapii SOR oraz element dodatkowego wyposażenie niezbędnego do funkcjonowania SOR-u.

3.5. Wyposażenie medyczne :

3.5.1 Dostarczony przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej jak w pierwszej połowie 2018r., nie powystawowy, nieregenerowany, kompletny pod względem sprzętowym, kompatybilny i po zainstalowaniu gotów do podjęcia działalności medycznej (do użytkowania), bez żadnych wad fizycznych i prawnych.

3.5.2. Zaoferowane wyposażenie medyczne musi być kompletne i po zainstalowaniu gotowe do podjęcia działalności medycznej, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

3.5.3. Wyposażenie musi posiadać dopuszczenie do obrotu i używania zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych oraz innymi bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

3.5.4. Przedstawione parametry techniczne (graniczne) elementów wyposażenia medycznego szczegółowo opisane w poszczególnych specyfikacjach technicznych, które stanowią Załączniki od nr 2 do nr 6 do Zaproszenia dla danego wyposażenia medycznego (zgodnie z wykazem wskazanym w pkt. 3.2 niniejszego Zaproszenia) są bezwzględnie wymagane pod rygorem odrzucenia oferty

3.5.5. Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał wymogi określone obowiązującym prawem polskim, jak i prawem Unii Europejskiej, został dopuszczony do obrotu handlowego i posiadał wymagane prawem ważne dokumenty, stwierdzające dopuszczenie do stosowania na terenie Polski, a także spełniał inne wymagania (parametry), określone przez Zamawiającego w poszczególnych specyfikacjach technicznych, które stanowią Załączniki od nr 2 do nr 6 do Zaproszenia. Przedmiot dostawy musi odpowiadać wymaganiom polskich norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane lub też – w przypadku ich braku – europejskich aprobat technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych, polskich norm przenoszących normy europejskie, polskich norm wprowadzających normy międzynarodowe, polskich norm, polskich aprobat technicznych.



- 3.5.6. W przypadku wystąpienia w Zaproszeniu do złożenia ostatecznej oferty cenowej i/lub w specyfikacjach technicznych wyposażenia medycznego (które stanowią Załączniki od nr 2 do nr 6 do Zaproszenia) odniesień do Norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający w tym zakresie dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych opisanym, zatem Wykonawca dostaw uwzględni odniesienia wskazane w przywołanym powyżej dokumencie „**lub zastosuje rozwiązania równoważne**”. Wykonawca dostaw, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego zobowiązany jest wykazać, że zastosowane dostawy elementów wyposażenia medycznego spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku wątpliwości, co do równoważności zaproponowanych rozwiązań, Zamawiający i/lub Inżynier Kontraktu może wymagać wykazania udokumentowania równoważności.
- 3.5.7. W przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego zamienić dotychczasowy wyrób na nowy produkt o tych samych właściwościach i parametrach lub lepszych po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie, chyba że Wykonawca wykaże, że brak jest wyrobu zamiennego.

3.6. Warunki szczególne dostawy/montażu wyposażenia medycznego

- 3.6.1. Dostawa / montaż wyposażenia medycznego nastąpi we wskazanej lokalizacji określonej w pkt. 3.4. Zaproszenia.
- 3.6.2. Wszelkie prace montażowe/installacyjne należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, z zachowaniem ostrożności, w sposób zapewniający bezpieczeństwo budynków szpitala i urządzeń oraz właściwe warunki eksploatacyjne dla obiektu.
- 3.6.3. Wykonawca zapewnia wszelkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia we własnym zakresie i na swój koszt.
- 3.6.4. Ze względu na konieczność ciągłej pracy szpitala wszelkie prace instalacyjne mające wpływ na jego funkcjonowanie należy uzgodnić ze służbami technicznymi.
- 3.6.5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w trakcie dostawy/ instalacji wyposażenia medycznego osobę odpowiedzialną za prowadzone prace na terenie obiektu, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszystkie przedmioty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia oraz usunięcia wad w takim zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach kontraktowych lub może być logicznie wywnioskowane.
- 3.7. Wykonawca przed przekazaniem do bieżącej eksploatacji i przed odbiorem przez Zamawiającego wyposażenia medycznego będącego przedmiotem Zaproszenia, zobowiązany jest do **przeszkolenia pracowników** Zamawiającego z obsługi, eksploatacji i konserwacji dostarczanego wyposażenia medycznego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania wyposażenia dla personelu medycznego (minimum 2 osoby) oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego - minimum 2 osoby).



3.8. Wykonawca przed odbiorem przez Zamawiającego wyposażenia medycznego będącego przedmiotem zaproszenia zobowiązany jest do **przygotowania szczegółowej instrukcji obsługi i eksploatacji** w języku polskim w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (płyta CD) dla dostarczanego wyposażenia medycznego.

3.9. Wykonawca przed odbiorem przez Zamawiającego wyposażenia medycznego będącego przedmiotem zaproszenia zobowiązany jest również do założenia **paszportów technicznych** dla dostarczonego wyposażenia medycznego.

3.10. Gwarancja i serwis

Wykonawca zapewnia w ramach wynagrodzenia umownego pełną gwarancję na zaoferowane wyposażenie medyczne na okres 36 miesięcy liczone od daty podpisania protokołu odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji, zgodnie z art. 577 § 4 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (tekst. jed.: Dz. U. z 2017r. poz. 459 z późn. zm.)

3.10.1. Wykonawca przed przekazaniem sprzętu medycznego dostarczy Zamawiającemu dokumentację techniczno-ruchową, instrukcje obsługi oraz karty gwarancyjne wystawione przez producentów dostarczonego wyposażenia medycznego, przeszkoli służby szpitala w zakresie obsługi i bieżącej eksploatacji. Karty gwarancyjne nie mogą zawierać jakichkolwiek wyłączeń odpowiedzialności nie przewidzianych w umowie zawartej z Wykonawcą.

W skład dokumentacji techniczno – ruchowej wchodzi:

- ⇒ Kopia umowy;
- ⇒ Paszport techniczny urządzenia, z wpisanymi uruchomionymi urządzeniami;
- ⇒ Kopia wymaganych aktualnych dokumentów, atestów i certyfikatów dopuszczających sprzęt do obrotu i używania zgodnie z przeznaczeniem, ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych i innymi bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa;
- ⇒ Dane dostarczonego urządzenia medycznego: asortyment, numer katalogowy, nazwa producenta, rok produkcji, numer umowy;
- ⇒ Protokół odbioru z uzupełnionymi danymi oferowanego wyrobu;
- ⇒ Protokół szkolenia personelu medycznego i technicznego;
- ⇒ Instrukcja obsługi w języku polskim (w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej);
- ⇒ Dokumenty gwarancyjne.
- ⇒ Wykonawca jest zobowiązany załączyć wykaz firm, które zdaniem Wykonawcy spełniają wymagania wytwórcy wyrobu w zakresie obsługi serwisowej.

3.10.2. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia przeglądów gwarancyjnych wymaganych przez producenta dla zachowania gwarancji wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych przez producenta; napraw gwarancyjnych wyposażenia medycznego oraz



wymiany/naprawy uszkodzonych części/elementów wyposażenia medycznego w okresie gwarancji, bez dodatkowych opłat w szczególności za transport, dojazd oraz wymieniane części/ elementy. Powyższe czynności Wykonawca przeprowadzi zgodnie z Dokumentacją techniczno – ruchową, instrukcją obsługi, gwarancją producenta oraz w zależności od bieżących potrzeb.

3.10.3 Gwarancja jest liczona od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag i przekazania oferowanego wyposażenia medycznego do bieżącej eksploatacji.

3.10.4 Wykonawca zapewnia w ramach wynagrodzenia umownego pełną **autoryzowaną obsługę serwisową przez uprawnioną jednostkę** gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego wyposażenia medycznego.

Warunki obsługi serwisowej zostały szczegółowo opisane w poszczególnych specyfikacjach technicznych, stanowiących odpowiednio Załączniki od nr 2 do nr 6 do Zaprośzenia dla poszczególnych elementów wyposażenia.

3.10.5. Wszystkie podejmowane przez Wykonawcę prace w okresie gwarancji związane z przeglądami, serwisem, naprawą, wymianą części, demontażem, dostawą oraz montażem wyposażenia medycznego powinny być wcześniej uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiającego.

3.11 Wynagrodzenie i warunki płatności.

3.11.1. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszelkie koszty (wyposażenia, dostawy, w tym materiałów i robocizny, przeglądów, szkoleń) niezbędne do realizacji zamówienia. Wynagrodzenie ryczałtowe jest niezmiennie przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, bez względu na faktyczny termin odbioru końcowego. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru, kosztów lub innych świadczeń. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje całość dostaw wykonywanych przez Wykonawcę oraz zwrot kosztów z tym związanych.

3.11.2. Cena netto dla oferowanego wyposażenia medycznego będącego przedmiotem zamówienia przedstawiona w ofercie nie ulegnie zmianie przez cały okres trwania umowy, tj. od daty jej podpisania do daty dostarczenia przedmiotu umowy.

3.11.3 Zamawiający nie przewiduje rozliczenia z Wykonawcą w walutach obcych – rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą tylko w walucie polskiej (PLN).

3.11.4 Warunki płatności: termin płatności 30 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag oraz dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.



- 3.12** Roboty budowlane i instalacyjne wykonywane w ramach Projektu prowadzone są przez firmę: **Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „Przemysłówka 03” Antoni Klecha, ul. Żytnia 1, 82-300 Elbląg** w ramach zadania Przebudowa i modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Zespólnym Szpitalu w Elblągu. Termin realizacji robót budowlanych: 30.06.2018r. Za termin zakończenia robót budowlanych i instalacyjnych rozumie się datę uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz datę protokolarnego przekazania obiektu w użytkowanie Zamawiającemu.
- 3.13** Realizacja robót budowlanych odbywa się w oparciu o Dokumentację projektową opracowaną przez **Biuro Projektów WK ARCHITEKCI Sp. z o.o. Sp. k.**, ul. Zdobyców Monte Cassino 23, 61-695 Poznań (główny Projektant mgr inż. arch. Przemysław Wandachowicz). Biuro Projektowe pełni funkcje nadzoru autorskiego na przedmiotowej inwestycji.
- 3.14** Zamawiający informuje, że dla realizacji projektu „Przebudowa i modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespólnym w Elblągu” zawarł umowę usługi nr 55/2017 w dniu 03.03.2017r. na pełnienie usługi **Inwestora Zastępczego/ Inżyniera Kontraktu wraz z kompleksowym nadzorem inwestorskim z firmą : BICO GROUP Tomasz Przybylski** z siedzibą przy ul. Staniewickiej 1 lok 2, (03-301) Warszawa. Zakres obowiązków i praw Inwestora Zastępczego/ Inżyniera Kontraktu został określony w przywołanej w zdaniu poprzednim umowie. Zakres obowiązków Inżyniera Kontraktu obejmuje m.in. koordynację montażu sprzętu medycznego wymagającego podłączenia z konstrukcją budynku lub z instalacjami, oraz koordynację dostaw z robotami budowlanymi. Inżynier Kontraktu zarządza w imieniu Zamawiającego realizacją niniejszej Umowy oraz pełni jednocześnie funkcję nadzoru inwestorskiego na przedmiotowej inwestycji.
- 3.15** Wykonawca zobowiązuje się do wykonania z należytą starannością, wiedzą i kulturą techniczną montażu/instalacji/rozmieszczenia dostarczonych elementów wyposażenia medycznego ich przeglądów i napraw gwarancyjnych, serwisu bez dodatkowego wynagrodzenia

4. Termin realizacji

Termin wykonania zamówienia nie później niż do dnia **30.06.2018r.**

Dostawa wyposażenia do Miejsca Dostawy opisanego w pkt. 3.4. Zaprośnienia oraz rozmieszczenie/montaż wyposażenia medycznego zgodnie z miejscem przeznaczenia wskazanym na rysunku Rozmieszczenie wyposażenia medycznego (załącznik nr 8 do Zaprośnienia) nastąpi w czerwcu 2018r. Dokładny termin dostawy oraz rozmieszczenia/instalacji wyposażenia medycznego zostanie wskazany przez Zamawiającego.

Wykonawca nie później niż do dnia 15 czerwca 2018 r. będzie gotowy do dostarczenia zamawianego wyposażenia medycznego do Miejsca Dostawy i pisemnie zgłosi Zamawiającemu taką gotowość.



W przypadku opóźnienia robót budowlanych realizowanych w ramach Projektu, termin dostawy, rozmieszczenia i/lub instalacji wyposażenia medycznego określony na czerwiec 2018r. może ulec przesunięciu poza termin wskazany. Takie przesunięcie terminu nie może być podstawą do jakiegokolwiek roszczenia ze strony Wykonawcy wobec Zamawiającego.

Zamawiający informuje, że dostawa wyposażenia medycznego ma nastąpić bezpośrednio do Miejsca Dostawy, określonego w pkt. 3.4 niniejszego Zaproszenia. Zamawiający nie przewiduje możliwości magazynowania jakiegokolwiek wyposażenia/ sprzętu na terenie Szpitala.

Za termin wykonania zamówienia, o którym mowa powyżej rozumie się datę podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag (z wyłączeniem obowiązków Wykonawcy wynikających z postanowień gwarancji).

5. Zawartość oferty

5.1. Kompletna oferta musi zawierać, składać się następujących dokumentów:

5.1.1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Formularz oferty – **Załącznik Nr 1 do Zaproszenia**, podpisany przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Umocowanie do złożenia oferty winno być dołączone do oferty o ile nie wynika ono wprost z innych dokumentów załączonych do oferty.

5.1.2 **Wypełnioną specyfikację techniczną wyposażenia medycznego, na którą Wykonawca składa ofertę** (specyfikacje techniczne stanowią odpowiednio załączniki od nr 2 do nr 6 do Zaproszenia, zgodnie z wykazem wskazanym w pkt. 3.2. Zaproszenia).

5.1.3 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert .

5.2. **Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do uzupełnienia brakujących dokumentów lub złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.**

5.3 **W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy wyposażenia medycznego odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca złoży:**

5.3.1 Prospekty producenta lub inne dokumenty producenta potwierdzające parametry oferowanego sprzętu wymagane przez Zamawiającego w języku polskim, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę.

5.3.2. Certyfikat CE, zgodnie z aktualną ustawą o wyrobach medycznych, na zaoferowane wyposażenie medyczne.

5.3.3. Wpis lub zgłoszenie/powiadomienie do rejestru wyrobów medycznych.

5.3.4. Jeżeli dowolny aspekt użytkowania oferowanego sprzętu wymaga zgodności z Normami Zsynchronizowanymi - zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2011/C 143/02 z 13.05.2011 r), Wykonawca dostarczy potwierdzenie takiej zgodności lub wskaże rozwiązanie równoważne.



6. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

Osoba upoważniona do kontaktu: **Dorota Serafin** – Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych WSZ., tel: 55/234 55 47, e-mail: dserafin@szpital.elblag.pl w których udziela się informacji dot. zaproszenia od 7.30 – do 15.00

7. Termin złożenia oferty

Ofertę w opieczętowanej kopercie zaopatrzonej napisem:

„OFERTA dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu na Dostawę i montaż wyposażenia medycznego do zakupu w ramach Projektu pn.: „Przebudowa i modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu” .

należy złożyć do dnia **24.05.2018r. do godz. 10.00** w Sekretariacie (pok. 44 na parterze) Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, 82-300 Elbląg ul. Królewiecka 146 .

Ofertę można złożyć osobiście, przesłać za pomocą posłańca, przesyłką pocztową lub kurierską. **Jako termin złożenia oferty będzie przyjęta data i godzina dostarczenia oferty do Sekretariatu (pok. 44 na parterze) Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego przy ul. Królewieckiej 146 w Elblągu.**

8. Kryterium oceny ofert- w danym pakiecie

Cena – 100%

9. Zawarcie Umowy

9.1. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie uzgodnionym pomiędzy Stronami.

9.2. Projekt Umowy, która zostanie zawarta z Wykonawcą stanowi Załącznik nr 7 do Zaproszenia.

10. Inne postanowienia

10.1. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyny.

10.2 Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w przypadku:

10.2.1 nie załączenia druku oferty (Załącznika nr 1 do zaproszenia)

10.2.2. nie załączenia wypełnionej specyfikacji (Załącznika nr od nr 2 do nr 6 do Zaproszenia, w zależności od części/ pakietu na którą Wykonawca składa ofertę)

10.2.3. nie uzupełnienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie brakujących dokumentów



10.2.4. nie złożenia wyjaśnień, o których mowa w pkt. 5.2 Zaprośnienia (Zamawiający informuje, że tylko jeden raz wzywa Wykonawcę do złożenia wyjaśnień treści złożonej oferty lub ewentualnego uzupełnienia dokumentów)

10.3.5 gdy oferta Wykonawcy i/lub uzupełnione przez Wykonawcę dokumenty nie potwierdzą spełnienia wymagań opisanych przez Zamawiającego w zaproszeniu do złożenia oferty ostatecznej (Zamawiający oprócz weryfikacji zaoferowanych przez Wykonawcę w ofercie parametrów zastrzega sobie także możliwość sprawdzenia zgodności parametrów na stronach internetowych lub aktualnych katalogach producenta).

10.3. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

10.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo nie udzielenia odpowiedzi na pytania Wykonawcy gdy wpłyną do Zamawiającego po dniu 21.05.2018r.

10.5 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Za ofertę częściową uważa się taką, która obejmuje jeden pełen pakiet.

11. Załączniki do Zaprośnienia

Załącznik nr 1 – Formularz Oferty

Załącznik nr 2 – Specyfikacja techniczna – Przepływowe urządzenie do podgrzewania płynów

Załącznik nr 3 – Specyfikacja techniczna – Łóżko szpitalne

Załącznik nr 4 – Specyfikacja techniczna – Parawan podwieszany

Załącznik nr 5 – Specyfikacja techniczna – Ssak operacyjny elektryczny

Załącznik nr 6 – Specyfikacja techniczna – Zestaw reanimacyjny

Załącznik nr 7 – Projekt Umowy

Załącznik nr 8 - Rozmieszczenie wyposażenia medycznego