



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



strona internetowa
Nr sprawy: ZP-48/2018

Elbląg, 22.05.2018

Do wszystkich uczestników postępowania

Dotyczy: Oferta dotyczy postępowania do 30.000 euro w trybie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu na **dostawę i montaż wyposażenia medycznego do zakupu w ramach Projektu pn. „Przebudowa i modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu”**

WSZ w Elblągu informuje, że w dniu 17.05.2018r od wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

Pytanie1.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania walizki reanimacyjnej w kolorze czerwonym, posiadającej bezpieczne zapięcie oraz niezależne przegródki, wykonanej z wysokogatunkowego, bardzo mocnego i odpornego na otarcia materiału Cordura, o wymiarach zewnętrznych szer/wys/głęb [mm.] – 330x470x310?

Jej oryginalna i ergonomiczna konstrukcja pozwala na jednoczesne prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez trzy osoby (nie przeszkadzające sobie nawzajem), a także na wygodne korzystanie z kilku przegród jednocześnie.

Oświadczamy, iż jesteśmy producentem oferowanych toreb, posiadamy wieloletnie doświadczenie w realizacji Zamówień w/w toreb.

Ad.1 Zamawiający nie dopuszcza do postępowania, podtrzymuje zapisy w zaproszeniu.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania resuscytatora silikonowego z dwoma maskami silikonowymi dla dorosłych w rozmiarze 3 oraz 5 z paskiem zabezpieczającym przed wyślizgiwaniem się z dłoni zintegrowany z workiem silikonowym, dla dorosłych o następujących parametrach: wykonany z silikonu, objętość rezerwuaru 2500ml, objętość resuscytatora : 1500ml, zastawka nadciśnieniowa 60cm H₂O, rezerwuar tlenu połączony z zastawkami za pomocą nakrętki, autoklaw owalny w temperaturze 134st. C, (sterylizacji podlegają wszystkie części resuscytatora z wyłączeniem rezerwuaru tlenu), instrukcja w języku polskim.

Ad.2 Zamawiający nie dopuszcza zastawki nadciśnieniowej 60cm H₂O.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania laryngoskopu światłowodowego, z rękojeścią diodową, w rozmiarze średnim, zasilaną bateryjnie, źródło światła dioda LED, powierzchnia uchwytu metalowa, radełkowana zapewniająca pewny chwyt, spełniającego wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego?

Dopuszczenie powyższych parametrów pozwoli na złożenie ofert przez większą ilość oferentów, co umożliwi Zamawiającemu uzyskanie najkorzystniejszej oferty.

Ad.3 Zamawiający nie dopuszcza do postępowania, podtrzymuje zapisy w zaproszeniu.

Pytanie 4

Czy Zamawiający zrezygnuje ze szkolenia, a dopuści wysyłkę firmą kurierską? Sprzęt jest zarówno prosty w obsłudze jak i montażu, dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawiać żadnych problemów. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty.

Ad.4 Zamawiający dopuści do postępowania ale tylko w zakresie zestawu reanimacyjnego . Nastąpi korekta Zał. Nr 6-specyfikacja techniczna –zestaw reanimacyjny, Zaproszenia do złożenia oferty.

WSZ w Elblągu informuje, że w dniu 18.05.2018r od wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

Pytanie 1. Dotyczy części nr 1:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie klasy 1, typ B, IPX1?

Ad.1. Zamawiający dopuszcza do postępowania. Nastąpi korekta Zał. Nr 2- specyfikacja techniczna-przepływowe urządzenie do podgrzewania płynów.

Pytanie 2 Pakiet nr 4 - ssak operacyjny elektryczny w ilości szt. - 1

Pkt. 8 -Czy Zamawiający dopuści do przetargu ssak operacyjny o masie 21 kg wraz ze stojakiem? Jest to niewielka różnica w stosunku do zapisów i nie wpływa na funkcjonalność urządzenia.

Ad.2 Zamawiający dopuszcza do postępowania. Nastąpi korekta Zał. Nr 5- specyfikacja techniczna- ssak operacyjny elektryczny.

WSZ w Elblągu informuje, że w dniu 21.05.2018r od wykonawców wpłynęło zapytanie następującej treści:

Pytanie dot. Pakiet 2 :

**ŁÓŻKO SZPITALNE DO INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ Z MATERACEM PRZECIWO
ODLEŻYNOWYM (1 szt.)**

1. Czy Zamawiający dopuści materac przeciwoodleżynowy pasywny wykonany z jednej warstwy piany poliuretanowej z nacięciami w centralnej części oraz jednolitej powierzchni?

Ad. 1 Zamawiający nie dopuszcza do postępowania, podtrzymuje zapisy w zaproszeniu.