

Oznaczenie sprawy 32/2018

Wszyscy Uczestnicy postępowania

dot. postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę środków opatrunkowych oraz pakietów i zestawów zabiegowych w 44 pakietach dla potrzeb Apteki Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu ogłoszonego w Dz.U. Unii Europejskiej 2018/S 188-424401 z dnia 2018-09-29

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul.Królewiecka 146, informuje, że w dniach 04.10.2018r. ;08.10.2018r.;09.10.2018r. ; 11.10.2018r.; 16.10.2018r. i 17.10.2018r. od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

1. Pakiet 6, pozycja 14 Czy Zamawiający dopuści do postępowania opatrunek piankowy (rozmiar 10cm x 10cm) zapobiegający infekcjom bakteryjnym. Opatrunki są odpowiednie dla różnych rodzajów ran, ponieważ nie uwalniają żadnej substancji do środowiska rany. Wykorzystują naturalny mechanizm wiązania mikroorganizmów do powierzchni opatrunku, dlatego wraz z jego zmianą zmniejszana jest ilość mikroorganizmów oraz patogenów często występujących w ranie takich jak: Staphylococcus aureus, Streptococcus species, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa i Candida albicans. Opatrunek działa również wobec szczepów MRSA (oporny na metycylinę Staphylococcus aureus) i VRE. Opatrunki dzięki swej innowacyjnej technologii mogą być stosowane jako profilaktyczna ochrona przed infekcją u wszystkich pacjentów - włączając dzieci oraz kobiety ciężarne. Mogą być również stosowane by bezpiecznie zmniejszać obciążenie biologiczne w krótko- i długoterminowym leczeniu zainfekowanych ran.
2. Dotyczy: Pakiet 6, pozycja 15 Czy Zamawiający dopuści do postępowania opatrunek piankowy (rozmiar 10cm x 20cm) zapobiegający infekcjom bakteryjnym. Opatrunki są odpowiednie dla różnych rodzajów ran, ponieważ nie uwalniają żadnej substancji do środowiska rany. Wykorzystują naturalny mechanizm wiązania mikroorganizmów do powierzchni opatrunku, dlatego wraz z jego zmianą zmniejszana jest ilość mikroorganizmów oraz patogenów często występujących w ranie takich jak: Staphylococcus aureus, Streptococcus species, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa i Candida albicans. Opatrunek działa również wobec szczepów MRSA (oporny na metycylinę Staphylococcus aureus) i VRE. Opatrunki dzięki swej innowacyjnej technologii mogą być stosowane jako profilaktyczna ochrona przed infekcją u wszystkich pacjentów - włączając dzieci oraz kobiety ciężarne. Mogą być również stosowane by bezpiecznie zmniejszać obciążenie biologiczne w krótko- i długoterminowym leczeniu zainfekowanych ran.
3. Dotyczy: Pakiet 6, pozycja 16 Czy Zamawiający dopuści do postępowania opatrunek piankowy (rozmiar 15cm x 15cm) zapobiegający infekcjom bakteryjnym. Opatrunki są odpowiednie dla różnych rodzajów ran, ponieważ nie uwalniają żadnej substancji do środowiska rany. Wykorzystują naturalny mechanizm wiązania mikroorganizmów do powierzchni opatrunku, dlatego wraz z jego zmianą zmniejszana jest ilość mikroorganizmów oraz patogenów często występujących w ranie takich jak: Staphylococcus aureus, Streptococcus species, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa i Candida albicans. Opatrunek działa również wobec szczepów MRSA (oporny na metycylinę Staphylococcus aureus) i VRE. Opatrunki dzięki swej innowacyjnej technologii mogą być stosowane jako profilaktyczna ochrona przed infekcją u wszystkich pacjentów - włączając dzieci oraz kobiety ciężarne. Mogą być również stosowane by

- bezpiecznie zmniejszać obciążenie biologiczne w krótko- i długoterminowym leczeniu zainfekowanych ran.
4. Dotyczy: Pakiet 6, pozycja 17 Czy Zamawiający dopuści do postępowania opatrunek piankowy (rozmiar 10cm x 10cm) zapobiegający infekcjom bakteryjnym. Opatrunki są odpowiednie dla różnych rodzajów ran, ponieważ nie uwalniają żadnej substancji do środowiska rany. Wykorzystują naturalny mechanizm wiązania mikroorganizmów do powierzchni opatrunku, dlatego wraz z jego zmianą zmniejszana jest ilość mikroorganizmów oraz patogenów często występujących w ranie takich jak: Staphylococcus aureus, Streptococcus species, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa i Candida albicans. Opatrunek działa również wobec szczepów MRSA (oporny na metycylinę Staphylococcus aureus) i VRE. Opatrunki dzięki swej innowacyjnej technologii mogą być stosowane jako profilaktyczna ochrona przed infekcją u wszystkich pacjentów - włączając dzieci oraz kobiety ciężarne. Mogą być również stosowane by bezpiecznie zmniejszać obciążenie biologiczne w krótko- i długoterminowym leczeniu zainfekowanych ran.
  5. Dotyczy: Pakiet 6, pozycja 18 Czy Zamawiający dopuści do postępowania opatrunek piankowy (rozmiar 15cm x 15cm) zapobiegający infekcjom bakteryjnym. Opatrunki są odpowiednie dla różnych rodzajów ran, ponieważ nie uwalniają żadnej substancji do środowiska rany. Wykorzystują naturalny mechanizm wiązania mikroorganizmów do powierzchni opatrunku, dlatego wraz z jego zmianą zmniejszana jest ilość mikroorganizmów oraz patogenów często występujących w ranie takich jak: Staphylococcus aureus, Streptococcus species, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa i Candida albicans. Opatrunek działa również wobec szczepów MRSA (oporny na metycylinę Staphylococcus aureus) i VRE. Opatrunki dzięki swej innowacyjnej technologii mogą być stosowane jako profilaktyczna ochrona przed infekcją u wszystkich pacjentów - włączając dzieci oraz kobiety ciężarne. Mogą być również stosowane by bezpiecznie zmniejszać obciążenie biologiczne w krótko- i długoterminowym leczeniu zainfekowanych ran.
  6. Dotyczy: Pakiet 9, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści nieinwazyjny uniwersalny system mocowań w rozmiarze średnim preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów wszelkiego typu cewników o anatomicznym, eliptycznym kształcie z zwężeniem w środkowej jego części. Mocowanie to zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystne w zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. Mocowanie jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Produkt jest wyjątkowo cienki, wodoodporny oraz przepuszczający powietrze. Zastosowano w nich unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym poliestrem. Zastosowanie mocowania cewników może całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia. Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia mocowanej linii bez konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania. Produkt pakowany sterylnie w opakowanie typu papier/folia. Opakowanie zbiorcze zawiera 100 sztuk produktu z przeliczeniem zamawianej ilości.
  7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 14 - 18 z Pakietu nr 6 i stworzy osobny pakiet?
  8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 6 z Pakietu nr 9 i stworzy osobny pakiet? Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.
  9. **Pakiet 42, pozycja 1-** Czy zamawiający dopuści sterylną podkładkę pod rurkę tracheotomią w rozmiarze 9x10 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
  10. **Pytanie dotyczy Pakietu nr 2** Prosimy o wyjaśnienie czy ilość metrów bieżących podana w kolumnie E jest to długość mierzona w stanie swobodnym czy rozciągniętym?
  11. **Pytanie dotyczy Pakietu nr 2** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 2 siatek całkowicie syntetycznych (bez zawartości bawełny).

12. **Pytanie dotyczy Pakietu nr 2** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 2 siatek opatrunkowych o niżej wymienionych formach aplikacji:

poz. 1:

-dłoń, stopa **lub**

- ramię, przedramię

poz. 2

- ramię, przedramię**lub**

- podudzie **lub**

- udo, kolano

poz. 3

- udo, kolano **lub**

- głowa

poz. 4- tors dziecka

poz. 5- tors dorosłego

13. **Pakiet 2 poz. 1, 2, 3, 4, 5:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatek opatrunkowych o składzie 71 % poliamid i 29 % elastodien?
14. **Pakiet 2 poz. 1, 2, 3, 4, 5:** Prosimy o doprecyzowanie: czy zamawiający podania ceny za mb w stanie luźnym, czy rozciągniętym?
15. **Pakiet 4 poz. 1:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski elastycznej zgodnej z SIWZ z zawartością lateksu?
16. **Pakiet 7 poz. 1:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozm. 10 x 12 cm?
17. **Pakiet 7 poz. 2:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozm. 10 cm x 25 cm lub 15 cm x 20 cm?
18. **Pakiet 8 poz. 1:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku 20 g z odpowiednim przeliczeniem na 1125 szt.?
19. **Pakiet 11 poz. 1:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozm. powierzchni klejącej 45 cm x 20 cm, o grubości folii 0,048 mm?
20. **Pakiet 11 poz. 2:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozm. powierzchni klejącej 15 cm x 20 cm, o grubości folii 0,048 mm?
21. **Pakiet 23 poz.1:**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odpowiednika opatrunku hydrokoloidowego opisanego w SIWZ, nie zawierającego substancji pochodzenia zwierzęcego, zbudowanego z karboksymetylocelulozy, poliizobutyleny, parafiny, kopolimeru SIS i antyoksydantów?
22. **Pakiet 24 poz.1:**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odpowiednika opatrunku hydrokoloidowego opisanego w SIWZ, nie zawierającego substancji pochodzenia zwierzęcego, zbudowanego z karboksymetylocelulozy, poliizobutyleny, parafiny, kopolimeru SIS i antyoksydantów?
23. **Pakiet 25 poz.1:**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odpowiednika opatrunku hydrokoloidowego opisanego w SIWZ, nie zawierającego substancji pochodzenia zwierzęcego, zbudowanego z karboksymetylocelulozy, poliizobutyleny, parafiny, kopolimeru SIS i antyoksydantów?
24. **Pakiet 27 poz.1:**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odpowiednika cienkiego opatrunku hydrokoloidowego opisanego w SIWZ , nie zawierającego substancji pochodzenia zwierzęcego, zbudowanego z karboksymetylocelulozy, poliizobutyleny, parafiny, kopolimeru SIS i antyoksydantów?
25. **Pakiet 42 poz. 1:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku przeznaczonego do zaopatrywania rany wokół rurki tracheostomijnej, wykonanego z 100% wiskozy i pokrytego warstwą aluminium?

26. **Pakiet 1, poz. 7** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski gipsowej nawiniętej na plastikowy trzpień typu krzyżak?
27. **Pakiet 2, poz. 1-5** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elastycznej siatki opatrunkowej o składzie 70-80% poliamidowej przędzy teksturowanej i 20-30% poliuretanowej przędzy elastomerowej?
28. **Pakiet 3, poz. 2** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski w rozmiarze 12x4m?
29. **Pakiet 3, poz. 7** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładow ginekologicznych w rozmiarze 34x8cm w opakowaniu a'20 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości, z możliwością sterylizacji tlenkiem etylenu?
30. **Pakiet 5, poz. 1** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepca o składzie: 70% poliester, 30% wiskoza?
31. **Pakiet 5, poz. 1** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepca z folii polietylenowej?
32. **Pakiet 5, poz. 1** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie ww. pozycji z pakietu? Takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców.
33. **Pakiet 12, poz. 1-5** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów o wadze różniącej się o +/-5% od podanej?
34. **Pakiet 43, poz. 1** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepca w rozmiarze 7cm x 7,1 cm?
35. **Pakiet nr 9 poz. 3** Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment.
36. **Pakiet nr 9 po. 3** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku z wcięciem do mocowania obwodowych wkluc dożylnych z przezroczystej półprzepuszczalnej folii poliuretanowej, wzmocnionego włóknina w rozmiarze 7 x 8,8 cm.
37. **PAKIET 1Poz. nr 7** - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski gipsowej o czasie wiązania 4-6 min. Pozostałe parametry opaski bez zmian.
38. **PAKIET 2 Poz. nr 1-5** - czy Zamawiający wymaga wyceny elastycznych siatek opatrunkowych za metr bieżący w stanie swobodnym, czy rozciągniętym?
39. **PAKIET 6 Poz. nr 2 i 3** - czy Zamawiający wymaga opatrunków czterowarstwowych jałowych czy niejałowych?
40. **PAKIET 42 Poz. nr 1** - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej podkładki pod rurkę tracheostomijną w rozmiarze 8 x 8cm? Pozostałe parametry bez zmian.
41. **Pakiet 1, pozycja 4-6** Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy wymaga opasek elastycznych, które można sterylizować, na potwierdzenie oświadczenie producenta o warunkach sterylizacji.
42. **Pakiet 1, pozycja 7** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opaski szybkowiążącej nawiniętej na plastikowy rdzeń pakowanej a'2 rolki w pozostałym zakresie zgodnej z SIWZ.
43. **Pakiet 2, pozycja 1-5** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elastycznej siatki opatrunkowej o składzie 48% przędzy poliamidowej, 24% przędzy poliuretanowej, 28% roica w pozostałym zakresie zgodne z SIWZ.
44. **Pakiet 3, pozycja 3-4** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podgipsowych opasek syntetycznych pakowanych a'12 rolek w pozostałym zakresie zgodnych z SIWZ.
45. **Pakiet 3, pozycja 7** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładow w rozmiarze 25x40 cm w pozostałym zakresie zgodnych z SIWZ.
46. **Pakiet 7, pozycja 1** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 10x12 cm w pozostałym zakresie zgodnego z SIWZ.
47. **Pakiet 7, pozycja 2** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 15x20 cm w pozostałym zakresie zgodnego z SIWZ.
48. **Pakiet 8** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie żelu w tubce w pozostałym zakresie zgodnego z SIWZ.

49. Pakiet 1, poz. 1-6 Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1-6 z pakietu. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.
50. Pakiet 1, poz. 4-5 Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 %, z zapinką wewnątrz opakowania?
51. Pakiet 1, poz.6 Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 %,z zapinką wewnątrz opakowania?
52. Pakiet 1, poz.6 Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 %,z zapinką wewnątrz opakowania, natomiast druga zapinka oddzielnie?
53. Pakiet 2, poz. 1-5 Czy Zamawiający dopuści siatki opatrunkowe elastyczne wykonane 70 % - 80 % z przędzy poliamidowej teksturowanej (nazwa zamienna nylon, elastil, poliamid) oraz 20 % - 30 % poliuretanowej przędzy elastomerowej (nazwa zamienna lycra, spandex, elasthan, dorlastan)?
54. Pakiet 2, poz. 1-5 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 25 mb siatki opatrunkowej w stanie rozciągniętym ?
55. Pakiet 2, poz. 1-5 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 10 mb siatki opatrunkowej w stanie swobodnym ?
56. Pakiet 2, poz. 1-5 Czy zamawiający w kolumnie j.m. oraz ilość ma na myśli metr bieżący siatki w stanie swobodnym czy rozciągniętym?
57. Pakiet 2, poz. 1-5 Czy w związku z komfortem użytkowania siatek oraz wysoką przepuszczalnością zamawiający wymaga poniższej wielkości oczek?

Rozmiar 1 - 9mm x 10mm

Rozmiar 2 – 13mm x 15mm

Rozmiar 3 - 13mm x 15mm

Rozmiar 4 - 13mm x 15mm

Rozmiar 6 - 13mm x 15mm

Rozmiar 8 - 13mm x 15mm

Rozmiar 10 - 13mm x 15mm

Rozmiar 14 - 13mm x 15mm

58. Pakiet 2, poz. 1-5 Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała, rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?

Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku

Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w.

Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w.

Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć – 25-45 mm j.w.

Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.

Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.

Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.

Rozmiar 14 – klatka piersiowa, brzuch – 80-140 mm, j.w.

59. Pakiet 3, poz.1 Prosimy o wydzielenie poz.1 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.
60. Pakiet 12, poz. 1-3 Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1-3 z pakietu. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.
61. Pakiet 12, poz. 1-3 Czy zamawiający dopuści odpowiednio do pozycji kompresy o wadze dla rozmiaru 5 cm x 5 cm – 0,323g; dla rozmiaru 7,5 cm x 7,5 cm – 0,739 g; dla rozmiaru 10 cm x 10 cm – 1,326 g?
62. Pakiet 13, poz. 1 Czy zamawiający wymaga gazę w roli 13 nitkową, niejałową, szer. 90 cm x 100 m?
63. Pakiet 13, poz. 1 Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem ilości?
64. Pakiet 14, poz. 1 Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 'a 2 szt. w blistrze x 25 szt. blisterów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?
65. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
66. Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?
67. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?
68. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”? Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez Wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez Wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności Wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 września 2011 r. KIO 1910/11, wykonawca może być obciążony karą umowną za wystąpienie tylko takich czynników, za które jest odpowiedzialny.
69. Czy Zamawiający zgadza się aby informacje na temat serii i daty ważności znajdowały się na załączniku do faktury?

70. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby rozliczenia dokonywane były z członkiem konsorcjum? W przypadku braku zgody na powyższe pytanie prosimy o uzasadnienie swojej decyzji. Składając ofertę w konsorcjum wszyscy jego członkowie ponoszą wspólną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia.
71. Pakiet nr 1, poz. 7 Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe nawinięte na plastikowy perforowany tubus, który ułatwia równomierne namakanie opaski i nie ulega odkształceniu przy odciskaniu?
72. Pakiet nr 2, poz. 1-5 Czy Zamawiający dopuści siatki elastyczne o składzie: 15% przędza poliuretanowa, 85% przędza poliamidowa?
73. Pakiet nr 12, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści kompresy o gramaturze pojedynczego kompresu 0,422 g?
74. Pakiet nr 12, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści kompresy o gramaturze pojedynczego kompresu 0,918 g?
75. Pakiet nr 12, poz. 3 Czy Zamawiający dopuści kompresy o gramaturze pojedynczego kompresu 1,564 g?

Zamawiający odpowiada:

**Ad.1.** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Ad.2.** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Ad.3.** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Ad.4.** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Ad.5.** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Ad.6.** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Ad.7.** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Ad.8.** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Ad.9.** Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 42 poz. 1 sterylną podkładkę pod rurkę tracheotomijną w rozmiarze 9x10cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Ad.10.** Długość siatki mierzona w stanie swobodnym.

**Ad.11.** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Ad.12.** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Ad.13.** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Ad.14.** Cena za mb. w stanie luźnym.

**Ad.15.** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Ad.16.** Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 7 poz. 1 zaoferowanie opatrunku w rozm. 10 x 12 cm.

**Ad.17.** Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 7 poz. 2 zaoferowanie opatrunku w rozm. 10 x 25 cm.

**Ad.18.** Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 8 poz. 1 zaoferowanie opatrunku 20g z odpowiednim przeliczeniem na 1125szt.

**Ad.19.** Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 11 poz. 1 zaoferowanie opatrunku w rozm. Powierzchni klejącej 45cm x 20cm , o grubości folii 0,048mm.

**Ad.20.** Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 11 poz. 2 zaoferowanie opatrunku w rozm. Powierzchni klejącej 15 cm x 20cm , o grubości folii 0,048mm.

**Ad.21.** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Ad.22.** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Ad.23.** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Ad.24.** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Ad.25.** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Ad.26.** Na powyższe pytanie Zamawiający udzielił odpowiedzi w dniu 08.10.2018r.

**Ad.27.** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Ad.28.** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Ad.29.** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Ad.30.** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Ad.31.** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Ad.32.** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Ad.33.** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Ad.34.** Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 43 poz. 1 zaoferowanie przylepca w rozmiarze 7cm x 7,1cm.

**Ad.35.** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Ad.36.** Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 9 poz. 3 zaoferowanie opatrunku z wcięciem do mocowania obwodowych wkłuc dożylnych z przezroczystej półprzepuszczalnej folii poliuretanowej, wzmocnionego włóknina w rozmiarze 7 x 8,8 cm.

**Ad.37.** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Ad.38.** Zamawiający wymaga wyceny siatek w stanie swobodnym.

**Ad.39.** Zamawiający wymaga opatrunków niejałowych.

**Ad.40.** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Ad.41.** Zamawiający nie wymaga.

**Ad.42.** Zamawiający w Pakiecie 1, pozycja 7 dopuszcza zaoferowanie opaski szybkowiążącej nawiniętej na plastikowy rdzeń pakowanej a'2 rolki w pozostałym zakresie zgodnej z SIWZ.

**Ad.43.** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Ad.44.** Zamawiający w Pakiecie 3, pozycja 3-4 dopuszcza zaoferowanie podgipsowych opasek syntetycznych pakowanych a'12 rolek w pozostałym zakresie zgodnych z SIWZ.

**Ad.45.** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Ad.46.** Zamawiający w Pakiecie 7, pozycja 1 dopuszcza zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 10x12 cm w pozostałym zakresie zgodnego z SIWZ.

**Ad.47.** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Ad.48.** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Ad.49.** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Ad.50.** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Ad.51.** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Ad.52.** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Ad.53.** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Ad.54.** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Ad.55.** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Ad.56.** Siatka nabyć w stanie swobodnym.

**Ad.57.** Zamawiający nie wymaga.

**Ad.58.** Zamawiający nie wymaga.

**Ad.59.** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Ad.60.** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Ad.61.** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Ad.62.** Taki rozmiar jest również podany w SIWZ.

**Ad.63.** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Ad.64.** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Ad. 65.** Za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

**Ad.66.** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Ad.67.** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Ad.68.** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Ad.69.** Zamawiający wyraża zgodę aby informacje na temat serii i daty ważności znajdowały się na załączniku do faktury.

**Ad.70.** Zgodnie z treścią art.38 uPzp Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Powyższe pytanie w ocenie Zamawiającego nie ma charakteru wyjaśnienia SIWZ.

**Ad.71.** Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 7 dopuszcza opaski gipsowe nawinięte na plastikowy perforowany tubus, który ułatwia równomierne namakanie opaski i nie ulega odkształceniu przy odciskaniu.

**Ad.72.** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Ad.73.** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 12 poz. 1 kompresów o gramaturze pojedynczego kompresu 0,422 g.

**Ad.74.** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 12 poz. 2 kompresów o gramaturze pojedynczego kompresu 0,918 g.

**Ad.75.** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 12 poz. 3 kompresów o gramaturze pojedynczego kompresu 1,564 g.

DYREKTOR NACZELNY

  
mgr Elżbieta Gelert