

Elbląg 14.11.2018r.

Oznaczenie sprawy ZP-97/2018

### Do wszystkich uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania do 30.000 euro w trybie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu **na dostawę opatrunków i akcesoriów wraz z użyczeniem kompatybilnych urządzeń do terapii podciśnieniowej ran w ilości 7 szt.** dla potrzeb Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu na okres 24 miesięcy

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu informuje, że w dniach 09.11.2018 roku od Wykonawców wpłynęły zapytania o następującej treści:

1. Czy Zamawiający dopuści Zestaw opatrunkowy duży do podciśnieniowej terapii leczenia ran, składający się z opatrunku piankowego z elastycznej, porowatej pianki hydrofobowej o wymiarach 25cm x 15cm x 3,3cm, z samoprzylepną podkładką z portem umożliwiającym przepływ wysięku z rany do kanistra, połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu w zestawie, kompatybilne z użyczanym urządzeniem.

#### **Ad.1. TAK. Zamawiający dopuszcza.**

2. Czy Zamawiający dopuści Zestaw opatrunkowy średni do podciśnieniowej terapii leczenia ran, składający się z opatrunku piankowego z elastycznej, porowatej pianki hydrofobowej o wymiarach 18cm x 12,5cm x 3,3cm, z samoprzylepnej podkładką z portem umożliwiającym przepływ wysięku z rany do kanistra, połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu w zestawie, kompatybilne z użyczanym urządzeniem.

#### **Ad.2. TAK. Zamawiający dopuszcza.**

3. Czy Zamawiający dopuści Zestaw opatrunkowy mały do podciśnieniowej terapii leczenia ran, składający się z opatrunku piankowego z elastycznej, porowatej pianki hydrofobowej o wymiarach 10cm x 7,5cm x 3,3cm, z samoprzylepnej podkładką z portem umożliwiającym przepływ wysięku z rany do kanistra, połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu w zestawie, kompatybilne z użyczanym urządzeniem.

#### **Ad.3. TAK. Zamawiający dopuszcza.**



4. Czy Zamawiający dopuści matowy zbiornik na wydzielinę 800 ml, połączony z dwuświatłowym drenem z silikonu, zintegrowanym filtrem antybakteryjnym, z uszczelniaczem, kompatybilne z używanym urządzeniem do podciśnieniowego leczenia ran.

**Ad.4. TAK. Zamawiający dopuszcza.**

5. Czy Zamawiający dopuści pojedynczo pakowany port jałowy, miękki silikonowy, kompatybilny z używanym urządzeniem do podciśnieniowego leczenia ran.

**Ad.5. NIE. Zamawiający nie dopuszcza.**

*e. sp.*  
14 LIS. 2018

DYREKTOR  
ds. ekonomiczno-finansowych  
HIST. TOMASZOWSKI

