

Oznaczenie sprawy ZP-6/2019

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania do 30.000 euro w trybie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu **na dostawę elementów ochrony radiologicznej** dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu informuje, że w dniu 12.02.2019 roku oraz 14.02.2019 i 15.02.2019 roku od Wykonawców wpłynęły zapytania o następującej treści:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie artykułów posiadających aktualne certyfikaty CE oraz Deklaracje Zgodności - certyfikaty CE spełniają te same warunki jakie są zawarte w certyfikatach FDA? (dotyczy pakietów 1,3,5)

Ad.1. NIE. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów wykonanych z ultralekkiego bezołowiowego materiału Xenolite No Lead Strata Plus - spełniającego najnowsze obowiązujące normy w zakresie ochrony radiologicznej i posiadającego aktualne dokumenty rejestracyjne - tj. CE i Deklarację Zgodności? (dotyczy pakietu 1)

Ad.2. NIE. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamiar wymagania nr 6 (Zapewnienie odpowiednich środków do utrzymania fartuchów w czystości na okres gwarancyjny) na wymóg dołączenia do oferty SZCZEGÓŁOWEJ instrukcji konserwacji, czyszczenia i dezynfekcji, ze wskazaniem odpowiednich materiałów? Nie jest bowiem możliwe określenie ilości środków potrzebnych do konserwacji i utrzymania w czystości 20 fartuchów przez okres 3 lat. (dot. pakietu 1)

Ad.3. NIE. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający zgodzi się, aby oferowane przez nas elementy ochrony radiologicznej nie posiadały certyfikatu FDA? Oferowane przez nas produkty mają dokumenty

dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych (dot. pakietów 1,2,3,5).

Ad.4. NIE. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający zgodzi się, aby oferowane czepki zamiast gumy do regulowania rozmiaru, miały taśmę zaciskającą, która jest bardziej precyzyjna, jeśli chodzi o dopasowanie do obwodu głowy (dot. pakietu 3).

Ad.5. TAK. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający mógłby opisać o jaki rodzaj osłon chodzi? (dot. pakietu 4)

Ad.6. TAK. Osłony na gonady męskie.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający zgodzi się na higieniczną wielorazową antybakteryjną osłonę nakładaną na stójkę osłony na tarczycę zamiast osłonki jednorazowej? Wówczas Zamawiający mógłby zamówić mniejszą ilość tych osłon (dot. pakietu 2)

Ad.7. TAK. Zamawiający wyraża zgodę, wymagana wówczas ilość to 300 szt.

Pytanie 8:

Czy Zamawiający zgodzi się na wieszak z pięcioma ramionami? (dot. pakietu 9)

Ad.8. TAK. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 9:

Czy Zamawiający zgodzi się wydłużyć termin dostawy do 4 tygodni licząc od dnia złożenia zamówienia? (dot. pakietu 9)

Ad.9. TAK. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 10:

Prosimy o dopuszczenie fartuchów wykonanych z materiału EARTH-LITE™: materiał bezołowiowy, który wykorzystuje mieszaninę dwóch elementów tłumiących - antymonu i bizmutu. Jest lekki i elastyczny, zapewnia maksymalne tłumienie w kluczowym zakresie diagnostyki obrazowej wynoszącym 80-100 kV. Można go również poddać recyklingowi i usuwać w sposób bezpieczny. Fartuchy wykonane z tego materiału spełniają normę EN 61331-1:2002 i są zgodne z dyrektywą 89/686/EEC.

Prosimy o podanie rodzajów zamawianych fartuchów wraz z ilościami, ponieważ znacząco różnią się one od siebie ceną. (dotyczy pakietu 1)

Ad.10. TAK. Zamawiający dopuszcza, jeśli posiadają certyfikat FDA.

Rodzaje zamawianych fartuchów:

- 12 x typu płaszcz
- 4 x typu krzyżak
- 4 x garsonka

Pytanie 11:

Prosimy o dopuszczenie osłon na głowę spełniających normę EN 61331-1:2002 i zgodnych z dyrektywą 89/686/EEC. (dotyczy pakietu 3)

Ad.11. TAK. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12:

Prosimy o podanie czy osłony na gonady mają być męskie, żeńskie czy w formie fartucha miednicowego? Czy Zamawiający dopuści osłony na gonady z ochronnością 1,0 mmPb? Czy osłony mają być wykonane z materiału ołowiowego czy bezołowiowego? (dotyczy pakietu 4)

Ad.12. Osłony na gonady mają być męskie.

TAK. Zamawiający dopuszcza osłony na gonady z ochronnością 1,0 mmPb wykonane z materiału bezołowiowego.

Pytanie 13:

Prosimy o dopuszczenie okularów z osłonami bocznymi na poziomie 0,5 mmPb

Prosimy o dopuszczenie okularów spełniających normę EN 61331-1:2002 i zgodnych z dyrektywą 89/686/EEC. (dotyczy pakietu 5)

Ad.13. NIE. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 14:

Prosimy o odstąpienie od wymogu zaoferowania rękawiczek bawełnianych lub flizelinowych

Prosimy o dopuszczenie rękawiczek o ochronności 26% przy promieniowaniu 100kVp (dotyczy pakietu 6 pkt.2)

Ad.14. TAK. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu realizacji dostawy cząstkowej do 6 tygodni? Pytanie uzasadniamy faktem, iż każda odzież i akcesorium ochrony radiologicznej jest szyta indywidualnie na miarę w Stanach Zjednoczonych zgodnie ze szczegółowym zamówieniem. (dotyczy pakietu 1)

Ad.15. TAK. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 16:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu realizacji dostawy cząstkowej do 6 tygodni? Pytanie uzasadniamy faktem, iż każda odzież i akcesorium ochrony radiologicznej jest szyta indywidualnie na miarę w Stanach Zjednoczonych zgodnie ze szczegółowym zamówieniem. (dotyczy pakietu 2)

Ad.16. TAK. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 17: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu realizacji dostawy cząstkowej do 6 tygodni? Pytanie uzasadniamy faktem, iż każda odzież i akcesorium ochrony radiologicznej jest szyta indywidualnie na miarę w Stanach Zjednoczonych zgodnie ze szczegółowym zamówieniem. (dotyczy pakietu 3)

Ad.17. TAK. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 18:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę świadczenie usług gwarancyjnych przez 24 miesiący? (dotyczy pakietu 1)

Ad.18. NIE. Zamawiający nie wyraża zgody.