

Znak sprawy 25/2019

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 221 000 EURO zamieszczonego w BZP w dniu 03.06.2019 r. pod numerem 555588-N-2019 na dostawę stymulatorów serca jednojamowych i dwujamowych wraz z zestawem elektrod oraz introducerów z jednoczesnym użyczeniem na okres użytkowania stymulatorów urządzeń niezbędnych do ich programowania dla potrzeb Oddziału Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym i Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej WSZ w Elblągu.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w dniach 07-10.06.2019 r. od Wykonawców wpłynęły zapytania o następującej treści:

1. dot. Pakietu 1

Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie urządzenia bez częstości spoczynkowej nocnej automatycznie dostosowującej się do indywidualnego trybu aktywności dobowej pacjent?

Ad. 1. Tak

2. dot. Pakietu 2

Czy Zamawiający zgodzi się na urządzenie z automatycznym okresem refrakcji w przedsionku?

Ad. 2. Tak.

3. dot. Umowy użyczenia par.1 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu par. 1 ust. 2 umowy użyczenia:

z: „Użyczający oświadcza, że jest właścicielem w/w urządzenia.”

na: „Użyczający oświadcza, że przysługuje mu pełne prawo rozporządzania sprzętem określonym w ust.1, w tym prawo do zawarcia niniejszej umowy”

Ad. 3. Zamawiający nie wyraża zgody.