

Oznaczenie sprawy: ZP-59/2019

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania do 30.000 euro w trybie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w **na dostawę akcesoriów endoskopowych w 3 pakietach** dla potrzeb Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu informuje, że w dniach 08.08.2019r., 12.08.2019r. 13.08.2019r. oraz 16.08.2019r. od Wykonawców wpłynęły pytania o następującej treści:

Pytanie 1 (dotyczy Pakietu nr 2)

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 2 w pozycji 2, w miejsce pierwotnych parametrów, zestawów do prowadzenia samorozprężalnych protez metalowych wraz z protezami z zestawem wprowadzającym w rozmiarze: 8.5Fr, 10Fr i 24Fr. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Ad.1. TAK. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 (dotyczy Pakietu nr 1)

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie cewników z o średnicy rozprężania w zakresie 8,5 mm – 15 mm, w komplecie z trzema skalibrowanymi strzykawkami.

Ad.2. NIE. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3 (dotyczy Pakietu nr 1)

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie klipsownicy endoskopowej o długości 1650 mm i 2300 mm, szerokość rozwarcia klipsa 12 mm.

Ad.3. NIE. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 4 (dotyczy Pakietu nr 1)

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie zestawów długości protez 7 cm, 9 cm, 12 cm – do wyboru.

Ad.4. NIE. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 5 (dotyczy projektu umowy par. 7 ust. 3)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na określenie terminu w dniach roboczych (tak jak w ust. 1)?

Ad.5. NIE. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6 (dotyczy projektu umowy par. 7 ust. 4)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do 20 zł?

Ad.6. NIE. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7

Czy w pakiecie 1 poz. 1 Zamawiający dopuści złożenie oferty na balony do ekstrakcji złogów o średnicy cewnika 7-6Fr, wszystkie pozostałe parametry zgodne z wymogami zawartymi w SIWZ?

Ad.7. TAK. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8

Czy w pakiecie 1 poz. 2 Zamawiający wymaga, aby oferowane klipsy posiadały klinicznie dowiedziony czas retencji tkankowej potwierdzony w dołączonej do oferty przetargowej publikacji klinicznej?

Ad.8. TAK. Zamawiający wymaga.

Pytanie 9 (dotyczy Pakietu nr 1, poz. 1)

Zestaw balonów do ekstrakcji złogów z dróg żółciowych o stopniowanej średnicy rozprężenia w zakresie: 9/12/15 mm, w komplecie 3 skalibrowane strzykawki do inflacji. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Ad.9. NIE. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 10 (dotyczy Pakietu nr 1, poz. 2)

Klipsownica endoskopowa jednorazowa z załadowanym klipsem dostosowana do współpracy z aparatem z kanałem roboczym 2.8 mm, dostępna długość klipsownicy 1950 i 2300 mm, umożliwiająca ponowne rozwarcie klipsa ze zmianą jego położenia po całkowitym zamknięciu (bez uwolnienia klipsa), funkcja obrotu 360°, szerokość rozwarcia ramion klipsa 11 mm.

Ad.10. NIE. Zamawiający nie dopuszcza.

DYREKTOR NACZELNY


mgr Elżbieta Gelert