

Oznaczenie sprawy ZP-73/2019

Zaproszenie do złożenia ostatecznej oferty cenowej

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu w związku z planowanym udzieleniem zamówienia - w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zaprasza do złożenia ostatecznej oferty cenowej **na dostawę pasków do pomiaru poziomu glikemii** dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu, których wymagane ilości oraz opis asortymentu przedstawiono w *Załączniku Nr 1 do zaproszenia*.

I. Warunki realizacji.

1. Dostawy realizowane transportem własnym lub wynajętym przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko w dni powszednie od godz. 7³⁰ do godz. 13³⁰ do komory przyjęć Apteki Szpitalnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.
2. Termin realizacji dostaw częściowych - do 48 h od złożenia zamówienia przez Aptekę Szpitalną WSZ.
3. Termin płatności 30 dni (przelew) licząc od dnia dostarczenia danej partii towaru i faktury za daną partię towaru do Apteki Szpitalnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.
4. Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie od dnia 01.01.2020 roku do 31.12.2021 roku.
5. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia posiada dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

II. Kryterium oceny ofert.

1. cena	-100%
Łącznie:	-100%

1.1. Kryterium nr 1 - Cena

Cena brutto podana w formularzu ofertowym będzie oceniana na podstawie następującego wzoru:

$$P = \frac{C_n \times 100}{C_b}$$

P – Wartość punktowa ceny brutto
C_n – Cena brutto najniższa spośród złożonych ofert
C_b – Cena brutto oferty badanej

Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę otrzyma 100 punktów, inni wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do w/w wzoru.
Stosowana punktacja od 0 do 100 punktów

Wartość punktowa ceny zostanie przyznana wg powyższego wzoru i pomnożona razy 100
%

Oferta, która wg kryterium ceny uzyska najwyższą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.

III. Wymogi dotyczące zamówienia:

1. Wymagane bezpłatne dostarczenie 80 glukometrów w terminie ustalonym z Zamawiającym nie później niż do dnia 31.12.2019 roku.
2. Wymagane bezpłatne dostarczenie płynów kontrolnych do przeprowadzania bieżącej kontroli glukometrów (ilość niezbędna do przeprowadzenia jednej kontroli każdego urządzenia raz w miesiącu przez cały okres trwania umowy).
3. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkoleń z zakresu obsługi urządzenia dla poszczególnych użytkowników w terminach ustalonych z Zamawiającym.
4. Raz na 6 miesięcy wymagana jest walidacja glukometrów, przeprowadzona przez Wykonawcę na jego koszt, za pomocą płynu kontrolnego, potwierdzona protokołem.
5. Wykonawca na swój koszt zobowiązuje się do niezwłocznej wymiany baterii zasilających oraz niesprawnych glukometrów w trakcie trwania umowy.
6. Po zakończeniu umowy Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i utylizacji glukometrów na swój koszt.
7. Wymagania dla glukometrów i pasków testowych:
 - a) zamawiający wymaga spełnienia normy ISO 15197:2015 dla zaoferowanych pasków i glukometrów,
 - b) krew badana: świeża krew włośniczkowa pobrana z opuszki palca,
 - c) możliwość dokonania pomiaru z alternatywnych miejsc nakłucia,
 - d) wielkość próbki krwi nie większa niż 1 µl,
 - e) jednostka pomiaru: mg/dl,
 - f) zakres oznaczenia wyniku glikemii 20-600 mg/dl,
 - g) glukometr skalibrowany do osocza,
 - h) automatyczne kodowanie (bez kluczy, chipów i ręcznego ustawiania kodów),
 - i) czas pomiaru nie dłuższy niż 7 sekund,
 - j) automatyczny wyrzut paska z glukometru po dokonaniu pomiaru,
 - ~~k) paski testowe podlegające refundacji.~~
 - l) kapilara zasysająca krew umieszczona na szczycie paska testowego. Nie dopuszcza się kapilary umiejscowionej z boku paska,
 - m) enzym wykorzystywany na paskach: oksydaza glukozowa (GOD). Wymagane załączenie listy substancji interferujących,
 - n) ważność testów paskowych po otwarciu pojemnika minimum 3 miesiące.

IV. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:

1. Dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych.
2. Zamawiający wymaga załączenia certyfikatu potwierdzającego spełnienie normy ISO 15197:2015 dla zaoferowanych pasków i glukometrów.
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub

ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4. Opis przedmiotu zamówienia np. katalogi, potwierdzające parametry wymagane w *Załączniku Nr 1 do zaproszenia*.
5. Instrukcje obsługi w j. polskim: pasków i glukometrów.
6. Wypełniony arkusz asortymentowo-cenowy (*Załącznik Nr 1 do zaproszenia*).
7. Wypełniony druk oferty (*Załącznik Nr 2 do zaproszenia*).
8. Podpisaną klauzulę informacyjną ws. przetwarzania danych osobowych (*Załącznik Nr 4 do zaproszenia*).
9. Dokumenty wraz z załącznikami powinny być podpisane przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Umocowanie do złożenia oferty winno być dołączone do oferty o ile nie wynika ono wprost z innych dokumentów załączonych do oferty.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawców do uzupełnienia brakujących w ofercie dokumentów (np. pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy, wymaganych dokumentów itp.) lub złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
11. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w przypadku:
 - a) niezałączenia druku oferty (*Załącznik Nr 2 do zaproszenia*)
 - b) niezałączenia wypełnionego arkusza asortymentowo-cenowego (*Załącznik Nr 1 do zaproszenia*).
 - c) nieuzupełnienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie brakujących dokumentów złożenia wyjaśnień, o których mowa w pkt. IV (Zamawiający informuje, że tylko jeden raz wzywa Wykonawcę do złożenia wyjaśnień treści złożonej oferty lub ewentualnego uzupełnienia dokumentów)
 - d) gdy oferta Wykonawcy i/lub uzupełnione przez Wykonawcę dokumenty nie potwierdzą spełnienia wymagań opisanych przez Zamawiającego w zaproszeniu do złożenia oferty ostatecznej (Zamawiający oprócz weryfikacji zaofiarowanych przez Wykonawcę w ofercie parametrów zastrzega sobie także możliwość sprawdzenia zgodności parametrów na stronach internetowych lub aktualnych katalogach producenta).

V. Zamawiający zastrzega sobie prawo nieudzielenia odpowiedzi na pytania Wykonawcy, gdy wpłyną do Zamawiającego **później niż do dnia 2019 roku**.
Pytania można składać w formie elektronicznej na adres mbilska@szpital.elblag.pl oraz w formie pisemnej na adres: Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu ul. Królewiecka 146; 82-300 Elbląg, Sekretariat pok. Nr 44.

VI. W przypadku, gdy nie zostanie złożona żadna oferta lub oferty złożone zostaną odrzucone lub pojawi się błąd, który uniemożliwi podpisanie ważnej umowy wówczas Zamawiający unieważni postępowanie.

VII. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.

VIII. Osoba upoważniona do kontaktu:

Maria Putko-Bilska Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu tel. 55/2345547.

Ofertę opatrzoną następującym napisem: „Oferta na dostawę pasków do pomiaru poziomu glikemii dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Elblągu” prosimy przesłać/złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia ... 11.10.2019 roku na adres:

Wojewódzki Szpital Zespołowy w Elblągu
ul. Królewiecka 146
82-300 Elbląg
Sekretariat pok. Nr 44

IX. Załączniki do zaproszenia:

- Załącznik Nr 1 – arkusz asortymentowo-cenowy
- Załącznik Nr 2 - druk oferty
- Załącznik Nr 3 – wzór umowy
- Załącznik Nr 4 - klauzula informacyjna ws. przetwarzania danych osobowych

z cy.
D Y R E K T O R
ds. ekonomiczno-finansowych
Krzysztof Amoszewski
11 PAŹ. 2019