

Oznaczenie sprawy 25/2014

Do wszystkich uczestników postępowania

dot. postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sterylnych, leczniczych środków technicznych do angiografii i angioplastyki w 15 pakietach dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Inwazyjnej Chorób Układu Krążenia oraz Pracowni Radiologii Zabiegowej Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Elblągu ogłoszonego w Dz.Urzędowym Unii Europejskiej 2014/S 086-149622 z dnia 03.05.2014r.

Wojewódzki Szpital Zespołowy w Elblągu, ul.Królewiecka 146 informuje, że w dniach 07.05.2014r.; 09.05.2014r. i 14.05.2014r. od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

Pytanie 1

W zakresie pakietu 5 w parametrach technicznych:
w pkt. A – jest podane, że fartuch ma być dwuczęściowy
w pkt. B – jest podane, że fartuch ma być jednoczęściowy

Prosimy o określenie jakiej ilości fartuchów dwuczęściowych Zamawiający potrzebuje?
Prosimy o określenie jakiej ilości fartuchów jednoczęściowych Zamawiający potrzebuje?

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 5 pkt A-fartuch dwuczęściowy typu garsonka?

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 5 pkt A-fartuch jednoczęściowy typu płaszcz wraz z osobnym pasem przenoszącym część obciążenia na biodra użytkownika?

Pytanie 4

Proszę o określenie jaki rozmiar osłony na tarczycę oczekuje Zamawiający S,M czy L?

Pytanie 5

Proszę o określenie rozmiarów fartuchów jakich zaoferowania Zamawiający oczekuje w pakiecie 5 zgodnie z poniższą tabelą rozmiarów.

Tabela I – dotyczy fartuchów JA,JL,JC,DS,DO,DG

		Obwód klatki piersiowej w cm		
--	--	---	--	--

WZROST (cm)	do 96 a x h	96-108 a x h	108-120 a x h	Ponad 120 A x h
do 158	52 x 90 (SV)	60 x 90 (MV)	68 x 90 (LV)	72 x 90 (XLV)
158-170	52 x 100 (SS)	60 x 100 (MS)	68 x 100 (LS)	72 x 100 (XLS)
170-182	52 x 110 (SM)	60 x 110 (MM)	68 x 110 (LM)	72 x 110 (XLM)
182-194	52 x 120 (SL)	60 x 120 (ML)	68 x 120 (LL)	72 x 120 (XLL)

a – szerokość fartucha (pierwsza liczba w tabeli)

h – długość fartucha (druga liczba w tabeli)-dot. przodu fartucha

Tabela II – dotyczy długości Garsonek – DG szerokość taka sama jak w pozostałych fartuchach

		WZROST (cm)		
Kamizelka	do 158	158-170	170-182	182-194
długość→	60	65	70	75
Spódnica	do 158	158-170	170-182	182-194
długość→	55	60	65	70

6. Dot. Pakietu nr 1 Czy Zamawiający dopuści balony z ciśnieniem nominalny, 6atm?

7. Dot. Pakietu nr 1 Czy Zamawiający dopuści balony o średnicach w zakresie 1,5-5,0 przy czym w zakresie 2,0 do 4,0 rozmiary co 0,25mm) , łącznie 12 różnych średnic?

8. Czy w Pakiecie nr 2 Zamawiający zamawia torquery czy też Y-konektory (tak jak w ogłoszeniu o zamówieniu)?

9. Czy w Pakiecie nr 2 Zamawiający wyjaśni co rozumie przez pojęcie powierzchni fluoroscencyjnej torquera?

10. Czy w Pakiecie nr 2 Zamawiający dopuści zaferowanie torquera w jaskrawym kolorze pomarańczowym?

Zamawiający odpowiada :

Ad.1. W pkt. A –fartuch dwuczęściowy w ilości 1 szt.; w pkt. B –fartuch jednoczęściowy – 3szt.

Ad.2. Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie w pakiecie nr 5 pkt. A – fartucha dwuczęściowego typu garsonka .

Ad.3. Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie w pakiecie nr 5 pkt. A – fartucha jednoczęściowego typu płaszcz wraz z osobnym pasem przenoszącym część obciążenia na biodra użytkownika.

Ad.4. Wymagany rozmiar osłony na tarczycę – M.

Ad.5. Zamawiający w pakiecie 5 określa rozmiary zgodnie z poniższą tabelą rozmiarów.

Tabela I – dotyczy fartuchów JA,JL,JC,DS,DO,DG

WZROST (cm)	Obwód klatki piersiowej w cm		
	96-108 a x h	108-120 a x h	ponad 120 A x h
158-170	60 x 100 (MS) -1szt.	68 x 100 (LS) -1szt.	
170-182			72 x 110 (XLM) -1szt.

a – szerokość fartucha (pierwsza liczba w tabeli)

h – długość fartucha (druga liczba w tabeli)-dot. przodu fartucha

Tabela II – dotyczy długości Garsonek – DG szerokość taka sama jak w pozostałych fartuchach

	WZROST (cm)
Kamizelka	170-182
długość→	70
Spódnica	170-182
długość→	65

Ad.6. Zamawiający w Pakiecie nr 1 dopuści balony z ciśnieniem nominalny, 6atm.

Ad.7. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.8. W Pakiecie nr 2 Zamawiający zamawia torquery -2000szt.

Ad.9. Przez pojęcie powierzchni fluorescencyjnej torquera Zamawiający rozumie ,
odblaskowa , widoczna w ciemności.

Ad.10. Zamawiający dopuści zaoferowanie torquera w jaskrawym kolorze pomarańczowym
w Pakiecie nr 2.