

Elbląg, dnia 11.03.2020r.

## Strona internetowa

Znak sprawy: 8/2020


do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 214 000 euro zamieszczonego w BZP w dniu 02.03.2020 r. pod numerem 513527-N-2020 na dostawę i montaż wyposażenia meblowego do zakupu w ramach Projektu pn. „Modernizacja Traktu Porodowego i Oddziału Ginekologiczno – Położniczego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Elblągu wraz z doposażeniem”.

Wojewódzki Szpital Zespołowy w Elblągu informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w dniu 6 marca 2020 r. od Wykonawców wpłynęły zapytania o następującej treści:


**PYTANIE NR 1:** Czy Zamawiający dopuści - Krzesło obrotowe – siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego o wymiarach:

**Dimensions**



Basic dimensions:

- Total height adjustment in range: 890-1200 mm
- Total width: 650 mm
- Seat height adjustment in range: 550-800 mm
- Seat width: 460 mm
- Seat depth adjustment in range: 440-470 mm



Fotel posiada Atest Wytrzymałości i Bezpieczeństwa Użytkowania wydany przez PUR "Remodex" Zakład Badań i Wdrożeń Przemysłu Meblarskiego wg PN-EN 1335-2:2019, PN-EN 1728: 2012/AC:2019 PN-EN 1022:2019.

**ODPOWIEDŹ NR 1:** Tak. Zamawiający dopuści krzesło obrotowe – siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego o wskazanych wymiarach.

**PYTANIE NR 2:** W pom. 1147 – w etap IIA – załącznik nr 6 – Zamawiający opisuje Krzesło obrotowe (taboret tapicerowany z regulacją wysokości) – w załączniku 12.1.- etap II a opis wyposażenia punkt 7 podaje krzesło obrotowe siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego – prosimy o wskazanie jakie krzesło Zamawiający wymaga.

**ODPOWIEDŹ NR 2:** Zamawiający wymaga aby krzesło obrotowe posiadało siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego – wprowadza się korektę w załączniku nr 6 do SIWZ.



**PYTANIE NR 3:** Dotyczy etap II b załącznik 13.1 wyp. meblowe opis etap II b strona 5 (sc poniżej) – prosimy o dopuszczenie certyfikatów wydanych przez niezależne jednostki certyfikujące tak jak w poprzednich etapach, a nie certyfikaty posiadające akredytacje PCA.

Biurka i stoły mają być systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej. W obrębie systemu ma być zapewniona możliwość łączenia z innymi meblami w różnych konfiguracjach. Biurka i stoły mają posiadać pozytywne wyniki badań lub certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych: PN-EN 527-1 oraz PN-EN 527-2. Dokumenty mają być wystawione przez niezależną jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację PCA (Polskie Centrum Akredytacji). Dokument należy przedłożyć wraz z ofertą.

Prosimy o potwierdzenie zgodnie z SIWZ iż certyfikaty i atesty na wezwanie Zamawiającego.

**ODPOWIEDŹ NR 3:** Zamawiający dopuszcza aby dokumenty (atesty, certyfikaty, itp.) potwierdzające, że dostarczony przedmiot zamówienia odpowiada określonym normom były wystawione przez niezależne jednostki certyfikujące uprawnione do kontroli jakości. Jednocześnie Zamawiający przypomina, iż zgodnie z pkt. 3.6. ppkt. 3.6.15. SIWZ: „Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego, jest zobowiązany przedłożyć certyfikaty i atesty, których Zamawiający wymaga w opisie przedmiotu zamówienia (odpowiednio dla rodzaju mebli). Jeżeli Wykonawca, nie przedłoży atestów i certyfikatów żądanych w opisie przedmiotu zamówienia lub też przedłożone atesty, certyfikaty nie będą potwierdzały wymagań Zamawiającego zawartych w opisie przedmiotu zamówienia, będzie to traktowane jako niespełnienie warunków dostawy, które umożliwiają Zamawiającemu prawo odstąpienia od umowy.” Certyfikaty i atesty nie są wymagane na etapie składania ofert.

**PYTANIE NR 4:** Zamawiający wymaga w **fotelu kubelkowym tapicerowanym, krzesło obrotowe z siedziskiem i oparciem z tworzywa sztucznego** certyfikat zgodności z normami jakości: PN EN 13761:2004 (PN-EN 13761:2004 - wersja polska Określono wymiary i wymagania bezpieczeństwa dotyczące krzeseł dla gości. Wymagania wymiarowe nie mają zastosowania do głębokich foteli) oraz PN EN 1022:2007

PN-EN 13761:2004 - wersja polska	
Meble biurowe -Krzeseła dla gości	
Określono wymiary i wymagania bezpieczeństwa dotyczące krzeseł dla gości. Wymagania wymiarowe nie mają zastosowania do głębokich foteli	
SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku KT 100, Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych ICS	
97.140 Meble	
status	Norma wycofana
zastępuje	PN-EN 13761:2003 - wersja angielska
zastąpiona	PN-EN 16139:2013-07 - wersja angielska
wprowadza	EN 13761:2002 [IDT]
link do PKN	
Daty	2004-04-19-2013-07-25
	2017-12-31

Czy zamawiający dopuści atesty wystawione przez niezależną jednostkę badawczą Laboratorium GS ([www.Remodex.pl](http://www.Remodex.pl)) atesty dotyczące wytrzymałości, trwałości i stateczności, bezpieczeństwa użytkowania?

**ODPOWIEDŹ NR 4:** Zamawiający dopuszcza aby dokumenty (atesty, certyfikaty, itp.) potwierdzające, że dostarczony przedmiot zamówienia odpowiada określonym normom były wystawione przez niezależne jednostki certyfikujące uprawnione do kontroli jakości.

**PYTANIE NR 5:** Czy Zamawiający dopuści oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu norm odnośnie certyfikatu PN-EN 527-1:2011 oraz PN-EN 527-2:2004?

**ODPOWIEDŹ NR 5:** Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, tj. zgodnie z pkt. 3.6. ppkt. 3.6.15. SIWZ: „Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego, jest zobowiązany przedłożyć certyfikaty i atesty, których Zamawiający wymaga w opisie przedmiotu zamówienia (odpowiednio dla rodzaju mebli). Jeżeli Wykonawca, nie przedłoży atestów i certyfikatów żądanych w opisie przedmiotu zamówienia lub też przedłożone atesty, certyfikaty nie będą potwierdzały wymagań Zamawiającego zawartych w opisie przedmiotu zamówienia, będzie to traktowane jako niespełnienie warunków dostawy, które umożliwia Zamawiającemu prawo odstąpienia od umowy.” Certyfikaty i atesty nie są wymagane na etapie składania ofert.