

Oznaczenie sprawy 10/2020

Wszyscy Uczestnicy postępowania

dot. postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę taśm do leczenia nietrzymania moczu u kobiet dla potrzeb Oddziału Urologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu zamieszczonego w BZP Ogłoszenie nr 522357-N-2020 z dnia 11.03.2020r.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul.Królewiecka 146, informuje, że w dniu 13.03.2020r. od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

1. Czy Zamawiający dopuści w zał. nr 1: taśmę do leczenia nietrzymania moczu u kobiet, polipropylenową, monofilamentową, jednorodną, niewchłaniającą, z plastikową osłonką na taśmie podzieloną w środkowej części, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości średniej 1000 μm , max 1870 μm , grubości taśmy 0,33 mm, grubości nici 0,08 mm, gramaturze 48 g/m², wytrzymałość na rozciąganie 70 N/cm, brzegi taśmy zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonaną w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), bez podcewkowej wypustki **oraz** 2 szt. igły wielorazowego użytku ze stali chirurgicznej o średnicy 4 mm, do implantacji załonowej?

2. Prosimy o możliwość zaoferowania na wezwanie 1 szt. próbki niesterylnej do Załącznika nr 1.

3. Dotyczy zapisów SIWZ:

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, **który nie należy do żadnej grupy kapitałowej** przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

4. do pakietu nr 1 Czy Zamawiający dopuści taśmy o specyfikacji bardzo zbliżonej do wymagań Zamawiającego :

Taśma podcewkowa do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą załonową. System całkowicie jednorazowy.

Wykonana jest niewchłaniającego polipropylenu monofilamentowego. Parametry:

- szerokość: 1,2 cm
- długość: 45 cm
- grubość: 0,45 mm
- gramatura: 57 g/m²
- wielkość porów: 0,90 mm

Taśma w plastikowej osłonce, rzęgi taśmy zakończone pętelkami.

W zestawie znajdują się dwa narzędzia jednorazowego użytku wykonane z niekorodującego chromu. Ergonomiczne uchwyty zapewniają optymalną kontrolę podczas wprowadzania igły.

Zamawiający odpowiada:

Ad.1. Zamawiający nie wyraża zgody z uwagi iż zaoferowany produkt nie spełnia wymogów zawartych w opisie przedmiotu zamówienia.

Ad.2. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.3. Tak.

Ad.4. Zamawiający nie wyraża zgody z uwagi iż zaoferowany produkt nie spełnia wymogów zawartych w opisie przedmiotu zamówienia.

DYREKTOR NACZELNY

mgr Elżbieta Gelert