

Elbląg. 30.04.2020r.

Oznaczenie sprawy 20/2020

Wszyscy Uczestnicy postępowania

dot. postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dzierżawę koncentratorów tlenu, ich serwisowanie wraz z przeprowadzeniem szkoleń personelu/ pracownika Ośrodka Domowego Leczenia Tlenem w zakresie obsługi i eksploatacji koncentratorów oraz pacjenta i/lub opiekuna w zakresie racjonalnej i bezpiecznej eksploatacji koncentratorów pod względem medycznym i technicznym dla potrzeb Ośrodka Domowego Leczenia Tlenem Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu w okresie 36 miesięcy zamieszczonego w BZP Ogłoszenie nr 532604-N-2020 z dnia 2020-04-20 z póź.zm.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul.Królewiecka 146, informuje, że w dniu 27.04.2020r. od Wykonawcy wpłynęło zapytanie następującej treści:

1. Czy zamawiający dopuści koncentrator tlenu o poborze mocy do 360W?

Zamawiający odpowiada:

Ad.1.Zamawiający dopuszcza koncentrator tlenu o poborze mocy do 360 W.

DYREKTOR NACZELNY

mgr Elżbieta Gelert