

Elbląg, dnia 02.10.2020 r.

Do wszystkich uczestników postępowania

Dot. Dostawa w 5 pakietach rękawic diagnostycznych niesterylnych i rękawic diagnostycznych niesterylnych z uchwytnymi ściennymi dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu w okresie 3 miesięcy, zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.09.2020 r., numer ogłoszenia 589327-N-2020.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146, informuje, że do dnia 01.10.2020 r. od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

1. Pakiet nr 4. Czy Zamawiający dopuści rękawice o AQL=1,5, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający potwierdza.

2. Pakiet nr 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie w formularzu cenowym ceny jednostkowej za opakowanie rękawic a'250 (a'240 dla rozmiaru XL) z jednoczesnym przeliczeniem ilości na 1600 op.? Alternatywnie czy Zamawiający wyrazi zgodę na podane ceny netto za sztukę z dokładnością do 4 miejsc po przecinku przy jednoczesnym podaniu wartości netto i brutto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku?

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający wyraża zgodę na podanie w formularzu cenowym ceny jednostkowej za opakowanie rękawic a'250 z jednoczesnym przeliczeniem ilości na 1600 op. Zamawiający dla rękawic z Pakietu Nr 4 usuwa rozmiar XL.

3. Dotyczy zadania 2:

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w zakresie zapisu „2. EN 374 w adekwatnym zakresie dla rękawic nitylowych i nitylowych do pracy z cytostatykami.” nie doszło do oczywistej omyłki pisarskiej, gdyż Zamawiający oczekuje w zadaniu 2 rękawicy lateksowej bezpydrowej, nie nitylowej.

Zamawiający odpowiada:

W zapisie nie doszło do pomyłki ponieważ zapis punkt 1 dotyczy całego asortymentu, natomiast zapis punkt 2 dotyczy rękawic nitylowych.

4. Dotyczy zadania 1 i 2: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w związku z tym iż w poz. 4 wskazuje rękawicę wyjmowaną od dołu w celu ochrony przed kontaminacją, jak również w związku z sytuacją COVID-19 oczekuje dodatkowego zabezpieczenie oczekiwanych rękawic przed kontaminacją w postaci folii ochronnej wewnątrz dyspenserza zabezpieczającej również otwór dozujący pozwalając na bezpieczne wydobycie poszczególnej sztuki rękawicy bez ryzyka skażenia pozostałej zawartości ?

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający nie oczekuje ale dopuszcza.

5. Dotyczy zadania 2:

Czy oczekiwane rękawice mają posiadać podwójne oznakowanie rejestracyjne jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III ?

Zamawiający odpowiada:

Zgodnie z SIWZ.

6. Dotyczy zadania 2:

Czy Zamawiający oczekuje by siła zrywania oczekiwanych rękawic była zgodnie z normą EN 455-2 > 6,5N?

Zamawiający odpowiada:

Zgodnie z SIWZ.

7. Dotyczy zadania 4 :

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zad. 4 jednorazowych rękawic diagnostyczno-ochronnych, bezpydrowych, nitrylowych. Powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna - polimer butadienowy, wewnętrzna chlorowana. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg mankietu. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Grubość na palcach min. 0,08 mm, grubość na dłoni min. 0,06 mm. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, AQL = 1.0, siła zrywania zgodnie z EN 455-2 > 6,0N. Zgodność normą EN 455 potwierdzona przez europejską jednostkę notyfikowaną. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania od góry. Z alternatywnym rozwiązaniem chroniącym przed kontaminacją w postaci otworu dozującego zabezpieczonego dodatkową folią chroniącą zawartość przed skażeniem zewnętrznym. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III. Odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 15 substancji na poziomie co najmniej 4), odporne na penetrację alkoholi (etanol 20% - poziom 6, izopropanol 70% - poziom 6). Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671, przebadane na penetrację cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 (min. 14 leków). Produkowane w zakładach z wdrożonymi systemami zarządzania jakością ISO 9001, ISO 13485, ISO 14000, OHSAS. Przydatne do kontaktu z żywnością zgodnie z REG. 1935/2004. Rozmiary XS-XL, pakowane po 100 szt.

Zamawiający odpowiada:


Zamawiający dopuszcza pod warunkiem że sumaryczna ilość rękawic będzie zgodna z ilością określoną w SIWZ.

8. Dotyczy zadania 5:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 5 uniwersalnego uchwytu ściennego kompatybilnego z opakowaniami rękawic z zadania 4.

Zamawiający odpowiada:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.


D Y R E K T O R
ds. ekonomiczno-finansowych
0 2 PAŹ. 2020

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 146
tel. 55 234 41 11 fax 55 234 56 12
NIP: 578-25-17-492 REGON: 170745930

13
Pieczęta zakładu

Elbląg, dnia 18.09.2020 r.

PEŁNOMOCNICTWO
Nr 0122 - 10/2020

Działając na podstawie art. 46 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2018r., poz.2190 ze zm.) niniejszym udzielam pełnomocnictwa Dyrektorowi ds. Ekonomiczno-Finansowych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu

Panu Piotrowi Tomaszewskiemu

- legitymującym się dowodem osobistym seria CBE nr 533400 wydanym przez Prezydenta Miasta Elbląg, do zastępowania mnie w wykonywaniu funkcji Dyrektora Naczelnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu w okresie od dnia 23.09.2020 r. do dnia 02.10.2020 r.

Niniejsze pełnomocnictwo nie upoważnia do udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie umocowania do pełnienia funkcji Dyrektora Naczelnego.

DYREKTOR NACZELNY

[Podpis]
mgr Ekspolita Gelert
(Podpis i pieczęta Dyrektora Naczelnego)

Kontrolę formalno-prawną przeprowadził
RADA PRAWNY

18.09.2020
[Podpis]
Cezary Misiewicz
Gd.B 265

Data, podpis i pieczęta Rady Prawnego

Za zgodność z oryginałem

Poświadczam:
Elbląg, dnia 02.10.2020r.

[Podpis]
Cezary Misiewicz
radca prawny
Gd.B 265

Potwierdzam odbiór Pełnomocnictwa
i przyjmuję do stosowania
DIREKTOR
ds. ekonomiczno-finansowych

18/09/20

[Podpis]