

Znak sprawy 27/2014

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 207 000 Euro opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 17.05.2014 r pod numerem 2014/S 095-166013 na dostawę mikroskopów w trzech pakietach wraz z przeprowadzeniem szkolenia w zakresie obsługi urządzeń dla personelu medycznego oraz obsługi technicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Elblągu.

Wojewódzki Szpital Zespólny w Elblągu, ul. Królewiecka 146 informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w dniach 23.05.2014 r., 26.05.2014 r. od Wykonawców wpłynęły zapytania o następującej treści:

1. Z uwagi na ratalną formę płatności (dotyczy Pakietu nr 3) prosimy Zamawiającego o **dopuszczenie** wyodrębnienia kosztu finansowania w formularzu ofertowym (Załącznik nr 4 do SIWZ) oraz wyodrębnienie nowej pozycji w załączniku nr 3A do SIWZ, pozwoli to bowiem uniknąć 8% podatku VAT od finansowania, gdyż finansowanie jako odrębna usługa zgodnie z posiadaną przez Wykonawcę, interpretacją podatkową otrzymaną od Ministerstwa Finansów jest zwolnione z podatku VAT (stawka podatku VAT zw.) i w przypadku wyodrębnienia na formularzu Zamawiający uzyska cenę ofert od wykonawcy niższą o stawkę podatku VAT czyli o 8% co będzie oczywiście bardzo korzystne dla, Zamawiającego. Propozycję dopuszczenia zmienionego formularza ofertowego prezentuję poniżej:

"Pakiet Nr 3 za cenę (według zał. nr 3A do SIWZ):

- a) netto zł
- słownie:
- wysokość podatku VAT: %
- kwota podatku VAT: zł
- b) brutto zł
- słownie:

W tym koszt finansowania płatności ratalnej:

Cena netto zł
Stawka podatku VAT zw.%, wartość podatku VAT zw.
Cena brutto zł
Słownie zł".

Ad. 1. Zamawiający nie wyraża zgody

2. Prosimy o odstąpienie od wymogu załączenia wraz z dostawą faktury VAT. Ze względu na obowiązujące przepisy Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury nie później niż 15 dnia miesiąca następującego, po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę (art. 106i ust. 1 ustawy o VAT). Ponadto z uwagi na to, iż Wykonawca może zlecić dostarczenie sprzętu podwykonawcy co sprawia, iż utrudnione będzie dostarczenie Zamawiającemu w dniu dostawy również

faktury.

Ad. 2. Zamawiający nie wyraża zgody

3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kalkulacji rat w oparciu o ostatnią ratę wyrównawczą w przypadku kwoty niepodzielnej na 4 równe raty.

Ad. 3. Zamawiający nie wyraża zgody

4. Wnosimy o wykreślenie postanowień §8 ust. 2, jako sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, przez co naruszających art. 3531 k.c. oraz art. 5 k.c.

Zgodnie z zasadą swobody umów wyrażoną w art. 3531 k.c. strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Zgodzić się należy z poglądem, iż Zamawiający jako gospodarz postępowania ma prawo użyć dozwolonych przepisami prawa środków zabezpieczających jego interes, co jest szczególnie istotne w przypadku wydatkowania środków publicznych, z tym jednak zastrzeżeniem, że narzucane przez Zamawiającego warunki umowy muszą być zgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Należy wskazać, iż wprowadzone przez Zamawiającego zakazy w żaden sposób nie są związane z zabezpieczeniem interesu Zamawiającego i interesu publicznego związanego z uzyskaniem jak najlepszego zamówienia publicznego za jak najniższą cenę czemu ma służyć prowadzenie postępowania w trybie zamówień publicznych. Zamawiający wprowadzając powyższe zakazy działa z przekroczeniem swobody umów łamiąc przy tym zasady współżycia społecznego, wykorzystując swoją silniejszą pozycję w ramach stosunku cywilnoprawnego przez co narusza art. 3531 k.c. oraz art. 5 k.c ..

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 27 grudnia 2011 roku (Sygn.akt. KIO 2649/11):

Nie jest możliwe takie ukształtowanie stosunku umownego, które prowadziłyby do naruszenia przepisów ustawy, w tym zarówno postanowień kodeksu cywilnego, jak też innych ustaw, w tym przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodzić się należy z argumentami, iż na gruncie przepisów Prawa zamówień publicznych dochodzi do modyfikacji zasady równości i swobody stron stosunku zobowiązaniowego choćby przy wyborze partnera, z którym zawierana będzie umowa w sprawie zamówienia publicznego. To Zamawiający jest gospodarzem postępowania i autorem specyfikacji istotnych warunków, która w swej treści zawierać powinna istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy lub jej wzór. Tak więc to Zamawiający jest autorem sformułowań zawartych we wzorze umowy. Nie oznacza to jednak, że postanowienia takiej umowy mogą być korzystne tylko dla jednej strony lub nakładać tylko na jedną stronę odpowiednio same obowiązki lub przyznawać jej same przywileje.

Mając powyższe na uwadze wnosimy o wykreślenie zakazów wskazanych w §8 ust. 2, jako sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, oraz naruszających art. 3531 k.c. oraz art. 5 k.c.

Ad. 4. Zamawiający nie wyraża zgody

5. Zgodnie z zasadą równości stron umowy prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do §7 wzoru umowy kary obciążającej Zamawiającego na rzecz Wykonawcy za

nieuzasadnione zerwanie umowy z winy Zamawiającego w analogicznej wysokości jak w §7 ust. 3.

Ad. 5. Zamawiający nie wyraża zgody

6. W związku z faktem, iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym jako długi oddawcze prosimy Zamawiającego dodanie do §5 ust. 3 wzoru umowy zapisów: "Za dzień realizacji płatności uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy wskazanego na fakturze".

Ad. 6. Zamawiający nie wyraża zgody

7. Prosimy o informację, jaka część majątku trwałego wykazywanego w aktywach Zamawiającego stanowi jego własność (nie jest przedmiotem dzierżawy, leasingu).

Ad. 7. Nie

8. Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów w §13 wzoru umowy na: „(...) Spory rozpatrywane będą przez właściwy sąd dla siedziby Wykonawcy”.

Ad. 8. Zamawiający nie wyraża zgody

9. Prosimy o odpowiedź czy z uwagi na ratalną formę płatności, Zamawiający zgadza się na zabezpieczenie spłaty zobowiązań wynikających z zawartej umowy o zamówienie publiczne w postaci weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową na rzecz instytucji finansowej? Powyższe przyczyni się do obniżenia ceny oferty oraz podniesienia konkurencyjności postępowania.

Ad. 9. Zamawiający nie wyraża zgody

10. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że na prośbę Wykonawcy Zamawiający przekaże weksel In blanco wraz deklaracją w dniu podpisania umowy.

Ad. 10. Zamawiający nie wyraża zgody

11. Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający zgadza się na zabezpieczenie spłaty zobowiązań wynikających z zawartej umowy o zamówienie publiczne w postaci zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia na rzecz Wykonawcy bądź instytucji finansowej? Powyższe przyczyni się do obniżenia ceny oferty oraz podniesienia konkurencyjności postępowania.

Ad. 11. Zamawiający nie wyraża zgody

12. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie nr 11, prosimy Zamawiającego o zgodę, aby umowa zastawu rejestrowego została zawarta na wzorze Wykonawcy.

Ad. 12. Zamawiający nie wyraża zgody

13. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że na prośbę Wykonawcy Zamawiający zawrze umowę zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia w terminie do 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru.

Ad. 13. Zamawiający nie wyraża zgody

14. Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy przewłaszczenia obowiązującej do czasu ustanowienia zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia?

Ad. 14. Zamawiający nie wyraża zgody

15. Prosimy o odpowiedź czy w przypadku ustanowienia zastawu rejestrowego Zamawiający wyraża zgodę na cesję praw z polisy ubezpieczeniowej do kwoty stanowiącej równowartość przedmiotu zamówienia?

Ad. 15. Zamawiający nie wyraża zgody

16. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że pokryje koszty ustanowienia zabezpieczeń.

Ad. 16. Zamawiający nie wyraża zgody

17. Prosimy o udostępnienie Wykonawcom na stronie internetowej Zamawiającego rachunku wyników/bilansu za dwa ostatnie lata i okres bieżący.

Ad. 17. Zamawiający nie wyraża zgody

18. Prosimy Zamawiającego o podanie liczby posiadanych łóżek.

Ad. 18. Informacja dostępna na stronie internetowej www.szpital.elblag.pl w zakładce „dane statystyczne”

19. Prosimy o zmianę §7 ust. 4 umowy i nadanie mu brzmienia:" Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych."

Ad. 19. Zamawiający nie wyraża zgody

20. Prosimy o wykreślenie ust. 3 i 4 z §8 umowy, jako sprzecznych z zasadami współzycia społecznego, przez co naruszających art. 3531 k.c. oraz art. 5 k.c. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 27 grudnia 2011 roku (Sygn.akt. KIO 2649/11): Nie jest możliwe takie ukształtowanie stosunku umownego, które prowadziłoby do naruszenia przepisów ustawy, w tym zarówno postanowień kodeksu cywilnego, jak też innych ustaw, w tym przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodzić się należy z argumentami, iż na gruncie przepisów Prawa zamówień publicznych dochodzi do modyfikacji zasady równości i swobody stron stosunku zobowiązaniowego choćby przy wyborze partnera, z którym zawierana będzie umowa w sprawie zamówienia publicznego. To Zamawiający jest gospodarzem postępowania i autorem specyfikacji istotnych warunków, która w swej treści zawierać powinna istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy lub jej wzór. Tak więc to Zamawiający jest autorem sformułowań zawartych we wzorze umowy. Nie oznacza to jednak, że postanowienia takiej umowy mogą być korzystne tylko dla jednej strony lub nakładać tylko na jedną stronę odpowiednio same obowiązki lub przyznawać jej same przywileje.

Mając powyższe na uwadze wnosimy o wykreślenie zakazów wskazanych w §8 ust. 3 i 4, jako sprzecznych z zasadami współzycia społecznego, oraz naruszających art. 3531 k.c. oraz art. 5 k.c.

Ad. 20. Zamawiający nie wyraża zgody

21. Prosimy o dodanie do §4 ust. 1 katalogu zmian umowy, jakie dopuszcza Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych o następującej treści:
- a) do d) (...)
 - e) zmiany terminu dostawy sprzętu, w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
 - f) zmiany terminu montażu sprzętu w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
 - g) zmiany terminu uruchomienia sprzętu w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
 - h) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
 - i) zmiany numeru konta bankowego w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
 - j) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;
 - k) nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.)"

Ad. 21. Zamawiający nie wyraża zgody

22. dot. pakietu Nr 1 – mikroskop z torem wizyjnym z systemem dokumentacji obrazowej – 1 szt.
Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kamery, która posiada czas ekspozycji regulowany w zakresie minimum 100µs-1,745s?

Ad. 22. Tak

23. dot. pakietu Nr 3, część A pkt. 12
Czy Zamawiający zaakceptuje system auto-fokus oparty na technologii typu „Video-Analysis”, który wykorzystuje sygnał video z kamery podglądu dołączonej do głowicy mikroskopu? Proponowane rozwiązanie zapewnia większą funkcjonalność ponieważ umożliwia indywidualne ustawienie wielkości i położenia pola ostrości w polu widzenia mikroskopu.

Ad. 23. Tak

24. dot. pakietu Nr 3, część A pkt. 24
Prosimy o możliwość zaoferowania mikroskopu z automatyczną funkcją zmniejszania wielkości oświetlanego pola operacyjnego podczas zwiększenia powiększenia obrazu oraz zmniejszenia natężenia światła w przypadku zmniejszenia dystansu roboczego tj. zbliżania się do operowanego pola celem zminimalizowania ryzyka oparzenia operowanych tkanek.

Ad. 24. Tak

25. dot. pakietu Nr 3, część A pkt. 15
Czy Zamawiający, oprócz dwóch żarówek; głównej i awaryjnej o tej samej mocy, wymaga dwóch zasilaczy dla każdej z nich, zapewniających ciągłość pracy w razie awarii jednego z zasilaczy?

Ad. 25. Nie

26. dot. pakietu Nr 3, część A pkt. 25

Czy Zamawiający w tym punkcie ma na myśli ramię o co najmniej czterech przegubach, które zapewnia swobodne ustawienie ekranu podglądu dla personelu medycznego?

Ad. 26. Nie

27. dot. pakietu Nr 3, część D pkt. 1

Prosimy o sprecyzowanie wymogów dotyczących szkolenia dotyczącego zastosowania leku 5-ALA. Wg naszej wiedzy producent leku przewiduje szkolenie wyłącznie dla lekarzy i jest to jednodniowe szkolenie zagraniczne. Najbliższe ośrodki certyfikujące znajdują się na terenie Niemiec, Austrii oraz Czech. W związku z powyższym prosimy o doprecyzowanie ilości lekarzy oraz szczegółów dotyczących dojazdu. Czy Zamawiający zaakceptuje dojazd na własny koszt? Alternatywnie jeśli dojazd ma być również na koszt Wykonawcy prosimy o informację, czy Zamawiający zaakceptuje dojazd samochodem, czy ma być zapewniony transport lotniczy?

W odniesieniu do personelu obsługującego oraz technicznego nie będącego personelem lekarskim prosimy o możliwość przeprowadzenia szkolenia z obsługi urządzenia wraz z obsługą modułu fluoresencji w siedzibie zamawiającego, które będzie przeprowadzone przez wyszkolonego pracownika wykonawcy.

Ad. 27. Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia dla 4 lekarzy specjalistów w zakresie używania 5-ALA. Zamawiający nie narzuca środka transportu w przypadku, gdy szkolenie nie może się odbyć w WSzZ w Elblągu i pozostawia środek lokomocji do decyzji Wykonawcy. Szkolenie personelu medycznego i obsługi technicznej w całości na koszt Wykonawcy. Szkolenie dla pracowników obsługi technicznej WSzZ ma dotyczyć konserwacji mikroskopu związanej z bieżącą eksploatacją, tym samym może się odbyć w siedzibie Zamawiającego.

28. dot. pakietu Nr 3, część D pkt. 1a

Czy Zamawiający może podać precyzyjną liczbę osób z personelu lekarskiego, które chce przeszkolić ?

Ad. 28. patrz odpowiedź Nr 27

29. dot. pakietu Nr 3, część D pkt. 1b

Czy Zamawiający zrezygnuje z konieczności szkolenia osób z obsługi technicznej, ponieważ osoby te według dostawcy środka kontrastującego, nie zostaną dopuszczone do szkolenia, gdyż jest ono zarezerwowane tylko dla wykwalifikowanego personelu lekarskiego ?

Ad. 29. Patrz odpowiedź Nr 27

30. dot. pakietu Nr 2, część A pkt. 1

Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie przewody były całkowicie zamknięte w ramionach mikroskopu oraz elementy stojaka były pokryte powłoką typu nano silver, zapewniającą ochronę przed infekcjami pacjenta i personelu medycznego?

Ad. 30. Zamawiający wymaga, aby elementy stojaka były pokryte powłoką antybakteryjną, a

wszystkie przewody całkowicie zamknięte w ramionach mikroskopu.

31. dot. pakietu Nr 2, część A pkt. 2

Czy Zamawiający dopuści kolumnę bez uchwytów, której kompaktowe wymiary eliminują konieczność ich stosowania?

Ad. 31. Tak

32. dot. pakietu Nr 2, część A pkt. 4

Czy Zamawiający zaakceptuje większy zakres regulacji odległości od soczewek obiektywu do podłogi zapewniający większą ergonomię pracy tj. 814-1614mm (min/max)?

Ad. 32. Tak

33. dot. pakietu Nr 2, część A pkt. 13

Czy Zamawiający zaakceptuje system dostrajania ostrości tylko manualny?

Ad. 33. Tak, zgodnie z zapisem SIWZ

34. dot. pakietu Nr 2, część A pkt. 15

Czy Zamawiający zaakceptuje ruch w zakresie 310°?

Ad. 34. Tak

35. dot. pakietu Nr 2, część A pkt. 16

Czy Zamawiający zaakceptuje ruch w zakresie 120°?

Ad. 35. Nie, wymóg minimalny 300°

36. dot. pakietu Nr 2, część A pkt. 18

Czy Zamawiający wymaga, aby proponowane obiektywy posiadały możliwość ręcznego dostrojenia ostrości?

Ad. 36. Dopuszcza, nie wymaga

37. dot. pakietu Nr 2, część A pkt. 20

Czy Zamawiający zaakceptuje tylko manualną możliwość ustawienia powiększenia

Ad. 37. Tak, zgodnie z zapisem SIWZ

38. dot. pakietu Nr 2, część A pkt. 21

Czy Zamawiający dopuści ustawienie odległości międzyżrenicznej w zakresie 55-75mm?

Ad. 38. Tak

39. dot. pakietu Nr 2, część A pkt. 25

Czy Zamawiający dopuści system bezpośredniego oświetlenia LED bez światłowodów?

Ad. 39. Tak

40. dot. pakietu Nr 2, część A pkt. 25

Czy Zamawiający wymaga, aby system oświetlenia LED, posiadał dwie wiązki światła, które zapewniają komfort pracy w głębokich kanałach roboczych?

Ad. 40. Dopuszcza, nie wymaga

41. dot. pakietu Nr 2, część A pkt. 26

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, gdzie źródło światła, znajduje się w głowicy mikroskopu?

Ad. 41. Tak

42. dot. pakietu Nr 2, część A pkt. 30

Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie bez wentylatora, które w oferowanym mikroskopie nie jest wymagane, aby zapewnić komfort pracy i trwałość urządzenia?

Ad. 42. Tak

43. dot. pakietu Nr 2, część A pkt. 32

Czy Zamawiający wymaga, aby system kamery był zintegrowany na stałe z głowicą mikroskopu?

Ad. 43. Zamawiający dopuszcza kamerę zintegrowaną w głowicy mikroskopu bez dzielnika obrazu, który w tym przypadku jest zbędny. W przypadku zaoferowania systemu obróbki na urządzeniu nie wbudowanym w głowicę mikroskopu wymagania co do systemu transmisji video nie mają zastosowania.

44. dot. pakietu Nr 2, część A pkt. 33

Czy Zamawiający wymaga, aby system archiwizacji był zintegrowany na stałe z głowicą mikroskopu?

Ad. 44. Zamawiający dopuszcza system zapisu na przenośnym nośniku, który może być wykorzystany w dedykowanym urządzeniu do obróbki obrazu wymaganego w tym przypadku.

45. dot. punktu 3 Opis przedmiotu zamówienia ppkt. 8d), pakiet nr 3

Czy Zamawiający ma na myśli sytuację, kiedy zakończona zostanie produkcja lub urządzenie zostanie wycofane z rynku przed zrealizowaniem dostawy przedmiotu zamówienia a tym samym dostawa urządzenia zaoferowanego w postępowaniu przetargowym stanie się niemożliwa do zrealizowania?

Ad. 45. Zamawiający ma na myśli sytuację, w której po podpisaniu umowy z wyłonionym Wykonawcą okaże się przed realizacją dostawy przedmiotu zamówienia, że zakończono produkcję lub wycofano z rynku urządzenie będące przedmiotem zamówienia.

46. dot. załącznika nr 3 Gwarancja i serwis pkt. 6, pakiet Nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu: „ Wykonawca zobowiązuje się do wykonania naprawy w terminie max. do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia. Jeżeli po tym czasie urządzenie nadal pozostanie niesprawne Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne za każdy dzień opóźnienia na zasadach wymienionych w § 7 ust. 2 wzoru umowy.”

na zapis:

„Wykonawca zobowiązuje się do wykonania naprawy w terminie max. do 5 dni roboczych w przypadku napraw nie wymagających użycia części zamiennych, 10 dni w przypadku napraw wymagających użycia części zamiennych dostępnych w Polsce, 14 dni w przypadku napraw z użyciem części zamiennych sprowadzanych z zagranicy. Jeżeli po tym czasie urządzenie nadal pozostanie niesprawne Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne za każdy dzień opóźnienia na zasadach wymienionych w § 7 ust. 2 wzoru umowy.”

Ad. 46. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

47. dot. punktu 34, 35 i D1a, pakiet nr 3

Zamawiający w powyższych punktach wymaga, aby mikroskop wyposażony był w system do fluoroskopii śródoperacyjnej z wykorzystaniem indocjaniny, system filtrów do śródoperacyjnej detekcji glejaków oraz szkolenia na koszt Wykonawcy dla min. 4 osób. Zgodnie z informacją od dostawcy kwasu 5-ALA takie szkolenie przeprowadzane jest w jednym z ośrodków za granicą i obejmuje jeden dzień operacyjny. Indocjanina jest trudno dostępna i wymaga importu docelowego, zaś kwas 5-ALA jest substancją bardzo drogą (koszt ok. 4000 PLN za fiolkę). Jak Zamawiający z pewnością wie, najnowszym trendem w dziedzinie fluoroskopii śródoperacyjnej jest stosowanie fluoresceiny. Substancja jest powszechnie dostępna w Polsce, a jej koszt w porównaniu z powyższymi środkami kontrastowymi jest kilkukrotnie niższy, co w świetle powyższych argumentów pozwala na stosowanie jej u większej liczby pacjentów. Stosuje się ją zarówno we fluoroskopii naczyniowej, jak i przy wybarwianiu guzów mózgu. Oferowane rozwiązanie posiada dokumenty dopuszczające system do obrotu na terenie RP zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych, certyfikat CE oraz certyfikat jednostki notyfikowanej. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym do fluoroskopii śródoperacyjnej stosowana jest fluoresceina, zaś Wykonawca zapewni szkolenie w takiej samej formie, jak w przypadku kwasu 5-ALA?

Ad. 47. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

48. dot. punktu 20, pakiet Nr 3

Czy poprzez rozdzielacz optyczny wbudowany w głowicę mikroskopu Zamawiający ma na myśli rozdzielacz optyczny z mostem do pracy twarzą w twarz zintegrowany (nie dołączony) we wspólnej obudowie całej głowicy?

Ad. 48. Tak

49. dot. punktu 29 i 31, pakiet Nr 3

System nastrzykiwania obrazu w oba okulary operatora pozwala na wprowadzenie obrazów z systemu neuronawigacji w takim zakresie, na jaki pozwala sama nawigacja. Opis wymagań w powyższych punktach powinien dotyczyć zatem neuronawigacji, nie zaś mikroskopu. Powyższe zostało potwierdzone u obu producentów wspomnianych przez Zamawiającego. Nie wiedząc jakie modele nawigacji i jakie opcjonalne wyposażenie tych systemów Zamawiający ma na myśli zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający ma na myśli taki system nastrzykiwania obrazu z neuronawigacji w oba okulary operatora, który pozwoli na wyświetlenie obrazów w zakresie, jaki umożliwia system neuronawigacji?

Ad. 49. Tak

50. dot. punktu 24, Pakiet nr 3

Czy Zamawiający dopuści system z automatycznym zmniejszeniem oświetlenia pola operacyjnego bez zmniejszenia natężenia światła mikroskopu podczas zwiększenia powiększenia obrazu?

Ad. 50. Tak