

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W ELBLĄGU
82-300 ELBLĄG, ul. KRÓLEWIECKA 146

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NA DOSTAWĘ W TRZECH PAKIETACH

Pakiet Nr 1 - mikroskop z torem wizyjnym z systemem dokumentacji obrazowej
- 1 szt.

Pakiet Nr 2 - mikroskop diagnostyczny z możliwością zapisu obrazów - 1 szt.

Pakiet Nr 3 - mikroskop do zabiegów neurochirurgicznych - 1 szt.

dla potrzeb Laboratorium Bakteriologicznego, Oddziału Otolaryngologicznego, Oddziału Neurochirurgii wraz z przeprowadzeniem szkolenia w zakresie obsługi urządzeń dla personelu medycznego oraz obsługi technicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Elblągu.

w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości powyżej 207.000 EURO

tj. powyżej kwoty wartości zamówienia określonej w § 1 pkt. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 (Dz. U. poz. 1735 z dnia 31.12.2013 r.) wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U z dnia 09 sierpnia 2013 r. poz. 907 z póź. zm.)

Znak sprawy 27/2014

Elbląg, 30 maj 2014 r

1. Zamawiający

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu ul. Królewiecka 146, 82 – 300 Elbląg określany dalej jako Zamawiający

NIP 578 25 17 492 REGON 170 745 930

www.szpital.elblag.pl;

zaprasza do ubiegania się o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:

1.1 dostawę i oddanie do bieżącej eksploatacji:

a) pakiet Nr 1 - mikroskop z torem wizyjnym z systemem dokumentacji obrazowej (CPV 38.00.00.00-5, 38.63.40.00-8) w ilości 1 szt.

b) pakiet Nr 2 - mikroskop diagnostyczny z możliwością zapisu obrazów (CPV 33.12.41.00-6) w ilości 1 szt.

c) pakiet Nr 3 - mikroskop do zabiegów neurochirurgicznych (CPV 33.16.20.00-3) w ilości 1 szt.

- dla potrzeb Laboratorium Bakteriologicznego, Oddziału Otolaryngologicznego, Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu

1.2 przeprowadzenie szkoleń (CPV 79.63.20.00-3) na koszt Wykonawców w zakresie obsługi w/w urządzeń dla personelu medycznego WSzZ oraz pracowników obsługi technicznej WSzZ w Elblągu.

2. Tryb udzielania zamówienia

przetarg nieograniczony o wartości powyżej 207 000 Euro

Podstawa prawna

1. Art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U z dnia 09 sierpnia 2013 r. poz. 907 z póź. zm.)
2. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
3. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia z Wykonawcą w walutach obcych.
4. Zamawiający nie udziela przedpłat i zaliczek na realizację zamówienia.

3. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem, niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest:

1.1.dostawa i oddanie do bieżącej eksploatacji:

a) pakiet Nr 1 - mikroskop z torem wizyjnym z systemem dokumentacji obrazowej w ilości 1 szt. dla potrzeb Laboratorium Bakteriologicznego WSzZ w Elblągu, którego wymagane (graniczne) parametry techniczne, wyposażenie oraz warunki gwarancji/ serwisu/szkolenia przedstawiono w Załączniku Nr 1 do SIWZ.

b) pakiet Nr 2 - mikroskop diagnostyczny z możliwością zapisu obrazów w ilości 1 szt. dla potrzeb Oddziału Otolaryngologicznego WSzZ w Elblągu, którego wymagane (graniczne) parametry techniczne, wyposażenie oraz warunki gwarancji/ serwisu/szkolenia przedstawiono w Załączniku Nr 2 do SIWZ.

c) pakiet Nr 3 - mikroskop do zabiegów neurochirurgicznych w ilości 1 szt. dla potrzeb Oddziału Neurochirurgii WSzZ w Elblągu, którego wymagane (graniczne) parametry techniczne, wyposażenie oraz warunki gwarancji/ serwisu/szkolenia przedstawiono w Załączniku Nr 3 do SIWZ.

1.2 przeprowadzenie szkoleń na koszt Wykonawców w zakresie obsługi w/w urządzeń dla personelu medycznego WSzZ oraz pracowników obsługi technicznej WSzZ w Elblągu.

2. Wyszpecyfikowany przedmiot zamówienia zaoferowany w ofercie przetargowej musi być fabrycznie nowy – rok produkcji: druga połowa 2013 r. lub 2014r., kompletny pod

względem sprzętowym i po zainstalowaniu gotów do podjęcia działalności medycznej, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

3. Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 107, poz. 679 z dnia 17 czerwca 2010)
4. Warunki płatności: odsetki nie wyższe niż ustawowe w skali roku, płatność przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze:
 - a) w zakresie pakietu Nr 1 oraz Nr 2 w terminie min. 30 dni licząc od dnia przekazania przedmiotu zamówienia oraz podpisania przez obie strony protokołu zdawczo odbiorczego.
 - b) w zakresie pakietu nr 3 w czterech równych ratach: pierwsza rata płatna w terminie 30 dni, druga rata płatna w terminie 60 dni, trzecia płatna w terminie 90 dni, czwarta płatna w terminie 120 licząc od dnia przekazania przedmiotu zamówienia oraz podpisania przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego.
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Za ofertę częściową uznaje się jeden pełny pakiet.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
7. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
8. Strony dopuszczają zmiany treści umowy czasowe i trwałe w trakcie jej obowiązywania pod warunkiem:
 - a) że zmiany te są korzystne dla Zamawiającego
 - b) strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie obniżenia ceny urządzenia
 - c) ilekroć następuje zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym zmiana stawki podatku VAT (zmianie ulega tylko cena brutto, cena netto nie ulega zmianie)
 - d) w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku urządzenia będącego przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego zamienić dotychczasowy wyrób na nowy produkt o tych samych właściwościach i parametrach lub lepszych po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie, chyba, że Wykonawca wykaże, że brak jest wyrobu zamiennego.
9. W przypadku udokumentowanych zmian, o których mowa w pkt. 8 zostaną one uzgodnione i po zaakceptowaniu przez Zamawiającego wprowadzone aneksem do umowy.
10. Aneks zostanie sporządzony przez Wykonawcę i przesłany z co najmniej 7 –dniowym wyprzedzeniem do Zamawiającego w celu zapoznania się z jego treścią.
11. Zamawiający nie przewiduje dokonywania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo o zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U z dnia 09 sierpnia 2013 r. poz. 907 z póź. zm.)

4. Termin wykonania zamówienia.

1. Wykonawca własnym transportem lub wynajętym na swój koszt i ryzyko dostarczy, zainstaluje i przekaze Zamawiającemu przedmiot zamówienia do bieżącej eksploatacji w terminie max. 6 tygodni, licząc od dnia podpisania umowy.
2. Wykonawca przeprowadzi na swój koszt szkolenie w zakresie obsługi urządzenia dla personelu medycznego WszZ oraz pracowników obsługi technicznej WszZ w terminie max. do 5 dni roboczych liczonych od dnia przekazania urządzenia do bieżącej eksploatacji

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

- a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- b. posiadania wiedzy i doświadczenia;
- c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;
- d. sytuacji ekonomicznej i finansowej

5.1. Zamawiający dokona oceny czy Wykonawca w wystarczający sposób spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże:

5.1.1. W celu oceny spełnienia warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca wykaże, że posiada własne środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie większej lub równej niż wymienione w tabeli poniżej dla danych pakietów (np. składając ofertę w zakresie pakietu Nr 1 należy wykazać posiadanie kwoty większej lub równej 36 000 zł, natomiast składając ofertę na większą ilość pakietów – kwoty podane w tabeli poniżej przypisane danym pakietom należy sumować razem) tj.:

Nr pakietu	kwota wymagana
Pakiet Nr 1	36 000,00 zł
Pakiet Nr 2	61 000,00 zł
Pakiet Nr 3	800 000,00 zł

Sposób dokonania oceny spełnienia w/w warunku: jeżeli po podstawieniu w miejsce wysokości posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej odpowiedniej wielkości zawartej w informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej okaże się, że otrzymamy zdanie prawdziwe, to „ocenimy”, że Wykonawca spełnia warunek.

Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunku na podstawie dokumentów załączonych do oferty zgodnie z wymogiem punktu 6.1. SIWZ.

5.1.2. W celu oceny spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca wykaże wykonanie co najmniej jednej dostawy odpowiadającej swoim rodzajem i wartością przedmiotu zamówienia, tj. polegającej na dostarczeniu mikroskopu / urządzenia medycznego / diagnostycznego.

- każda wykazana dostawa musi obejmować wartość nie mniejszą niż podana poniżej w tabeli przypisana odpowiednio danemu pakietowi (np. składając ofertę na Pakiet Nr 1 należy wykazać min. 1 dostawę o wartości większej lub równej kwocie 36 000,00 zł brutto) **lub dopuszcza się** odpowiednio 1 wykazaną dostawę obejmującą dwa lub trzy pakiety, odpowiadające przedmiotowi zamówienia oraz obejmującą łączną wartość danych pakietów tj.:

Nr pakietu	kwota wymagana
------------	----------------

	brutto
Pakiet Nr 1	36 000,00 zł
Pakiet Nr 2	61 000,00 zł
Pakiet Nr 3	800 000,00 zł

Sposób dokonania oceny spełnienia warunku: jeżeli po podstawieniu w miejsce ilości i wielkości wykonanych dostaw zawartych w wykazie okaże się, że otrzymamy zdanie prawdziwe to „ocenimy”, że Wykonawca spełnia warunek.

Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunku na podstawie dokumentów załączonych do oferty zgodnie z wymogiem pkt. 6.2 SIWZ.

5.1.3. W celu oceny spełnienia warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania oraz oceny spełnienia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia Wykonawca załączy do oferty oryginał oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych – wzór stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ.

Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunku na podstawie dokumentów załączonych do oferty zgodnie z wymogiem pkt. 6.3 SIWZ.

5.1.4. W celu potwierdzenia, że wobec Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokona oceny spełniania warunku, jeżeli Wykonawca odpowiednio wykaże, że:

- nie później niż w dniu upływu terminu składania ofert Wykonawca posiada aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
- nie zalegał z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskał odroczenie, rozłożenie na raty lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
- nie był i nie jest prawomocnie skazany za przestępstwo w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
- sąd nie orzekł wobec Wykonawcy zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
- nie otwarto w stosunku do Wykonawcy likwidacji lub nie ogłoszono jego upadłości chyba, że po ogłoszeniu upadłości zawarł on układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, a układ ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.
- wykonawcy będący osobami fizycznymi nie są prawomocnie skazani za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

- wspólnik, partner, członek zarządu, komplementariusz lub urzędujący członek organu zarządzającego wchodzący z skład spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej nie jest prawomocnie skazany za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń, wymienionych w pkt. 6 SIWZ. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

6. Dokumenty, jakie powinni dostarczyć Wykonawcy w celu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013 r. poz. 231) oraz inne dokumenty i oświadczenia.

Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach, których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonych kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

6.1. W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej, którego opis sposobu oceny spełnienia warunku został przedstawiony przez Zamawiającego w pkt. 5.1.1 SIWZ Zamawiający żąda dokumentu:

1. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedstawienia:
 - pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
 - informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.
4. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia w/w warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania w oparciu o przesłankę zawartą w art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6.2. W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału dot. wiedzy i doświadczenia, którego opis sposobu oceny spełnienia warunku został przedstawiony przez Zamawiającego w pkt. 5.1.2 SIWZ Zamawiający żąda:

1. Wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane należycie.
Uwaga! Wykaz dostaw należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik Nr 8 do SIWZ.
2. Dowodami, potwierdzającymi, że **dostawy** zostały wykonane należycie są:
 - a) poświadczenie
 - b) oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.
 - c) w przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy, polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy wymaga się przedstawienia:
 - pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
 - wykazu dostaw, o którym mowa w pkt. 6.2 ppkt. 1 SIWZ dotyczących tych podmiotów.
4. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania w oparciu o przesłankę zawartą w art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6.3. W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału dot. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania oraz oceny spełnienia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, których opis spełnienia warunku został przedstawiony przez Zamawiającego w pkt. 5.1.3 SIWZ Zamawiający żąda:

1. Oryginał oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych – wzór stanowi **załącznik Nr 5 do SIWZ**.

6.4. W celu wykazania braku podstaw do Wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 24 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda:

1. Oryginał oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – wzór oświadczenia stanowi **załącznik Nr 6 do SIWZ**.
2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo ofert
3. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,

że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożone na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu-wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdza, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.5. W celu wykazania braku podstaw do Wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust 2 pkt. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda:

1. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych , a w przypadku, gdy Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - informację / oświadczenie, że nie należy do grupy kapitałowej – zgodnie z Załącznikiem **Nr 7 do SIWZ.**

Uwaga:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- 6.6. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

6.7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1. Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.4. ppkt. 2,3,4,6 SIWZ– składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 - b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 - c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
2. Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.4. ppkt. 5 SIWZ składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt. 4-8, 10 i 11 ustawy
3. Dokumenty, o których mowa w pkt. 6.7 pkt. 1 lit. a i c SIWZ oraz pkt. 6.7 ppkt. 2 SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 6.7 ppkt. 1 lit. b SIWZ powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.
4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.7. ppkt 1 i 2 SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt.6.7 ppkt. 3 SIWZ stosuje się odpowiednio.
5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

6.8. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda:

1. Dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z Ustawą z 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z dnia 17 czerwca 2010r.) dla oferowanego sprzętu.
2. Opisu zaoferowanego przedmiotu zamówienia – polskojęzyczne katalogi, foldery ulotki itp. z których jednoznacznie wynika, że zaoferowany sprzęt spełnia wymagane przez Zamawiającego parametry graniczne określone w załączniku Nr 1 i/lub Nr 2 i/lub Nr 3 – stosownie do zakresu złożonej oferty.

6.9. Ponadto oferta musi zawierać następujące dokumenty:

1. Formularz ofertowy – **załącznik Nr 4 do SIWZ**
2. Wypełniona szczegółowa specyfikacja dostawy, której wzór stanowi:
 - załącznik Nr 1A w zakresie pakietu Nr 1

- załącznik Nr 2A w zakresie pakietu Nr 2
 - załącznik Nr 3A w zakresie pakietu Nr 3
3. Wypełniona specyfikacja techniczna (parametry graniczne wymagane):
 - załącznik nr 1 do SIWZ w zakresie pakietu Nr 1
 - załącznik nr 2 do SIWZ w zakresie pakietu Nr 2
 - załącznik nr 3 do SIWZ w zakresie pakietu Nr 3
 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych) w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wpisane do dokumentów rejestracyjnych w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
 5. Oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się z warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w tym z kryteriami oceny ofert oraz załącznikami do SIWZ oraz że przyjmuje je bez zastrzeżeń.
 6. Oświadczenie Wykonawcy, że w przypadku wybrania jego oferty zobowiązuje się do podpisania umowy sprzedaży, której wzór stanowi **załącznik Nr 9 do SIWZ**.
 7. Wskazanie przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy / nie powierzy podwykonawcom.
 8. Oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy – rok produkcji: druga połowa 2013 r. lub 2014 r., zgodny z wymaganymi przez Zamawiającego parametrami, kompletny pod względem sprzętowym i po zainstalowaniu gotów będzie do podjęcia działalności medycznej, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji
 9. Dowód wniesienia wadium
 10. Wykaz wszystkich dokumentów – spis zawartości złożonej oferty.

6.10. Oferta wspólna

1. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania także oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia i musi być podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument pełnomocnika należy przedstawić w formie oryginału. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik”.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polskim, poświadczonym przez Wykonawcę.

Zgodnie z art. 8 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach określonych w ustawie.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.

7. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
3. W przedmiotowym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują **pisemnie**.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia **26.05.2014 r.**, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego po upływie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrywania.
5. Jeżeli Zamawiający przedłuży termin składania ofert, pozostaje on bez wpływu na bieg terminu składania wniosków, zapytań do SIWZ.
6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza się na tej stronie
7. Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia

8. Wymagania dotyczące wadium:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: **10 070,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy siedemdziesiąt złotych 00/100)**.
2. Oferta obejmująca część przedmiotu zamówienia powinna być zabezpieczona wadium w odpowiedniej wysokości tj:

Nr Pakietu	Kwota wadium w PLN
Pakiet Nr 1	360,00 zł
Pakiet Nr 2	610,00 zł
Pakiet Nr 3	9 100,00 zł

3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
 - a/ pieniądzu - wpłacone na konto Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Elblągu – PKO BP S.A. Oddział w Elblągu Nr 33 1020 1752 0000 0102 0006 3727
 - b/ poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 - c/ gwarancjach bankowych,
 - d/ gwarancjach ubezpieczeniowych,

e/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z póź.zm.).

5. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu/wpłaty. Na poleceniu przelewu/wpłaty należy wpisać: „**Wadium – przetarg na dostawę mikroskopów w 3 pakietach – postępowanie Nr 27/2014**”

W pozostałych przypadkach (ppkt. 4 b, c, d) wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego.

Dokumenty, o których mowa w pkt. 4 muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.

6. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.
7. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
8. Zwrot wadium
 - 8.1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a. Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U z dnia 09 sierpnia 2013 r. poz. 907 z póź. zm.)
 - 8.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano
 - 8.3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
 - 8.4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ppkt 8.1. jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
 - 9.1. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 uPzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 uPzp lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
 - 9.2. Wykonawca, którego oferta została wybrana:
 - a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
 - b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 - c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

9. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Do kontaktów z Wykonawcami upoważniony jest Pan Piotr Rynkowski –Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych W.Sz.Z., tel. 55 234 55 47, w godz., w których udziela się informacji dot. przetargu od 7.³⁰ - 15⁰⁰

10. Termin związania ofertą:

Wykonawca związany jest złożoną przez siebie ofertą przez okres 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z terminem składania ofert.

11. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Propozycje rozwiązań alternatywnych nie będą brane pod uwagę.
2. Ofertę należy złożyć na druku „Formularz ofertowy” (w załączeniu załącznik Nr 4 do SIWZ) wraz z wypełnioną i podpisaną przez Wykonawcę specyfikacją techniczną (parametry graniczne wymagane) stanowiącą załącznik Nr 1 i/lub 2 i/lub 3 do SIWZ oraz szczegółową specyfikacją dostawy – załącznik Nr 1A i/lub 2A i/lub 3A do SIWZ – *stosownie do zakresu złożonej oferty.*
3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną własną ofertę.
4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inna trwałą, czytelna techniką. Każda strona powinna być opatrzona kolejnym numerem i podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę (upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz) .
5. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami na kolejno ponumerowanych stronach należy umieścić w dwóch zapieczętowanych kopertach (opakowaniach): zewnętrznej i wewnętrznej; opatrzonych danymi Wykonawcy.
6. Ponadto zewnętrzna koperta musi być opatrzona następującym napisem:
„OFERTA dla W.Sz.Z w Elblągu na dostawę mikroskopów w 3 pakietach dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Elblągu – postępowanie 27/2014” – nie otwierać przed dniem 09.06.2014 r. godz. 10³⁰.
7. Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty, nie może zmieniać treści wypełnianych Załączników – formularzy, jakie zostały przedstawione w SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w formie wydruku komputerowego zgodnie z wzorami formularzy ze SIWZ.
8. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu do składania ofert. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
9. Wykonawcy nie spełniających warunków określonych w art.22 i 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych zostaną wykluczeni z postępowania.
10. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert .

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę w opieczętowanej kopercie zaopatrzonej napisami stosownie do wskazań z punktu 11.5 i 11.6 niniejszej specyfikacji należy złożyć do dnia **09.06.2014 r. do godz. 10.00** w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego, 82-300 Elbląg ul. Królewiecka 146 (pok. 44 na parterze).

Zmiany lub wycofanie ofert.

W każdym momencie przed upływem terminu składania ofert, każdy Wykonawca może złożyć ofertę zamienną lub wycofać się z postępowania. Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty powinno być złożone na piśmie według takich samych zasad, jak składanie oferty tj. w odpowiednio oznakowanej kopercie lub innym opakowaniu odpowiednio oznakowanym. W takich przypadkach koperty lub opakowania powinny być opatrzone napisami „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”

Żadna oferta nie może być zmieniona lub wycofana po upływie terminu składania ofert.

2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w dniu **09.06.2014 r. godz. 10.30** w siedzibie Zamawiającego – Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych, pok. 068 (niski parter) Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Elblągu przy ul. Królewieckiej 146. Otwarcie ofert jest jawne.

13. Opis sposobu obliczania ceny

1. Cena (brutto) oferty winna być przedstawiona w PLN i podana do dwóch miejsc po przecinku oraz powinna obejmować wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę dla kompleksowej realizacji przedmiotowego zamówienia.
2. Wykonawca zaokrągli wartość netto w każdym wierszu oraz razem wartość brutto w sposób matematyczny tj. do pełnych groszy w dół (do 55 groszy) oraz do pełnych groszy w górę (55 groszy i więcej).
3. Wykonawca obliczy cenę oferty na podstawie wypełnionej szczegółowej specyfikacji dostawy, której wzór stanowi **załącznik Nr 1A i/lub 2A i/lub 3A do SIWZ – stosownie do zakresu złożonej oferty**. Instrukcja obliczenia ceny znajduje się w tabeli (**załącznik Nr 1A i/lub 2A i/lub 3A do SIWZ**) w wersji 2 zaczynającym się od litery A. Następnie uzyskane wyniki wpisuje cyfrowo i słownie do Formularza ofertowego stanowiącego **załącznik Nr 4 do SIWZ**.
4. Zamawiający poprawia w ofercie:
 - a) oczywiste pomyłki pisarskie
 - b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek
 - c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia nie powodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona
5. Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcami w złotych polskich. Jeżeli zaistnieje sytuacja pokreślona w art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych do tak złożonej oferty doliczy do niej podatek VAT.

14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny oferty w danym pakiecie:

1. Przyjęte kryteria oceny i ich ranga dla pakietów od Nr 1 do Nr 3:

cena	- 100%
Łącznie :	- 100%

2. Cena - Px

- a) przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów tj. 100 otrzyma oferta w danym pakiecie z najniższą ceną spośród złożonych ofert w danym pakiecie na wykonanie zadania objętego przetargiem

b) ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór

$$P_x = \frac{C_n \times 100}{C_b}$$

Gdzie:

P_x- Ilość punktów przyznana ofercie „x” za kryterium ceny w danym pakiecie

C_n - Cena brutto najniższa spośród złożonych ofert w danym pakiecie

C_b - Cena brutto badanej oferty w danym pakiecie

Cena (brutto) oferty winna być przedstawiona w PLN do dwóch cyfr po przecinku i obejmować wszelkie koszty związane z kompleksową realizacją przedmiotowego zamówienia.

Stosowania punktacja od 0-100 pkt.

Ilość punktów w kryterium ceny dla oferty „x” w danym pakiecie zostanie przyznana przez każdego członka Komisji Przetargowej indywidualnie, a następnie dodana i pomnożona razy 100 %.

Każda oferta / pakiet podlega indywidualnej ocenie przez wszystkich członków Komisji przetargowej według podanego wyżej kryterium.

Zamawiający udzieli zamówienia publicznego Wykonawcy, którego oferta / pakiet będzie :

- zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ,
- odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ,
- spełniała warunki udziału w postępowaniu,
- z najniższą ceną w danym pakiecie

15. Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty.

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
 - 1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
 - 1.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
 - 1.3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;
 - 1.4 terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Ustawy Pzp. po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt. 15 ppkt 1.1., na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 Ustawy Pzp, w terminie:
 - 3.1. nie krótszym niż 15 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed

upływem terminów, o których mowa w ppkt. 3, jeżeli:

- 4.1. w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1. Ustawy Pzp.
6. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Zamawiający przed zawarciem umowy zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów np. umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej.
7. Zamawiający prześle wybranemu Wykonawcy umowę do podpisu listem poleconym.

16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Środki ochrony prawnej określone szczegółowo w Dziale VI Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (tekst jednolity Dz.U z 2013 r. z dnia 09 sierpnia poz. 907 z póź. zm) przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5. Ustawy Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.
7. Termin wniesienia odwołania:
 - 7.1. Odwołanie wnosi się: w terminie 15 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
 8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się:

- 8.1. w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt. 7 oraz ppkt.8 wnosi się:
- 9.1. w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
10. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.
11. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
12. Szczegółowy sposób wnoszenia środków ochrony prawnej określa Dział VI „Środki ochrony prawnej” Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz.U z 2013 r. z dnia 09 sierpnia poz. 907 z póź. zm.)

13. Skarga do sądu

- 13.1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
- 13.2. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
- 13.3. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
- 13.4. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Wzór umowy stanowi odpowiednio: umowa sprzedaży 27/2014 - załącznik Nr 9 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

18. Specyfikacja zostanie przekazana w formie pisemnej na wniosek Wykonawcy w terminie 5 dni, za cenę 31,00 zł brutto

19. Załączniki stanowiące integralną część SIWZ:

1. Załącznik Nr 1–Specyfikacja techniczna (parametry graniczne wymagane) dla pakietu Nr 1
2. Załączniki Nr 1A – Szczegółowa Specyfikacja dostawy dla pakietu Nr 1
3. Załącznik Nr 2–Specyfikacja techniczna (parametry graniczne wymagane) dla pakietu Nr 2
4. Załączniki Nr 2A – Szczegółowa Specyfikacja dostawy dla pakietu Nr 2
5. Załącznik Nr 3–Specyfikacja techniczna (parametry graniczne wymagane) dla pakietu Nr 3
6. Załączniki Nr 3A – Szczegółowa Specyfikacja dostawy dla pakietu Nr 3
7. Załączniki Nr 4 – formularz ofertowy

8. Załącznik Nr 5 – Oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych
9. Załącznik Nr 6 – Oświadczenie zgodne z art. 24 ust.1 i 2 Ustawy prawo zamówień publicznych
10. Załącznik Nr 7 - Informacja o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
11. Załącznik Nr 8 – Wykaz dostaw
12. Załącznik Nr 9 - Wzór umowy sprzedaży

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z treścią SIWZ i nie wnoszę do niej zastrzeżeń

Podpisy Członków Komisji :

1. Wojciech Pulka – Przewodniczący Komisji
2. Mirosław Denisiuk - Członek Komisji
3. Halina Serafin - Członek Komisji
4. Tadeusz Gutowski - Członek Komisji
5. Piotr Rynkowski - Sekretarz Komisji

Zatwierdził

.....
data i podpis Zamawiającego

Załącznik Nr 4 do SIWZ

.....
.....

Wykonawca

miejsowość i data

FORMULARZ OFERTOWY

OFERTA dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Elblągu, ul. Królewiecka 146

I. Dane wykonawcy:

1. Pełna nazwa:

.....

2. Adres, województwo:

.....

3. Telefon/ faks:

.....

4. Osoba upoważniona do kontaktów:

.....nr. tel.

5. Nazwa banku i nr konta bankowego:

.....

5. REGONNIPKRS.....(jeżeli dotyczy)

II. Przedmiot oferty

1. oferta dotyczy przetargu nieograniczonego opublikowanego w dniu 17.05.2014 r. przez Wojewódzki Szpital Zespołowy w Elblągu na dostawę i oddanie do bieżącej eksploatacji mikroskopów w trzech pakietach dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Elblągu.

Pakiet Nr 1 za cenę (według zał. Nr 1A do SIWZ):

a) netto zł

słownie:.....

- wysokość podatku VAT: %

- kwota podatku VAT: zł

b) brutto zł

słownie:.....

Pakiet Nr 2 za cenę (według zał. Nr 2A do SIWZ):

a) netto zł

słownie:.....

- wysokość podatku VAT: %

- kwota podatku VAT: zł

b) brutto zł

słownie:.....

Pakiet Nr 3 za cenę (według zał. Nr 3A do SIWZ):

a) netto zł

słownie:.....

- wysokość podatku VAT: %

- kwota podatku VAT: zł

b) brutto zł

słownie:.....

2. Warunki płatności: odsetki nie wyższe niż ustawowe w skali roku, płatność przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze:
 - a) w zakresie pakietu Nr 1 i/lub Nr 2 w terminiedni (min. 30 dni) licząc od dnia przekazania przedmiotu zamówienia oraz podpisania przez obie strony protokołu zdawczo odbiorczego*.
 - b) w zakresie pakietu nr 3 w czterech równych ratach: pierwsza rata płatna w terminie 30 dni, druga rata płatna w terminie 60 dni, trzecia płatna w terminie 90 dni, czwarta płatna w terminie 120 licząc od dnia przekazania przedmiotu zamówienia oraz podpisania przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego*.
3. Dostawa, montaż łącznie z przekazaniem do bieżącej eksploatacji przedmiotu zamówienia nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy, jego lub wynajętym przez niego środkiem transportu w terminie tygodni (max. 6 tygodni), licząc od dnia podpisania umowy.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przetargu zawartymi w SIWZ, w tym z kryteriami oceny ofert , załącznikami do SIWZ oraz że przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
5. Oświadczamy, że w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy sprzedaży, której wzór stanowi Załącznik Nr 9 do SIWZ oraz zgodnie z treścią oferty.
6. Oświadczamy, że zaoferowany przez nas przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy – rok produkcji: druga połowa 2013 / 2014*, zgodny z wymaganymi przez Zamawiającego parametrami, kompletny pod względem sprzętowym i po zainstalowaniu będzie gotów do podjęcia działalności medycznej, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
7. Wadium w wysokościzł dla pakietów nr zostało wniesione w formie
8. Część zamówienia, której wykonanie powierzymy / nie powierzymy podwykonawcom*.
9. Oferta została złożona łącznie na kolejnych stronach (uwaga w numeracji proszę uwzględnić wszystkie załączone dokumenty)

UWAGA! * - niepotrzebne skreślić

.....
data , podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik Nr 1 do SIWZ

(Pakiet Nr 1)

**MIKROSKOP Z TOREM WIZYJNYM Z SYSTEMEM
DOKUMENTACJI OBRAZOWEJ DLA BAKTERIOLOGII - 1 szt.**

Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa Wykonawcy :

Nazwa handlowa sprzętu:.....

Producent :

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji druga połowa 2013 lub 2014:

A. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

Lp	Cecha lub parametr wymagany	Potwierdzenie	Opis potwierdzonego parametru
1. STATYW			
1	Mikroskop optyczny prosty w systemie optyki korygowanej do nieskończoności do obserwacji preparatów z: płynów ustrojowych, wydzielin ustrojowych, hodowli bakteryjnych, innych materiałów wykorzystywanych w medycznym laboratorium bakteriologicznym	TAK	
2	Ergonomiczny statyw z nisko położonymi pokrętłami: regulacji siły światła, przesuwu preparatów	TAK	
3	Wysokość mikroskopu bez tubusu (wysokość mocowania tubusu) minimum 35 cm	TAK	
4	Długość optyczna obiektywów 45mm	TAK	
5	Wymienny uchwyt rewolwerowy na co najmniej 5 obiektywów	TAK	
6	Precyzyjny układ nastawiania ostrości ze współosiowymi pokrętłami mikro oraz makro-metrycznymi z obu stron statywu	TAK	
7	Regulacja siły nacisku dla śruby makrometrycznej	TAK	
8	Zintegrowany zasilacz stabilizowany	TAK	
2. TUBUS			
9	Tubus trinokularny lub binokularny o regulowanym kącie nachylenia okularów w zakresie minimum 5-30°	TAK	
10	Wyjście na kamerę z dwupozycyjnym podziałem światła 100:0 / 20:80 lub trójpozycyjnym 100:0 / 50:50 / 0:100 (okulary : kamera)	TAK	
11	Mocowanie kamery typu C-mount	TAK	
12	Pole widzenia minimum 22mm (FN 22)	TAK	
13	Dwa okulary o powiększeniu 10x i polu widzenia minimum 22mm	TAK	
14	Korekcja dioptryjna w obydwu okularach	TAK	
15	Oślonki gumowe do okularów	TAK	
16	Regulacja odstępu między okularami	TAK	
3. STOLIK MECHANICZNY			
17	Mechaniczny stolik krzyżowy z precyzyjnym układem przesuwu w osiach x,y	TAK	
18	Zakres przesuwu stolika co najmniej 75x25mm	TAK	
19	Stolik z odpornym na ścieranie, ceramicznym pokryciem ochronnym	TAK	
20	Prowadnica przesuwu stolika w osiach x, y położona z prawej strony	TAK	

21	Uchwyt preparatów	TAK	
4. KONDENSOR			
22	Kondensator do pracy w jasnym polu, zgodny z obiektywami 10-100x, o aperturze regulowanej płynnie, z korekcją co najmniej achromatyczną	TAK	
23	Możliwość łatwego centrowania i zmiany wysokości położenia	TAK	
24	Wbudowana, regulowana przysłona aperturowa	TAK	
25	Pełna kompatybilność z pozostałymi elementami optycznymi mikroskopu, zapewniająca pełne pole widzenia	TAK	
5. OŚWIETLENIE DO ŚWIATŁA PRZECHODZĄCEGO			
26	Oświetlenie LED	TAK	
27	Płynna regulacja natężenia świecenia	TAK	
28	Temperatura barwowa światła zbliżona do światła dziennego	TAK	
29	Oświetlenie według systemu Koehlera	TAK	
6. OBIEKTYWY			
30	Obiektywy planachromatyczne tego samego producenta co statyw, długość optyczna 45mm, korygowane na nieskończoność, do pracy w jasnym polu, pole widzenia minimum FN 22:	TAK	
31	- powiększenie 10x; apertura numeryczna min. 0,25 - 1 szt.	TAK	
32	- powiększenie 20x; apertura numeryczna min. 0,40 - 1 szt.	TAK	
33	- powiększenie 40x; apertura numeryczna min. 0,65 - 1 szt.	TAK	
34	- powiększenie 100x; immersyjny; apertura numeryczna min. 1,25; bez korekcji na szkiełko nakrywkowe - 1 szt.	TAK	
7. KAMERA CYFROWA			
35	Kolorowa kamera cyfrowa tego samego producenta co mikroskop	TAK	
36	Sensor typu CMOS lub CCD o rozmiarze co najmniej 1/2"	TAK	
37	Rozdzielczość co najmniej 2048x1532 pikseli	TAK	
38	Odświeżanie co najmniej 10fps przy maksymalnej rozdzielczości	TAK	
39	Czas ekspozycji regulowany w zakresie minimum 100µs-1,74s	TAK	
40	Interfejs USB 2.0 lub szybszy	TAK	
41	Bining co najmniej 1x1, 2x2, 4x4	TAK	
42	Mocowanie C-Mount	TAK	
43	Przewód USB lub inny umożliwiający przesyłanie obrazów do jednostki sterującej	TAK	
8. OPROGRAMOWANIE			
44	Oprogramowanie tego samego producenta co kamera i mikroskop w celu zachowania gwarancji kompatybilności	TAK	
45	Program do akwizycji i archiwizacji obrazu umożliwiający podgląd obrazów na żywo na ekranie monitora, wykonywanie zdjęć, importowanie i eksportowanie obrazów w kilku dostępnych formatach (bmp, tif, jpg i inne), obróbkę obrazu (jasność, kontrast, gamma i inne), możliwość wprowadzania opisów do obrazów, pomiary interaktywne (tj. długość), możliwość składania wielu obrazów mikroskopowych w jeden obraz, możliwość rozbudowy oprogramowania, oprogramowanie kompatybilne z Windows XP, Windows 7	TAK	
9. JEDNOSTKA STERUJĄCA MIKROSKOPU			
46	Współpraca z oferowaną kamerą i kompatybilność z oferowanym oprogramowaniem	TAK	
47	Procesor 4-rdzeniowy co najmniej 3,2GHz	TAK	

48	Co najmniej 4 GB pamięci operacyjnej RAM DDR3 1600MHz	TAK	
49	Napęd optyczny DVD+/-RW	TAK	
50	Dysk twardy co najmniej 1 TB SATA	TAK	
51	Karta graficzna dedykowana PCIe16x, minimum 1GB	TAK	
52	Co najmniej 2x USB 3.0	TAK	
53	Monitor co najmniej 24"	TAK	
54	Rozdzielczość co najmniej 1920x1080 pikseli	TAK	
55	System operacyjny Windows 7 Professional 64 bit	TAK	
56	Klawiatura USB, mysz optyczna USB, kable sieciowe	TAK	
11. INNE			
57	Pokrowiec dedykowany (dotyczy mikroskopu)	TAK	
58	Kabel sieciowy (dotyczy mikroskopu)	TAK	
59	Zasilanie 230 V 50 Hz	TAK	
60	Zestaw czyszczący zabezpieczający na czas gwarancji (dotyczy mikroskopu)	TAK	
61	Certyfikat wyrobów medycznych „in-vitro” (IVD) (dotyczy mikroskopu)	TAK	
62	Adapter C-Mount 0,63x lub 0,7x	TAK	
63	Klucz / klucze montażowe (dotyczy mikroskopu)	TAK	
64	Pełna kompatybilność wszystkich elementów zestawu	TAK	
65	Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia oraz zdjęcie (fotografię) mikroskopu	TAK	

B. Gwarancja, serwis

Lp	Gwarancja, serwis	Wartość	Opis
1	Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji. Możliwość przedłużenia gwarancji	Okres nie krótszy niż 36 miesięcy.	
2	Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji realizowane na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) oraz wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych.	Tak	
3	Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia, usunięcie usterki w terminie max. do 5 dni roboczych.	Tak	
4	Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni.	Tak	
5	Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji .	Tak	
6	W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe.	Tak, po 3 naprawach	
7	Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 10 lat.	Tak	
8	Podstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej lub u producenta, trwającej więcej niż 7 dni roboczych	Tak	
9	Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję	Tak	

	techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu.		
--	---	--	--

C. Przeglądy eksploatacyjne

Lp	Wymagane czynności	Wartość	Opis
1	Przeglądy objęte ustawą o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy)	TAK/podać okres	
2	Przeglądy wynikające z przepisów towarzyszących Dozorowi Technicznemu	TAK/podać okres	
3	Przeglądy wynikające z przepisów wymaganych przez Sanepid, itp.	TAK/podać okres	
4	Materiały eksploatacyjne - dotyczy punktów 1-3 - dostarczane przez Wykonawcę w okresie 36 miesięcy wraz z wymianą i uzupełnianiem	TAK	
5	Wymienione wyżej przeglądy eksploatacyjne nie dotyczą przeglądów gwarancyjnych ujętych w tabeli "Gwarancja, serwis". Są to odrębne czynności i dostawy.	TAK	

D. Szkolenie

Lp	Szkolenia	Wartość	Opis
1	Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego (minimum 2 osoby) oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego - minimum 2 osoby)	Tak	
2	Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. Odrębne zaświadczenie dla personelu technicznego, uprawniające do wykonywania podstawowych czynności serwisowo - przeglądowych nie zastrzeżonych przez producenta.	Tak	
3	Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej	Tak	
4	Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń.	Tak	

Uwaga!!! Nie spełnienie choćby jednego warunku w parametrach wymaganych powoduje odrzucenie oferty.

.....
data, podpis upoważnionego
Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 1A do SIWZ

Szczegółowa specyfikacja dostawy dla pakietu Nr 1 (stanowi minimum wyposażenia dla oferowanego mikroskopu z torem wizyjnym z systemem dokumentacji obrazowej -1 szt.) - przykład

L.p	Nazwa zestawu/elementy składowe zestawu	Nr kat. (jeżeli dotyczy)	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Kwota podatku VAT	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F=(DxE)	G	H=(F+G)
1.	Mikroskop do z torem wizyjnym z systemem dokumentacji obrazowej		1 szt.				
2.							
3.							
4.	Elementy wyposażenia (wymienić jeżeli dotyczy)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
5							
6							
7							
8							
9							
Wartość netto razem							
Kwota podatku VAT razem							
Wartość brutto razem							

.....
 data , podpis upoważnionego
 przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do SIWZ

(Pakiet Nr 2)

MIKROSKOP DIAGNOSTYCZNY Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAPISU OBRAZÓW DLA OTOLARYNGOLOGII - 1 szt.

Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa Wykonawcy :

Nazwa handlowa sprzętu:.....

Producent :.....

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji druga połowa 2013 lub 2014:

A. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

Lp	Cecha lub parametr wymagany	Potwierdzenie	Opis potwierdzonego parametru
MIKROSKOP DIAGNOSTYCZNY Z SYSTEMEM ARCHIWIZACJI			
1	Stojak podłogowy. Elementy stojaka pokryte powłoką antybakteryjną zapewniającą ochronę. Wymaga się, aby wszystkie przewody były całkowicie zamknięte w ramionach mikroskopu.	TAK	
2	Konstrukcja na kółkach, na kolumnie z uchwytami do przemieszczania. Dopuszcza się kolumnę bez uchwytów, której kompaktowe wymiary eliminują konieczność ich stosowania.	TAK	
3	Kółka zaopatrzone w hamulce	TAK	
4	Odległość od soczewek obiektywu do podłogi: 950/1600 mm (min/max) Dopuszcza się 814-1614mm	TAK	
5	Długość ramienia co najmniej 800 mm	TAK	
6	Możliwość zamontowania toru wizyjnego z kamerą cyfrową o jakości obrazu co najmniej 500 linii	TAK	
7	Oprzyrządowanie elektryczne i złącza - zgodne ze standardami obowiązującymi w Polsce	TAK	
RAMIONA			
8	Ruch ramion zrealizowany na łożyskach kulkowych	TAK	
9	Zakres rotacji co najmniej 270 ⁰	TAK	
10	System kompensacji (równoważenia) ciężaru głowicy	TAK	
11	Materiał hamulca układu równoważenia utwardzony	TAK	
GŁOWICA			
12	1.1.1 Uchwyty ruchome	TAK	
13	System dostrajania ostrości manualny lub elektryczny	TAK	
14	Odchylenie głowicy co najmniej 60°	TAK	
15	1.1.2 Ruch rotacyjny 360° Dopuszcza się 310°	TAK	
16	Ruch skrętny 360° ; dopuszcza się 300° - wymóg minimalny	TAK	
MIKROSKOP			
17	Binokular uchylony minimum 180 ⁰	TAK	
18	Soczewki obiektywu do wyboru wymiennie w zakresie f=200mm do f=300 mm	TAK	
19	Okulary szerokokątne	TAK	
20	Zmiana powiększeń ręczna lub elektryczna	TAK	
21	Odległość między źrenicami regulowania w zakresie co najmniej 50-80mm. Dopuszcza się w zakresie 55-75 mm.	TAK	
22	Korekcja dioptrii w obu okularach	TAK	

23	Gumki okularów anatomiczne, elastyczne	TAK	
24	Możliwość filtrowania światła	TAK	
SYSTEM OŚWIETLENIA			
25	Oświetlenie współosiowe światłowodowe. Dopuszcza się system bezpośredniego oświetlenia LED bez światłowodów.	TAK	
26	Lokalizacja na dalszym końcu ramienia, zapobiegająca zaczepieniu kabla lub światłowodu. Dopuszcza się rozwiązanie, gdzie źródło światła znajduje się w głowicy mikroskopu.	TAK	
27	Źródło światła LED	TAK	
28	Intensywność światła minimum 50 000 lux	TAK	
29	Oświetlana powierzchnia w zakresie do 100 mm	TAK	
30	Chłodzenie aktywne wentylatorem. Dopuszcza się także rozwiązanie bez wentylatora, którego oferowany mikroskop np. nie wymaga.	TAK	
31	Płynna regulacja natężenia światła	TAK	
AKCESORIA			
32	Tor wizyjny - optyczny - kamera cyfrowa co najmniej 500 linii - dzielnik obrazu z niezależną regulacją ostrości - system jednoprzewodowy zasilania i transmisji obrazu Alternatywnie dopuszcza się kamerę zintegrowaną w głowicy mikroskopu bez dzielnika obrazu	TAK dla wszystkich	
33	System archiwizacji: - praca w standardach: USB oraz co najmniej 2 innych standardach wideo np. AV, S-Video - kompatybilne oprogramowanie do obsługi - urządzenie do nagrywania archiwów oraz podstawowej obróbki obrazów (katalogowanie, kopiowanie na nośniki pamięci: kartę SD, płytę CD, płytę DVD) połączone z systemem archiwizacji W przypadku zaoferowania systemu obróbki na urządzeniu nie wbudowanym w głowicę mikroskopu wymagania, co do systemu transmisji video nie mają zastosowania. Zamawiający dopuszcza system zapisu na przenośnym nośniku, który może być wykorzystany w dedykowanym urządzeniu do obróbki obrazu.	TAK dla wszystkich	

B. Gwarancja, serwis

Lp	Gwarancja, serwis	Wartość	Opis
1	Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji. Możliwość przedłużenia gwarancji	Okres nie krótszy niż 60 miesięcy.	
2	Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji realizowane na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) oraz wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych.	Tak	
3	Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia, usunięcie usterki w	Tak	

	terminie max. do 5 dni roboczych.		
4	Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni.	Tak	
5	Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji .	Tak	
6	W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe.	Tak, po 3 naprawach	
7	Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 10 lat.	Tak	
8	Podstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej lub u producenta, trwającej więcej niż 7 dni roboczych	Tak	
9	Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu.	Tak	

C. Przeglądy eksploatacyjne

Lp	Wymagane czynności	Wartość	Opis
1	Przeglądy objęte ustawą o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy)	TAK/podać okres	
2	Przeglądy wynikające z przepisów towarzyszących Dozorowi Technicznemu	TAK/podać okres	
3	Przeglądy wynikające z przepisów wymaganych przez Sanepid, itp.	TAK/podać okres	
4	Materiały eksploatacyjne - dot. p-któw 1-3 dostarczane przez Wykonawcę w okresie 36 miesięcy wraz z wymianą i uzupełnianiem	TAK	
5	Wymienione wyżej przeglądy eksploatacyjne nie dotyczą przeglądów gwarancyjnych ujętych w tabeli "Gwarancja, serwis". Są to odrębne czynności i dostawy.	TAK	

D. Szkolenie

Lp	Szkolenia	Wartość	Opis
1	Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego (minimum 2 osoby) oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego - minimum 2 osoby)	Tak	
2	Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. Odrębne zaświadczenie dla personelu technicznego, uprawniające do wykonywania podstawowych czynności serwisowo - przeglądowych nie zastrzeżonych przez producenta.	Tak	
3	Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej	Tak	
4	Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń.	Tak	

Uwaga!!!! Nie spełnienie choćby jednego warunku w parametrach wymaganych powoduje odrzucenie oferty.

.....
data , podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2A do SIWZ
Szczegółowa specyfikacja dostawy dla pakietu Nr 2 (stanowi minimum wyposażenia dla oferowanego mikroskopu diagnostycznego z możliwością zapisu obrazów -1 szt.) - przykład

L.p	Nazwa zestawu/elementy składowe zestawu	Nr kat. (jeżeli dotyczy)	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Kwota podatku VAT	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F=(DxE)	G	H=(F+G)
1.	mikroskop diagnostyczny z możliwością zapisu obrazów		1 szt.				
2.							
3.							
4.	Elementy wyposażenia (wymienić jeżeli dotyczy)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
5							
6							
7							
8							
9							
Wartość netto razem							
Kwota podatku VAT razem							
Wartość brutto razem							

.....
 data , podpis upoważnionego
 przedstawiciela Wykonawcy

**MIKROSKOP OPERACYJNY DO ZABIEGÓW
NEUROCHIRURGICZNYCH - 1 szt.**

Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa Wykonawcy :

Nazwa handlowa sprzętu:.....

Producent :.....

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji druga połowa 2013 lub 2014:.....

Lp	Parametr (wymagana funkcja)	Wymagana wartość TAK/NIE	TAK (potwierdzenie spełnienia wymogu przez Wykonawcę) / Opis
MIKROSKOP DO ZABIEGÓW NEUROCHIRURGICZNYCH			
A. Parametry graniczne wymagane			
1.	Mikroskop osadzony na podłogowym statywie jezdnym, wyposażony w blokadę wybranego ustawienia centralnym hamulcem.	TAK	
2.	Precyzyjny system zawieszenia mikroskopu umożliwiający ruch w zakresie 6 stopni swobody nie wymagający użycia siły.	TAK	
3.	Hamulce elektromagnetyczne dla wszystkich ruchów głowicy mikroskopu i statywu.	TAK	
4.	System wyważenia głowicy mikroskopu oparty na zabudowanych systemach przesuwnych przeciwwag. <u>Rozwiązania z zastosowaniem systemu sprężyn i teleskopu gazowego lub hydraulicznego nie zostaną zaakceptowane.</u>	TAK	
5.	Automatyczny system balansowania głowicy mikroskopu w zakresie 6 stopni swobody realizowany przy użyciu jednego przycisku.	TAK	
6.	Zamknięta budowa podstawy mikroskopu umożliwiająca skuteczne mycie i dezynfekcję.	TAK	
7.	Prowadzenie światłowodów oraz przewodów toru wizyjnego w ramionach statywu.	TAK	
8.	Zrobotyzowany system przesuwu głowicy XY sterowany z uchwytów na głowicy niezależnie od hamulców elektromagnetycznych.	TAK	
9.	Manetki boczne służące do manipulacji głowicą mikroskopu.	TAK	
10.	Sterowanie funkcjami zbliżania - oddalania, ustawienia ostrości przyciskami na obu manetkach.	TAK	
11.	Możliwość konfiguracji i zapamiętywania ustawień przycisków na manetkach bocznych, prędkości zmiany powiększenia, ostrości, natężenia światła, włączania i wyłączania nagrywania, wykonywania zdjęć i innych dla minimalnie 6 operatorów.	TAK	

12.	Całkowicie zintegrowany w głowicy mikroskopu laserowy system umożliwiający precyzyjne pozycjonowanie mikroskopu i automatyczną regulację ustawienia ostrości obrazu. System działający na zasadzie ogniskowania dwóch wiązek laserowych. <u>Dopuszcza się: system auto-fokus oparty na technologii, który wykorzystuje sygnał video z kamery podglądu dołączonej do głowicy mikroskopu.</u>	TAK	
13.	Możliwość włączenia i wyłączenia laserowych wiązek w zależności od preferencji operatora.	TAK	
14.	Oświetlenie prowadzone światłowodami.	TAK	
15.	Źródło światła główne - lampa ksenonowa o mocy nie mniejszej niż 300W. Źródło światła awaryjne - lampa ksenonowa o mocy nie mniejszej niż 300W.	TAK	
16.	Licznik zużycia źródła światła.	TAK	
17.	Prosty system zmiany źródła światła nie wymagający użycia narzędzi	TAK	
18.	Odległość robocza tj. ogniskowa realizowana jednym obiektywem, w zakresie 200mm -500mm. Zmiana regulowana płynnie, elektromotorycznie w całym zakresie.	TAK	
19.	Mikroskop wyposażony w automatyczny system regulacji ustawienia ostrości obrazu po zmianie położenia głowicy. Możliwość szybkiego włączenia bądź wyłączenia powyższej funkcji w zależności od preferencji operatora.	TAK	
20.	Rozdzielacz optyczny wbudowany w głowicę mikroskopu.	TAK	
21.	Zmotoryzowane płynne powiększenie w zakresie 1:6 (zoom). Możliwość płynnej manualnej regulacji. Możliwość programowania indywidualnego początkowego powiększenia.	TAK	
22.	Manualna regulacja funkcji powiększenia i ostrości w przypadku awarii zasilania przy pomocy pokręteł umieszczonych z boku głowicy.	TAK	
23.	Regulacja wielkości oświetlanego pola operacyjnego, manualnie i automatycznie.	TAK	
24.	Automatyczne zmniejszenie oświetlanego pola operacyjnego podczas zwiększania powiększenia obrazu.	TAK	
25.	Mikroskop wyposażony w monitor wysokiej rozdzielczości - minimalnie HD na ruchomym ramieniu podstawy mikroskopu (zmiana położenia monitora w trzech płaszczyznach) Minimalna przekątna monitora 21 cali. <u>Monitory na dodatkowych wózkach lub zamontowane na niezależnych od mikroskopu ramionach nie będą akceptowane.</u>	TAK	
26.	Cyfrowa kamera wysokiej rozdzielczości minimalnie HD do przekazywania obrazu z obiektywu mikroskopu. Kamera z matrycą CMOS.	TAK	
27.	Zintegrowany w mikroskopie system archiwizacji umożliwiający nagrywanie video, wykonywania zdjęć w rozdzielczości Full HD (1920x1080).	TAK	
28.	System pozwalający na wprowadzanie w oba okulary	TAK	

	operatora obrazów pochodzących z urządzeń peryferyjnych : obrazów z systemu neuronawigacji IGS (Medtronic, Brainlab), sygnału video np. z endoskopu.		
29.	System nastrzykiwania obrazu ma możliwość wprowadzenie w okulary operatora obrazów z monitora nawigacji, ma pozwalać na wprowadzenie zaawansowanych modeli 3D tj. obrysu zmiany patologicznej, DTI, MRI - BOLD.	TAK	
30.	Minimalna rozdzielczość nastrzykniętego obrazu 1024x768.	TAK	
31.	Możliwość oglądania obrazu po modyfikacji systemu nastrzykiwania na monitorze mikroskopu bądź nawigacji.	TAK	
32.	Mikroskop ma służyć jako narzędzie (wskaźnik, pointer) systemu neuronawigacji.	TAK	
33.	Możliwości przekazywania obrazu o rozdzielczości HD z kamery mikroskopu, bez straty jakości sygnału, do zewnętrznych monitorów wysokiej rozdzielczości.	TAK	
34.	System do fluoroskopii śródoperacyjnej z wykorzystaniem indocjaniny z kamerą na podczerwień. System wyposażony w nagrywanie obrazu z kamery IR. Możliwość odtwarzania zapisanego obrazu.	TAK	
35.	System filtrów do śródoperacyjnej detekcji glejaków z wykorzystywaniem kwasu 5-ALA. Obraz ma być widoczny dla operatora i asysty bocznej w okularach głowicy mikroskopu.	TAK	
36.	Zakres ruchu głowicy mikroskopu minimalnie: w osi pionowej 450 stopni, wychylenie prawo - lewo 45 stopni, wychylenie przód - tył (-30 do +120 stopni).	TAK	
37.	Mikroskop wyposażony w trzy binokulary: operatora, asysty do pracy twarzą w twarz oraz asysty bocznej. Możliwość zmiany strony mocowania tubusu asysty bocznej. Możliwość regulacji nachylenia binokularów oraz rozstawu źrenic we wszystkich binokularach.	TAK	
38.	Minimalny zakres zmiany nachylenia binokularów operatora i asysty „face to face” 115 stopni.	TAK	
39.	Wszystkie okulary wyposażone w możliwość korekcji refrakcji w zakresie minimalnie -5 + 5 dioptrii.	TAK	
40.	Powiększenie w okularach operatora, asysty „face to face”, asysty bocznej ma zapewnić komfortową pracę podczas operacji neurochirurgicznych.	TAK	
41.	Tubus asystenta bocznego z możliwością manewrowania we wszystkich kierunkach.	TAK	
42.	Kompaktowa budowa głowicy mikroskopu.	TAK	
43.	Oslony sterylne na mikroskop umożliwiające współpracę mikroskopu z systemem neuronawigacji – 200 sztuk. Okres zachowania sterylności minimalnie 24 miesiące od daty dostarczenia.	TAK	

Lp.	B. Gwarancja i serwis	Wartość wymagana	TAK (potwierdzenie spełnienia wymogu przez Wykonawcę) / Opis
1.	Pełna gwarancja na oferowane urządzenia liczona od dnia podpisania odbioru końcowego i przekazania do bieżącej eksploatacji.	Okres nie krótszy niż 48 miesięcy.	
2.	Przeglądy w okresie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy (min. 1 przegląd rocznie) wraz z kosztami dojazdu inżyniera serwisowego.	Tak	
3.	Reakcja serwisu w okresie gwarancji 72 godziny od zgłoszenia.	TAK	
4.	Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego urządzenia - zestawu przedłuża o ten okres czas gwarancji.	TAK	
5.	W przypadku, gdy naprawa danego bloku urządzenia (podzespołu) w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu podzespół urządzenia podlega wymianie na nowy.	TAK po 3 naprawach tego samego (podzespołu)	
6.	Wykonawca zobowiązuje się do wykonania naprawy w terminie max. do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia. Jeżeli po tym czasie urządzenie nadal pozostanie niesprawne Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne za każdy dzień opóźnienia na zasadach wymienionych w §7 ust. 2 wzoru umowy.	TAK	
7.	Wykonawca zapewnia części zamienne przez okres 10 lat.	TAK	
8.	Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanych urządzeń.	TAK	
Lp.	C. Przeglądy eksploatacyjne	Wartość wymagana	TAK (potwierdzenie spełnienia wymogu przez Wykonawcę)/Opis
1.	Przeglądy objęte ustawą o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy)	TAK/podać okres	
2.	Przeglądy wynikające z przepisów towarzyszących Dozorowi Technicznemu (jeśli dotyczy)	TAK/podać okres	
3.	Przeglądy wynikające z przepisów wymaganych przez Sanepid, itp.	TAK/podać okres	
4.	Materiały eksploatacyjne - dot. punktów 1-3 - dostarczane przez Wykonawcę w okresie 36 miesięcy wraz z wymianą i uzupełnianiem	TAK	
5.	Wymienione wyżej przeglądy eksploatacyjne nie dotyczą przeglądów gwarancyjnych ujętych w tabeli "Gwarancja, serwis". Są to odrębne czynności i dostawy.	TAK	
Lp.	D. Szkolenia	Wartość wymagana	TAK (potwierdzenie spełnienia wymogu przez

			Wykonawcę)/Opis
1.	Przeprowadzenie szkolenia na całkowity koszt Wykonawcy w zakresie obsługi urządzenia dla: a) personelu medycznego WSzZ (lekarzy specjalistów) dla 4 osób (szkolenie zakończone wydaniem certyfikatu kompetencji umożliwiający stosowanie fluorescencji 5-ALA) b) dwóch pracowników obsługi technicznej WSzZ w zakresie konserwacji mikroskopu związanej z bieżącą eksploatacją	TAK	
2.	Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. Odrębne zaświadczenie dla personelu technicznego, uprawniające do wykonywania podstawowych czynności serwisowo - przeglądowych nie zastrzeżonych przez producenta.	TAK	
3.	Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej	TAK	

Uwaga!!! Nie spełnienie choćby jednego warunku w parametrach wymaganych powoduje odrzucenie oferty.

.....
data, podpis upoważnionego
Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 3A do SIWZ

Szczegółowa specyfikacja dostawy dla pakietu Nr 3 (stanowi minimum wyposażenia dla oferowanego mikroskopu do zabiegów neurochirurgicznych -1 szt.) - przykład

L.p	Nazwa zestawu/elementy składowe zestawu	Nr kat. (jeżeli dotyczy)	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Kwota podatku VAT	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F=(DxE)	G	H=(F+G)
1.	mikroskop do zabiegów neurochirurgicznych		1 szt.				
2.							
3.							
4.	Elementy wyposażenia (wymienił jeżeli dotyczy)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
5							
6							
7							
8							
9							
Wartość netto razem							
Kwota podatku VAT razem							
Wartość brutto razem							

.....
 data , podpis upoważnionego
 przedstawiciela Wykonawcy

**Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust.1 pkt. 1-4 Ustawy
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U z dnia 09
sierpnia 2013 r. poz. 907 z póź. zm.)**

Oświadczam

.....

.....

(pełna nazwa Wykonawcy)

że spełniam warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.....
data , podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy

Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Oświadczam

.....

.....

(pełna nazwa i adres Wykonawcy)

że brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U z dnia 09 sierpnia 2013 r. poz. 907 z póź. zm.)

Art. 24 ust.1

z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
- 1a) wykonawców, z którymi dany Zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;
- 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
- 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
- 10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
- 11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

.....
data , podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy

Informacja o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 26 ust. 2 d ustawy Prawo zamówień publicznych

.....
.....
(pełna nazwa i adres Wykonawcy)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadanie pn.

„dostawa mikroskopów w 3 pakietach dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu wraz z przeprowadzeniem szkolenia w zakresie obsługi urządzeń ”

Zgodnie z art. 26 ust. 26d Ustawy Pzp informuję, że firma, którą reprezentuję :

.....
(nazwa firmy)

- nie należy do grupy kapitałowej* ,
- należy do grupy kapitałowej , w związku z tym przedkładamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 Ustawy Pzp*

***niepotrzebne skreślić**

.....
data , podpis Wykonawcy
lub upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy

Uwaga!

Informację o przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 26 ust. 2d Ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Załącznik nr 8 do SIWZ – Wykaz dostaw

**WYKAZ DOSTAW W CELU OCENY SPEŁNIENIA WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU POSIADANIA
WIEDZY I DOŚWIADCZENIA OPISANEGO W PUNKCIE 5.1.2. SIWZ**

Oświadczamy, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonaliśmy następujące dostawy:

<i>Lp.</i>	<i>Przedmiot dostawy</i>	<i>Wartość dostawy brutto [PLN]</i>	<i>Data wykonania dostawy</i>	<i>Odbiorca – Zamawiający (nazwa, adres)</i>	<i>Nazwa Wykonawcy</i>
1.					
2.					
3.					

UWAGA: Do niniejszego wykazu Wykonawca zobowiązany jest załączyć dowody wykonania dostaw zgodnie z wymogiem pkt. 6.1.2 SIWZ

.....
data, podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy

UMOWA SPRZEDAŻY Nr 27/2014

zawarta w dniu 2014 pomiędzy :

Wojewódzki Szpital Zespolony
ul.Królewiecka 146
82-300 Elbląg

regon nr 170745930

konto: Bank PKO BP S.A. O/Elbląg
nr 76 1020 1752 0000 0602 0003 5063

NIP: 578-25-17-492

KRS: 0000003202

reprezentowanym przez :

1. mgr Elżbietę Gelert - Dyrektor
2. mgr Grażyna Sokołowska – Główny Księgowy

zwanym dalej **ZAMAWIAJĄCYM lub WSzZ**

a wyłonioną w trybie przetargu nieograniczonego

.....
.....
.....

regon nr

NIP:.....

KRS:

konto nr

reprezentowaną przez:

1.

2.

zwaną dalej **WYKONAWCĄ**

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż, dostawa i oddanie do bieżącej eksploatacji fabrycznie nowego/nowych mikroskopu/mikroskopów w ilości szt., zgodnie z ofertą przetargową z dnia2014, produkcji firmy, którego wymagane parametry techniczne (graniczne), wyposażenie, gwarancja-serwis i szkolenia przedstawiono w Załączniku Nr 1 i/lub Nr 2 i/lub Nr 3 do SIWZ, który stanowi załącznik do niniejszej umowy.
2. Wykonawca przeprowadzi na swój koszt szkolenie w zakresie obsługi urządzenia/ń dla personelu medycznego WSzZ oraz pracowników obsługi technicznej WSzZ w zakresie i na warunkach określonych w załączniku Nr 1 i/lub Nr 2 i/lub Nr 3 do SIWZ w terminie max. do 5 dni roboczych liczonych od dnia przekazania urządzenia/ń do bieżącej eksploatacji
3. Wykonawca gwarantuje, że zaoferowany przedmiot umowy jest fabrycznie nowy – rok produkcji: druga połowa 2013 r./ 2014 r., kompletny pod względem sprzętowym i po zainstalowaniu gotów będzie do podjęcia działalności medycznej, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

§ 2

1. Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy własnym lub wynajętym przez niego środkiem transportu do siedziby Zamawiającego.
2. Dostawa, montaż łącznie z przekazaniem do eksploatacji przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie tygodni (max. 6 tygodni), liczonych od dnia podpisania umowy.
2. Wykonawca do dostawy przedmiotu umowy zobowiązany jest dołączyć plastikowy skoroszyt wpinany z wpiętymi następującymi dokumentami:
 - faktura VAT (na całość urządzenia – zgodnie z ofertą przetargową), która będzie zawierała następujące dane : asortyment, numer katalogowy, nazwa producenta, rok produkcji, numer umowy.
 - protokół odbioru z uzupełnionymi danymi oferowanego wyrobu oraz ewentualnym protokołem braków i rozbieżności wypełniony przez Wykonawcę,
 - instrukcję obsługi w języku polskim zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku Nr 1 i/lub Nr 2 i/lub Nr 3 do SIWZ.
3. Przy dostawie przedmiot zamówienia musi zawierać dane identyfikacyjne: np. numer katalogowy producenta, nazwę producenta, typ, model itp. i tym samym być zgodny z produktem i producentem zaoferowanym w ofercie przetargowej z dnia.....2014 r.
4. Osobą upoważnioną do odbioru sprzętu i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego jest Pan inż. Tadeusz Gutowski –Pracownik Sekcji Sprzętu Medycznego WSzZ.

§ 3

1. Wartość umowy brutto wynosi:-zł, przy czym cena za poszczególne zaoferowane urządzenia będzie zgodna ze szczegółową specyfikacją dostawy (załącznik Nr 1A i/lub Nr 2A i/lub Nr 3A do SIWZ), który stanowi integralną część niniejszej umowy
2. Słownie wartość umowy brutto:
.....
3. Cena zawiera podatek VAT w kwocie-zł .

§ 4

1. Strony dopuszczają zmiany treści umowy czasowe i trwałe w trakcie jej obowiązywania pod warunkiem:
 - a) że zmiany te są korzystne dla Zamawiającego
 - b) strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie obniżenia ceny urządzenia
 - c) ilekroć następuje zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym zmiana stawki podatku VAT (zmianie ulega tylko cena brutto, cena netto nie ulega zmianie)
 - d) w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku urządzenia będącego przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego zamienić dotychczasowy wyrób na nowy produkt o tych samych właściwościach i parametrach lub lepszych po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie, chyba, że Wykonawca wykaże, że brak jest wyrobu zamiennego.
2. W przypadku udokumentowanych zmian, o których mowa w ust. 1 zostaną one uzgodnione i po zaakceptowaniu przez Zamawiającego wprowadzone aneksem do umowy.
3. Aneks zostanie sporządzony przez Wykonawcę i przesłany z co najmniej 7 –dniowym wyprzedzeniem do Zamawiającego w celu zapoznania się z jego treścią.

§ 5

1. Zapłata za dostarczony przedmiot umowy nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze:
 - a) w zakresie pakietu Nr 1 oraz Nr 2 w terminie dni (min. 30dni) licząc od dnia przekazania przedmiotu zamówienia oraz podpisania przez obie strony protokołu zdawczo odbiorczego.
 - b) w zakresie pakietu nr 3 w czterech równych ratach: pierwsza rata płatna w terminie 30 dni, druga rata płatna w terminie 60 dni, trzecia płatna w terminie 90 dni, czwarta płatna w terminie 120 licząc od dnia przekazania przedmiotu zamówienia oraz podpisania przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego.
2. Za ewentualne nieterminowe płatności Wykonawca może żądać zapłaty odsetek nie wyższych niż ustawowe w skali roku.

§ 6

Warunki gwarancji-serwisu, wyposażenia i szkolenia, które zapewnia Wykonawca: według załącznika Nr 1 i/lub Nr 2 i/lub Nr 3 do SIWZ, stanowiącego załącznik do niniejszej umowy, zgodnie z warunkami przedstawionymi w ofercie przetargowej z dnia2014 r.

§ 7

Kary umowne:

1. Z tytułu nieterminowej dostawy Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,2 % wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia.
2. Z tytułu nieterminowej naprawy urządzenia (w okresie obowiązywania gwarancji), o której mowa w wierszu „B”- pkt. 6 załącznika Nr 3 do SIWZ Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 300 PLN za każdy dzień opóźnienia.
3. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 10% wartości brutto umowy.
4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

§ 8

1. Strony ustalają, że wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie podlegają cesji
2. Wykonawca oświadcza, że nie przyjmie poręczenia od jakiegokolwiek podmiotu dotyczącego wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy, ani nie przekaże wierzytelności z niniejszej umowy.
3. Każda faktura musi zawierać wzmiankę o zakazie cesji
4. Brak wzmianki powoduje odpowiedzialność odszkodowawczą względem Zamawiającego.

§ 9

W przypadku stwierdzenia wad lub braków ilościowych w dostarczonym sprzęcie, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, sporządzi protokół stwierdzający nieprawidłowości, braki, a Wykonawca zobowiązuje się wymienić sprzęt na pełnowartościowy lub uzupełnić braki.

§ 10

W przypadku nieterminowej realizacji zamówienia lub nienależytego wywiązywania się z postanowień niniejszej umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do podjęcia prawidłowej realizacji umowy w terminie oznaczonym, nie krótszym niż 3 dni robocze.

§ 11

Strony zgodnie ustalają, że negocjacom i kompromisowi dają wymóg pierwszeństwa przed drogą sądową.

§ 12

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 13

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy Prawo zamówień publicznych.
Spory rozpatrywane będą przez właściwy sąd dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY