

Oznaczenie postępowania 28/2014

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 30.05.2014 r. pod numerem 2014/S 103-180516 na dostawę w 3 pakietach:
Pakiet nr 1 – odczynniki do badań metodą chemiluminescencji z dzierżawą analizatora immunodiagnostycznego;
Pakiet nr 2 – odczynniki do immunodiagnostyki z dzierżawą analizatora podstawowego i backup;
Pakiet nr 3 – paski do moczu z dzierżawą aparatu w okresie 36 miesięcy dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Elblągu oraz przeprowadzenie szkolenia personelu Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz pracowników personelu obsługi technicznej (pracowników Sekcji Sprzętu Medycznego) w zakresie obsługi dzierżawionych analizatorów.

Wojewódzki Szpital Zespołony w Elblągu, ul. Królewiecka 146 informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w wymaganej formie i wymaganym terminie tj. do dnia 09.06.2014 r. od 5 Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

Pytanie 1

Dotyczy Pakietu nr 3: Prosimy o wyjaśnienie zapisu: „program do oceny pasm w języku polskim” w części „Szkolenia” tabeli „Warunki serwisu i szkoleń” dla Pakietu nr 3.

Pytanie 2

Dotyczy Pakietu nr 3: Czy Zamawiający wymaga wydajności analizatora minimum 40 czy minimum 400 oznaczeń na godzinę?

Pytanie 3

Dotyczy Pakietu nr 3: Czy Zamawiający dopuszcza zewnętrzną kontrolę międzynarodową niezależną od producenta oferowanych pasków i analizatora, np. LABQUALITY? Takie rozwiązanie pozwoli na bardziej obiektywną kontrolę jakości wyników.

Pytanie 4

Dotyczy Pakietu nr 3: Czy Zamawiający wymaga uwzględnienia i wyszczególnienia w ofercie papieru do drukarki wbudowanej w analizatorze pasków do moczu?

Pytanie 5

Dotyczy Pakietu nr 3: Czy Zamawiający dopuszcza analizator używany nie starszy, niż wyprodukowany w 2011 r.?

Pytanie 6

Czy oferent w Pakiecie nr 2 w załączniku nr 2B zobowiązany jest do wyszczególnienia wszystkich kontroli i kalibracji w przypadku, gdy kontrole i kalibratory zawarte są w opakowaniu wraz z

odczynnikami, ale do ich wykonania wymagane jest użycie testu podstawowego dla danego parametru?

Pytanie 7

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby na fakturze umieszczone były informacje o ilości, nazwie oraz cenie danego produktu. Z uwagi na to, iż faktury drukowane są poza miejscem przechowywania i pakowania odczynników (chłodnia) nie ma możliwości umieszczania na niej numerów seryjnych odczynników. Nie ma również możliwości umieszczania informacji o numerze umowy, ponieważ oferent często posiada więcej niż jedną aktywną umowę z danym szpitalem.

Pytanie 8

Dotyczy § 1 ust. 3 umowy – Załącznik nr 10 umowa sprzedaży: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy aparatów do 30 dni?

Uzasadnienie: Wykonawca prosi o wydłużenie terminu w związku z faktem, iż analizatory są sprowadzane bezpośrednio od producenta z zagranicy. Skomplikowane procedury celne oraz szereg pozostałych formalności uniemożliwiają należyte wykonanie warunków wynikających z umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Podany termin jest terminem nierealnym do dotrzymania, w związku z powyższym Wykonawca prosi jak w pytaniu.

Pytanie 9

Dotyczy § 1 ust. 3 umowy – Załącznik nr 10 umowa sprzedaży: Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, czy wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 15 dni roboczych?

Pytanie 10

Dotyczy § 2 ust. 2 umowy – Załącznik nr 10 umowa sprzedaży: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie numeru umowy numerem zamówienia?

Uzasadnienie: System fakturowania Wykonawcy nie pozwala na umieszczanie numeru umowy na fakturze, zwłaszcza jeśli Zamawiającego i Wykonawcę będzie łączyło kilka umów, każda o innej numeracji. Wykonawca umieści na fakturze numer zamówienia, co bez wątplenia pozwoli Zamawiającemu na przyporządkowanie konkretnej dostawy do zlecenia w ramach danej umowy.

Pytanie 11

Dotyczy § 2 ust. 2 umowy – Załącznik nr 10 umowa sprzedaży: Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby na fakturze umieszczone były informacje o ilości, nazwie oraz cenie danego produktu?

Uzasadnienie: Z uwagi na to, iż faktury drukowane są poza miejscem przechowywania i pakowania odczynników (chłodnia) nie ma możliwości umieszczania na niej numerów seryjnych odczynników.

Pytanie 12

Dotyczy § 2 ust. 4 umowy – Załącznik nr 10 umowa sprzedaży: Czy Zamawiający wyraża zgodę na czasowe ograniczenie możliwości zgłaszania reklamacji ilościowych do 5 dni roboczych?

Uzasadnienie: Reklamacja z tytułów braków ilościowych nie może być składana w dowolnym okresie. W jaki sposób Zamawiający wyobraża sobie możliwość zgłoszenia braków ilościowych po np. 5 miesiącach od daty dostarczenia towaru? Reklamacja taka winna być zgłaszana niezwłocznie. Proponujemy określenie terminu 5 dni roboczych – jest to termin realny i wystarczająco długi dla pracowników Zamawiającego na dokonanie oceny zgodności ilościowej.

Pytanie 13

Dotyczy § 6 ust. 1 umowy – Załącznik nr 10 umowa sprzedaży: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę sposobu obliczania kary umownej na:

„Z tytułu nieterminowych dostaw Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 1% wartości zamówionego a nie dostarczonego w terminie towaru, za każdy dzień opóźnienia”?

Uzasadnienie: Kara winna być liczona od części nienależytej realizacji zamówienia. Jeśli np. Wykonawca dostarczy 9 z 10 opakowań w terminie, a z uwagi na chwilowy brak asortymentu w magazynie 1 opakowanie dostarczy z jednodniowym opóźnieniem, to kara umowna liczona od

wartości całego zamówienia jest karą nieuzasadnioną. Prosimy, by kara ta była liczona od faktycznie dostarczonego towaru z opóźnieniem.

Pytanie 14

Dotyczy § 6 ust. 1 umowy – Załącznik nr 10 umowa sprzedaży: Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, czy wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary do 0,5%?

Pytanie 15

Dotyczy § 6 ust. 2 umowy – Załącznik nr 10 umowa sprzedaży: Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary do 5%?

Pytanie 16

Dotyczy § 8 ust. 3 i 4 umowy – Załącznik nr 10 umowa sprzedaży: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisów?

Uzasadnienie: Wykonawca prosi o wykreślenie zapisów w związku z niemożnością zamieszczenia wymaganej wzmianki na fakturze VAT. Powodem powyższego jest system fakturowania Wykonawcy, z którego aktualnie korzysta Wykonawca – uniemożliwiający zamieszczenie wymaganej wzmianki. Ponadto Wykonawca pragnie dodać, iż akceptuje warunek (zawarty w umowie) Zamawiającego odnośnie samego zakazu cesji. W związku z powyższym prosimy o przychylną odpowiedź.

Pytanie 17

Dotyczy § 2 ust. 1 umowy – Załącznik nr 11 umowa dzierżawy: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy aparatów do 30 dni?

Uzasadnienie: Wykonawca prosi o wydłużenie terminu w związku z faktem, iż analizatory są sprowadzane bezpośrednio od producenta z zagranicy. Skomplikowane procedury celne oraz szereg pozostałych formalności uniemożliwiają należyte wykonanie warunków wynikających z umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Podany termin jest terminem nierealnym do dotrzymania, w związku z powyższym Wykonawca prosi jak w pytaniu.

Pytanie 18

Dotyczy § 2 ust. 1 umowy – Załącznik nr 11 umowa dzierżawy: Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, czy wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 15 dni roboczych?

Pytanie 19

Dotyczy § 3 ust. 4 umowy – Załącznik nr 11 umowa dzierżawy: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu?

Uzasadnienie: To na dzierżawcy leży kwestia ewentualnego ubezpieczenia aparatu w lokalu przez niego użytkowanym. Wyzierżawiający nie jest w stanie ubezpieczyć aparatu np. od kradzieży, ponieważ nie znane są mu warunki przechowywania, jakie państwo posiadają zabezpieczenia przeciw kradzieżowe. Wysoce prawdopodobne jest, że Ubezpieczyciel może odmówić ubezpieczenia, jeżeli zabezpieczenia przed kradzieżą będą niewystarczające. To dzierżawca będzie korzystał z przedmiotu dzierżawy i to w jego domenę winno być zabezpieczenie (w tym ew. ubezpieczenie) przez zniszczeniem rzeczy dzierżawionej.

Pytanie 20

Dotyczy § 3 ust. 4 umowy – Załącznik nr 11 umowa dzierżawy: Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, czy uzna za spełnienie warunku przedstawienie aktualnej polisy OC?

Pytanie 21

Dotyczy § 4 ust. 8 umowy – Załącznik nr 11 umowa dzierżawy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie sformułowania: „za wyjątkiem materiałów wycenionych w formularzu asortymentowo-cenowym zał. Nr 2B”?

Pytanie 22

Dotyczy § 8 ust. 2 umowy – Załącznik nr 11 umowa dzierżawy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację: „Nośniki danych zawierające informacje o pacjentach i zleceniodawcach zostaną po zakończeniu dzierżawy zdemontowane z urządzeń i zniszczone przez Wykonawcę, Zamawiającemu zostanie przekazany protokół z ich zniszczenia”?

Pytanie 23

Dotyczy Załącznika nr 2D Pakiet nr 2, warunki serwisu i szkoleń pkt 1 podpunkt 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie sformułowania: „i innych elementów zużywalnych” i wyrazi zgodę na wycenę materiałów zużywalnych w tabeli asortymentowo-cenowej zał. nr 2B, która jest przeznaczona do wyceny dodatkowych materiałów?

Pytanie 24

Dotyczy Załącznika nr 2D Pakiet nr 2, warunki serwisu i szkoleń pkt 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na czas reakcji serwisu w czasie 24 godz. w dni robocze od momentu zgłoszenia?

Pytanie 25

Dotyczy Pakietu nr 3: Czy Zamawiający dopuści czytnik testów paskowych odczytujący paski testowe 11-parametrowe?

Pytanie 26

Dotyczy Pakietu nr 3: Czy Zamawiający dopuści mocz kontrolny w konfekcji 6x15 ml (stabilność 1 fiołki 90 dni) dedykowanych do aparatu i pasków, jednakże nie pochodzące od tego samego producenta co paski testowe i aparat?

Pytanie 27

Dotyczy Pakietu nr 3: Czy Zamawiający dopuści analizator wyposażony w pole referencyjne wbudowane w aparat do sprawdzania optyki zamiast pasków kontrolnych?

Pytanie 28

Dotyczy Pakietu nr 3: Czy Zamawiający dopuści kontrolę zewnątrz-laboratoryjną, wewnątrz-laboratoryjną oraz paski od różnych producentów?

Pytanie 29

Dotyczy Pakietu nr 3: Czy Zamawiający dopuści aparat pozwalający na wybranie przez użytkownika jednostek tradycyjnych, SI i arbitralnych dla wszystkich parametrów. Pozwalający dodatkowo na wyświetlenie/ wydrukowanie wyniku w dwóch jednostkach jednocześnie (np. SI-tradycyjnych).

Pytanie 30

Dotyczy Pakietu nr 3: Czy Zamawiający dopuści wbudowaną drukarkę termiczną?

Pytanie 31

Dotyczy Pakietu nr 3: Jaki schemat kontroli wewnątrz-laboratoryjnej przewiduje Zamawiający?

Pytanie 32

Dotyczy Pakietu nr 3: Czy Zamawiający wymaga podłączenia aparatu do Laboratoryjnej Sieci Informatycznej?

Pytanie 33

Dotyczy Pakietu nr 3: Jaką Laboratoryjną Sieć Informatyczną posiada Zamawiający?

Pytanie 34

Dotyczy Pakietu nr 3: Co Zamawiający rozumie przez program do oceny pasm w języku polskim?

Pytanie 35

Dotyczy Pakietu nr 3, Załącznik nr 3D – Parametry wymagane pkt 16: Czy Zamawiający dopuści kontrolę zewnętrzną międzynarodową innego producenta niż paski, aparat i kontrola wewnętrzna?

Pytanie 36

Dotyczy Pakietu nr 1, Załącznik nr 1D: Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania odczynnika do oznaczania PTH 2 gen. czy 3 gen.?

Pytanie 37

Dotyczy Pakietu nr 1, Załącznik nr 1D: Czy pod określeniem USR Zamawiający rozumie oznaczanie swoistych przeciwciał przeciwko Syphilis?

Pytanie 38

Dotyczy Pakietu nr 1, Załącznik nr 1F: Czy Zamawiający wymaga aby odczynniki free bHCG i PAPP-A posiadały zatwierdzenie Fetal Medicine Foundation (FMF) i zgodność z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego do ich zastosowania w ocenie ryzyka wad genetycznych w I trymestrze ciąży?

Pytanie 39

Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 2 arkusza asortymentowo-cenowego, Załącznik nr 3A: Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga zaoferowania dwóch poziomów kontroli (patologicznej i normalnej) oznaczanej 1 x dziennie jeden poziom naprzemiennie, czy zaoferowania jedynie jednego poziomu oznaczanego 1x dziennie?

Pytanie 40

Dotyczy Pakietu nr 3, pkt. 16 parametrów granicznych, Załącznik nr 3D: Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku oznaczenia wyniku patologicznego szeregiem flag / znaczników?

Pytanie 41

Dotyczy Pakietu nr 3, pkt. 16 parametrów granicznych, Załącznik nr 3D: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie materiału do kontroli wewnątrz i zewnątrzlaboratoryjnej, pochodzącego od innego producenta niż producent aparatu i pasków, posiadającego dla kontroli wewnętrznej zmieniane wartości dla oferowanego typu aparatu?

Pytanie 42

Dotyczy Pakietu nr 3, pkt. 3 parametrów Warunki serwisu i szkoleń - Szkolenia", Załącznik nr 3D: Prosimy o wyjaśnienie co jest przedmiotem wymogu w ww. punkcie "Instrukcja obsługi w języku polskim + instrukcja w wersji elektronicznej, program do pasm w języku polskim".

Pytanie 43

Dotyczy wzoru umowy, Załącznik nr 8 do SIWZ, Par. 4 ust. 3 pkt b) i ust. 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie dotychczasowego zapisu brzmieniem: „W przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w okresie obowiązywania umowy, w szczególności zmiany stawek podatku VAT, od dnia obowiązywania nowej stawki do cen netto objętych umową doliczany będzie podatek VAT według nowej stawki. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga aneksu.”

Pytanie 44

Dotyczy wzoru umowy, Załącznik nr 8 do SIWZ Par. 5 ust. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Uzasadnienie:

Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne określenie terminu płatności oraz powstania zobowiązania podatkowego.

Pytanie 45

Dotyczy wzoru umowy, Załącznik nr 8 Par. 6 ust. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienie” na „zwłoka”?

Uzasadnienie:

„Opóźnienie” oznacza uchybienie terminowi bez względu na przyczynę tego uchybienia, natomiast „zwłoka” zgodnie z art. 476 K.C., następuje w sytuacji gdy dłużnik nie spełnia świadczenia w skutek okoliczności za które ponosi odpowiedzialność. Kara umowna skategoryzowana jako zryczałtowane odszkodowanie, powinna być wymagalna wyłącznie jeżeli została spowodowana okolicznościami, za które dłużnik (Wykonawca) ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych. Z powyższych przesłanek wynika, iż dla zachowania istoty instytucji kary umownej - nie może ona zostać zastrzeżona na wypadek niedotrzymania terminu wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi.

Pytanie 46

Dotyczy wzoru umowy, Załącznik nr 8 Par. 6 ust. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie: „Skorzystanie przez Zamawiającego z ww. uprawnienia zwalnia Wykonawcę z wykonania zamówienia, co do którego był w opóźnieniu, a tym samym wyłącza możliwość naliczenia kar umownych z tego tytułu za okres przypadający od dnia dostarczenia towaru przez inny podmiot.”?

Pytanie 47

Dotyczy wzoru umowy, Załącznik nr 8 Par. 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie ustępu o brzmieniu „Całkowita wartość kar umownych nie może przekraczać 4,95% wartości brutto umowy.”?

Uzasadnienie:

Kara umowna ma na celu naprawienie szkody poniesionej przez Zamawiającego, ale nie może być nadmierna oraz prowadzić do konieczności nieuzasadnionego ponoszenia przez wykonawcę nieproporcjonalnych obciążeń.

Ponadto, w razie gdyby szkoda była wyższa, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych na podstawie par. 7 ust.2.

Pytanie 48

Dotyczy wzoru umowy, Załącznik nr 8 Par. 7 ust. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę „dzień” na „dzień zwłoki”?

Pytanie 49

Dotyczy wzoru umowy, Załącznik nr 8 Par. 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

Pytanie 50

Dotyczy wzoru umowy, Załącznik nr 8 Par. 12: Czy w związku z regulacją art. 144 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do wzoru umowy zapisu o dopuszczalności wprowadzania zmian, w brzmieniu przedstawionym poniżej:

„1. Zmiana Umowy może obejmować, w zakresie dozwolonym przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności:

- 1.1. zmianę ilości przedmiotu zamówienia;
- 1.2. zmianę jakości, parametrów lub innych cech charakterystycznych dla przedmiotu zamówienia, w tym zmianę numeru katalogowego produktu bądź nazwy własnej produktu;
- 1.3. zmianę elementów składowych przedmiotu zamówienia na zasadzie ich uzupełnienia lub wymiany;
- 1.4. zmianę sposobu konfekcjonowania;
- 1.5. zmianę terminu realizacji dostaw;
- 1.6. zmianę terminu realizacji Umowy;
- 1.7. zmianę okresu obowiązywania umowy, w tym w szczególności o czas konieczny dla przeprowadzenia kolejnego przetargu na analogiczny przedmiot zamówienia.

2. Warunkami dokonania zmian wskazanych w ust. 1 powyżej mogą być:
- 2.1. wprowadzony zostanie na rynek przez wykonawcę produkt zmodyfikowany bądź udoskonalony, bądź
 - 2.2. wystąpi przejściowy brak produktu przy jednoczesnej możliwości dostarczenia produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego Umową, bądź
 - 2.3. nastąpi zmiana organizacyjna po stronie Zamawiającego, w szczególności w zakresie organizacji pracy laboratorium, bądź
 - 2.4. nastąpi zmiana w zakresie liczby badań objętych zapotrzebowaniem Zamawiającego, bądź
 - 2.5. wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na wykonywaniu świadczeń diagnostycznych, bądź
 - 2.6. w wyniku zmiany Umowy możliwe będzie podniesienie poziomu/jakości badań wykonywanych przez Zamawiającego, bądź
 - 2.7. będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii, bądź
 - 2.8. będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa, bądź
 - 2.9. zmiana w inny sposób dostarczy pożytku Zamawiającemu.”?

Zamawiający odpowiada

Ad. 1

Zamawiający omyłkowo wpisał zapis: „program do oceny pasm w języku polskim”, w związku z tym zapis ten zostaje wykreślony w części „Szkolenia” pkt 3 tabeli „Warunki serwisu i szkoleń” dla Pakietu nr 3.

Ad. 2

Zamawiający wymaga wydajności analizatora minimum 400 oznaczeń na godzinę, natomiast omyłkowo wpisał 40 oznaczeń na godzinę.

Ad. 3

Zamawiający rezygnuje z kontroli zewnętrznej międzynarodowej w Pakiecie nr 3, w związku z tym wykreśla tą pozycję z Załącznika nr 3A do SIWZ.

Ad. 4

Zamawiający nie wymaga uwzględnienia i wyszczególnienia w ofercie papieru do drukarki.

Ad. 5

Zamawiający nie dopuszcza analizatora używanego i wymaga analizatora fabrycznie nowego.

Ad. 6

Tak, po jednym opakowaniu dla każdego parametru.

Ad. 7

Zamawiający wymaga, aby na fakturze umieszczone były informacje o ilości, nazwie, cenie i serii danego produktu oraz dodatkowo data ważności. Zamawiający wyraża zgodę, aby numer umowy zastąpić numerem zamówienia.

Ad. 8

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy aparatów do 30 dni.

Ad. 9

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 15 dni roboczych.

Ad. 10

Zamawiający wyraża zgodę, aby numer umowy zastąpić numerem zamówienia.

Ad. 11

Zamawiający wymaga, aby na fakturze umieszczone były informacje o ilości, nazwie, cenie i serii danego produktu oraz dodatkowo data ważności.

Ad. 12

Zamawiający wyraża zgodę na czasowe ograniczenie możliwości zgłaszania reklamacji ilościowych do 5 dni roboczych.

Ad. 13

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę sposobu obliczania kary umownej.

Ad. 14

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wysokości kary do 0,5%.

Ad. 15

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wysokości kary do 5%.

Ad. 16

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisów z § 8 ust. 3 i 4 umowy sprzedaży (Załącznik nr 10 do SIWZ).

Ad. 17

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy aparatów do 30 dni.

Ad. 18

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 15 dni roboczych.

Ad. 19

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu z § 3 ust. 4 umowy dzierżawy (Załącznik nr 11 do SIWZ).

Ad. 20

Zamawiający uzna za spełnienie warunku przedstawienie aktualnej polisy OC.

Ad. 21

Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie sformułowania: „za wyjątkiem materiałów wycenionych w formularzu asortymentowo-cenowym zał. Nr 2B”.

Ad. 22

Zamawiający wyraża zgodę na następującą modyfikację w § 8 ust. 2 umowy dzierżawy (Załącznik nr 11 do SIWZ): „Nośniki danych zawierające informacje o pacjentach i zleceniodawcach zostaną po zakończeniu dzierżawy zdemontowane z urządzeń i zniszczone przez Wykonawcę, Zamawiającemu zostanie przekazany protokół z ich zniszczenia”.

Ad. 23

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie sformułowania: „i innych elementów zużywalnych” i wyraża zgodę na wycenę materiałów zużywalnych w tabeli asortymentowo-cenowej zał. nr 2B, która jest przeznaczona do wyceny dodatkowych materiałów.

Ad. 24

Zamawiający wyraża zgodę na czas reakcji serwisu w czasie 24 godz. w dni robocze od momentu zgłoszenia.

Ad. 25

Tak, Zamawiający dopuszcza czytnik testów paskowych odczytujący paski testowe 11-parametrowe.

Ad. 26

Tak, Zamawiający dopuszcza moczkę kontrolną w opakowaniu 6x15 ml (stabilność 1 fiołki 90 dni) dedykowanych do aparatu i pasków, jednakże nie pochodzące od tego samego producenta co paski testowe i aparat.

Ad. 27

Tak, Zamawiający dopuszcza analizator wyposażony w pole referencyjne wbudowane w aparat do sprawdzania optyki zamiast pasków kontrolnych.

Ad. 28

Zamawiający dopuszcza kontrolę wewnątrz-laboratoryjną oraz paski od różnych producentów. Zamawiający rezygnuje z kontroli zewnętrznej międzynarodowej w Pakiecie nr 3, w związku z tym wykreśla tę pozycję z Załącznika nr 3A do SIWZ.

Ad. 29

Tak, Zamawiający dopuszcza aparat pozwalający na wybranie przez użytkownika jednostek tradycyjnych, SI i arbitralnych dla wszystkich parametrów. Pozwalający dodatkowo na wyświetlenie/ wydrukowanie wyniku w dwóch jednostkach jednocześnie (np. SI-tradycyjnych).

Ad. 30

Zamawiający dopuszcza wbudowaną drukarkę termiczną (nie dotyczy zestawu komputerowego).

Ad. 31

Zamawiający przewiduje schemat kontroli wewnątrz-laboratoryjnej – jeden poziom oznaczany 1x dziennie.

Ad. 32

Tak, Zamawiający wymaga podłączenia aparatu do Laboratoryjnej Sieci Informatycznej (Załącznik nr 3D do SIWZ pkt 4).

Ad. 33

Zamawiający posiada Laboratoryjną Sieć Informatyczną – InfoMedica (Załącznik nr 3D do SIWZ pkt 4).

Ad. 34

Zamawiający omyłkowo wpisał zapis: „program do oceny pasm w języku polskim”, w związku z tym zapis ten zostaje wykreślony w części „Szkolenia” pkt 3 tabeli „Warunki serwisu i szkoleń” dla Pakietu nr 3.

Ad. 35

Zamawiający rezygnuje z kontroli zewnętrznej międzynarodowej w Pakiecie nr 3, w związku z tym wykreśla tę pozycję z Załącznika nr 3A do SIWZ.

Ad. 36

Zamawiający oczekuje zaoferowania odczynnika do oznaczania PTH 3 gen.

Ad. 37

Tak, pod określeniem USR Zamawiający rozumie oznaczanie swoistych przeciwciał przeciwko Syphilis.

Ad. 38

Tak, Zamawiający wymaga, aby odczynniki free bHCG i PAPP-A posiadały zatwierdzenie Fetal Medicine Foundation (FMF) i zgodność z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego do ich zastosowania w ocenie ryzyka wad genetycznych w I trymestrze ciąży.

Ad. 39

Zamawiający wymaga zaoferowania jedynie jednego poziomu oznaczonego 1x dziennie.

Ad. 40

Tak, Zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku oznaczenia wyniku patologicznego szeregiem flag / znaczników.

Ad. 41

Zamawiający rezygnuje z kontroli zewnętrznej międzynarodowej w Pakiecie nr 3, w związku z tym wykreśla tą pozycję z Załącznika nr 3A do SIWZ.

Ad. 42

Zamawiający omyłkowo wpisał zapis: „program do oceny pasm w języku polskim”, w związku z tym zapis ten zostaje wykreślony w części „Szkolenia” pkt 3 tabeli „Warunki serwisu i szkoleń” dla Pakietu nr 3.

Ad. 43

Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad. 44

Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad. 45

Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad. 46

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu do § 6 ust. 4 wzoru umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ): „Skorzystanie przez Zamawiającego z ww. uprawnień zwalnia Wykonawcę z wykonania zamówienia, co do którego był w opóźnieniu, a tym samym wyłącza możliwość naliczenia kar umownych z tego tytułu za okres przypadający od dnia dostarczenia towaru przez inny podmiot”.

Ad. 47

Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad. 48

Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad. 49

Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad. 50

Zamawiający nie wyraża zgody.