

Oznaczenie postępowania 28/2014

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 30.05.2014 r. pod numerem 2014/S 103-180516 na dostawę w 3 pakietach:
Pakiet nr 1 – odczynniki do badań metodą chemiluminescencji z dzierżawą analizatora immunodiagnostycznego;
Pakiet nr 2 – odczynniki do immunodiagnostyki z dzierżawą analizatora podstawowego i backup;
Pakiet nr 3 – paski do moczu z dzierżawą aparatu w okresie 36 miesięcy dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Elblągu oraz przeprowadzenie szkolenia personelu Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz pracowników personelu obsługi technicznej (pracowników Sekcji Sprzętu Medycznego) w zakresie obsługi dzierżawionych analizatorów.

Zamawiający informuje, że w wyniku udzielonych odpowiedzi na zapytania, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. – zmienia treść SIWZ wraz z Załącznikami w dniu 11.06.2014 r.

Uwaga!!! zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert na dzień 04.07.2014 r. (informacja w załączonym ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia).

Zamawiający zmienia zapis SIWZ w następujących punktach i załącznikach:

- pkt 4 ppkt 5 SIWZ (str. 4 SIWZ) otrzymuje nowe brzmienie:

5. Wykonawca dostarczy i przekaze Zamawiającemu do dzierżawy analizatory będące przedmiotem niniejszego postępowania nie później niż w ciągu 2 tygodni (Pakiet nr 1 i 3) / 15 dni roboczych (Pakiet nr 2) licząc od dnia podpisania umowy co zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez przedstawicieli obu stron.

- pkt 11 ppkt 6 SIWZ (str. 14 SIWZ) otrzymuje nowe brzmienie:

6. Ponadto zewnętrzna koperta musi być opatrzona następującym napisem:
„OFERTA dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Elblągu na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatora w 3 pakietach dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej - 28/2014” – nie otwierać przed dniem 04.07.2014 r. godz. 10³⁰.

- pkt 12 ppkt 1 SIWZ (str. 14 SIWZ) otrzymuje nowe brzmienie:

1. Ofertę w opieczetowanej kopercie zaopatrzonej napisami stosownie do wskazań z punktu 11.5 i 11.6 niniejszej specyfikacji należy złożyć do dnia 04.07.2014 r. do godz. 10.00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego, 82-300 Elbląg ul. Królewiecka 146 (pok. 44 na parterze).

- pkt 12 ppkt 2 SIWZ (str. 14 SIWZ) otrzymuje nowe brzmienie:

2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w dniu 04.07.2014 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego – Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień

Publicznych, pokój 068 (niski parter) Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Elblągu przy ul. Królewieckiej 146. Otwarcie ofert jest jawne.

- **Załącznik nr 1A do SIWZ (Pakiet nr 1) Arkusz asortymentowo-cenowy nr 4, poz. nr 27 (str. 22) otrzymuje nową nazwę:**
27. PTH - test 3 generacji
- **Załącznik nr 1D do SIWZ (Pakiet nr 1) Arkusz asortymentowo-cenowy nr 1, poz. nr 27 (str. 27) otrzymuje nową nazwę:**
27. PTH - test 3 generacji
- **Załącznik nr 1F do SIWZ (Pakiet nr 1) Parametry analizatora podlegające ocenie (str. 31) pod tabela zostaje dodana informacja:**
* Odczynniki free BHCG i PAPP-A muszą posiadać zatwierdzenie Fetal Medicine Foundation (FMF) i zgodność z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego do ich zastosowania w ocenia ryzyka wad genetycznych w I trymestrze ciąży.
- **Załącznik nr 2B do SIWZ (Pakiet nr 2) Arkusz asortymentowo-cenowy nr 2 (str. 34) otrzymuje nową nazwę:**
Kalibratory, kontrole, dodatkowe materiały, elementy zużywalne i odczynniki niezbędne do wykonania ilości badań określonej w arkuszu asortymentowo-cenowym nr 1 w kolumnie E (Załącznik nr 2A do SIWZ).
- **Załącznik nr 2D do SIWZ (Pakiet nr 2) warunki serwisu i szkoleń pkt 1 ppkt 2, pkt 4 (str. 37) otrzymują nowe brzmienie:**
 - 1.2. wymaganych przez producenta przeglądów okresowych (minimum 1 raz w roku, lub częstsze, jeżeli takie są zalecenia producenta – należy podać ilość przeglądów wymaganych przez producenta) wraz z kosztami wymienianych części zamiennych, pakietów naprawczych.
 4. Reakcja serwisu w okresie dzierżawy 24 godziny w dni robocze od momentu zgłoszenia.
- **Załącznik nr 3A do SIWZ (Pakiet nr 3) Arkusz asortymentowo-cenowy nr 1 - Paski do moczu, pkt 1 i 2 (str. 39) otrzymuje nowe brzmienie:**
 1. PASKI DO MOCZU - paski 10 parametrowe (Zamawiający dopuszcza paski 11-parametrowe)
 2. Kontrola wewnętrzna – jeden poziom oznaczany 1x dziennie
- **Załącznik nr 3A do SIWZ (Pakiet nr 3) Arkusz asortymentowo-cenowy nr 1 - Paski do moczu, pkt 3 (str. 39) zostaje wykreślony.**
- **Załącznik nr 3D do SIWZ (Pakiet nr 3) Warunki graniczne aparatu (str. 42 i 43) pkt 3 i 16 otrzymuje nowe brzmienie:**
 3. Analizator z ekranem dotykowym o wydajności minimum 400 oznaczeń na godzinę.
 16. Aparat, kontrola wewnętrzna, paski (Zamawiający dopuszcza różnych producentów).
- **Załącznik nr 3D do SIWZ (Pakiet nr 3) Warunki serwisu i szkoleń – Szkolenia (str. 44) pkt 3 otrzymuje nowe brzmienie:**
 3. Instrukcja obsługi w języku polskim + instrukcja w wersji elektronicznej.
- **Załącznik nr 4 do SIWZ (Formularz ofertowy) (str. 48 SIWZ) opis dla analizatora z Pakietu nr 2 otrzymuje nowe brzmienie:**

Dostawa, montaż oraz przekazanie do bieżącej eksploatacji analizatorów będących przedmiotem dzierżawy wraz z podpisaniem protokołu odbioru nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby Zamawiającego w terminie maksymalnie 15 dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy dostawy odczynników oraz umowy dzierżawy.

- Załącznik nr 8 do SIWZ (Wzór umowy sprzedaży dla Pakietu nr 1) (str. 55 i 56 SIWZ) § 2 ust. 2 i 4, § 6 ust. 4 otrzymują nowe brzmienie:

§ 2

2. Wykonawca do dostawy towaru zobowiązany jest dołączyć fakturę VAT, która zawiera: nazwę, ilość, cenę, serię, datę ważności dla poszczególnych pozycji oraz numer zamówienia.
4. W przypadku stwierdzenia wad lub braków ilościowych w dostarczonym towarze Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych zawiadomi Wykonawcę, sporządzi protokół stwierdzający nieprawidłowości, a Wykonawca zobowiązuje się wymienić towar na pełnowartościowy lub uzupełnić braki.

§ 6

4. Zamawiający zastrzega, że w przypadku opóźnienia w dostawie, przekraczającego 5 dni roboczych przysługuje mu prawo zakupu towaru zastępczego u innego Dostawcy. Różnicą w cenie zostanie obciążony Wykonawca. Skorzystanie przez Zamawiającego z ww. uprawnienia zwalnia Wykonawcę z wykonania zamówienia, co do którego był w opóźnieniu, a tym samym wyłącza możliwość naliczenia kar umownych z tego tytułu za okres przypadający od dnia dostarczenia towaru przez inny podmiot.

- Załącznik nr 9 do SIWZ (Wzór umowy dzierżawy dla Pakietu nr 1) (str. 60 SIWZ) § 4 ust. 8, § 8 ust. 2 otrzymują nowe brzmienie:

§ 4

8. Dzierżawca nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów związanych z dzierżawą analizatora za wyjątkiem materiałów wycenionych w formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik nr 1B do SIWZ) oraz miesięcznym czynszem dzierżawnym.

§ 8

2. Nośniki danych zawierające informacje o pacjentach i zleceniodawcach zostaną po zakończeniu dzierżawy zdemontowane z urządzenia i zniszczone przez Wykonawcę, Zamawiającemu zostanie przekazany protokół z ich zniszczenia.

- Załącznik nr 10 do SIWZ (Wzór umowy sprzedaży dla Pakietu nr 2) (str. 63 SIWZ) § 1 ust. 3, § 2 ust. 2, 4 otrzymują nowe brzmienie:

§ 1

3. Wykonawca wydzierżawi Zamawiającemu, na czas trwania umowy, analizatory do wykonywania badań o parametrach określonych w Załączniku nr 2D do SIWZ, który stanowi załącznik do niniejszej umowy, na zasadach określonych w umowie dzierżawy nr 28/x/D/2014, które zostaną przekazane Zamawiającemu najpóźniej w ciągu 15 dni roboczych licząc od daty podpisania niniejszej umowy.

§ 2

2. Wykonawca do dostawy towaru zobowiązany jest dołączyć fakturę VAT, która zawiera: nazwę, ilość, cenę, serię, datę ważności dla poszczególnych pozycji oraz numer zamówienia.
4. W przypadku stwierdzenia wad lub braków ilościowych w dostarczonym towarze Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych zawiadomi Wykonawcę, sporządzi protokół stwierdzający nieprawidłowości, a Wykonawca zobowiązuje się wymienić towar na pełnowartościowy lub uzupełnić braki.

- Załącznik nr 11 do SIWZ (Wzór umowy dzierżawy dla Pakietu nr 2) (str. 67, 68 SIWZ) § 2 ust. 1, § 4 ust. 8, § 8 ust. 2 otrzymują nowe brzmienie:

§ 2

1. Wydzierżawiający dostarczy na własny koszt urządzenia do siedziby Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w terminie maksymalnie 15 dni roboczych od daty obowiązywania niniejszej umowy oraz umowy 28/x/2014 z dnia r.

§ 4

8. Dzierżawca nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów związanych z dzierżawą analizatorów za wyjątkiem materiałów wycenionych w formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik nr 2B do SIWZ) oraz miesięcznym czynszem dzierżawnym.

§ 8

2. Nośniki danych zawierające informacje o pacjentach i zleceniodawcach zostaną po zakończeniu dzierżawy zdemontowane z urządzenia i zniszczone przez Wykonawcę, Zamawiającemu zostanie przekazany protokół z ich zniszczenia.

- Załącznik nr 12 do SIWZ (Wzór umowy sprzedaży dla Pakietu nr 3) (str. 71 SIWZ) § 2 ust. 2, 4 otrzymują nowe brzmienie:

§ 2

2. Wykonawca do dostawy towaru zobowiązany jest dołączyć fakturę VAT, która zawiera: nazwę, ilość, cenę, serię, datę ważności dla poszczególnych pozycji oraz numer zamówienia.
4. W przypadku stwierdzenia wad lub braków ilościowych w dostarczonym towarze Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych zawiadomi Wykonawcę, sporządzi protokół stwierdzający nieprawidłowości, a Wykonawca zobowiązuje się wymienić towar na pełnowartościowy lub uzupełnić braki.

- Załącznik nr 13 do SIWZ (Wzór umowy dzierżawy dla Pakietu nr 3) (str. 76 SIWZ) § 4 ust. 8, § 8 ust. 2 otrzymują nowe brzmienie:

§ 4

8. Dzierżawca nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów związanych z dzierżawą analizatorów za wyjątkiem materiałów wycenionych w formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik nr 3B do SIWZ) oraz miesięcznym czynszem dzierżawnym.

§ 8

2. Nośniki danych zawierające informacje o pacjentach i zleceniodawcach zostaną po zakończeniu dzierżawy zdemontowane z urządzenia i zniszczone przez Wykonawcę, Zamawiającemu zostanie przekazany protokół z ich zniszczenia.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4a pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907) przekazuje do zamieszczenia ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Treść ogłoszenia w załączeniu na stronie internetowej Zamawiającego odpowiednio w zakładce dla niniejszego postępowania

Zamawiający załącza treść SIWZ wraz z załącznikami po wprowadzonych w/w zmianach. Aktualne zmiany na dzień 11.06.2014 r. w SIWZ oraz w Załącznikach zaznaczone są kolorem czerwonym.

Pozostałe warunki SIWZ na dzień 11.06.2014 r. pozostają bez zmian.

.....
data i podpis Zamawiającego