

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
**WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W ELBLĄGU**  
ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg



---

Sekcja Zamówień Publicznych

---

Elbląg, 08 LUT. 2023

Oznaczenie sprawy: SZP.274.3.Pu.2023

**Do wszystkich uczestników postępowania**

dotyczy: postępowania, prowadzonego w trybie art. 2 ust. 1 pkt. 1 *a contrario* ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu na **sprzedaż i dostawę zestawów do iniekcji doszkliskowej dla potrzeb Oddziału Okulistycznego WSZ w Elblągu.**

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu poniżej udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu o następującej treści:

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuści serwetę okulistyczną o wymiarach 40x40cm nie posiadającą folii z dodatkiem jonów srebra?

Odp. 1 TAK, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik narzędziowy o odporności na przenikanie cieczy 157,8 cm H<sub>2</sub>O?

Odp. 2 TAK, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny o nieprzemakalności 55cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałości na wypychanie 250 kPa, wytrzymałości na rozciąganie 110 N/50mm?

Odp. 3 TAK, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 4**

Czy Zamawiający dopuści serwetę okulistyczną o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>?

Odp. 4 TAK, Zamawiający dopuszcza.

Wykonano: B. Z.