

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
**WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W ELBLĄGU**  
ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg



35 lat WSZ  
historia pisana ludźmi

Elbląg dnia 22.11.2023 r.

Oznaczenie sprawy: SZP.274.99.Pu.2023

**do wszystkich uczestników postępowania**

**dotyczy: postępowania, prowadzonego w trybie art. 2 ust. 1 pkt. 1 a contario ustawy z dnia 11.09.2013 r. Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu na sprzedaż i dostawę sterylnych, leczniczych środków technicznych do zabiegów radiologicznych w 4 pakietach dla potrzeb Pracowni Radiologii Zabiegowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.**

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146 informuje, że do dnia 22.11.2013r. od Wykonawców wpłynęły pytania o następującej treści:

**Pytanie nr 1**

Czy w Pakiecie 1 Zamawiający dopuszcza stenty o długościach systemu 80 oraz 135 cm?

**Ad. 1 Tak, Zamawiający dopuszcza stenty o długościach systemu 80 oraz 135 cm**

**Pytanie nr 2**

Czy w Pakiecie 2, poz. 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie balonów posiadających:

- dostępne długości systemu 90 oraz 150 cm, dostępne średnice balonów od 2 do 6 cm, w tym - długości skrajne i spełniających pozostałe wymagania opisu?

**Ad. 2 Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający w zakresie pakietu nr 2 zrezygnuje z obowiązku złożenia próbek wraz z ofertą? Zgodność parametrów z wymaganiami SWZ dokładnie potwierdzą złożone wraz z ofertą ulotki wyrobów medycznych.

**Ad. 3 Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 4**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w pakiecie 3 cewnik balonowy do tętnicy szyjnej. Cewnik w systemie RX (Monorail) o długościach 80, 90, 135, 150 cm, kompatybilny z przewodnikiem 0,018", średnice od 2mm do 7mm (co 0,5mm) i 8mm. Długości: 10/15/20/30/40/60/80/100/120/150/220 mm, kompatybilny z koszulką 4F i 5F dla średnic 7mm i 8mm, ciśnienie RBP 14 atm i 12ATM dla 8mm średnicy?

**Ad. 4 Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 5**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w pakiecie 1 : stent samorozprężalny nitynowy. Średnice: 5-8 mm. Długości: 20 – 150 mm. Długości systemu wprowadzającego: 75 i 130 cm. Kompatybilny z przewodnikiem 0,035" i koszulką 6F dla wszystkich rozmiarów. Możliwość rozprężenia stentu jedną ręką za pomocą pokrętła. System dostarczania zbudowany z trzech współosiowych szaftów stabilizujący i minimalizujący dystalną migrację stentu podczas implantacji?

**Ad. 5 Zamawiający nie wyraża zgody.**