

16-01-2024
Elbląg dnia.....r.

Oznaczenie sprawy: 120.Pu.2023

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania, prowadzonego w trybie art. 2 ust. 1 pkt. 1 a contario ustawy z dnia 11.09.2013 r. Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu na sprzedaż i dostawę paneli nadłóżkowych 3-stanowiskowych.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146 informuje, że do dnia 12.01.2024r. od Wykonawców wpłynęły pytania o następującej treści:

Pytanie nr 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga tylko dostawy paneli, czy dostawy paneli wraz z montażem?

Ad. 1 Tylko dostawa, bez montażu.

Pytanie nr 2

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że przygotowanie miejsca do montażu paneli oraz doprowadzenie niezbędnych mediów leży po stronie Zamawiającego?

Ad. 2 Tak.

Pytanie nr 3

Prosimy Zamawiającego o określenie jakiego rodzaju ściana jest zastosowana w pomieszczeniach, gdzie przewidziana jest instalacja paneli (materiał, technologia wykonania)?

Ad. 3 Ściana murowana, cegła.

Pytanie nr 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości przygotowania otworu przygotowanego pod instalację systemu przyzywowego ABB-Signal i odstąpienie od wymogu dostawy systemu przyzywowego (system przyzywowy instalowany jest przez innego Wykonawcę)?

Ad. 4 Jest możliwość przygotowania tylko otworu, bez dostawy systemu.

Pytanie 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie dwóch odrębnych autonomicznych paneli (dwu- i jednostanowiskowego) posiadających odrębne podejścia instalacji, jednakże z możliwością montażu w jednej linii tuż obok siebie, tak by mogły symulować panel trzystanowiskowy i obsługiwać trzy stanowiska?

Ad. 5 Nie dopuszczamy.

Pytanie 6

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy panele mają posiadać szyny do mocowania dodatkowego sprzętu?

Ad. 6 Panele powinny być wyposażone w szyny lub uchwyty do mocowania dodatkowego sprzętu. Szyny lub uchwyty nie mogą przeszkadzać w podłączeniu dozownika tlenu lub regulatora ssania bezpośrednio do punktów poboru.

Pytanie nr 7

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach dostawy panele mają być przygotowane pod wskazany system przyzywowy (ABB Signal), oraz czy dostawa i montaż systemu przyzywowego jest po Stronie Szpitala?

Ad. 7 Panele mają być przygotowane pod wskazany system. Dostawa i montaż systemu może być po stronie Szpitala.

Pytanie nr 8

Prosimy o potwierdzenie, że zapytanie obejmuje dostawę i sprzedaż, bez montażu paneli przyłóżkowych?

Ad. 8 Dostawa i sprzedaż bez montażu paneli.

Pytanie nr 9

Prosimy o podanie jak sterowane ma być oświetlenie w panelu?

Ad. 9 Oświetlenie ogólne włącznik na ścianie, oświetlenie nocne manipulatory, miejscowe bezpośrednio w manipulatorze.

Pytanie nr 10

Prosimy o podanie jak sterowane ma być oświetlenie w panelu: Oświetlenie miejscowe bezpośrednio na pacjenta czy włącznik na panelu, czy w manipulatorze?

Ad. 10 W manipulatorze.

Pytanie nr 11

Prosimy o podanie jak sterowane ma być oświetlenie w panelu: Oświetlenie nocne – czy włącznik przy drzwiach czy włącznik na panelu czy w manipulatorze?

Ad. 11 W manipulatorze.

Pytanie nr 12

Czy po stronie Dostawcy paneli jest wykonanie otwory pod układ przyzywowy i manipulator, Czy zamawiający wymaga dostawy konkretnego modułu układu przyzywowego i manipulatora zamontowanego już w panelu, jeśli tak to prosimy konkretne numery katalogowe danego sprzętu, aby uniknąć pomyłki że system będzie niekompatybilny z systemem szpitalnym

Ad. 12 Otwory są po stronie Dostawcy. Zamawiający wymaga konkretnego modułu systemu przyzywowego ABB-Signal.

Pytanie nr 13

Dot. załącznik nr 1 Formularz asortymentowo-cenowy. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający ostatecznie wymaga, aby oferowane panele nadłóżkowe miały na wyposażeniu szyny instrumentalne montowane do panelu na całej długości? Szyna jest wyposażeniem opcjonalnym, które wpływa na końcową cenę całego zestawu, w związku z powyższym Wykonawca może zaproponować takie rozwiązanie, ale nie musi, jeśli Zamawiający nie będzie tego wymagał. Uprzejmie prosimy Zamawiającego o decyzję.

Ad. 13 Panele powinny być wyposażone w szyny lub uchwyty do mocowania dodatkowego sprzętu. Szyny lub uchwyty nie mogą przeszkadzać w podłączeniu dozownika tlenu lub regulatora ssania bezpośrednio do punktów poboru. Nie mogą być na całej długości.

Pytanie nr 14

Dot. załącznik nr 1 Formularz asortymentowo-cenowy. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że montaż zaproponowanym paneli nadłóżkowych będzie leżał po stronie

Wykonawcy i należy go uwzględnić w cenie. W Załączniku Nr 1 Zamawiający wskazuje na dostawę w wersji 2+1, natomiast nie określa kwestii montażu.

Ad. 14 Montaż leży po stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 15

Dot. załącznik nr 1 Formularz asortymentowo-cenowy. Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzeń o równoważnej klasie IIa, tzn. dopuszczenie paneli nadłóżkowych 3-stanowiskowy wykonanych zgodnie z normą PN-EN ISO 11197:2009, wyrób ze znakiem CE w klasie IIa zgodnie z 93/42/EC.

Ad. 15 Dopuszczamy.

Pytanie nr 16

Dot. zaproszenie, pkt I, ppkt 3. Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu oznaczenia produktu na opakowaniu. Panele nadłóżkowe są oznaczone zgodnie z wymogami prawa bezpośrednio na produkcie.

Ad. 16 Zgodzamy się na odstąpienie od wymogu.

Andrzej Forciński

