

Elbląg dnia 19.03.2024r.

Oznaczenie sprawy: 25.Pu.2024

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania, prowadzonego w trybie art. 2 ust. 1 pkt. 1 a contario ustawy z dnia 11.09.2013 r. Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu na dostawę kontenerów do sterylizacji parowej, filtrów jednorazowych, plomb jednorazowych do kontenerów w 7 pakietach.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146 informuje, że do dnia 18.03.2024r. od Wykonawców wpłynęły pytania o następującej treści:

Pytanie nr 1

Dotyczy Zadania 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kontenera o wymiarze 300 x 300 x 135 mm?

Ad. 1. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2

Dotyczy Zadania 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kontenera o wymiarze 300 x 300 x 210 mm?

Ad. 2. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 3

dotyczy Zadania 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kontenera o wymiarze 460 x 300 x 135 mm?

Ad. 3. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 4

Dotyczy Zadania 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kontenera o wymiarze 600 x 300 x 135 mm?

Ad. 3. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 5

Dotyczy Zadania 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kontenera o wymiarze 600 x 300 x 210 mm?

Ad. 3. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 6

Dotyczy Pakietu nr 7: Czy Zamawiający dopuści plomby o terminie ważności min.12msc?

Ad. 3. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO9001:2015 dotyczący sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Ad. 3. Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 13485:2016-04 dotyczący produkcji i dystrybucji opakowań, testów oraz wyrobów pomocniczych do kontroli procesów sterylizacji, mycia i dezynfekcji?

Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Ad. 3. Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 9

Dotyczy Rozdziału III pkt. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wyrobów niemedyceńskich w zadaniu nr 6 - filtry do kontenera do sterylizacji parowej? Wskazane produkty nie zostały sklasyfikowane jako wyroby medyczne przez ich producentów.

Ad. 3. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 10

Dotyczy Umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy dotyczących kar na: - § 6 1. Z tytułu nieterminowej dostawy Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 1% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień zwłoki?

Ad. 3. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 11

Dotyczy pakietu nr 1: Czy Zamawiający dopuści do oceny kontener o następujących parametrach: Wanna kontenera o wymiarach 310 x 272 x 150 mm, bezszwowa wykonana z jednego kawałka aluminium. Rant wanny zaokrąglony i wygięty w formie kołnierza na zewnątrz w celu zapewnienia sterylności rantu wanny kontenerowej. Po obu stronach wanny na krótszych ściankach miejsce na klamry do oznakowania kontenera wraz z miejscem na mocowanie tabliczek oraz etykiet identyfikacyjnych. zawory do odprowadzenia nadmiaru wilgoci z kontenera po sterylizacji umieszczone w dnie wanny. Pokrywa kontenera o wym. 295 x 280mm mm, rozmiar 1/2 wykonana z aluminium. Uchwyty zatrzaskowe wykonane ze aluminium. Pokrywa kontenera z pojedynczym filtrem jednorazowego użytku. Wewnątrz pokrywy wklejona silikonowa uszczelka. Kontener spełniający wymagania stosownych Norm Europejskich.

Ad. 3. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 12

Dotyczy Pakietu nr 2: Czy Zamawiający dopuści do oceny kontener o następujących parametrach: Wanna kontenera o wymiarach 310 x 272 x 197 mm, bezszwowa wykonana z jednego kawałka aluminium. Rant wanny zaokrąglony i wygięty w formie kołnierza na zewnątrz w celu zapewnienia sterylności rantu wanny kontenerowej. Po obu stronach wanny na krótszych ściankach miejsce na klamry do oznakowania kontenera wraz z miejscem na mocowanie tabliczek oraz etykiet identyfikacyjnych. zawory do odprowadzenia nadmiaru wilgoci z kontenera po sterylizacji umieszczone w dnie wanny. Pokrywa kontenera o wym. 295 x 280mm mm, rozmiar 1/2 wykonana z aluminium. Uchwyty zatrzaskowe wykonane ze aluminium. Pokrywa kontenera z pojedynczym filtrem jednorazowego użytku. Wewnątrz pokrywy wklejona silikonowa uszczelka. Kontener spełniający wymagania stosownych Norm Europejskich.

Ad. 3. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 13

Dotyczy Pakietu nr 3: Czy Zamawiający dopuści do oceny kontener o następujących parametrach: Wanna kontenera o wymiarach 475 x 272 x 150 mm, bezszwowa wykonana z jednego kawałka aluminium. Rant wanny zaokrąglony i wygięty w formie kołnierza na

zewnątrz w celu zapewnienia sterylności rantu wanny kontenerowej. Po obu stronach wanny na krótszych ściankach miejsce na klamry do oznakowania kontenera wraz z miejscem na mocowanie tabliczek oraz etykiet identyfikacyjnych. zawory do odprowadzenia nadmiaru wilgoci z kontenera po sterylizacji umieszczone w dnie wanny. Pokrywa kontenera o wym. 460 x 285 mm, rozmiar 3/4 wykonana z aluminium. Uchwyty zatrzaskowe wykonane ze aluminium. Pokrywa kontenera z pojedynczym filtrem jednorazowego użytku. Wewnątrz pokrywy wklejona silikonowa uszczelka. Kontener spełniający wymagania stosownych Norm Europejskich.

Ad. 3. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 14

Dotyczy Pakietu nr 4: Czy Zamawiający dopuści do oceny kontener o następujących parametrach: Wanna kontenera o wymiarach 600 x 272 x 150 mm, bezszwowa wykonana z jednego kawałka aluminium. Rant wanny zaokrąglony i wygięty w formie kołnierza na zewnątrz w celu zapewnienia sterylności rantu wanny kontenerowej. Po obu stronach wanny na krótszych ściankach miejsce na klamry do oznakowania kontenera wraz z miejscem na mocowanie tabliczek oraz etykiet identyfikacyjnych. zawory do odprowadzenia nadmiaru wilgoci z kontenera po sterylizacji umieszczone w dnie wanny. Pokrywa kontenera o wym. 585 x 285 mm, rozmiar 1/1 wykonana z aluminium. Uchwyty zatrzaskowe wykonane ze aluminium. Pokrywa kontenera z pojedynczym filtrem jednorazowego użytku. Wewnątrz pokrywy wklejona silikonowa uszczelka. Kontener spełniający wymagania stosownych Norm Europejskich.

Ad. 3. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 15

Dotyczy Pakietu nr 5: Czy Zamawiający dopuści do oceny kontener o następujących parametrach: Wanna kontenera o wymiarach 600 x 272 x 197 mm, bezszwowa wykonana z jednego kawałka aluminium. Rant wanny zaokrąglony i wygięty w formie kołnierza na zewnątrz w celu zapewnienia sterylności rantu wanny kontenerowej. Po obu stronach wanny na krótszych ściankach miejsce na klamry do oznakowania kontenera wraz z miejscem na mocowanie tabliczek oraz etykiet identyfikacyjnych. zawory do odprowadzenia nadmiaru wilgoci z kontenera po sterylizacji umieszczone w dnie wanny. Pokrywa kontenera o wym. 585 x 285 mm, rozmiar 1/1 wykonana z aluminium. Uchwyty zatrzaskowe wykonane ze aluminium. Pokrywa kontenera z pojedynczym filtrem jednorazowego użytku. Wewnątrz pokrywy wklejona silikonowa uszczelka. Kontener spełniający wymagania stosownych Norm Europejskich.

Ad. 3. Zamawiający nie dopuszcza.